

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-50-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA UNIVERSAL PANTALLA DIGITAL, MICROCENTRIFUGA INDICADOR DIGITAL PARA LA EJECUCIÓN DEL IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA SEDE CENTRAL ¿ ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HU

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:18:22

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo con lo indicado en el numeral 5.14 (PAG 23) ¿ Lugar y plazo de Entrega - Capitulo III - ESPECIFICACIONES TECNICAS, se indica lo siguiente:

(¿)
" Plazo de entrega:
La entrega de Centrífuga Universal Pantalla Digital, Microcentrífuga Indicador Digital, la instalación y capacitación se realizará en un plazo de 30 días calendarios contadas a partir del día siguiente de la suscripción del contrato".

Considerando que las áreas de almacén de las Entidades exigen la Orden de Compra notificada (o copia de la misma) como condiciones para la recepción e internamiento de los equipos; así como atendiendo la naturaleza de los bienes materia de contrato. Solicitamos al Comité de Selección que, en coordinación con el área usuaria, acepte que el plazo de entrega sea de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra, a fin de evitar inconvenientes innecesarios en la etapa de ejecución del Contrato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE a la observacion. El plazo de entrega del equipo sera de 30 dias calendarios a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificación de orden de compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.13.2. PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de CENTRIFUGA UNIVERSAL PANTALLA DIGITAL, MICROCENTRIFUGA INDICADOR DIGITAL, la instalación y capacitación se realizará en un plazo total de 30 días calendarios del día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificación de la orden de compra segun corresponde.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-50-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA UNIVERSAL PANTALLA DIGITAL, MICROCENTRIFUGA INDICADOR DIGITAL PARA LA EJECUCIÓN DEL IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA SEDE CENTRAL ¿ ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HU

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:18:22

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el literal f) del numeral 2.2.1.1 (PAG 17)- Documentos para la admisión de la oferta se indica:

"El postor debe presentar: catalogo o brochure del bien ofertado; como información complementaria que demuestre las características (¿) ".

En atención al principio de Libertad de Concurrencia, previsto en el literal a) del art. 2 del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, es posible, que en los insertos, brochures, catálogos, documentos técnicos, etc. no se consignen todas las especificaciones técnicas solicitadas.

En ese caso y, atendiendo al principio señalado, solicitamos al Comité de Selección que, en coordinación con el área usuaria, permita la acreditación de las especificaciones técnicas con una carta del fabricante, en caso las EE.TT. no estuvieran en la documentación técnica del fabricante o dueño de marca. Con la finalidad de aumentar el número de postores que puedan acreditar lo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE a la observacion: En el caso la EETT no se encuentre en brochure se aceptará carta de fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

f) El postor debe presentar: catalogo y/o brochures y/o folleto y/o carta del fabricante del bien ofertado; como información complementaria que demuestre las características del bien ofertado y permita su plena identificación, el cual deberá tener congruencia con lo solicitado en la hoja de presentación. Los catálogos o brochures o folleto, deberán estar en idioma castellano

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-50-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA UNIVERSAL PANTALLA DIGITAL, MICROCENTRIFUGA INDICADOR DIGITAL PARA LA EJECUCIÓN DEL IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA SEDE CENTRAL ¿ ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HU

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:26:40

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice:
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Solicitamos al digno comité que se considere:

Estos equipos se fabrican a pedido y requiere de importación, la cual presenta un plazo de tiempo en transporte, desaduanaje, internamiento, control de calidad y envío al lugar solicitado.

El envío de los equipos implica una logística considerable, especialmente teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la programación de envíos. Un plazo extendido permitirá una planificación más efectiva y evitará posibles retrasos logísticos.
Por ello, se solicita al comité ampliar el plazo de entrega a 90 días calendarios, para una mayor pluralidad de postores y que el área usuaria cuente con un equipo de reciente fabricación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, existe la necesidad de contar con los equipos en el menor tiempo posible, El proyecto esta en etapa de finalizacion y los tiempos no permiten la prolongacion mas del proyecto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

--

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-50-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA UNIVERSAL PANTALLA DIGITAL, MICROCENTRIFUGA INDICADOR DIGITAL PARA LA EJECUCIÓN DEL IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA SEDE CENTRAL ¿ ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HU

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:26:40

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Estimados miembros del Comité de Selección,

Con el objetivo de garantizar la pluralidad de postores y fomentar una competencia justa, presentamos nuestras consultas relacionadas con las especificaciones técnicas descritas. Proponemos algunas modificaciones para evitar restricciones hacia marcas o modelos específicos, asegurando que se cumplan los estándares requeridos.

Dice: Cubierta de protección de 3 niveles, segura y confiable.
Proponemos: cubierta de protección de 3 niveles, seguro y confiable y/o material de acuerdo al fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta con el fin de ampliar la pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cubierta de acero de proteccion de 3 niveles, segura y confiable o superior

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-50-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA UNIVERSAL PANTALLA DIGITAL, MICROCENTRIFUGA INDICADOR DIGITAL PARA LA EJECUCIÓN DEL IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA SEDE CENTRAL ¿ ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HU

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:26:40

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Estimados miembros del Comité de Selección,

Con el objetivo de garantizar la pluralidad de postores y fomentar una competencia justa, presentamos nuestras consultas relacionadas con las especificaciones técnicas descritas. Proponemos algunas modificaciones para evitar restricciones hacia marcas o modelos específicos, asegurando que se cumplan los estándares requeridos.

Dice: certificado TUV CE EMC IEC 61010
Proponemos: reemplazar los certificados por ISO 9001 y CE.

El certificado ISO 9001 y CE garantizan que el proceso de producción se da bajo estándares internacionales y se están cumpliendo las normas de seguridad eléctricas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta parcialmente con el fin de de ampliar la pluralidad de postores. Estos certificados son indisponibles para la protección, seguridad en el equipo, detección de posible peligros y otros y garantizar el buen funcionamiento del equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Es necesario contar con el certificado TUV y/o CE y/o EMC y/o IEC 61010 y/o ISO 9001, y deberá presentar como mínimo 2 certificados

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-50-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA UNIVERSAL PANTALLA DIGITAL, MICROCENTRIFUGA INDICADOR DIGITAL PARA LA EJECUCIÓN DEL IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA SEDE CENTRAL ¿ ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DISTRITO DE HUANCABELICA, PROVINCIA DE HU

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:26:40

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Estimados miembros del Comité de Selección,

Con el objetivo de garantizar la pluralidad de postores y fomentar una competencia justa, presentamos nuestras consultas relacionadas con las especificaciones técnicas descritas. Proponemos algunas modificaciones para evitar restricciones hacia marcas o modelos específicos, asegurando que se cumplan los estándares requeridos.

Dice: max RCF 4730xg
Proponemos: RCF mayor a 2000xg

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta con el fin de ampliar la pluralidad de postores, Se refiere a la maxima aceleracion de centrifugado que puede alcanzar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Max. RCF 4730 x g, minimo RCF 2000 x g

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-50-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA UNIVERSAL PANTALLA DIGITAL, MICROCENTRIFUGA INDICADOR DIGITAL PARA LA EJECUCIÓN DEL IOARR ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA SEDE CENTRAL ¿ ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DISTRITO DE HUANCABELICA, PROVINCIA DE HU

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:26:40

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Estimados miembros del Comité de Selección,

Con el objetivo de garantizar la pluralidad de postores y fomentar una competencia justa, presentamos nuestras consultas relacionadas con las especificaciones técnicas descritas. Proponemos algunas modificaciones para evitar restricciones hacia marcas o modelos específicos, asegurando que se cumplan los estándares requeridos.

Dice: teclado tipo membrana o lamina
Proponemos: teclado tipo membrana o lamina o pantalla táctil

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta con el fin de ampliar la pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Teclado tipo menbrana y/o lamina y/o pantalla tactil.