

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-246-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	15:44:36

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITÉ DE SELECCIÓN, SE RECOMIENDA ADICIONAR UN TÉCNICO O EQUIVALENTE ESPECIALISTA EN EQUIPOS ODONTOLÓGICOS CON EXPERIENCIA COMPROBADA, POR LA CANTIDAD DE LOS EQUIPOS Y PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN MENCIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.12 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

En el proceso se esta solicitando un personal clave quien sera el encargado principal, el postor puede sumar tecnicos para acortar los tiempos de instalacion, protocolos de pruebas y pruebas de operatividad, por tanto el comité de selección en coordinacion con el area usuaria, resuelve no acoger su observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-246-2023-GRA-SEDECENTRAL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20101281966	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	DENT IMPORT S A	Hora de envío :	23:14:44

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

UNIDAD DENTAL - D-41

SOLICITAN:

bandeja ¿ módulo de control (intensidad de luz, posición del sillón, llenado de escupidera)

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTAR TAMBIEN EN VIRTUD A UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES:

Módulo de control con bandeja integrada

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve acoger parcialmente su observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

B01: MÓDULO DE CONTROL CON BANDEJA INTEGRADA O BANDEJA ¿ MODULO DE CONTROL (INTENSIDAD DE LUZ, POSICION DEL SILLON, PROGRAMAS DE RESET / UN PROGRAMA DE TRABAJO PREDETERMINADO, FUNCIÓN DE SET PARA PROGRAMAR EL NIVEL DEL LLENADO DE VASO/LLENADOR DE VASO, ACCIONAMIENTO DE ESCUPIDERA y BOTÓN DE ENCENDIDO DE CALEFACTOR.)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-246-2023-GRA-SEDECENTRAL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20101281966	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	DENT IMPORT S A	Hora de envío :	23:14:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
UNIDAD DENTAL - D-41

SOLICITAN:
C05 - CON FILTRO PROTECTOR

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTAR TAMBIEN EN VIRTUD A UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES:

Con filtro protector y/o mica protectora

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 43
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE :
El comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve acoger su observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
C05: CON FILTRO PROTECTOR Y/O MICA PROTECTORA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-246-2023-GRA-SEDECENTRAL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20101281966	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	DENT IMPORT S A	Hora de envío :	23:14:44

Consulta: Nro. 4
Consulta/Observación:

Considerando que los valores de longitud de onda de 420 nm y 490 nm coinciden con los valores consignados dentro de los rangos indicados en las características, solicitamos al comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria adicionar también una especificación de longitud de onda de 420 a 490 nm y con ello permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 43
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE :

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve acoger su observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A01: EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS DE FOTOPOLIMERIZACION DE RESINA Y COMPUESTOS SIMILARES EN OBTURACION DENTAL PARA USO MEDICO CON UNA LONGITUD DE ONDA DE 385 a 515 nm o 430 a 490 nm o 420 a 480 nm o 420 a 490 nm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-246-2023-GRA-SEDECENTRAL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:39:12

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITÉ DE SELECCIÓN, EN EL INCISO A02 SE SUGIERE QUE SE DEBERÍA REQUERIR UN PEDAL MULTIFUNCIÓN, QUE PERMITA ACTIVAR EL PORTAVASO Y ESCUPIDERA DE ACCIONAMIENTO INDEPENDIENTE DEL REOSTATO DE AIRE Y AGUA CON JOYSTICK DE MOVIMIENTOS INDEPENDIENTES. TODO ELLO PARA QUE HAYA MEJOR MANIOBRABILIDAD DE PARTE DEL PROFESIONAL A LA HORA DE TRABAJAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 **Página: 2**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE :

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve acoger su observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A02 PEDAL DE CONTROL o PEDAL MULTIFUNCIÓN; QUE PERMITA ACTIVAR EL PORTAVASO Y ESCUPIDERA DE ACCIONAMIENTO INDEPENDIENTE DEL REOSTATO DE AIRE Y AGUA CON JOYSTICK DE MOVIMIENTOS INDEPENDIENTES. TODO ELLO PARA QUE HAYA MEJOR MANIOBRABILIDAD DE PARTE DEL PROFESIONAL A LA HORA DE TRABAJAR.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-246-2023-GRA-SEDECENTRAL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:39:12

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITÉ, EN EL INCISO B01, SE SUGIERE ADICIONAR, MÓDULO DE CONTROL MULTIFUNCIÓN, POSICIONES MANUALMENTE Y PROGRAMAS DE RESET Y UN PROGRAMA DE TRABAJO PREDETERMINADO, FUNCIÓN DE SET PARA PROGRAMAR EL NIVEL DEL LLENADO DE VASO, ACCIONAMIENTO DE ESCUPIDERA Y LLENADOR DE VASO, BOTÓN DE ENCENDIDO DE CALEFACTOR. LA MESA DEBE INCLUIR NEGATOSCOPIO PANORÁMICO. BRAZO COMPENSADO NEUMÁTICO, INCLUIR MANÓMETRO EN LA MESA. TODO ELLO, PARA QUE HAYA MEJOR CONTROL DE LAS FUNCIONES EN LA MESA DE TRABAJO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 **Página: 2**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve acoger parcialmente su observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

B01: MÓDULO DE CONTROL CON BANDEJA INTEGRADA O BANDEJA ¿ MODULO DE CONTROL (INTENSIDAD DE LUZ, POSICION DEL SILLON, PROGRAMAS DE RESET / UN PROGRAMA DE TRABAJO PREDETERMINADO, FUNCIÓN DE SET PARA PROGRAMAR EL NIVEL DEL LLENADO DE VASO/LLENADOR DE VASO, ACCIONAMIENTO DE ESCUPIDERA y BOTÓN DE ENCENDIDO DE CALEFACTOR.)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-246-2023-GRA-SEDECENTRAL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:39:12

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITÉ, EN EL INCISO C. RESPECTO A LA LÁMPARA LED, SE SUGIERE QUE DEBERÍA TENER 6 LEDS PARA QUE EL CAMPO DE TRABAJO SEA AMPLIO, DE ILUMINACIÓN CON DOS TIPOS LUZ LED DE 8,000 A 30,000 LUX BLANCA Y AMARILLA CON UN CONTROL DE INTENSIDAD TÁCTIL Y SENSOR AUTOMÁTICO DE ACERCAMIENTO PROGRAMABLE, REGULABLE Y VISIBLE (DISPLAY) INTEGRADO A LA LAMPARA; GARANTIZANDO MAYOR SEGURIDAD ASÉPTICA AL APACIENTE.

LA LUZ BLANCA Y FRÍA PERMITE MAYOR VISUALIZACIÓN AL CAMPO OPERATORIO, COMO TAMBIÉN COMODIDAD Y CONFORT AL PACIENTE E OPERADOR.

LA LUZ LED AMARILLA PERMITE EL MEJOR SELLADO Y SECADO A LA ACCIÓN DE LA LAMPARA FOTO CURADO DEL CAMPO DE EMPASTE Y TRATAMIENTO. TODO ELLO PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD A LA HORA DE REALIZAR LA INTERVENCIÓN POR PARTE DEL PROFESIONAL.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve acoger parcialmente su observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

C02 INTENSIDAD DE LUZ VARIABLE, DE 18000 LUX A 25000 LUX O MAYOR, CON LUZ BLANCA Y/O AMARILLA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-246-2023-GRA-SEDECENTRAL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:39:12

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITÉ, EN EL INCISO D., RESPECTO A LA ESCUPIDERA CON INFRARROJO ES LA CARACTERÍSTICA DE UNIDADES BRASILERAS DE LA MARCA GNATUS Y DE LA FÁBRICA ALLIAGE S/A, POR ELLO SE ESTÁ DIRECCIONANDO A UN SOLO FABRICANTE, POR EL PRINCIPIO DE LA TRANSPARENCIA Y PARA QUE HAYA PLURALIDAD EN EL PROCESO, SE SUGIERE AÑADIR ACCIONAMIENTO MANUAL Y/O AUTOMÁTICO POR SOLENOIDE, EN EL PEDAL, EN LA MESA DE TRABAJO Y EN LA DEL ASISTENTE.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve acoger parcialmente su observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

D04 SURTIDOR: AUTOMÁTICO (CON "SISTEMA INFRARROJO DE PROXIMIDAD PARA ACTIVAR LA ESCUPIDERA" O SEGÚN FABRICANTE) O (ACCIONAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO POR SOLENOIDE, EN EL PEDAL, EN LA MESA DE TRABAJO Y EN LA DEL ASISTENTE).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-246-2023-GRA-SEDECENTRAL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:39:12

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITÉ, SE SUGIERE QUE EL SILLÓN DENTAL DEBERÍA TENER UNA MESA AUXILIAR CON COMANDOS DE CONTROL BÁSICO PARA LA OPERACIÓN DEL AUXILIAR PROPIAMENTE DICHO. POR ELLO SE SUGIERE ADICIONAR DICHA CARACTERÍSTICA A REQUERIMIENTO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 **Página: 2**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, sugiere adecuarse a las especificaciones propuestas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-246-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20605223088

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 23:39:12

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITÉ, RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA, SE SUGIERE UN PLAZO DE ENTREGA MENOR Y CON RANGO DE PUNTAJE DE BONIFICACIÓN DE ACUERDO AL PLAZO DE ENTREGA, EL PLAZO MÁXIMO DEBERÍA SER MENOR A 30 DÍAS CALENDARIO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.8 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Por temas de transferencia de obra se considerará el plazo de entrega como factor de evaluación así mismo el tiempo de garantía, por tanto El comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve acoger parcialmente su observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

B. PLAZO DE ENTREGA

Menores de 39 días calendario: (25) puntos
De [40] hasta [49] días calendario: (10) puntos
De [50] hasta [59] días calendario: (5) puntos

C. TIEMPO DE GARANTIA

Mayores de 50 meses: (25) puntos
De [40] hasta [49] días calendario: (10) puntos
De [36] hasta [39] días calendario: (5) puntos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-246-2023-GRA-SEDECENTRAL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20101281966	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	DENT IMPORT S A	Hora de envío :	23:45:40

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

D-449
LAMPARA DE FOTOCURAD

A01 - Equipo para procedimientos de fotopolimerización de resina y compuestos similares en obturación dental para uso medico con una longitud de onda de 385 a 515 nm o 430 a 490 nm o 420 a 480 nm.

Considerando que los valores de longitud de onda de 420 nm y 490 nm coinciden con los valores consignados dentro de los rangos indicados en las características, consultamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria adicionar también especificación de longitud de onda de 420 a 490 nm y asi permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.1 **Página: 43**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE :

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve acoger su observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A01: EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS DE FOTOPOLIMERIZACION DE RESINA Y COMPUESTOS SIMILARES EN OBTURACION DENTAL PARA USO MEDICO CON UNA LONGITUD DE ONDA DE 385 a 515 nm o 430 a 490 nm o 420 a 480 nm o 420 a 490 nm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-246-2023-GRA-SEDECENTRAL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20101281966	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	DENT IMPORT S A	Hora de envío :	23:45:40

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

D-449
LAMPARA DE FOTOCURAD

A02 -
Potencia variable hasta 1600 MW/CM2 como mínimo , se aceptará de potencias hasta 3200 mw/cm2

En virtud a una mayor pluralidad de postores solicitamo al comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria
Aceptar también potencia variable hasta 1500 mw /cm2 y asi permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 43
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE :

El comité de selección en coordinacion con el area usuaria, resuelve acoger su observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A02 POTENCIA VARIABLE HASTA 1500 MW/CM2 COMO MINIMO. SE ACEPTARÁ DE POTENCIAS, HASTA 3200 MW/CM2

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-246-2023-GRA-SEDECENTRAL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20101281966	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	DENT IMPORT S A	Hora de envío :	23:45:40

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

CLAVE - 414
CAMARA INTRAORAL

SOLICITAN:

A08 importacion de imágenes mediante cable usb o memoria micro sd

A09 software compatible con sistema operativo Windows (32bits & 64 bits)

Dado que las especificaciones solicitan cámara con software y puerto usb, y que para su óptimo funcionamiento requiere una pc, Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria se considera necesario agregarla como especificación técnica mínima para su óptimo funcionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.1 **Página: 43**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE :

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve acoger su observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A09 SOFTWARE COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS (32 BITS & 64 BITS). para su óptimo funcionamiento de requiere una pc; debe considerarse según la recomendación del fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-246-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20101281966

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : DENT IMPORT S A

Hora de envío : 23:49:42

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

CLAVE D-39

DESTARTARIZADOR ULTRASONICO

Solicitan

A05 - FRECUENCIA DE TRABAJO DE 27000 A 33000 HZ O RANGO MAYOR

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTAR TAMBIEN LA SIGUIENTE FRECUENCIA DE TRABAJO COMO EQUIVALENTE:

FRECUENCIA DE TRABAJO 30kHz +- 3kHz

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE :

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve acoger su observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A05 FRECUENCIA DE TRABAJO DE 27000 A 33000 HZ O RANGO MAYOR. También se aceptarán 30kHz +/- 3kHz