

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE		
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-HPDBL-OEC-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE SEIS MICROSCOPIOS BINOCULARES, TRES ANALIZADORES BIOQUIMICOS AUTOMATIZADOS Y UN ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMIOLUMINISCENCIA		

Ruc/código :	20438551825	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	Hora de envío :	22:14:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases dice: ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO. Equipo biomédico utilizado para procesamiento de pruebas de tamizaje de unidades de banco de sangre.
Consulta: Advertimos que hay un error en las características del equipo de bioquímica, las mismas que solicitamos al Comité de Selección las aclare. Al parecer se ha invertido las características de los equipos Analizador bioquímico (páginas 19,20) con las del analizador automatizado de quimioluminiscencia (páginas 49,50 y 51)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: a Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le hace la aclaración que en efecto por error involuntario se han invertido las especificaciones técnicas de los equipos, por eso que con motivo de la integración de bases se subsanara el error.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HPDBL-OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE SEIS MICROSCOPIOS BINOCULARES, TRES ANALIZADORES BIOQUIMICOS AUTOMATIZADOS Y UN ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMIOLUMINISCENCIA

Ruc/código :	20438551825	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	Hora de envío :	22:14:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Las bases dice: PLAZO DE ENTREGA. 30 días calendario.
Consulta: Solicitamos al Comité de Selección ampliar el plazo de entrega a 60 días, teniendo en cuenta que se trata de cuatro equipos de ultima generación. Mas aun teniendo en cuenta que en esta época del año los tiempos de importación y nacionalización son mas prolongados. Mas aun en los FACTORES DE EVALUACION (página 80 de las bases) se otorga 40 puntos al proveedor que entregue los equipos en 15 días. Es decir, se estaría considerando únicamente al proveedor que tenga los equipos almacenados, listos para despachar y entregarlos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: a Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el OEC atendiendo a su consulta decide NO ACOGER debido a que en la indagación de mercado se determinó empresas que sí puede proveer dentro de dicho plazo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HPDBL-OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE SEIS MICROSCOPIOS BINOCULARES, TRES ANALIZADORES BIOQUIMICOS AUTOMATIZADOS Y UN ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMIOLUMINISCENCIA

Ruc/código :	20438551825	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	Hora de envío :	22:14:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases dice: B15 25 reactivos de 100 determinaciones cada una

Consulta: Solicitamos al Comité de Selección aclarar a qué reactivos se refiere. Agradecemos ser mas precisos sobre este requerimiento, para evitar interpretaciones equivocadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: a Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el OEC atendiendo su consulta, le aclara que los reactivos son para enfermedades infecciosas, marcadores tumorales, anas autoinmune, hormonas sexuales, alergia, función tiroidea, hipertensión, diabetes autoinmune, marcadores cardiacos, enfermedad reumática autoinmune, metabolismo óseo, Eugenesia torch, hepatitis autoinmune, tamizaje prenatal, anemia, inflamación, glucometabolismo. Asimismo lo que se busca en si es que el equipo tenga como mínimo una capacidad de 100 determinaciones por hora siendo que los postores puede ofrecer equipos con mayor capacidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HPDBL-OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE SEIS MICROSCOPIOS BINOCULARES, TRES ANALIZADORES BIOQUIMICOS AUTOMATIZADOS Y UN ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMIOLUMINISCENCIA

Ruc/código :	20438551825	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	Hora de envío :	22:14:28

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases dice: A02 Hasta 100 determinaciones por hora.

Consulta: Solicitamos al Comité de Selección aceptar equipos que tengan un rendimiento de 200 pruebas por hora, para dar la oportunidad de mas proveedores de presentar propuesta en bien de la institución.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: a

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el OEC atendiendo a su consulta le aclara que si se aceptaran equipos que contengan mejoras en las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HPDBL-OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE SEIS MICROSCOPIOS BINOCULARES, TRES ANALIZADORES BIOQUIMICOS AUTOMATIZADOS Y UN ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMIOLUMINISCENCIA

Ruc/código :	20438551825	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	Hora de envío :	22:14:28

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases dice: A19 Sistema de lavado de 8 paradas ... o de acuerdo a cada fabricante.

Consulta: Entendemos que es posible ofrecer equipos con sistema de lavado de 7 pasos, agradecemos al Comité de Selección confirmar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: a Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el OEC atendiendo a su consulta antes realizada indica que es correcta su apreciación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null