

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:54:57

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

De acuerdo el requerimiento:

Solicitan diferentes ítems en el presente proceso de selección , no obstante solicitamos al comité de selección ACLARAR si los ítems 1, 2,3,4 y 5 deben ser ofertados en conjunto y ser de una misma marca, ya que se utilizan en un mismo analizador automatizado. ¿Es correcta nuestra apreciación?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: I      Literal: 1.9      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACLARA que los ítems 1,2,3,4 y 5 deben ser de una misma marca puesto que utilizan el mismo analizador.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:54:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De acuerdo el requerimiento:

Solicitan diferentes ítems en el presente proceso de selección , no obstante solicitamos al comité se selección ACLARAR si los Item 6 y 7 deben ser ofertados en conjunto y ser de una misma marca, ya que se utilizan en un mismo analizador automatizado. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: se Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACLARA que, los ítems 6 y 7 deben ser de una misma marca puesto que utilizan el mismo analizador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	12:54:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para el analizador de hemocultivos, solicitan una capacidad de incubar de 80 a más frascos de hemocultivos.

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un analizador que cuente con la siguiente característica:

Capacidad de incubar de 60 a más frascos de hemocultivos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, según la necesidad del servicio se requiere que como mínimo se incuben 80 frascos en simultáneo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	13:06:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

B. Experiencia del postor en la especialidad

Se consideran como bienes similares a: Insumos y reactivos en el área de microbiología

Se solicita que en virtud al principio de libertad de concurrencia consideren como bienes similares también a :

Reactivos de Laboratorio en general con equipo en cesión de uso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: b Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, dado el nivel de nuestra institución, así como para asegurar soluciones eficientes y oportunas de los problemas que puedan presentarse, se requiere el postor presente experiencia en esta área específica del servicio que es de microbiología.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, indican que el plazo máximo para la entrega del equipo que incluye la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, accesorios y complementos sera de 20 días calendarios , contabilizados a partir del día siguiente de notificada de la orden de compra ,debido a que mucho de los postores no cuentan con equipos en sus bodegas de almacenamiento, estos equipos deben ser importados ,esto tomando un tiempo de demora de hasta 30 días. Por lo cual solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que se amplíe hasta 30 días calendarios contabilizados al día siguiente de notificada la orden de compra para permitir la pluralidad de postores de que tienen que importar equipos para la instalación de esta licitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9. Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, debido a la necesidad del servicio, el plazo máximo para la entrega del equipo que incluye la instalación y puesta de funcionamiento de los equipos, accesorios y complementos será de 20 días calendarios , contabilizados a partir del día siguiente de notificada de la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, indica que hay que acreditar software externo , consumibles, controles , complementos y accesorios (Control de calidad externo certificado y acreditado) entendemos que existen características técnicas que no pueden ser sustentadas mediante cartas del fabricantes , insertos, brochures , etc estas características antes mencionadas deberían ser acreditadas mediante el ANEXO N°3 de Declaración de Especificaciones técnicas. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria si nuestra apreciación es la correcta ya que por lo antes mencionado estas características (Software Externo , consumibles, controles, complementos y accesorios) NO puede sustentarse con los documentos solicitados y para NO incurrir en vicios dentro del proceso de selección solicitamos que sea sustentando mediante el Anexo N°3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: f Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, indicando que el postor deberá acreditar con folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o brochure y/o carta del fabricante y/o declaración jurada del fabricante y/o sucursal y/o proveedor del software externo. Los consumibles, controles, complementos y accesorios serán sustentados mediante Anexo N° 3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará: "folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o brochure y/o carta del fabricante y/o declaración jurada del fabricante y/o sucursal y/o proveedor del software externo. Los consumibles, controles, complementos y accesorios serán sustentados mediante Anexo N° 3"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, indican que el equipo tenga una capacidad para incubar de 80 a mas frascos entendemos que el equipo debe de tener 01 solo modulo controlador , ya que esto permitirá mejorar la eficiencia de espacio ya que si el equipo cuenta con varios módulos controladores el espacio físico del ambiente de microbiología se vería afectado .Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que se especifique que el equipo en cesión de uso tenga 01 modulo controlador y que esta permita controlar los módulos controladores del equipo en cesión de uso a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: f Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACLARA que, el postor puede presentar más de un módulo de incubación para cumplir con la capacidad requerida, sin embargo, todos deben ser integrados a un único módulo - software controlador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, para los ITEM 1 al ITEM 5 (Sistema de Identificación + antibiograma de bacterias gram negativas sistemicas,urinarias,positivas,levaduras y estreptococo , solicitan que el plazo de entrega de las cepas ATCCs sera de 40 días después de la firma de contrato , entendemos que hay postores que tienen que traer cepas ATCC de importación , los cuales los plazos de entrega de esta pueden llegar hasta 60 días , por lo cual solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que se acepte los 40 días después de emitida la primera OC para contar con los plazos estipulados y no incurrir en penalidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria, ACOGE LA OBSERVACIÓN, y señala que la entrega de las cepas ATCCs será hasta los 40 días calendarios contabilizados desde el día siguiente de notificada la primera orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora lo siguiente: con fecha de entrega de hasta 40 días del día siguiente de notificada la primera orden de compra,



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, solicitan una autoclave vertical con ciertas características técnicas que encarecería el precio referencial del procedimiento de selección en curso, por lo cual solicitamos que se solicite un Autoclave vertical para laboratorio con una capacidad superior a 20 litros sin considerar las demás EETT que están contempladas en esta licitación (tapa de cierre de seguridad ,tipo de rueda de mano , etc) , y todo esto para permitir la pluralidad de postores y/o marcas como también estimar que el precio sea el mas competitivo para la institución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, indicando que el autoclave vertical debe tener capacidad mayor o igual a 25 litros, así mismo indicamos que no es posible no tomar en cuenta las demás especificaciones técnicas, sin embargo se considerará que debe tener modos de esterilización para el secado y calentamiento de líquidos (opcional para sólidos y semisólidos)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará: "con capacidad mayor o igual a 25 litros"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, solicitan una autoclave vertical , entendemos que esta autoclave vertical debe ser nueva y debe ser sustentada mediante el ANEXO N°3 de las EETT. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria si nuestra apreciación es la correcta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria, ACLARA que se aceptará el autoclave vertical que presenten independientemente de la antigüedad que tenga dicho equipo y será sustentada mediante el ANEXO N° 3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, solicitan una conservadora vertical, entendemos que esta conservadora debe ser sustentada mediante el ANEXO N°3 de las EETT. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria si nuestra apreciación es la correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACLARA que es correcta su apreciación, la refrigeradora debe ser sustentada mediante el ANEXO N° 3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, solicitan una conservadora vertical (Refrigerador) con una capacidad de 572 litros , entendemos que actualmente la presentación que vienen las refrigeradoras es de 500 litros y con esta capacidad no habrían problemas en almacenar las tarjetas que requieran refrigeración ya que las OCs son mensuales. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que se acepte con capacidad de 500 litros de capacidad o equivalente de reactivos que requieran conservación entre 2 a 8 °C.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN, señalando que la capacidad de la refrigeradora puede ser mayor o igual a 500 litros o equivalente a la cantidad de reactivos que requieran conservación entre 2- 8 ° C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará: "capacidad mayor o igual a 500 litros"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, indica que hay que acreditar Accesorios para los Hemocultivos adultos aerobicos y aerobico pediatriaco (Aguja mariposa y Soporte adaptador o capuchon) dentro del proceso de selección solicitamos que sea sustentando mediante el Anexo N°3 ya que hay ciertas características que no pueden ser sustentadas mediante brochures, cartas , insertos , etc y así no incurrir en vicios dentro del proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACLARA que las EETT de los accesorios para hemocultivos adultos y pediátricos deben ser sustentadas por el anexo N° 3, excepto en el caso de que los adaptadores o capuchón sean reutilizables, sí se deberá sustentar esta característica, al entregar el insumo en el almacén.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque , observamos que existe un error de tipo de omision en el ITEM 6 (Medio para Hemocultivos aerobico adulto automatizado en frasco)ya que no indican que el frasco contenga un volumen adecuado de medio enriquecedor. Este ultimo punto es muy importante debido a que la sangre obtenida de pacientes adultos, que están en situación crítica, debería tener una relación adecuada de muestra y caldo 1:5 a 1:10; si no se mantiene esta relación es posible obtener resultados falsos negativos. Las muestras de sangre-adultas deberían ser inoculadas en sistemas diseñados para mantener la relación sangre-caldo con volúmenes de sangre más bajos. Según recomendaciones de la CLSI, y con la finalidad de recuperar el agente etiológico causante de la sepsis, el volumen ideal de caldo en un frasco de hemocultivo debe ser de 30 a 40 mL. Por lo que solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que consideren considerar que el volumen del medio de cultivo contenido en el frasco de hemocultivo sea de 30 a 40 mL y a su vez dicha característica cuenta con pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores el contenido del frasco de hemocultivo para adulto para equipo automatizado, dependerá de la presentación del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las EETT DE LOS ITEM 6 y 7, referente a frascos de hemocultivo, mencionan como sistema para neutralizar antibiótico a las perlas poliméricas absorbentes. Entendemos que ocurrió un error de tipo tipográfico en el que omitieron la característica de adsorción. Por lo que solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que modifiquen a perlas poliméricas absorbentes y/o adsorbentes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN, se modificará perlas poliméricas absorbentes y/o adsorbentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará: "perlas poliméricas absorbentes y/o adsorbentes"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque , observamos que existe un error de tipo de omision ya que no indican que el frasco contenga un volumen adecuado de medio enriquecedor. Este ultimo punto es muy importante debido a que la sangre obtenida sobre todo de pacientes pediátricos, que estan en situación crítica, debería tener una relación adecuada de muestra y caldo 1:5 a 1:10; si no se mantiene esta relación es posible obtener resultados falsos negativos. Las muestras de sangre-pediátricas deberían ser inoculadas en sistemas diseñados para mantener la relación sangre-caldo con volúmenes de sangre más bajos. Según recomendaciones de la CLSI, y con la finalidad de recuperar el agente etiológico causante de la sepsis, el volumen ideal de caldo en un frasco de hemocultivo debe ser de 30 a 40 mL. Por lo que solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que consideren considerar que el volumen del medio de cultivo contenido en el frasco de hemocultivo sea de 30 a 40 mL y a su vez dicha característica cuenta con pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores el contenido del frasco de hemocultivo pediátrico para equipo automatizado, dependerá de la presentación del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, indican que debemos entregar un mínimo del 30 % del requerimiento mensual de colistin según el cronograma de entrega , entendemos que actualmente la colistin es un antibiótico que esta desfasado de los equipos automatizados, por lo cual mucho de los equipos ya están retirando colistin de sus paneles por su falsa resistencia dentro de sus paneles . Por lo cual solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que se acepte la metodología Colistin SPOT que es validado por el INS para el procesamiento de colistin y/o también se acepte pruebas inmunocromatograficas y/o otros que sean validadas con organismos internacionales como por ejemplo : CLSI , FDA , MALBRAM, INS o CE. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria si nuestra apreciación es la correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, precisando que en caso el panel o tarjeta no incluya el ATB colistin en su composición, deberán entregar el 30% del requerimiento mensual solicitado según el cronograma de entrega del panel o tarjeta que contenga colistin y/o colistin spot y/o método aprobado por CLSI (en caso de ser metodología manual, deberá entregar los insumos correspondientes para el procesamiento).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará: "en caso el panel o tarjeta no incluya el ATB colistin en su composición, deberán entregar el 30% del requerimiento mensual solicitado según el cronograma de entrega del panel o tarjeta que contenga colistin y/o colistin spot y/o método aprobado por CLSI (en caso de ser metodología manual, deberá entregar los insumos correspondientes para el procesamiento)."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, indican que debemos entregar un mínimo del 30 % del requerimiento mensual de colistin , entendemos que actualmente el colistin en polvo para la metodología COLISTIN SPOT puede demorar de importación hasta 90 días , por lo cual solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que se pueda aceptar la entrega del colistin spot hasta 90 días después de emitida la primera OC , ya que entendamos que 01 frasco de colistin puede tener una duración de hasta mas de 1000 pruebas de sensibilidad de este antibiótico.. Solicitamos al comité especial si nuestra apreciación es la correcta y se puede entregar hasta 90 días después de emitida la primera OC.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, precisando que se puede entregar el colistin en polvo para el spot colistin hasta 40 días calendarios contabilizados desde el día siguiente de notificada la primera orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará: "El colistin para el spot colistin será entregado hasta hasta 40 días calendarios contabilizados desde el día siguiente de notificada la primera orden de compra"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque para los ITEMS 6 y 7 indican un cronograma de entrega anual de hemocultivos , actualmente nuestra presentación del producto es múltiplos de 100 y en el caso del ITEM 7 (Medio para hemocultivo aerobico pediátrico automatizado en frasco) solicitan 250 frascos por cada entrega esto conllevando a que estemos entregando 50 frascos adicionales por cada entrega . Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que se pueda aceptar que las entregas sean en múltiplos de 100 como por ejemplo : 1 entrega : 300 frascos , 2 entrega : 200 frascos , 3 entrega : 300 frascos, 4 entrega : 200 frascos ..... etc esto de forma repetitiva y siempre cumpliendo que la entrega total anual sea de 3000 unidades de hemocultivos. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria si nuestra apreciación es la correcta y puede modificarse el cronograma de entregas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN, precisando que se podrá ajustar el cronograma de acuerdo a la forma de presentación de los frascos de hemocultivos pediátricos, sin alterar la cantidad total de los frascos solicitados, ni el flujo de trabajo del Servicio de Laboratorio Clínico, evitando desabastecimiento o sobrestock. La actualización del cronograma se realizará previa coordinación con el área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará: "Se podrá ajustar el cronograma de acuerdo a la forma de presentación de los frascos de hemocultivos pediátricos, sin alterar la cantidad total de los frascos solicitados, ni el flujo de trabajo del Servicio de Laboratorio Clínico, evitando desabastecimiento o sobrestock. La actualización del cronograma se realizará previa coordinación con el área usuaria"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, indican un cronograma de insumo para el control de calidad de frascos de hemocultivos (ITEM 6 y ITEM 7) , entendemos que están pidiendo un total de 9 frascos por cada ítem para sus procesamientos de control de calidad , en nuestro caso nuestra presentación es por caja de 100 frascos,por lo cual solo haríamos una sola entrega para sus procedimientos de control de calidad en todo el periodo de entrega del bien. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que se permita la entrega según la presentación del producto siempre y cuando se cumpla con la entrega total de las pruebas de control de calidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN, se aceptará una sola entrega de frascos para procesamiento de control de calidad, considerando el total de lo solicitado. Esta entrega podrá realizarse con la primera de entrega de los frascos de hemocultivo o según el cronograma adjunto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará: "Se aceptará una sola entrega de frascos para procesamiento de control de calidad , considerando el total de lo solicitado. Esta entrega podrá realizarse con la primera de entrega de los frascos de hemocultivo o según el cronograma adjunto".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, indican que para el equipo en cesión de uso para los ITEM 1,2,3,4 y 5 necesitan un ANALIZADOR AUTOMATIZADO MEDIANO DE DIFERENCIACION Y SENSIBILIDAD MIROBIANA, entendemos que al referirse a analizadores automatizados estas no deben tener pasos manuales como por ejemplo añadir reactivos reveladores o indicadores dentro del procesamiento de las muestras. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria si nuestra apreciación es la correcta y al tener pasos manual por parte del operador esto conllevaría a que se pierda el fin del bien que es adquirir un analizador automatizado para microbiología.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACLARA que, se considera el proceso automatizado de la identificación y determinación de la susceptibilidad antimicrobiana a partir del ingreso de la tarjeta o el panel en el equipo analizador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque , entendemos que existió un error tipográfico en las especificaciones técnicos del analizador automatizado mediano de diferenciación y sensibilidad microbiana y debe de decir dentro de la metodología transmitancia y/o turbidimetría . Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que se corrija el error tipo tipográfico para evitar vicios dentro del proceso de licitación por estos errores de imprenta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria, PRECISA que es correcta su apreciación, se corrige en:  
1.- Metodologías para reactivos para identificación y determinación antimicrobiana: "Identificación con Set de Sustratos y Sensibilidad MIC o MIC Break Point, para Lectura fotométrica y/o fluorescencia y/o colorimétrica y/o trasmitancia y/o turbidimetría y/o redox (oxidorreducción) automatizado". 2.- En metodología del analizador para identificación y determinación antimicrobiana: "Fotométrica y/o fluosrescete y/o fluorometría y/o colorimetría y/o transmitancia y/o turbidimetría y/o redox (oxidorreducción) automatizado".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque,entendemos que se debe sustentar unicamente lo siguiente para el equipo en cesión de uso- Analizador automatizado mediano de diferenciación y sensibilidad microbiana : Metodología ,Perfonmance , característica y muestra , ya que estas características son las mas objetivas para poder sustentarlas y no poder entrar en vicios de la oferta al sustentar características que no se pueden acreditar. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria si nuestra apreciación es la correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACLARA, que el proveedor deberá sustentar los siguientes items del analizador de identificación y susceptibilidad a antimicrobianos:

1.- Metodología: Fotométrica y/o fluorescente y/o fluorometría y/o colorimetría y/o transmitancia y/o turbidimetría y/o redox (oxidorreducción) automatizado.

2.- Performance: Capacidad para procesar 25 o más muestras simultáneamente

3.- Características: Sistema óptico integrado para lectura de los paneles o tarjetas

4.- Procesamiento de datos: software externo (cuenta con gestor de datos de microbiología)."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, indican que el software externo debe ser un software gestor de datos de microbiología y administración de datos microbiológicos, entendemos que este software de gestión microbiológico debe ser versión web, con configuración por roles de usuarios y permisos particulares para visualización y validación de resultados, que brinde alertas epidemiológicas y genere reportes estadísticos que afecte a un grupo de muestras, configuradas y personalizadas por paneles de control para ingreso directo a los resultados de interés. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria si nuestra apreciación es la correcta y esta debe ser sustentada mediante una declaración jurada del fabricante y/o sucursal y/o proveedor del software.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACLARA, que el proveedor deberá sustentar, con folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o brochure y/o carta del fabricante y/o declaración jurada del fabricante y/o fabricante real y/o fabricante legal y/o dueño de la marca y/o filial y/o sucursal y/o proveedor del software externo, que el software externo cuenta con gestor de datos de microbiología. Así mismo, se considera útil contar con el software en versión web, sin embargo para fomentar la pluralidad de postores, la versión web del software externo se incluirá como mejora tecnológica.

se incorporara como mejora 1: software en versión web (puntaje 5 puntos) y debiera ser acreditado mediante folleto y/o instructivos y/o catálogos y/o brochure y/o carta del fabricante".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara como mejora 1: software en versión web (puntaje 5 puntos)



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque , INDICAN sensores ópticos o manometricos , entendemos que cada casa comercial tiene sus propios sensores opticos , por lo cual solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que también se amplíe a Sensor colorimétrico que también es parte de una clase de sensores ópticos , quedando de la siguiente manera : Sistema de sensores ópticos y/o Sensor colorimetrico y/o manometricos para asi permitir la pluralidad de postores y/o marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria, Para fomentar la pluralidad de postores, se acepta que el incubador para hemocultivos INCORPORE y/o Sensor colorimetrico quedando de la siguiente manera : ¿Sistema de sensores ópticos y/o Sensor colorimetrico y/o manometricos para asi permitir la pluralidad de postores y/o marcas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará: ¿Sistema de sensores ópticos y/o Sensor colorimetrico y/o manometricos para asi permitir la pluralidad de postores y/o marcas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, entendemos que se debe sustentar únicamente lo siguiente para el equipo en cesión de uso- Incubador automatizado mediano de hemocultivos: Metodología , perfonmance , característica y muestra , ya que estas características son las mas objetivas para poder sustentarlas y no poder entrar en vicios de la oferta. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria si nuestra apreciación es la correcta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1. Literal: - Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACLARA, que el proveedor deberá sustentar los siguientes items del analizador automatizado de hemocultivos:1.- Metodología: Fluorometría y/o colorimetría y/o manometría

2.- Performance: Capacidad para incubar de 80 a más frascos de hemocultivo simultáneamente

3.- Características: Incubador con capacidad de agitación continua de los frascos de hemocultivos. Capacidad de elaborar graficas de ¿curvas de crecimiento¿ de los frascos que se encuentran en el instrumento y de frascos que han sido retirados en los últimos 14 días su equivalente de un mínimo de 240 registros de botellas. Alarmas para indicar la identificación de cultivos positivos. " Se suprime: procesamiento de datos: software externo (software gestor de datos de microbiología).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En documentación adicional a presentar en su oferta, del ítem 6 y 7, " Se suprime: procesamiento de datos: software externo (software gestor de datos de microbiología)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, indican que la experiencia del Postor debe ser : Insumos y reactivos en el área de microbiología , entendemos que el bien común sería Insumos y reactivos en el área de microbiología AUTOMATIZADA , ya que actualmente están solicitando equipos automatizados , esto permitiendo que haya el post venta correcto y el bien similar sea el correcto al de esta convocatoria publica. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria si nuestra apreciación es la correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: B Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria, NO ACOGEN CONSULTA, Dado que en otra consulta de su misma representada se solicita que la experiencia se acredite con reactivos de laboratorio en general, lo que resulta incongruente con esta consulta, es que ratificamos que en la experiencia del postor se considerarán bienes similares a los siguientes: insumos y reactivos en el área de microbiología.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:46:22

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de la adquisición anual de reactivos de microbiología con equipo en cesión del servicio de laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque, en el SUB ITEM de mejoras tecnológicas sugerimos una mejora tecnológica que tendría un alto impacto en los pacientes y la respuesta de esta, el cual indicamos que se pueda poner esta mejora tecnológica:

Mejora: Postor que presente susceptibilidad antifungigrama para levaduras automatizado, ya que esto contribuye de manera significativa en el manejo terapéutico adecuado de los pacientes con enfermedades fúngicas invasivas (pacientes inmunosuprimidos, neonatos, entre otros). La sensibilidad automatizada tendrá un gran impacto al acortar los tiempos de respuestas lo que proporcionará un tratamiento precoz a estos pacientes. Por lo tanto, siendo esto una mejora tecnológica, solicitamos al comité de selección AMPLIAR esta característica y considerar: ¿postor que presente susceptibilidad antifungigrama para levaduras automatizado como mejora tecnológica con un puntaje de 10 puntos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: - Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria, considera que la automatización del antifungigrama es importante para acortar tiempos en la entrega de resultados, por lo que sugiere al comité de elección que la susceptibilidad antifungigrama automatizado considerarlo como mejora tecnológica. MEJORA TECNOLIGICA (susceptibilidad antifungigrama automatizado) PUNTAJE: 3 puntos y debere ser acreditado mediante folleto y/o instructivos y/o catálogos y/o brochure y/o carta del fabricante y/o inserto del reactivo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara como mejora 2: susceptibilidad antifungigrama automatizado (puntaje 3 puntos)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 de la página 14 de las Bases se indica lo siguiente en relación con el plazo de entrega:

-Primera entrega: En 20 días calendarios contabilizados desde el día siguiente de notificada la orden de compra.

Al respecto, a fin de que este extremo de las Bases quede establecido de forma clara, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que el plazo de entrega será contabilizado a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: I      Literal: 1.9      Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria aclara que el plazo de entrega se contabiliza en 20 días calendarios del día siguiente de notificada la orden de compra, es decir, cuando la entidad cumple con informar al proveedor del producto que está solicitando.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 de la página 14 de las Bases se indica lo siguiente en relación a las siguientes entregas:

- Segunda entrega: En 30 días calendarios de realizado la primera entrega.
- Tercera entrega: En 60 días calendarios de realizado la primera entrega.
- Cuarta entrega: En 90 días calendarios de realizado la primera entrega.
- Quinta entrega: En 120 días calendarios de realizado la primera entrega.
- Sexta entrega: En 150 días calendarios de realizado la primera entrega.
- Séptima entrega: En 180 días calendarios de realizado la primera entrega.
- Octava entrega: En 210 días calendarios de realizado la primera entrega.
- Novena entrega: En 240 días calendarios de realizado la primera entrega.
- Décima entrega: En 270 días calendarios de realizado la primera entrega.
- Onceava entrega: En 300 días calendarios de realizado la primera entrega.
- Doceava entrega: En 330 días calendarios de realizado la primera entrega.

Al respecto, cabe señalar que no resulta tan claro el establecimiento del plazo de entrega para las siguientes entregas, situación que podría conllevar a posibles penalidades indeseadas por la poca exactitud del plazo de entrega.

En ese sentido, en relación con los argumentos expuestos, solicitamos al Comité de Selección que para las siguientes entregas se establezca un plazo de SIETE (07) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA (Para proceder con la entrega que corresponda según el cronograma de entregas)  
(Considerar la misma solicitud para lo indicado en el numeral 6.11 de la página 48 de las Bases)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria aclara que para asegurar el abastecimiento y la continuidad del procesamiento de estas pruebas, se ratifica que: Segunda entrega: En 30 días calendarios de realizado la primera entrega.

Tercera entrega: En 60 días calendarios de realizado la primera entrega.

Cuarta entrega: En 90 días calendarios de realizado la primera entrega.

Quinta entrega: En 120 días calendarios de realizado la primera entrega.

Sexta entrega: En 150 días calendarios de realizado la primera entrega.

Séptima entrega: En 180 días calendarios de realizado la primera entrega.

Octava entrega: En 210 días calendarios de realizado la primera entrega.

Novena entrega: En 240 días calendarios de realizado la primera entrega.

Décima entrega: En 270 días calendarios de realizado la primera entrega.

Onceava entrega: En 300 días calendarios de realizado la primera entrega.

Doceava entrega: En 330 días calendarios de realizado la primera entrega."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Al visualizar la información señalada en la ficha del SEACE, se hace evidente que el procedimiento de selección actual se encuentra agrupado en un solo ítem paquete. No obstante, al analizar y examinar la manera en que se presentan los productos mencionados en las Bases, se puede advertir que sería más apropiado dividir este procedimiento en dos ítems paquetes, de la siguiente manera:

ITEM PAQUETE 1:

- Sistema para Bacterias Gram negativas sistémicos
- Sistema para Bacterias Gram negativas urinarios
- Sistema de Bacterias Gram Positivas
- Sistema para Levaduras
- Sistema para Estreptococo

ITEM PAQUETE 2:

- Medio para hemocultivo aeróbico adulto automatizado o en frasco.
- Medio para hemocultivo aeróbico pediátrico automatizado o en frasco.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección DIVIDIR el presente procedimiento de selección en DOS ITEMS PAQUETES conforme lo descrito en los párrafos anteriores.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: I Literal: -- Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria No se acepta su consulta. El área usuaria requiere que ambos analizadores ingresen juntos, puesto que uno de ellos (hemocultivos) depende del otro para poder cumplir con la entrega del reporte final de resultado, de separarse se podría incurrir en resultados incompletos y de poca ayuda, así como probable vencimiento de los insumos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En el literal f) de la página 18 de las Bases se indica que se debe adjuntar la siguiente documentación para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas:

-El proveedor deberá presentar documentación tales como: copia en idioma español de folletos, instructivos, catálogos o brochure, carta del fabricante.

Al respecto, a fin de acreditar fehacientemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas, solicitamos al Comité de Selección que añada la siguiente descripción en relación con los documentos que se podrán añadir para acreditar las EETT:

¿Con folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o insertos o brochure o cartas emitidas por el fabricante, fabricante real o fabricante legal o dueño de la marca o filial, o sucursal¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria ACLARA, que para acreditar las especificaciones técnicas se aceptará folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o brochure y/o carta del fabricante y/o fabricante real y/o fabricante legal y/o dueño de la marca y/o filial y/o sucursal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará: ¿FOLLETOS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O CATÁLOGOS Y/O BROCHURE Y/O CARTA DEL FABRICANTE Y/O FABRICANTE REAL Y/O FABRICANTE LEGAL Y/O DUEÑO DE LA MARCA Y/O FILIAL Y/O SUCURSAL¿



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En el literal h) de la página 19 de las Bases se indica que se requiere adjuntar el siguiente documento:

h) Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis

Al respecto, en relación con el PROTOCOLO Y/O CERTIFICADO DE ANALISIS, considerando que estos documentos son emitidos por cada fabricante en su país de origen y no necesariamente tienen toda la información requerida por las entidades públicas, sin que ello afecte la finalidad de estos documentos, es más éstas son presentadas ante DIGEMID sin ninguna observación respecto al contenido o formalidad. Asimismo, es preciso señalar que la finalidad que persigue un protocolo de análisis o certificado de análisis es garantizar la calidad del producto, para lo cual se dejará constancia de los análisis a los que, por disposición del laboratorio del fabricante, han sido sometidos; no existiendo ninguna limitante en cuanto al contenido de esta para los dispositivo médicos; siendo perfectamente válida que se acepte que éstos sean en el formato propio del fabricante; siempre y cuando cumplan con el objetivo que dejar constancia del análisis del producto; por lo que ENTENDEMOS que se aceptará copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis emitidos por los fabricantes con la información que éstos declaren en el mismo y en sus propios formatos;

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto, de ser así se precise EXPRESAMENTE en las bases administrativas.  
Caso contrario sería un restricción y limitación para la comercialización de productos de procedencia extranjera en el mercado nacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h) Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria aclara que es correcta su apreciación, tal como se indican en las bases, el postor debe presentar h)  
Copia simple legible del Certificado y/o Protocolo de Análisis  
Emitido por el fabricante de acuerdo a los resultados de su propia metodología y en su propio formato o por un laboratorio acreditado por INDECOPI o autorizado por el Ministerio de Salud. Se aceptará el formato que se emita según el país de origen del fabricante.  
Los certificados originales deberán ser mostrados a solo requerimiento del HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE las veces que considere conveniente."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

En el literal h) de la página 19 de las Bases se indica que se requiere adjuntar el siguiente documento:

h) Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que el certificado de análisis y/o protocolo de análisis deberá contener el refrendo (nombre, firma y sello) del DIRECTOR TÉCNICO DEL POSTOR.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1      Literal: h)      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria incorporan certificado y/o protocolo de análisis será emitido según el país de origen del fabricante deberá contener el refrendo (nombre, firma y sello) del DIRECTOR TÉCNICO DEL POSTOR y/o quien haga de sus veces y/o quien corresponda.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorporará: ¿certificado y/o protocolo de análisis será emitido según el país de origen del fabricante deberá contener el refrendo (nombre, firma y sello) del DIRECTOR TÉCNICO DEL POSTOR y/o quien haga de sus veces y/o quien corresponda¿.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En el literal k) de la página 19 de las Bases se indica que se debe adjuntar lo siguiente:

k) Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Distribución-

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que el CBPDT deberá estar a nombre del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 22.2.1.1 Literal: k Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria, aclaran que El certificado de Distribución y Transporte de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, podrá encontrarse a nombre del postor o a nombre de un tercero con el cual el postor tenga vínculo contractual, para lo cual deberá adjuntar copia del Certificado y Copia del Contrato suscrito por el tercero y el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara: "El certificado de Distribución y Transporte de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, podrá encontrarse a nombre del postor o a nombre de un tercero con el cual el postor tenga vínculo contractual, para lo cual deberá adjuntar copia del Certificado y Copia del Contrato suscrito por el tercero y el postor"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

ITEMS 1,2,3,4 Y 5

SOLICITAN: METODOLOGÍA: Identificación con Set de sustratos y sensibilidad MIC o Break Point para Lectura Fotometrica o fluorescencia o Colorimetría o transmitancia automatizado o redox automatizada.

En relación con ello, solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria añadir la metodología por turbidimetría, a fin de que la evaluación pueda realizarse de manera integral, al ser parte de las metodologías aceptadas para el equipo en cesión en uso que se entregará para el procesamiento de dichos ítems.

Asimismo, a fin de no incurrir en error de interpretación se modifique la palabra REDOX por oxidorreducción tanto para los bienes como para el equipo.

(considerar lo mismo para las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANALIZADOR AUTOMATIZADO MEDIANO DE DIFERENCIACIÓN Y SENSIBILIDAD MICROBIANA, pag. 39)  
(ver paginas 25, 26, 27, 28, 29 y 30)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria, para fomentar la pluralidad de postores, se añade metodología por turbidimetría y se aclara que la palabra redox son siglas de oxidorreducción, por lo que se cambia a REDOX (OXIDORREDUCCIÓN), aceptándose cualquiera de las dos terminologías para sustentar este método.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará: ¿(OXIDORREDUCCIÓN)¿

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

ITEMS 1,2,3,4 Y 5

SOLICITAN: CEPAS ATCC para control de calidad.

En el mercado se pueden encontrar Cepas ATCC o Cepas NCTC, siendo ambas equivalentes y llegando a obtener los mismos alcances para el control de calidad microbiológico. En este sentido, solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria permitir la entrega para el control de calidad de paneles o tarjetas con Cepas ATCC o NCTC, con la finalidad de permitir la pluralidad de postores y marcas en el mercado (principio de libre competencia y concurrencia).  
(ver paginas 25, 26, 27 ,28, 29 y 30)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria, No se acepta su consulta, puesto que en el CLSI (Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio ) no se encuentran todos los puntos de corte referenciales de las cepas de NCTC equivalentes al ATCC solicitadas en este requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

**Consulta:** Nro. 38

**Consulta/Observación:**

ITEM 4- SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN + ANTIFUNGIGRAMA DE LEVADURAS

SOLICITAN PARA EL ANTIFUNGIGRAMA: AUTOMATIZADO O MANUAL.

En referencia a ello, hay que considerar que un método manual tiene una presentación distinta al automatizado, en este sentido solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria que el dispositivo para realizar el antifungigrama pueda estar presentado en microplacas, con la finalidad de permitir la pluralidad de postores y marcas en el mercado (principio de libre competencia y concurrencia).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria, aclara que el antifungigrama manual puede abarcar diversas metodologías como microplacas u otro método.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

ITEMS 1,2,3,4 Y 5

Respecto a la CONSERVADORA VERTICAL, solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria confirmar que la misma será opcional; es decir, solo deberá entregarse en caso los bienes objeto de la convocatoria (PANEL O TARJETA) deban conservarse a una temperatura REFRIGERADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria, se aclara que: "En caso de necesidad de conservación de las tarjetas y/o paneles a una temperatura especial, el postor deberá proveer en calidad de cesión de uso una conservadora de laboratorio apropiada a las cantidades requeridas, la misma que se instalará con la primera entrega (solo para paneles y/o tarjetas que requieran ser refrigerados para su conservación según el inserto del fabricante)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

ITEMS 1,2,3,4 Y 5

SOLICITAN: AUTOCLAVE VERTICAL DE 50 a 60 Litros.

Solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria, indicar si nuestro entender es correcto que si una autoclave tiene una capacidad dentro de los rangos mínimos y máximos considerados (Ejemplo: 55 Litros) cumple con lo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria aclara que el auto clave digital deberá tener una capacidad mayor o igual a 25 litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

ITEMS 1,2,3,4 Y 5

SOLICITAN: AUTOCLAVE VERTICAL ¿Tipo de rueda de mano de estructura de puerta de apertura rapida, anillo de sellado auto expandible...¿

Al respecto, en el mercado existen diversos modelos de autoclaves, por lo que solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria permitir ampliar la especificación a ¿TIPO DE RUEDA DE MANO DE ESTRUCTURA DE PUERTA DE APERTURA RAPIDA Y/O ANILLO DE SELLADO AUTO EXPANDIBLE¿ a fin de de permitir la pluralidad de postores y marcas en el mercado (principio de libre competencia y concurrencia).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria, ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, señalando que se amplía la especificación de la autoclave a Tipo de rueda de mano de estructura de puerta de apertura rápida y/o anillo de sellado auto expandible

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará: "y/o"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

ITEMS 1,2,3,4 Y 5

SOLICITAN: AUTOCLAVE VERTICAL

Debido a que es un equipo que en la mayoría de los casos se importa a pedido de los clientes y cuya disponibilidad dependerá del fabricante, solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria que dicho equipo accesorio se pueda entregar en un plazo máximo de 65 días a partir del día siguiente de la emisión de la primera orden de compra, a fin de permitir la pluralidad de postores y marcas en el mercado (principio de libre competencia y concurrencia).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria, aceptan parcialmente su consulta, la entrega de la autoclave se amplía a un plazo máximo de 40 días calendarios a partir del día siguiente de notificada la primera orden de compra que incluye la instalación y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará: "El plazo de entrega de la autoclave que incluye la instalación y puesta en funcionamiento podría tener un plazo máximo de 40 días calendarios a partir del día siguiente de notificada la primera orden de compra."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

ITEMS 1,2,3,4 Y 5

SOLICITAN: FECHA DE VENCIMIENTO DEBE SER MAYOR O IGUAL A 4 MESES, ACOMPAÑADO DE CARTA DE COMPROMISO DE CANJE.

En referencia a ello, solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria indicar si nuestro entender es correcto que un producto cuya vigencia sea mayor a 05 meses NO DEBERÁ ser entregado con carta de canje, a fin de incentivar la participación de postores y marcas (principio de libre concurrencia y competencia), y considerando que las proyecciones de compra deben ser reales al consumo promedio de la entidad, por lo que al contemplarse un cronograma de entregas parciales, garantiza que las vigencias se actualicen y el postor cumpla con lo ofertado sin afectar a la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria, Sobre la fecha de vencimiento se aclara que: Fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a 4 meses, acompañado de carta de compromiso de canje. En ningún caso se aceptará reactivo con fecha de vencimiento menor a 4 meses. En caso el reactivo tenga una vigencia mayor a 12 meses no será necesario adjuntar carta de compromiso de canje."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

ITEMS 6 y 7

SOLICITAN: FECHA DE VENCIMIENTO DEBE SER MAYOR O IGUAL A 4 MESES, ACOMPAÑADO DE CARTA DE COMPROMISO DE CANJE.

En referencia a ello, solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria indicar si nuestro entender es correcto que un producto cuya vigencia se mayor a 05 meses NO DEBERÁ ser entregado con carta de canje, a fin de incentivar la participación de postores y marcas (principio de libre concurrencia y competencia), y considerando que las proyecciones de compra deben ser reales al consumo promedio de la entidad, por lo que al contemplarse un cronograma de entregas parciales, garantiza que las vigencias se actualicen y el postor cumpla con lo ofertado sin afectar a la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria,Sobre la fecha de vencimiento se aclara que: Fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a 4 meses, acompañado de carta de compromiso de canje. En ningún caso se aceptará reactivo con fecha de vencimiento menor a 4 meses. En caso el reactivo tenga una vigencia mayor a 12 meses no será necesario adjuntar carta de compromiso de canje."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

**Consulta:** Nro. 45

**Consulta/Observación:**

ITEMS 6 y 7- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INCUBADIR AUTOMATIZADO MEDIANO DE HEMOCULTIVOS.

SOLICITAN: 3. PERFORMANCE: Capacidad para incubar de 80 a más frascos de hemocultivos simultáneamente.

En este sentido, solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria indicar si nuestro entender es correcto que UN EQUIPO compuesto por 2 módulos de 40 posiciones cada uno (capacidad total 80 frascos en simultaneo), cumple con lo solicitado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria aclara que el postor puede presentar más de un módulo de incubación para cumplir con la capacidad requerida, sin embargo, todos deben ser integrados a un único módulo - software controlador

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:45:38

**Consulta:** Nro. 46

**Consulta/Observación:**

DETALLES TECNICOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE.

SOLICITAN: B. Hardware: Computadoras(s), servidor y puntos de red con cableado de acuerdo a requerimiento del área usuaria.

En referencia a los Hardware, solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria aclarar si nuestro entender es correcto que para cada equipo será solicitado 1 Computador.

Asimismo, solicitamos que la entrega del SERVIDOR sea OPCIONAL; es decir, no será obligatoria su entrega siempre y cuando se garantice la interfaz interconexión operativa al sistema de salud del centro asistencial o entidad, debido a que implementar dichos equipos encarece directamente el precio que se ofertará del bien, siendo estos aditamentos muchas veces innecesarios que encarecerán el bien objeto de la convocatoria.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria aclara que sobre el Hardware, el postor deberá proveer, como mínimo 3 computadoras, una para cada equipo y otra para la validación del patólogo clínico y manejo de gestión de datos de microbiología, o los que sean necesarios para asegurar el correcto flujo de la atención de estos procedimientos. Asimismo, indicamos que no es posible aceptar el Servidor como opcional, de acuerdo a la necesidad del servicio es requerido contar con el servidor de su empresa para tener fluidez, almacenamiento de todos los datos y óptimo funcionamiento de su sistema, puesto que nuestra entidad no podrían atender las funciones de todos los proveedores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorporará: "El postor deberá proveer, como mínimo 3 computadoras, una para cada equipo y otra para la validación del patólogo clínico, o los que sean necesarios para asegurar el correcto flujo de la atención de estos procedimientos".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:16:58

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Segun el numeral 1.9. - Plazo de Entrega, del Cap. I . Generalidades, se indica que:

"(...) 2da entrega en 30 dias calendarios de realizado la primera entrega, 3era entrega en 60 dias calendarios de realizado la primera entrega (...)".

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que los reactivos materia de contratación son fabricado en el extranjero y pasan por un proceso de importación, así como procesos internos de acondicionamiento e inyectado, por lo que seria necesario contar con un plazo adicional con la finalidad de que mas postores podamos cumplir con dicha exigencia.

Asimismo, considerando que las áreas de almacén de las Entidades exigen la Orden de Compra notificada (o copia de la misma) como condiciones para la recepción e internamiento de los bienes; así como atendiendo la naturaleza de los bienes materia de contrato.

Solicitamos al Comité de Selección que, en coordinación con el área usuaria, acepte que el plazo de entrega sea contabilizado desde la notificación de la orden de compra, y refleje con lo indicado en el numeral 6.11, del Cap. III - Requerimiento, con la finalidad que no hayan inconvenientes en la ejecución de la contratación.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones con el estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria aclara que para asegurar el abastecimiento y la continuidad del procesamiento de estas pruebas, se ratifica que: Segunda entrega: En 30 días calendarios de realizado la primera entrega.

Tercera entrega: En 60 días calendarios de realizado la primera entrega.

Cuarta entrega: En 90 días calendarios de realizado la primera entrega.

Quinta entrega: En 120 días calendarios de realizado la primera entrega.

Sexta entrega: En 150 días calendarios de realizado la primera entrega.

Séptima entrega: En 180 días calendarios de realizado la primera entrega.

Octava entrega: En 210 días calendarios de realizado la primera entrega.

Novena entrega: En 240 días calendarios de realizado la primera entrega.

Décima entrega: En 270 días calendarios de realizado la primera entrega.

Onceava entrega: En 300 días calendarios de realizado la primera entrega.

Doceava entrega: En 330 días calendarios de realizado la primera entrega."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:16:58

**Observación: Nro. 48**

**Consulta/Observación:**

Segun el literal B - Experiencia del Postor en la especialidad, del Cap. III - Requerimiento, se indica que:

"(...) se consideran bienes similares a los siguientes: insumos y reactivos en el area de microbiologia".

En concordancia con el principio de Libertad de Concurrencia, previsto en el literal a) del art. 2 del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, debería considerarse la acreditación de experiencia en bienes similares, permitiendo estos sean Reactivos de laboratorio en general. Con la finalidad de aumentar el numero de postores en la presente convocatoria.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que en coordinación con el Área Usuaría, permita la acreditación de la experiencia con montos facturados por la venta de Reactivos de laboratorio en general.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.2    **Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

literal a) del art. 2 del Decreto Supremo N° 082-2019-EF

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria, NO ACOGEN OBSERVACION, Dado que en otra consulta de su misma representada se solicita que la experiencia se acredite con reactivos de Microbiología AUTOMATIZADA, lo que resulta incongruente con esta consulta, es que ratificamos que en la experiencia del postor se considerarán bienes similares a los siguientes: insumos y reactivos en el área de microbiología.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:41:36

**Observación: Nro. 49**

**Consulta/Observación:**

En las páginas 33 y 34, Dice en cuanto al soporte adaptador o capuchón para cada frasco de hemocultivo ¿ De ser reutilizables deberá entregar el 50% del total de frascos de hemocultivos¿ Considerando que estos capuchones o adaptadores son de plástico reutilizable y que desechar 3900 elementos de plástico, impacta de manera negativa el medio ambiente y amparados en el artículo 2 inciso h, de la ley de contrataciones con el estado, principio de sustentabilidad ambiental observamos: Solicitamos al comité especial en coordinación con el usuario considerar la entrega de 1 capuchón por cada 100 frascos de hemocultivos, para no infringir el principio de sostenibilidad ambiental.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.3    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley de contrataciones con el estado articulo 2 inciso h sostenibilidad ambiental

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria Para garantizar el abastecimiento de este insumo. En caso los capuchones o adaptadores sean reutilizables, se aceptará que el postor entregue el 25% del total de frascos de hemocultivo solicitados, puede ser entregado en su totalidad en la primera entrega o parcialmente según corresponda la cantidad por entrega (de ser reutilizable deberá adjuntar documento sustentatorio de esta características al ingresar el insumo en almacén).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se incorporará: "el 25% del total de frascos de hemocultivos solicitados, pueden ser entregados en su totalidad con la primera entrega o parcialmente según corresponda la cantidad por entrega (de ser reutilizable deberá adjuntar documento sustentatorio de esta característica al entregar el insumo en almacén)"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:41:36

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

En las características técnicas de los frascos de hemocultivo aeróbicos adultos no se describe volumen de medio solicitado, en base a ello:  
Solicitamos amablemente al comité ACLARE si es correcta nuestra apreciación y los frascos de hemocultivos adultos con 30ml de volumen de medio serán aceptados, considerando que la mencionada característica no está descrita en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.3      Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria Se aclara que para fomentar la pluralidad de postores el contenido del frasco de hemocultivo para adulto para equipo automatizado, dependerá de la presentación del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:41:36

**Consulta:** Nro. 51

**Consulta/Observación:**

En las características técnicas de los frascos de hemocultivo aeróbicos pediátrico automatizado no se describe volumen de medio solicitado, en base a ello:

Solicitamos amablemente al comité ACLARE si es correcta nuestra apreciación y los frascos de hemocultivos pediátricos con 25ml de volumen de medio serán aceptados, considerando que la mencionada característica no está descrita en las bases.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 1      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria aclara que para fomentar la pluralidad de postores el contenido del frasco de hemocultivo pediátrico para equipo automatizado, dependerá de la presentación del fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:34:04

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

En cuanto a las características para el sistema de identificación + antibiograma de bacterias gram negativas sistémicas, no se describe cuales son los microorganismos que pretenden ser identificados con estas tarjetas Solicitamos amablemente al comité de selección ACLARE cuales son los microorganismos incluidos en esta descripción.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previo pronunciamiento del área usuaria clara que el panel o tarjeta para identificación + antibiograma de bacterias gram negativas sistémicas deberá aislar todos los microorganismos gram negativos de importancia clínica (Enterobacterias, Pseudomona, Acinetobater, Stenotrophomonas, Burkholderia, Moraxella, entre otros de importancia clínica). Lo mismo aplica para la identificación de bacterias gram negativas urinarias, el panel o tarjeta debe aislar todos los microorganismos gram negativos de importancia clínica (Enterobacterias, Pseudomona, Acinetobater, Stenotrophomonas, Burkholderia, Moraxella, entre otros de importancia clínica).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null