

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código : 20605223088

Fecha de envío : 14/06/2023

Nombre o Razón social : SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 23:38:00

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSIDERAR CAMBIO DE PACK DE BATERIAS, DEBIDO AL ALCANCE DEL TIEMPO DE VIDA UTIL SEGURO, PARA GARANTIZAR LA FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES VIGENTE

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del pronunciamiento del area usuaria respecto a la presente observacion en coordinacion con el organo encargado de las contrataciones, indican que el servicio objeto de la presente contratacion es a todo costo, dado que el cambio de repuestos y accesorios de cada equipo medico, estara a cargo del contratista.

Por lo antes expuesto no se acoge la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código : 20605223088

Fecha de envío : 14/06/2023

Nombre o Razón social : SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 23:38:00

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSIDERAR QUE LA REVISION DE PARAMETROS DE GOTEOS SEAN VALIDADAS CON UNA PROBETA NORMADA PARA UN MEJOR SERVICIO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del pronunciamiento del area usuaria respecto a la presente observacion en coordinacion con el organo encargado de las contrataciones, indican que el equipo cuenta con un software visible en pantalla de parametros recomendados según fabricante. por lo antes expuesto no se acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código : 20605223088

Fecha de envío : 14/06/2023

Nombre o Razón social : SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 23:38:00

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ESPECIFICAR LA CANTIDAD DE AGENTES ANESTESICOS, Y PLAZO ESTIMADO DE VENCIMIENTO DE VENCIMIENTO DE LOS MISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del pronunciamiento del area usuaria respecto a la presente observacion en coordinacion con el organo encargado de las contrataciones, indican que la cantidad de agentes anestesicos seran solo para las pruebas de funcionamiento con el usuario, por lo antes expuesto no se acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:38:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE OBSDRVA QUE EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, RESPECTO AL SUMINISTRO DE CONECTOR DE BALON DE O2, ESPECIFICAR SI EN CASO NO ENCONTRAR DICHO ACCESORIO EN EL MERCADO, DEBIDO A LA DISCONTINUIDAD DE IMPORTACION DE REPUESTOS DEL VENTILADOR, SE ACEPTA EL SUMINSTRO DE UNO ALTERNATIVO DE BUENA MARCA Y QUE CUMPLA CON LAS MISMAS FUNCIONES, SIN ALTERAR EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO PARA UN MEJOR SERVICIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del pronunciamiento del area usuaria respecto a la presente consulta en coordinacion con el organo encargado de las contrataciones, en aras de fomentar la participacion de los proveedores acogen la consulta. Por lo que se acepta conector de balón de O2 original y/o alternativo de buena calidad, que cumpla con las mismas funciones, sin alterar el desempeño del equipo.

Lo antes descrito sera adicionado en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

conector de balón de O2 original y/o alternativo de buena calidad.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:38:00

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, SOLICITAR CAMBIO DE BATERIAS DE UPS, LIMPIEZAS DE DISCO DURO (ARCHIVOS OBSOLETOS), REALIZAR PRUEBAS DE FUGAS ELECTRICAS CON EQUIPO CERTIFICADO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 4 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del pronunciamiento del area usuaria respecto a la presente observacion en coordinacion con el organo encargado de las contrataciones, se indica que el servicio objeto de la presente contratacion es a todo costo, dado que el cambio de repuestos y accesorios de cada equipo medico, estara a cargo del contratista por lo que este se encargara de suministrar todo lo necesario a fin de que el equipo quede en perfectas condiciones.
Por lo antes expuesto no se acoge la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:38:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ACLARAR EL ITEM "BALONES DE MAYOR CAPACIDAD" PUESTO QUE SE SUJETA A SUBJETIVIDAD Y ACARREA POSIBLES CONTROVERSAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del pronunciamiento del area usuaria respecto a la presente consulta en coordinacion con el organo encargado de las contrataciones, acogen la consulta indicando que por error de digitacion se considero equivocadamente "balones de mayor capacidad".

Lo cual se corregira en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:38:00

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, SE SUGIERE REALIZAR EL CAMBIO DE LOS CONDUCTOS DE AIRE Y AGUA QUE SE ENCUENTREN DEFECTUOSOS Y CON PRESENCIA DE AGENTES EXTRAÑOS Y REALIZAR EL CAMBIO DE TERMINALES BORDEN CON MANGUERA

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 11 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del pronunciamiento del area usuaria respecto a la presente observacion en coordinacion con el organo encargado de las contrataciones, se indica que el servicio objeto de la presente contratacion es a todo costo, dado que el cambio de repuestos y accesorios de cada equipo medico, estara a cargo del contratista por lo que este se encargara de suministrar todo lo necesario a fin de que el equipo quede en perfectas condiciones.
Por lo antes expuesto no se acoge la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:38:00

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A REALIZAR, INDICAR QUE SE REQUIERE VALIDAR LA POTENCIA DE SALIDA DEL CAUTERIO CON UN VATIMETRO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 10 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del pronunciamiento del area usuaria respecto a la presente observacion en coordinacion con el organo encargado de las contrataciones, indican que esas pruebas deberan ser relizadas al termino de los trabajos y con los equipos correspondientes solicitados en el equipamiento estrategico.

Por lo antes expuesto no se acoge la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:38:00

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A REALIZAR, INDICAR QUE SE REQUIERE MEDIR Y VALIDAR EL PORCENTAJE DE NIVEL DE PUREZA CON UN EQUIPO CERTIFICADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del pronunciamiento del area usuaria respecto a la presente observacion en coordinacion con el organo encargado de las contrataciones, indican que esas pruebas deberan ser relizadas al termino de los trabajos y con los equipos correspondientes solicitados en el equipamiento estrategico (analizador de gases).

Por lo antes expuesto no se acoge la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:38:00

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:
SE OBSERVA QUE EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A REALIZAR, INDICAR QUE SE REQUIERE MEDIR Y VALIDAR EL PORCENTAJE DE NIVEL DE PUREZA CON UN EQUIPO CERTIFICADO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Del pronunciamiento del area usuaria respecto a la presente observacion en coordinacion con el organo encargado de las contrataciones, indican que esas pruebas deberan ser relizadas al termino de los trabajos y con los equipos correspondientes solicitados en el equipamiento estrategico (analizador de gases).
Por lo antes expuesto no se acoge la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código : 20605223088

Fecha de envío : 14/06/2023

Nombre o Razón social : SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 23:38:00

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A REALIZAR, INDICAR QUE SE REQUIERE CAMBIAR EL EMPAQUE DE PUERTA Y EL FILTRO BACTEREOLÓGICO DEL EQUIPO, DEBIDO AL TIEMPO DE USO Y POR RECOMENDACION COMO SE INDICA EN EL MANUAL DE FABRICANTE

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1

Literal: 12

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del pronunciamiento del área usuaria respecto a la presente observación en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, se indica que el servicio objeto de la presente contratación es a todo costo, dado que el cambio de repuestos y accesorios de cada equipo médico, estará a cargo del contratista por lo que este se encargará de suministrar todo lo necesario a fin de que el equipo quede en perfectas condiciones.
Por lo antes expuesto no se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:38:00

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A REALIZAR, INDICAR QUE SE REQUIERE CAMBIAR EL EMPAQUE DE PUERTA Y EL FILTRO BACTEREOLÓGICO DEL EQUIPO, DEBIDO AL TIEMPO DE USO Y POR RECOMENDACION COMO SE INDICA EN EL MANUAL DE FABRICANTE

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 13 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del pronunciamiento del área usuaria respecto a la presente observación en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, se indica que el servicio objeto de la presente contratación es a todo costo, dado que el cambio de repuestos y accesorios de cada equipo médico, estará a cargo del contratista por lo que este se encargará de suministrar todo lo necesario a fin de que el equipo quede en perfectas condiciones.
Por lo antes expuesto no se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código : 20605223088

Fecha de envío : 14/06/2023

Nombre o Razón social : SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 23:38:00

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

SE OBSERVA SE PUEDE CONSIDERAR COMO PERSONAL CLAVE A UN INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA, CON CAPACITACION ACTUALIZADA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO, MONITOR MULTIPARAMETRO DE FUNCIONES VITALES, MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AUTOCLAVE HORIZONTAL CON GENERADOR A VAPOR, MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LAVADOR DESINFECTOR. POR 120 HORAS EN TOTAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 6.2

Literal: a

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del pronunciamiento del area usuaria respecto a la observacion en coordinacion con el organo encargado de las contrataciones, indican que en el estudio de mercado mas de una empresa cumple con lo establecido en el requerimiento y en los terminos de referencia, asimismo se busca fomentar la participacion de los proveedores, siendo lo solicitado por el proveedor limitante para muchos proveedores.

Por lo antes expuesto no se acoge la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:38:00

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EL TECNICO ELECTRONICO O EQUIVALENTE DESDE LA FECHA DE EGRESADO QUE CUENTE CON CERTIFICADO EN CURSO DE PROTECCION RADIOLOGICA Y RADIODIAGNOSTICO MEDICO (MANTENIMIENTO) IPEN

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.2 **Literal:** b **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del pronunciamiento del area usuaria respecto a la observacion en coordinacion con el organo encargado de las contrataciones, indican que en el estudio de mercado mas de una empresa cumple con lo establecido en el requerimiento y en los terminos de referencia, asimismo se busca fomentar la participacion de los proveedores, siendo lo solicitado por el proveedor limitante para muchos proveedores.
Por lo antes expuesto no se acoge la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:38:00

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

CONSIDERAR COMO EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE RAYOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.5 **Literal:** 8.5 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del pronunciamiento del area usuaria respecto a la observacion en coordinacion con el organo encargado de las contrataciones, indican que en el estudio de mercado mas de una empresa cumple con lo establecido en el requerimiento y en los terminos de referencia, asimismo se busca fomentar la participacion de los proveedores, siendo lo solicitado por el proveedor limitante para muchos proveedores.

Por lo antes expuesto no se acoge la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-EP/UO 0870-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO DE SALUD MILITAR PICHARI

Ruc/código : 20605223088

Fecha de envío : 14/06/2023

Nombre o Razón social : SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 23:38:00

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE DENOMINAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
SIMULADOR DE ELECTROCIRUGIA POR VATIMETRO MEDIDOR DE POTENCIA DE ELECTROCIRGUIA.
SIMULADOR DE DESFIBRILACION POR ANALIZADOR DE POTENCIA DE DESFIBRILACION
AÑADIR COMO EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO, EQUIPO DE MEDICION DE PORCENTAJE DE PUREZA DE OXIGENO

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: B.1

Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del pronunciamiento del area usuaria respecto a la observacion en coordinacion con el organo encargado de las contrataciones, indican: Simulador de electro cirugia: Prueba las funciones ESU criticas con potencia precisa, corriente, frecuencia,factor de cresta y rangos de resistencia de carga. Un Vatimetro se utiliza en trabajos electricos. se observa que en la observacion existe desconocimiento de las funciones de dichos equipos. Por lo que se ratifica el equipamiento estrategico solicitado, asimismo se indica que en el estudio de mercado mas de una empresa cumple con lo establecido en el requerimiento y en los terminos de referencia.

Por lo antes expuesto no se acoge la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null