

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA RODABLE DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código : 20333483395

Nombre o Razón social : GAMEL S.R.L.

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 20:51:54

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

FORMA DE PAGO

En este numeral se precisa que la entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO UNICO

Sin embargo; en el Capítulo III; numeral 14 Prestaciones accesorias al bien principal (página 28) de las bases solicitan Garantía de fiel cumplimiento de contrato por la prestación principal y prestación accesoría; teniendo en cuenta que el presente procedimiento de selección conlleva a la prestación de mantenimiento preventivo semestral al equipo durante el periodo de garantía (03 años).

Solicitamos los miembros del comité se sirvan precisar si en el Anexo N° 6 Precio de la Oferta se deberá consignar el Precio de la prestación Principal, Precio de la Prestación accesoría y el Precio Total; de ser el caso se solicita hacer las adecuaciones necesarias al Anexo N° 6

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** 2.6    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De los consultado, se precisa que en el Anexo N° 6 Precio de la Oferta se deberá consignar el Precio de la prestación Principal, Precio de la Prestación accesoría y el Precio Total; como se indica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa en las bases integradas del procedimiento de selección.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA RODABLE DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código : 20333483395

Nombre o Razón social : GAMEL S.R.L.

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 20:51:54

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

A04 PESO (SIN EL DETECTOR) 190 KG O MENOS

Proponemos que la institución cuente con un equipo motorizado para el traslado a zonas distantes del servicio de radiología en la que el personal técnico no tendrá que hacer esfuerzo alguno para su transporte ya que el equipo de rayos x cuenta con motor para su fácil desplazamiento dentro del recinto hospitalario.

El solicitar un equipo con un peso de 190kg resulta Irrelevante; puesto que el contar con un equipo con mayor peso y que cuente con motores para su fácil desplazamiento ira en beneficio de la institución.

En ese sentido resulta irrelevante solicitar que el equipo cuente con un peso de 190kg o menor; teniendo en cuenta que lo propuesto es un Equipo de rayos x motorizado; el cual cuenta con motores para su transporte; solicitamos considerar un peso de 450KG o menor incluido el detector

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De lo consultado, no se acoge a lo solicitado, debido a que para una mejor maniobra del equipo por el personal asistencial se necesita un equipo de menos peso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa en las bases integradas del procedimiento de selección.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA RODABLE DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código : 20333483395

Nombre o Razón social : GAMEL S.R.L.

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 20:51:54

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

C01: Tamaño de punto: Focal 1: 0.8MM; Tamaño de punto: Focal 2: 1.3 MM

En radiología de lo que se trata es conseguir la mejor imagen con calidad diagnostica, y por lo general esto se consigue teniendo generadores mayores a 500mA y Tubo de rayos x con diámetros de punto focales de 0.6 y 1.0 mm o mayor

Solicitamos a los miembros del comité con la finalidad de fomentar una mayor participación de postores tengan a bien considerar un rango más amplio.

Con Puntos focales de 0.6MM y 1.0 MM; se conseguiría propuestas con variedad de diámetro de puntos focales y con rangos técnicamente probados para conseguir mejor calidad de imagen. En ese sentido consultamos al comité tengan considerar:

C01: Punto focales menor o igual a 0.6MM y 1.2 MM

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De lo consultado, no se acoge a lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa en las bases integradas del procedimiento de selección.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA RODABLE DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código : 20333483395

Nombre o Razón social : GAMEL S.R.L.

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 20:51:54

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

E02 BRAZO FIJO O ARTICULADO

Solicitamos a los miembros del comité con la finalidad de fomentar una mayor participación de postores tengan a bien aceptar:

E02 BRAZO FIJO Y/O ARTICULADO Y/O TELESCOPICO

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: III

**Literal:** 3.1

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De lo consultado, no se acoge a lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa en las bases integradas del procedimiento de selección.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA RODABLE DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	20:51:54

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

E03: DIAMETRO DE LAS RUEDAS: 100mm O MENOR FRENTE; 300 MM O MENOR ATRÁS

Consultamos a los miembros del comité; considerar esta característica como OPCIONAL

E03: DIAMETRO DE LAS RUEDAS: 100mm O MENOR FRENTE; 300 MM O MENOR ATRÁS  
(OPCIONAL)

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 3.1    Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De lo consultado, no se acoge a lo solicitado, debido a que se refiere a características técnicas esenciales del equipo en mención.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se precisa en las bases integradas del procedimiento de selección.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA RODABLE DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	20:51:54

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

F02: MINIMA DISTANCIA SID AL SUELO 44 CM O MENOR

NUESTRA PROPUESTA ES UN EQUIPO CON BRAZO TELESCOPICO QUE SUPERA EN BONDADES AL BRAZO Y ARTICULADO. LOS BRAZOS TELESCOPICOS TIENEN MAS FUNCIONALIDAD EN ESPACIOS REDUCIDOS; YA QUE CUENTA CON UN GIRO DE 180º

SOLICITAMOS QUE EL DESPLAZAMIENTO SID DEL TUBO DE RAYOS X SEA DESDE 560 MM O MENOS

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De lo consultado, no se acoge a los solicitado, debido a una mejor maniobra del equipo por el personal asistencial se necesita un equipo con esas características.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa en las bases integradas del procedimiento de selección.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA RODABLE DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código : 20333483395

Nombre o Razón social : GAMEL S.R.L.

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 20:51:54

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

F03: DISTANCIA MINIMA DEL EQUIPO AL SUELO 17 CM

Solicitamos considerar esta característica como OPCIONAL; puesto que no define la calidad del producto; solo hace referencia al diseño de cada fabricante

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De lo consultado, no se acoge a los solicitado, debido a una mejor maniobra del equipo por el personal asistencial se necesita un equipo con esas características.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa en las bases integradas del procedimiento de selección.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA RODABLE DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código : 20333483395

Nombre o Razón social : GAMEL S.R.L.

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 20:51:54

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

G05 TECNOLOGIA DEL PROCESADOR CORE I5

Solicitamos a los miembros del comité con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y marcas considerar un Procesador Core I3 como mínimo

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De lo consultado, no se acoge a lo solicitado, debido a que se necesita un procesador de mayor amplitud.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa en las bases integradas del procedimiento de selección.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/HSMSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA RODABLE DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	20:51:54

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

H05 DETECTOR INALAMBRICO CON BATERIA DE 15 HORAS DE DURACION (INCLUYE BATERIA DE RECAMBIO)

AL SOLICITAR UNA BATERIA CON UN TIEMPO DE DURACION DE 15 HORAS; SE ESTARIA DIRECCIONANDO A UNA DETERMINADA MARCA DE EQUIPO; LO CUAL RESTRINGE LA PARTICIPACION DE OTROS POSTORES Y MARCAS EN EL PRESENTE PROCESO DE COMPRA.

LA BATERIA DE LOS EQUIPOS DE RAYOS TIENEN UNA PRODUCCION DE 200 TOMAS; UN EQUIPO RODABLE SOMETIDO AL TRABAJO DIARIO DE 08 HORAS NO LLEGA A REALIZAR 200 EXAMENES DURANTE EL DIA.

SOLICITAMOS A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES CONSIDERAR:

H05 DETECTOR INALAMBRICO CON BATERIA DE 15 HORAS DE DURACION (INCLUYE BATERIA DE RECAMBIO) Y/O BATERIA CON CAPACIDAD DE 400 TOMAS (INCLUYENDO BATERIA DE RECAMBIO)

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De lo consultado, se acoge parcialmente debido a que se garantice que las 400 tomas excedan las 15 horas de duración.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa en las bases integradas del procedimiento de selección.