

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL |
| Nomenclatura : | LP-SM-10-2024-GRA-SEDECENTRAL-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DEL CENTRO QUIRURGICO INCLUIDOS ACCESORIOS PARA EL PROYECTO: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20611300701 | Fecha de envío : | 17/12/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 22:10:33 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 75 DÍAS CALENDARIO a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, el mismo que incluye dentro del mismo plazo, su instalación y puesta en funcionamiento, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Al respecto señalar que, de acuerdo a lo descrito en el requerimiento de especificaciones técnicas, se solicita equipos de tecnología de punta, los cuales son fabricados en el extranjero; ante ello se debe considera que la producción no es en cadena, sino personalizada conforme a lo requerido en cada centro de salud, es necesario considerar que, el plazo de entrega solicitado solo podría cumplirse en caso se tenga stock de este equipamiento, sin embargo, la existencia de stock implica que el equipamiento ya tiene cierto tiempo de fabricado y esto puede afectar negativamente al cliente final. Lo razonable es, teniéndose la confirmación de un pedido, iniciar la fabricación del equipo para contar así con plena vigencia tecnológica y garantía por parte del fabricante.

En ese contexto, solicitamos al Comité Especial reformular el numeral 1.9 a fin de posibilitar la importación adecuada del equipamiento para asegurar equipamiento garantizado por el fabricante, nuevo y tecnológicamente vigentes, la reformulación solicitada se daría en los siguientes términos:

1.9 Plazo de Entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 150 DÍAS CALENDARIO a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, el mismo que incluye dentro del mismo plazo, su instalación y puesta en funcionamiento, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, y para tener una mayor participacion de postores, el area usuaria ACLARA que, se ampliara el plazo de entrega a 120 dias calendario. Por lo que, con ocasion de la integracion de bases se modificara las especificaciones tecnicas y las bases.

Ahora bien, en merito a la absolucion por el area usuaria, el comite de seleccion manifiesta que, de acuerdo al estudio de mercado se tuvo proveedores que ofertaron el plazo de 75 dias calendario, por lo que, se condiserara como factor de evaluacion el factor plazo de entrega, bajo el siguiente detalle:

De 96 hasta 119 días calendario: 05 puntos

De 76 hasta 95 días calendario: 10 puntos

De 55 hasta 75 días calendario: 15 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de las bases, se realizara la modificacaion de las bases y las especificaciones tecnicas, bajo el siguiente detalle:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de la entrega del bien, instalación y capacitación será de ciento veinte (120) días calendario, computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, de la siguiente manera:

| DESCRIPCIÓN | PLAZO EN DIAS |
|--|---------------|
| Entrega de bienes a almacén de la obra | 100 |

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DEL CENTRO QUIRURGICO INCLUIDOS ACCESORIOS PARA EL PROYECTO: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

| | |
|---------------|-----|
| Instalación | 15 |
| Capacitación | 05 |
| TOTAL DE DIAS | 120 |

CAPITULO IV - FACTORES DE EVALUACION

B. PLAZO DE ENTREGA

De 96 hasta 119 días calendario: 05 puntos

De 76 hasta 95 días calendario: 10 puntos

De 55 hasta 75 días calendario: 15 puntos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DEL CENTRO QUIRURGICO INCLUIDOS ACCESORIOS PARA EL PROYECTO: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20611300701 | Fecha de envío : | 17/12/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 22:10:33 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a SI 1,100,000.00 (Un Millón Cien Mil Con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: SUMINISTRO Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DE CENTRO QUIRURGICO Y/O MONTAJE DE PUERTAS METALICAS, EXSTRUCTURAS METALICAS, COCHES DE TRANSPORTES METALICOS; sin embargo estos bienes son suministrados por empresas que comercializan equipos médicos biomedicos por lo que INSTAMOS A QUE SE CONSIDERE EL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA Y EL PRINCIPIO DE EQUIDAD QUE FOMENTAN Y GARANTIZAN LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES; POR LO QUE, EN FUNCIÓN DE LO SEÑALADO, SOLICITAMOS MODIFICAR EL PRESENTE NUMERAL POR LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a SI 1,100,000.00 (Un Millón Cien Mil Con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: SUMINISTRO Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DE CENTRO QUIRURGICO Y/O MONTAJE DE PUERTAS METALICAS, EXSTRUCTURAS METALICAS, COCHES DE TRANSPORTES METALICOS, SUMINSTRO Y/O INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS EN GENERAL Y/O EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y/O ELECTROMECHANICO

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: B Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, y para tener una mayor participacion de postores, el area usuaria ACLARA que, se incorporara como bienes similares alo siguiente: SUMINISTRO Y/O INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS EN GENERAL Y/O EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y/O ELECTROMECHANICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de las bases, se realizara la modificacaion de las especificaciones tecnicas, bajo el siguiente detalle:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

[...]

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

[...]

Se consideran bienes similares a los siguientes: SUMINISTRO Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DE

Fecha de Impresión: 29/01/2025 06:30

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DEL CENTRO QUIRURGICO INCLUIDOS ACCESORIOS PARA EL PROYECTO: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DE CENTRO QUIRURGICOS Y/O MONTAJE DE PUERTAS METALICAS, EXTRACTURAS METALICAS, COCHES DE TRANSPORTES METALICOS Y/O SUMINSTRO Y/O INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS EN GENERAL Y/O EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y/O ELECTROMECHANICO

Acreditación:
[...]

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DEL CENTRO QUIRURGICO INCLUIDOS ACCESORIOS PARA EL PROYECTO: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20611300701 | Fecha de envío : | 17/12/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 22:10:33 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EQUIPO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE PACIENTES

En la especificación técnica del numeral D01.5 INTENSIDAD DE CORRIENTE 2.9 A
Al respecto mencionar que la corriente máxima para una potencia 0.8 kW resulta menor que para el de una potencia de 2kW permitida en la especificación D01.4. Por lo que la especificación D01.5 entraría en contradicción con permitir una corriente de 2.9 A , ya que es la que corresponde con la potencia de 0.8 kW y excluyendo la corriente para un equipo de potencia mayor cómo 2kW. Con el fin de garantizar la libertad de concurrencia y pluralidad de postores, proponemos a la entidad reformular el numeral D01.5 de la siguiente manera:
D01.5 INTENSIDAD DE CORRIENTE 2.9 A UNA POTENCIA DE 0.8 kW O DE 7.00 A CON UNA POTENCIA DE 2 kW , DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.2 Literal: D01.5 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, y para tener una mayor participacion de postores, el area usuaria ACLARA que, con ocasión de la integracion de las bases, se incorporara lo solicitado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de las bases, se realizara la modificacaion de las especificaciones tecnicas, bajo el siguiente detalle:

EQUIPO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE PACIENTES

- A GENERALES ¿ CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS
- (¿)
- D ALIMENTACION ELECTRICA DEL ALIMENTADOR DEL TRANSBORDADOR
- D01.1 TENSION 230V TRIFASICO +TIERRA
- D01.2 VARIACION DE TENSION +/- 10%
- D01.3 FRECUENCIA 60 hz
- D01.4 potencia 0.8 Kw (2 kw con calentamiento opcional)
- D01.5 intensidad de corriente 2.9A a una potencia de 0.8 KW, o de 7A a una potencia de 2KW

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DEL CENTRO QUIRURGICO INCLUIDOS ACCESORIOS PARA EL PROYECTO: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20611300701 | Fecha de envío : | 17/12/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 22:10:33 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
Solicitamos el Plano o Esquema donde se instalara el equipo incluyendo Suministro y Flujo de Trabajo

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que, con ocasión de la integracion de las bases se adjuntara el plano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con ocasión de la integración de las bases se incorporar en las especificaciones técnicas el listado de bienes a presentar de la siguiente manera:

Se adjunta el Anexo C: El plano o Esquema donde se instalara el equipo