

N° de Item	N° Postor	POSTOR	DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA															RESULTADO (ADMITIDA / NO ADMITIDA)	
			a) Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 01)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 02)	d) Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases. (Anexo N° 3).	e1) Registro Sanitario o Certificado de Registro Obligatorio vigente	e2) Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA)	e3) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)	e4) Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte	e5) Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	e6) Metodología Analítica (Copia Simple)	e7) Ficha Técnica del producto (Anexo - D)	e8) Manual de Instrucciones de Uso o Inserto	e9) Hoja Resumen de presentación del dispositivo médico ofertado y Vigencia (Anexo - E)	e10) Presentación de la Muestra y/o Fotos de producto ofertado y Rotulados	f) Declaración Jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)		g) Promesa de comacito con firmas legalizadas de ser el caso. (Anexo N° 5)
1	1	ST. LOUIS IMPORT S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	ADMITIDA
	2	CARDIO PERFUSION E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDA
2	1	ST. LOUIS IMPORT S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	ADMITIDA
	1	ST. LOUIS IMPORT S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	ADMITIDA
3	2	CARDIO PERFUSION E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDA
	1	ST. LOUIS IMPORT S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDA
4	1	ST. LOUIS IMPORT S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDA
	2	CARDIO PERFUSION E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDA

**ITEM N° 1**

**CARDIO PERFUSION E.I.R.L.**

- Su Registro Sanitario no describe el nombre del dispositivo de manera clara.
- De acuerdo a la ficha técnica la oferta no cumple con lo siguiente:

DIMENSIONES: Se requiere que pueda variar entre 1.20mt - 1.50 metros. El postor oferta 1.52 metros.

**ITEM N° 2**

**ST. LOUIS IMPORT S.A.**

- De acuerdo a la ficha técnica la oferta no cumple con lo siguiente:

MATERIAL: Se solicita material tipo caucho natural para uso clínico hospitalario. Ofertan material de poliestireno.

**ITEM N° 3**

**CARDIO PERFUSION E.I.R.L.**

- De acuerdo a la ficha técnica la oferta no cumple con lo siguiente:

MATERIAL: Se requiere Tipo: Cloruro de Polivinil, Polipropileno, Policarbonato. El postor oferta Tipo: Goma sintética, PVC, Polipropileno, Policarbonato.

**ITEM N° 4**

**ST. LOUIS IMPORT S.A.**

Oferta Blister de Poliestireno. Se requería Polietileno.

**CARDIO PERFUSION E.I.R.L.**

- De acuerdo a la ficha técnica la oferta no cumple con lo siguiente:

CARACTERISTICAS: Se requiere Bandeja de Polietileno de alta densidad y tyvek. El postor oferta Bandeja de Poliestireno y papel tyvek.


Oferta Blister de Poliestireno. Se requería Polietileno.



MARIA ELIZABETH MORON CABRERA  
Presidente Suplente del Comité de Selección



JAKELINE ARACELI TIENZOZA CABANILLAS  
Primer Miembro Titular del Comité de Selección



EDUARDO MANUEL OSORES BONILLA  
Segundo Miembro Suplente del Comité de Selección


ANEXO 2


ACTA DE EVALUACION DE LA OFERTA


LICITACION PUBLICA N° 37-2023-ESSALUD-RPR-1 (2307L00371)

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DEL HOSPITAL NACIONAL  
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

N° de ítem	N° Postor	POSTOR	Precio Ofertado (S/)	Factores de Evaluación			Orden de Prelación
				Precio (Puntaje máximo: 100 puntos)	Bonificación 5% sobre el puntaje total obtenido (MYPE)	Puntaje Total	
1	1	ST. LOUIS IMPORT S.A.	S/357,120.00	100.00		100.00	1°
3	1	ST. LOUIS IMPORT S.A.	S/346,320.00	100.00		100.00	1°

  
.....  
MARIA ELIZABETH MORON CABRERA  
Presidente Suplente del Comité de Selección

  
.....  
JAKELINE ARACELI WENDOZA CABANILLAS  
Primer Miembro Titular del Comité de Selección

  
.....  
EDUARDO MANUEL OSORES BONILLA  
Segundo Miembro Suplente del Comité de Selección



ANEXO 3


ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS


LICITACION PUBLICA N° 37-2023-ESSALUD-RPR-1 (2307L00371)

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DEL HOSPITAL NACIONAL  
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

N° de Ítem	Orden de Prelación	POSTOR	Documentos para Acreditar los Requisitos de Calificación		Resultado de la Etapa de Calificación (Califica / No Califica)
			3.2 Requisitos de Calificación		
			A. CAPACIDAD LEGAL HABILITACIÓN Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	1°	ST. LOUIS IMPORT S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
3	1°	ST. LOUIS IMPORT S.A.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CALIFICA

Nota: No se ha considerado la Factura N° F001-00007794 (folio 145) del postor ST. LOUIS IMPORT S.A. ya que no adjunta ningún documento que acredite la cancelación o el abono. Por lo tanto dicha empresa acreditaría un monto total de S/ 759,666.96 que no le alcanza para la calificación del ítem N° 3.

  
.....  
MARIA ELIZABETH MORON CABRERA  
Presidente Suplente del Comité de Selección

  
.....  
EDUARDO MACIEL OSORES BONILLA  
Segundo Miembro Suplente del Comité de Selección