

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-38-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROMOTOR DENTAL PARA LAS 28 MICROREDES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:02

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

NUMERAL 1.2 DISEÑO

Observación.

Dentro las especificaciones técnicas están solicitando

NARIZ RECTA, AL PARECER HAY UN ERROR EN LA DIGITACION DEBE DECIR: PIEZA RECTA, SIRVASE CORREGIR PARA NO CAUSAR CONFUSION A LOS POSTORES PARTICIPANTES

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA RESPECTO A LA PRESENTE OBSERVACION EFECTUADA, ESTA SE ACOGE REALIZANDO LA CORRECCION CORRESPONDIENTE SIENDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Corrección: PIEZA RECTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-38-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROMOTOR DENTAL PARA LAS 28 MICROREDES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:02

Consulta: Nro. 2
Consulta/Observación:

NUMERAL 1.2 DISEÑO
consulta

Dentro las especificaciones técnicas están solicitando RUIDO ¿68 DB , SOLICITAMOS AL COMITÉ PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES AMPLIAR A ¿70 DB ya que los micro motores oscilan en esos decibeles de 68 a 70 DB

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - **Página: 22**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA RESPECTO A LA PRESENTE CONSULTA EFECTUADA, ESTA SE ACOGE QUEDANDO COMO RUIDO DE 68 A 70 DB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
RUIDO DE 68 A 70 DB

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-38-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROMOTOR DENTAL PARA LAS 28 MICROREDES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:02

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

NUMERAL 1.2 DISEÑO

Observación.

Dentro las especificaciones técnicas están SOLICITANDO motor neumático EX-203C , POR LO QUE OBSERVAMOS AL COMITÉ QUE ESA DESCRIPCION EX203C PERTENECE AL MODELO DE LA MARCA NSK , SIRVASE SUPRIMIR PARA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA RESPECTO A LA PRESENTE CONSULTA EFECTUADA, ESTA SE ACOGE RETIRANDO LA DESCRIPCION EX203C PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-38-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROMOTOR DENTAL PARA LAS 28 MICROREDES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

1.5 ETIQUETA

Dentro las especificaciones técnicas están SOLICITANDO ETIQUETA DEBERA ESTAR GRABADA EN MICROMOTOR consultamos al comité si esa descripción se refiere a que se debe grabar en bajo relieve el nombre de la entidad y el número de proceso en las piezas del micro motor

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.5 Literal: - **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA RESPECTO A LA PRESENTE CONSULTA EFECTUADA, ESTA SE ACLARA QUE LOS GRABADOS CORRESPONDEN A LOS DE FÁBRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-38-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROMOTOR DENTAL PARA LAS 28 MICROREDES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:02

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Requisitos de calificación a) capacidad legal

Capacidad legal

observación

Están solicitando Certificado de Análisis del producto terminado (Protocolo de Análisis)

Esta solicitud es para dispositivos médicos que requieren fórmulas para el elaborado por lo que se le solicita suprimir

Para los casos de equipos como el MICROMOTOR DENTAL tendría que ser FICHA TECNICA DEL PRODUCTO que ya se está solicitado en la capacidad legal

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** a **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA RESPECTO A LA PRESENTE OBSERVACION EFECTUADA, ESTA SE ACOGE RETIRANDOSE EL CERTIFICADO POR NO CORRESPONDER

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-38-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROMOTOR DENTAL PARA LAS 28 MICROREDES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:02

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Requisitos de calificación a) capacidad legal

Capacidad legal

observación

Están solicitando Certificado de Buenas Prácticas de distribución de transporte (BPDT) según corresponda, Informamos al comité que los dispositivos médicos MICROMOTOR DENTAL que se está solicitando no requiere condiciones de temperaturas controladas (refrigerado o congelado) de acuerdo a la Modificatoria con RESOLUCIÓN MINISTERIAL

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA RESPECTO A LA PRESENTE OBSERVACION EFECTUADA, ESTA SE ACOGE RETIRANDOSE EL CERTIFICADO POR NO CORRESPONDER

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO