

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - EQUIPO MAQUINA TALADRO PARA EXTRAER TESTIGOS PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE MECANICA DE ROCAS

Ruc/código : 20602216609

Fecha de envío : 09/06/2023

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.

Hora de envío : 14:19:12

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

e) presentar detalle de especificaciones técnicas del bien ofertado adjuntando catálogos, folletos y/o instructivos..

observación

Se solicita al honorable Comité, muy amablemente confirmar si aceptaría también la presentación de una "FICHA TÉCNICA", ya que es un documento válido para la acreditación de especificaciones técnicas. Favor de confirmar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

**Literal:** e

**Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE art. 2 inciso a, b, c

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 124-2023-DFAIM/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SI, puede considerarse la ficha técnica del equipo. En ese sentido el comité en pleno decide ACOGER la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

e) Presentar detalle de Especificaciones técnicas del bien ofertado adjuntando catálogos, folletos, ficha técnica y/o instructivos donde se verifique las especificaciones técnicas del bien a contratar.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - EQUIPO MAQUINA TALADRO PARA EXTRAER TESTIGOS PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE MECANICA DE ROCAS

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	14:28:07

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

1.9 PLAZO DE ENTREGA

solicitan:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 180 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

SE OBSERVA:

Solicitamos al comité especial confirmar que el plazo de entrega solicitado es de 180 DÍAS CALENDARIOS, ya que en el CAPÍTULO I, numeral 1.9, indican un plazo de 180 días calendarios; sin embargo, en el CAPÍTULO III, numeral 3.1 , señalan un plazo de 160 días calendarios.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 124-2023-DFAIM/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: Se confirma el plazo de entrega de 180 días calendario y que al postor que oferte menor plazo se le asignara puntaje. En ese sentido el comité en pleno decide ACOGER la observación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Plazo de Ejecución: 180 días calendarios (¿)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - EQUIPO MAQUINA TALADRO PARA EXTRAER TESTIGOS PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE MECANICA DE ROCAS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:05:10

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR.

Altura total: 2.5 metros (aprox).

consulta:

Se solicita al comité de selección que acepte la medida de la altura en 2460mm, siendo esta una medida próxima a la requerida (2500mm).

Asimismo, la palabra aproximadamente no indica exactamente el rango de + ó - para la característica requerida; por tal motivo solicitamos que se acepte la ALTURA 2460mm.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** IV    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 124-2023-DFAIM/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SI, es posible la medida de 2460 mm. En ese sentido el comité en pleno decide ACOGER la consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

altura total: 2460 mm a mas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - EQUIPO MAQUINA TALADRO PARA EXTRAER TESTIGOS PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE MECANICA DE ROCAS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:05:10

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR.

Peso del equipo: 1000kg (mínimo)

Consulta:

Se solicita que por mejora tecnológica de materiales y eficiencia de las maquinarias, el peso puede variar debido a que, con la modernidad de la industria se busca reducir peso sin reducir la potencia de trabajo del equipo, por lo antes expuesto se solicita acetar que el equipo pueda pesar desde 800 KG a más .

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** IV      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 124-2023-DFAIM/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: Se ratifica el peso mínimo del equipo de 1000 kg. En ese sentido el comité en pleno decide NO ACOGER la consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - EQUIPO MAQUINA TALADRO PARA EXTRAER TESTIGOS PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE MECANICA DE ROCAS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:05:10

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR.

consulta:

Se solicita aceptar como una mejora de trabajo que el equipo pueda presentar una potencia hasta de 3.2 KW con una fuente de tensión eléctrica trifásica de 380 v - 420 V.

Acápite de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: IV      Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 124-2023-DFAIM/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: Se considera como potencia del motor principal: 3 kw (4Hp) o mayor, con una fuente de tensión eléctrica trifásica de 440 voltios. En ese sentido el comité en pleno decide ACOGER PARCIALMENTE la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Potencia del motor principal: 3 kw (4Hp) o mayor,  
con una fuente de tensión eléctrica trifásica de 440 voltios.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - EQUIPO MAQUINA TALADRO PARA EXTRAER TESTIGOS PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE MECANICA DE ROCAS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:05:10

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR.

consulta

Se solicita que por mejora tecnológica la bomba de refrigerante pueda ser de 40 W (0.04KW), siendo esta una característica que no reduce su efectividad del flujo del refrigerante requerido

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico        **Numeral:** 3.1                      **Literal:** IV                      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 124-2023-DFAIM/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: Se mantiene el requerimiento de 0.09 kw y se suprimirá el término aproximadamente. En ese sentido el comité en pleno decide NO ACOGER la consulta y precisar mejor con ocasión de la integración de bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Motor de bomba refrigerante: 0.09Kw (0.1Hp).

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - EQUIPO MAQUINA TALADRO PARA EXTRAER TESTIGOS PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE MECANICA DE ROCAS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:05:10

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR.

consulta

Se solicita que acepten el rango de velocidades del eje desde: 54 rpm como velocidad mínima hasta 2090 rpm como velocidad máxima.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 124-2023-DFAIM/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: Confirmamos el rango de velocidades del eje que debe ser mayor o igual a 150 rpm y se suprimirá el término variable y aproximadamente. En ese sentido el comité en pleno decide NO ACOGER la consulta y precisar mejor con ocasión de la integración de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Velocidad del Eje 150 RPM a mas