

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-3-2025-GRU-HAYA-CE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE VENTILADORES MECÁNICOS VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO DEL HOSPITAL AMAZÓNICO

Ruc/código :	20611583916	Fecha de envío :	13/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y SERVICIOS MAFER E.I.R.L.	Hora de envío :	23:11:30

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Buenas noches señores del comité evaluador, previo cordial saludo, consultamos qué dentro de la formación académica solicitada, solicitan un técnico electrónico para el personal clave. Solicitamos al comité poder ampliar el rango de este personal a Bachiller en ing. Electrónica, puesto que dicho profesional cuenta con las mismas capacidades teorico/técnico para realizar dichas funciones y así, este proceso tenga mayor pluralidad y concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.5 Literal: C. 2.1 **Página: 51**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica se Acoge, a lo solicitado, debido a que haya una mayor participaciones de empresas dedicado al servicio obejeto de la contratacion, de Conforme con el literal h) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se Incoporara a todos lo en numeral 7.3. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL.
a. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

Requisitos: Un (01) Ingeniero Biomédico y/o un (01) Ingeniero Electrónico y un (01) Técnico Electrónico y/o un (01) Bachiller en Ingeniería Electrónico.

b. FORMACIÓN ACADÉMICA.

Requisito:

- Un (01) Ingeniero Biomédico y/o un (01) ingeniero electrónico; titulado colegiado y habilitado.
 - Un (01) Técnico Electrónico, Título Técnico y/o un (01) Bachiller en Ingeniería Electrónico.
- del numero 7 de los requisitos minimos que debe de cumplir el proveedor y profesional de los Terminos de Referencia que posterior a ello se adjuntara a las Baes Integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO
Nomenclatura : CP-ABR-3-2025-GRU-HAYA-CE-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE VENTILADORES MECÁNICOS VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO DEL HOSPITAL AMAZÓNICO

Ruc/código :	20611583916	Fecha de envío :	13/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y SERVICIOS MAFER E.I.R.L.	Hora de envío :	23:11:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consultamos al comité evaluador, dentro de la experiencia del postor en la especialidad consultamos al comité poder ampliar la experiencia a: servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos biomedicos en general. Para poder ampliar la concurrencia de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.5 Literal: B **Página: 49**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica No se Acoge, a lo solicitado, debido a que ya se esta considerando. servicios similares a los siguientes: servicio de reparación de equipos biomédicos y/o mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y/o mantenimiento correctivo de equipos biomédicos en el sector salud de entidades públicas y/o privadas. por ello se aclara que se esta actuando de Conforme con el literal h) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null