

**ACTA DE APERTURA Y ADMISIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 2325L000001-2023-ESSALUD/RAAP-1  
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

En la ciudad de Abancay, a los quince días del mes de setiembre del año dos mil veintitrés, en la Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial de Apurímac, siendo las diez horas, se constituyen los miembros integrantes del Comité de Selección, designados mediante Resolución Administrativa N° 93-OA-D-RAAP-ESSALUD-2023, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACION PÚBLICA N° 2325L000001-2023-ESSALUD/RAAP-1- (PRIMERA CONVOCATORIA), cuyo objeto es la "ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC", a fin de efectuar la apertura y admisión de ofertas.

La apertura, admisión de ofertas, se procede en estricto cumplimiento de la Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y sus modificatorias, las bases integradas del procedimiento de selección.

**SOBRE EL QUORUM Y LOS PARTICIPANTES QUE CONFORMAN.**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los tres (03) miembros titulares;

Presidente	Romero Donayre José Enrique.	Titular	X	Área Usuaria.
		Suplente		
Primer Miembro	Lovon Camero Lucia.	Titular	X	Área Usuaria.
		Suplente		
Segundo Miembro	Vasquez Pampañaupa, Edith.	Titular	x	Órgano Encargado de las Contrataciones.
		Suplente		

**APERTURA DE OFERTAS – REGISTRO DE PARTICIPANTES Y PRESENTACION DE OFERTAS:**

En cumplimiento al artículo 55° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y de acuerdo al cronograma establecido a través de la plataforma del SEACE, se procedió a verificar la relación de participantes registrados de forma electrónica, encontrándose los siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20202578145	COMED E.I.R.L.	02/08/2023	Válido
2	Proveedor con RUC	20464936646	VENTA MEDICA S.A.	14/08/2023	Válido
3	Proveedor con RUC	20494151503	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	21/07/2023	Válido
4	Proveedor con RUC	20502426339	LIMAMED S.A.C.	03/08/2023	Válido
5	Proveedor con RUC	20513433442	CORPORACION MORENO INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	01/08/2023	Válido
6	Proveedor con RUC	20518686250	LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC	31/07/2023	Válido
7	Proveedor con RUC	20520987186	CARDIOMED DEL PERU SAC	21/07/2023	Válido



8	Proveedor con RUC	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	15/08/2023	Válido
9	Proveedor con RUC	20556510190	INSUMET S.A.C.	21/07/2023	Válido
10	Proveedor con RUC	20600984528	SURK'AY PERU S.A.C.	29/07/2023	Válido
11	Proveedor con RUC	20601571065	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	21/07/2023	Válido
12	Proveedor con RUC	20601586470	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	21/07/2023	Válido
13	Proveedor con RUC	20601895103	FERTA MEDICA S.A.C.	25/07/2023	Válido
14	Proveedor con RUC	20602273793	INSTITUTO AUDIOLOGICO ESPECIALIZADO SAOA S.A.C.	10/08/2023	Válido
15	Proveedor con RUC	20603515707	QUIRURGICOS PERU E.I.R.L.	07/08/2023	Válido

Fuente: SEACE

Acto seguido, en conformidad al artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones se procede con la verificación y descarga de las ofertas presentadas de manera electrónica a través del SEACE, conforme se muestra en la captura de la pantalla siguiente:

### Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-I

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC			
20556510190	INSUMET S.A.C.	24/08/2023	15:58:47	Electronico
20502426339	LIMAMED S.A.C.	24/08/2023	18:47:58	Electronico
20601895103	FERTA MEDICA S.A.C.	24/08/2023	18:56:39	Electronico
20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	24/08/2023	23:39:05	Electronico

Fuente: SEACE

### ADMISIÓN DE OFERTAS

Seguidamente, se procede a la verificación de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, establecidos en el **numeral 2.2.1. del Capítulo II** de la sección específica de las bases del procedimiento de selección, para determinar si las ofertas responden a las especialidades y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas establecidos en las bases.

Por lo cual mediante Nota N° 852-UAHYS-OA-D-RAAP-ESSALUD-2023, se solicitó el apoyo al área usuaria, a fin de que verifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el





Capítulo III de las bases integradas, en función a la documentación y muestras presentadas por los postores, documentación para el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.

Mediante Nota N° 03-JSC-D-RAAP-ESSALUD-2023 de fecha 04.09.2023, donde el área usuaria remite la revisión del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas a través de los documentos presentados y (muestras presentadas), para la "ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC" donde el área usuaria, concluye lo siguiente:

ANEXO A CUADRO DE REVISION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS						
Nro	DESCRIPCION	INSUMET S.A.C.	LIMAMED S.A.C.	FERTA MEDICA S.A.C.	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	OBSERVACIONES
1	CANULA DE ASPIRACION POOLE RECTA CON CAMISETA 23 FR (8 MM DIAMETRO)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	No cumple con las características técnicas requeridas, puesto que se solicita en el numeral N° 01 (CANULIA DE ASPIRACION POOLE RECTA CON CAMISETA 23 FR (8 MM DIAMETRO)) de la verificación del requerimiento técnico mínimo (página 172 de su oferta) el postor describe en su oferta <i>Poole aspiration tube, curvas 22 cm, 8.</i>
2	COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE 100 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	MANGO DE BISTURI N. 3 CORTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	MANGO DE BISTURI N. 3 LARGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	MANGO DE BISTURI N. 3 L DE 21 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	MANGO DE BISTURI N. 7 DE 12.5 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	MANGO DE BISTURI N. 7 LARGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	PINZA ALLIS 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	PINZA BABCOCK ATRAUMATICA 20 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
10	PINZA BABCOCK ATRAUMATICA 16 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
11	PINZA BACKHAUS 12.5 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
12	PINZA DE DISECCION ADSON CON DIENTE 12 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
13	PINZA DE DISECCION CON DIENTE 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
14	PINZA DE DISECCION SIN DIENTE 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
15	PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKER 20 CM / 2.0 MM (PUNTA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
16	PINZA FOERSTER BALLENGER CURVA DE 24 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
17	PINZA FOERSTER BALLENGER RECTA DE 24 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
18	PINZA HALSTED - MOSQUITO CURVA DE 12.5 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
19	PINZA HALSTED - MOSQUITO RECTO DE 12.5 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
20	PINZA HEISS CURVA PUNTA FINA 20.5 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
21	PINZA KELLY CURVA 14 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
22	PINZA KELLY RECTA 14 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
23	PINZA KOCHER RECTA DE 14 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
24	PINZA OVERHOLT MIXTER DE 21 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
25	PINZA ROCHESTER PEAM CURVA 20 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
26	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
27	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 18 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
28	PORTA AGUJA DE MAYO-HEGAR 20 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
29	PORTA AGUJA DE MAYO - HEGAR DE 16 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
30	PORTA AGUJA DE MAYO - HEGAR DE 18 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
31	RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
32	RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
33	RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
34	SEPARADOR RICHARDSON EASTMAN DE 26 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
35	SONDA ACANALADA CON PUNTA DE ESTILETE 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
36	SONDA ACANALADA DE DOYEN DE 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
37	TIJERA DE MAYO STILLE RECTA DE 21.5 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
38	TIJERA DE MAYO RECTA DE 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
39	TIJERA DE MAYO CURVA 14 CM (5 1/2")	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
40	TIJERA DE MAYO CURVA 17 CM. (6 3/4")	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
41	TIJERA DE MAYO RECTA 14 CM.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
42	TIJERA DE MAYO RECTA 17 CM.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
43	TIJERA METZENBAUM FINO RECTA DE 23 CM	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	No cumple con las características técnicas requeridas, puesto que se solicita en el numeral N° 43 (TIJERA METZENBAUM FINO RECTA DE 23 CM) de la verificación del requerimiento técnico mínimo el postor describe en su oferta <i>TIJERA METZENBAUM FINO CURVA DE 23 CM</i>
44	TIJERA METZENBAUM FINO CURVA DE 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
45	TIJERA METZENBAUM FINO CURVA DE 18 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
46	TIJERA METZENBAUM FINO RECTA DE 18 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
47	TIJERA PARA SACAR PUNTOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
48	SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA SUTURA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	



En consecuencia, se procede a declarar la ADMISIÓN DE OFERTAS con el siguiente resultado:

Nro. Ítem	POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA												ESTADO		
		a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.(Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) (*)	Resultado de la revisión por parte del área usuaria del cumplimiento de las especificaciones técnicas y muestras (*)	e) Certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM)	f) Certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA).	g) Registro sanitario o certificado de registro sanitario.	h) Certificado de análisis del dispositivo medico (protocolo de análisis)	i) Ficha técnica del producto (ANEXO B)	j) Carta de compromiso de canje y/o reposición por defectos o vicios ocultos (ANEXO C)	k) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)		l) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)	m) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
1	INSUMET S.A	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG. (*)	cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	ADMITIDO
2	LIMAMED S.A.C	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG. (*)	cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	ADMITIDO
3	GOLDEN MEDICAL TECH GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG. (*)	cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	ADMITIDO
4	FERTA MEDICA S.A.C.	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG. (*)	No cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	OBLIG.	cumple	NO ADMITIDO

(\*) evaluación efectuada por el área usuaria y/o técnica especializada.






**NO ADMITIDOS:**

El postor **FERTA MEDICA S.A.C.**, cumple con presentar la totalidad de documentos de presentación obligatoria solicitadas en las bases integradas, sin embargo, no cumple con las características técnicas requeridas, puesto que se solicita en el numeral N° 01 (**CANULA DE ASPIRACION POOLE RECTA CON CAMISETA 23 FR (8 MM DIAMETRO)**) de la verificación del requerimiento técnico mínimo (página 172 de su oferta) el postor describe en su oferta (CANULA DE ASPIRACION POOLE RECTA CON CAMISETA 23 FR (8mm) de diámetro y conector estándar ángulo. Código: 165-551-220 Registro Sanitario: DM19950E). Sin embargo, de la evaluación del área usuaria y/o técnica especializada manifiesta que la ficha técnica del producto contiene imagen donde precisa **POOLE CURVA** de 08.0 mm 165-551-220, así como en la Resolución Directoral N° 475-2021/DIGEMID/DDMP/UFD/ MINSA ítem n° 55 con código n° 165-551-2020 y descripción **Poole aspiration tube, curvas 22 cm, 8** ; se evidencia tanto en la ficha técnica del producto, como en el registro sanitario, contienen información discordante con la realidad, considerando que el área usuaria solicito cánula de aspiración **Poole recta** con camiseta 23 FR (8 mm diámetro), en el cual el postor no sustenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas, tal como se aprecia en un extracto como sigue:



Fuente: Oferta del postor FERTA MEDICA S.A.C. (folio 61).



Fuente: Oferta del postor FERTA MEDICA S.A.C. (folio 224).

Asimismo, se solicita en el numeral N° 43 (**TIJERA METZENBAUM FINO RECTA DE 23 CM**) de la verificación del requerimiento técnico mínimo (página 215 de su oferta) el postor describe en su oferta (TIJERA METZENBAUM FINO RECTA DE 23 CM. Código: 120-521-230 Registro Sanitario: DM20708E). Sin embargo, de la evaluación del área usuaria y/o técnica especializada manifiesta que la ficha técnica del producto contiene imagen donde precisa **METZENBAUM FINO TC CURVED, BLUNT/BLUNT** 120-521-230; se evidencia en la ficha técnica del producto (página 266 de su oferta) contienen información discordante con la realidad, considerando que el área usuaria solicito **Tijera Metzenbaum Fino Recta de 23 cm**, en el cual el postor no sustenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas, tal como se aprecia en un extracto como sigue:



Dicho ello, se debe tenerse en cuenta que la formulación y presentación de las ofertas es de entera responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencias o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidos por el participante, razón por la cual, el comité de selección **NO ADMITE** la oferta de dicho postor.

Acto seguido y culminada la etapa de admisión de ofertas, el comité de selección acuerda continuar las etapas de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro para el día 19 de setiembre del dos mil veintitrés.

Sin otro asunto a tratar se dio por concluido el presente acto, siendo las diecisiete horas con quince minutos del mismo día, suscribiendo el acta en señal de conformidad.



José Enrique Romero Donayre  
PRESIDENTE DEL COMITÉ  
TITULAR



Lucía Lovon Camero  
PRIMER MIEMBRO DEL COMITÉ  
TITULAR



Edith Vasquez Pampañaupa  
SEGUNDO MIEMBRO DEL COMITÉ  
TITULAR



## ACTA DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 2325L000001-2023-ESSALUD/RAAP-1- (Primera Convocatoria)

En la ciudad de Abancay, a los dieciocho días del mes de setiembre del año dos mil veintitrés, en la Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial de Apurímac, siendo las ocho horas, se constituyen los miembros integrantes del Comité de Selección, designados mediante Resolución Administrativa N° 93-OA-D-RAAP-ESSALUD-2023, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACION PÚBLICA N° 2325L000001-2023-ESSALUD/RAAP-1- (PRIMERA CONVOCATORIA), cuyo objeto es la "ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC", a fin de efectuar la evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro.

La evaluación, calificación y otorgamiento de buena pro se procede en estricto cumplimiento de la Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y sus modificatorias, las bases integradas del procedimiento de selección.

### SOBRE EL QUORUM Y LOS PARTICIPANTES QUE CONFORMAN.

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los tres (03) miembros titulares;

Presidente	Romero Donayre José Enrique.	Titular	X	Área Usuaría.
		Suplente		
Primer Miembro	Lovon Camero Lucia.	Titular	X	Área Usuaría.
		Suplente		
Segundo Miembro	Vasquez Pampañaupa, Edith.	Titular	x	Órgano Encargado de las Contrataciones.

### EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido y de acuerdo al artículo 51 y 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede con la Evaluación de las Ofertas de los postores admitidos.

### EVALUACION DE OFERTAS (Puntaje: 100 Puntos).

Conforme a lo establecido en las bases y de acuerdo al artículo 74° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 74.2, se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, por ser el PRECIO el único factor de evaluación; y se determina el siguiente orden de prelación:

N°	PARTICIPANTE	PRECIO OFERTADO (S/)	FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
			Precio (Max. 100 puntos)		
1	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	362,172.00	100.00	100.0	1ro
2	LIMAMED S.A.C	418,975.00	86.44	86.44	2do
3	INSUMET S.A.C	935,899.00	38.70	38.70	3ro.



**CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de **Calificación** previstos en la sección específica de las bases, de los postores que obtuvieron el primer y segundo, según orden de prelación, de acuerdo al Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado llegando al siguiente resultado:

N°	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		ESTADO
		A. CAPACIDAD LEGAL	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
		A.1. RESOLUCION DE AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICO.	Equiv. a S/. 1,877,205.74	
1	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	CUMPLE	NO CUMPLE *	DESCALIFICADA
2	LIMAMED S.A.C	CUMPLE	NO CUMPLE **	DESCALIFICADA
3	INSUMET S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA

**Aclaración:**

(\*) El postor GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C., para acreditar la experiencia en la especialidad, describe en el ANEXO N° 08, acreditar ONCE (11) contratos, siendo lo siguiente:



ANEXO N° 08  
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACION PUBLICA N° 01-2023-ESSALUD/RAAP-Primera Convocatoria  
Presente -



Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CUENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	IBT HEALTH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA IBT HEALTH S.A.C.	INSTRUMENTAL MEDICO	FACT. F001-00000631	26-06-2020	26-06-2020	NO CORRESPONDE	SOLES	S/ 606,595.44	NO APLICA	S/ 606,595.44
2	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	INSTRUMENTAL MEDICO	FACT. F001-00000433	10-12-2019	10-12-2019	NO CORRESPONDE	SOLES	S/ 88,421.00	NO APLICA	S/ 88,421.00
3	AFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOBPEME)	INSTRUMENTAL MEDICO	FACT. F001-00001119	12-04-2022	12-04-2022	NO CORRESPONDE	SOLES	S/ 115,616.00	NO APLICA	S/ 115,616.00
4	UNIDAD EJECUTORA DEL PUEBLO 011 MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	INSTRUMENTAL MEDICO	FACT. F001-00000123	27-11-2016	27-11-2016	NO CORRESPONDE	SOLES	S/ 97,800.00	NO APLICA	S/ 97,800.00
5	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	INSTRUMENTAL MEDICO	FACT. F001-00000459	26-12-2010	26-12-2010	NO CORRESPONDE	SOLES	S/ 73,988.00	NO APLICA	S/ 73,988.00
6	IBT HEALTH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA IBT HEALTH S.A.C.	INSTRUMENTAL MEDICO	FACT. F001-00001364	21-12-2022	21-12-2022	NO CORRESPONDE	SOLES	S/ 176,758.13	NO APLICA	S/ 176,758.13
7	IBT HEALTH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA IBT HEALTH S.A.C.	INSTRUMENTAL MEDICO	FACT. F001-00001433	28-02-2023	28-02-2023	NO CORRESPONDE	SOLES	S/ 135,234.99	NO APLICA	S/ 135,234.99
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI	INSTRUMENTAL MEDICO	FACT. F001-00001342	12-12-2022	12-12-2022	NO CORRESPONDE	SOLES	S/ 95,228.00	NO APLICA	S/ 95,228.00
9	UNIDAD EJECUTORA 411 SALUD CHUMBIVILCAS	INSTRUMENTAL MEDICO	FACT. F001-00001391	28-12-2022	28-12-2022	NO CORRESPONDE	SOLES	S/ 101,062.00	NO APLICA	S/ 101,062.00
10	CLINICA SAN FELIPE	INSTRUMENTAL MEDICO	FACT. F001-00001443	13-03-2023	13-03-2023	NO CORRESPONDE	SOLES	S/ 171,025.02	NO APLICA	S/ 171,025.02
11	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	INSTRUMENTAL MEDICO	FACT. F001-00001436	06-03-2023	06-03-2023	NO CORRESPONDE	SOLES	S/ 261,552.00	NO APLICA	S/ 261,552.00
										<b>S/ 1,922,190.58</b>

Fuente: Oferta del postor GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C.





De la verificación de los documentos adjuntos por el postor en su oferta para acreditar los requisitos de calificación, presento la orden de compra N° 445 de fecha 06/11/2018 (folio N° 361 al 366 de su oferta), la cual se evidencia que no cuenta con su respectiva conformidad o constancia de prestación, del mismo modo se evidencia la factura F001-00123 con fecha 27/11/2018 (folio 360 de su oferta) por el monto de **S/ 97,800.00 vinculado a la orden N° 445**, sin embargo, de la verificación del estado de cuenta corriente adjunto (folio 367 de su oferta) no se logra evidenciar el depósito del monto de la factura F001-00123, así como no se logra vincularlo a la denominación de las entidades que realizaron los depósitos a favor del postor, tal como se aprecia como sigue:

[illegible]

Fuente: Oferta del postor GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C

Por lo tanto, después de dicha evaluación se evidencia que el postor GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C presenta experiencia en la especialidad comprobada la suma de **S/ 1,824,390.58 (Un millón ochocientos veinte cuatro mil trescientos noventa y 58/100 soles)**. Sin embargo, las bases integradas del procedimiento de selección establecen debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/. 1,877,205.74 (Un millón ochocientos setenta y siete doscientos cinco con 74/100 soles)**. Esto significa que el monto de experiencia declarado por el postor GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C es inferior al requisito establecido en las bases integradas de la **LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1**. Por lo tanto, el postor no cumple en acreditar los requisitos de calificación (experiencia del postor en la especialidad) según lo especificado en las bases integradas del procedimiento de selección.

Cabe señalar que cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones.

Por las razones expuestas, y en estricta concordancia con la Resolución N° 1950-2019-TCE-S2, donde indica que: Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y





congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo establecido en las bases integradas, a fin que el comité de selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la entidad lo contrario, por los riesgos que genera, determinara que debe ser desestimada, más aún, considerando que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imperfecciones, si no aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permite generar convicción de lo realmente ofertado.

Por lo que, es preciso indicar que en las bases integradas se ha previsto la forma de acreditar fehacientemente a través de: **“La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones”.** Por consiguiente, el postor debió acreditar la Orden de Compra N° 445 con su respectiva conformidad o constancia de prestación de manera clara donde acredite la constancia de prestación o la conformidad del servicio, asimismo la factura F001-00123 con el reporte de estado de cuenta, donde acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. Por cuanto la oferta del postor GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C., queda **DESCALIFICADA**.

(\*\*) El postor LIMAMED S.A.C., para acreditar la experiencia en la especialidad, describe en el ANEXO N° 08, acreditar diecisiete (17) contratos, siendo lo siguiente:

**ANEXO N° 8  
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**



Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2023-ESSALUD/RAAP-Primera Convocatoria.**  
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA DE LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONEDA FACTURADO ACUMULADO
1	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA	Set de instrumental	Fact. 003970	24/12/2015	-	-	SOLES	S/ 248,240.00		S/ 248,240.00
2	CLINICA SAN GABRIEL	Instrumental para artroscopia	E001-284	03/08/2020	-	-	SOLES	S/ 87,580.00		S/ 335,820.00
3	CLINICA SAN GABRIEL	Juego para laparoscopia	E001-294	03/08/2020	-	-	SOLES	S/ 59,848.00		S/ 395,668.00
4	CLINICA SAN PABLO	Instrumental quirúrgico	O/C 001-00066023	22/03/2016	-	-	SOLES	S/ 54,301.20		S/ 449,969.20
5	CLINICA SAN GABRIEL	Instrumental quirúrgico	FACT. 4441	21/10/2019	-	-	SOLES	S/ 45,485.67		S/ 495,454.87
6	CLINICA SAN GABRIEL	Juego para laparoscopia	E001-280	29/07/2020	-	-	SOLES	S/ 43,790.00		S/ 539,244.87
7	CLINICA SAN GABRIEL	Juego para laparoscopia	E001-275	23/07/2020	-	-	SOLES	S/ 42,892.40		S/ 582,137.27
8	CLINICA SAN PABLO	Instrumental para trauma	FACT. 3288	09/07/2019	-	-	SOLES	S/ 30,000.00		S/ 612,137.27
9	CLINICA SANTA MARTHA DEL SUR	Instrumental quirúrgico	E001-299	17/09/2020	-	-	SOLES	S/ 35,910.15		S/ 648,047.42
10	HONADOMANI	Instrumental p. laparoscopia	FACT. 4422	15/08/2015	-	-	SOLES	S/ 33,061.41		S/ 681,108.83
11	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	Instrumental p. laparoscopia	FACT. 4482	16/07/2018	-	-	SOLES	S/ 33,059.10		S/ 714,167.93
12	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	Instrumental p. laparoscopia	FACT. 4480	18/12/2018	-	-	SOLES	S/ 32,665.50		S/ 746,833.43
13	HOSPITAL NACIONAL HEROLITO UNANUE	Instrumental quirúrgico	FACT. 4498	27/12/2018	-	-	SOLES	S/ 32,420.00		S/ 779,253.43
14	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	Instrumental médico	FACTURA N° 4028	03/06/2016	-	-	SOLES	S/ 31,600.00		S/ 810,853.43
15	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	Instrumental médico	FACTURA N° 4029	03/06/2016	-	-	SOLES	S/ 31,600.00		S/ 842,453.43
16	DIRIS LIMA SUR	Instrumental médico	FACTURA N° 001-695	08/05/2023	-	-	SOLES	S/ 107,200.00		S/ 949,653.43
17	CLINICA SAN PABLO	Instrumental médico	FACTURA N° 001-315	31/01/2022	-	-	SOLES	S/ 49,043.73		S/ 998,697.16
<b>TOTAL</b>										<b>S/ 1,006,697.40</b>

Lima, 23 de agosto de 2023

Fuente: Oferta del postor LIMAMED S.A.C

De la verificación del anexo N° 08 el postor LIMAMED S.A.C, adjunta la experiencia en la especialidad del postor la suma **total de S/ 1,006,697.40 (Un millón seis mil seiscientos noventa y siete y**





**40/100 soles).** Sin embargo, las bases integradas del procedimiento de selección establecen acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/. 1,877,205.74 (Un millón ochocientos setenta y siete doscientos cinco con 74/100 soles).** Esto significa que el monto de experiencia declarado por el postor es inferior al requisito establecido en las bases integradas de la **LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1**. Por tanto, el postor no cumple con acreditar de experiencia del postor en la especialidad según lo especificado en las bases del procedimiento de selección.

Cabe señalar que cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones.

Por las razones expuestas, y en estricta concordancia con la Resolución N° 1950-2019-TCE-S2, donde indica que: Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo establecido en las bases integradas, a fin que el comité de selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la entidad lo contrario, por los riesgos que genera, determinara que debe ser desestimada, más aún, considerando que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imperfecciones, si no aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permite generar convicción de lo realmente ofertado.

Por lo que, es preciso indicar que en las bases integradas se ha previsto la forma de acreditar fehacientemente a través de: **“La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones”.** Por consiguiente, el postor debió acreditar conforme a las bases integradas un monto facturado acumulado equivalente a **S/. 1,877,205.74 (Un millón ochocientos setenta y siete doscientos cinco con 74/100 soles)** con contratos u órdenes de servicios con su respectiva conformidad o constancia de prestación, o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. Por cuanto la oferta del postor LIMAMED S.A.C, queda **DESCALIFICADA**.

### **OTORGAMIENTO DE BUENA PRO**

Finalmente, y visto el cuadro de EVALUACION y CALIFICACIÓN, el comité de selección procede con el otorgamiento de la BUENA PRO.

Mostrándose todos conformes con el resultado obtenido, en comité de selección en cumplimiento de la Ley N° 30225, Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Supremo N° 344-2018-EF y las bases integradas definitivas del procedimiento de selección, el comité de selección otorga la buena pro del procedimiento: LICITACION PUBLICA LP2325A000001-2023-ESSALUD/RAAP-1- (PRIMERA CONVOCATORIA), cuyo objeto es la “ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC”, al postor:



INSUMET S.A.C CON RUC N° 20556510190.	S/ 935,899.00	Novecientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y nueve con 00/100 Soles.
---------------------------------------	---------------	---

Sin otro asunto a tratar, se dio por concluido el presente acto, siendo las trece horas del mismo día, suscribiendo la presente acta luego de ser leída y aprobada, para la publicación de los resultados del procedimiento de selección, en la Plataforma de SEACE.



José Enrique Romero Donayre  
PRESIDENTE DEL COMITÉ  
TITULAR



Lucia Lovon Camero  
PRIMER MIEMBRO DEL COMITÉ  
TITULAR



Edith Vasquez Pampañaupa  
SEGUNDO MIEMBRO DEL COMITÉ  
TITULAR



NOTA N° 003 JSC-D-RAAP-ESSALUD-2023

Abancay, 01 de setiembre del 2023

A : CPC. ROCÍO NARVÁEZ CHOQUECAHUANA  
JEFA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA RED ASISTENCIAL  
APURIMAC



ATENCION : CPC. EDITH VASQUEZ PAMPAÑAUPA  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, INGENIERIA HOSPITALARIA Y  
SERVICIOS

ASUNTO : REMITO VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Por intermedio de la presente me dirijo a Usted con la finalidad de saludarlo y manifestarle que, remito la VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - MUESTRAS de la Licitación Publica LP-SM-01-2023- ESSALUD/RAAP-1, cuyo objeto de contratación es la ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC. Según el siguiente cuadro:

	LIMAMED S.A.C.	INSUMET S.A.C.	FERTA MEDICA S.A.C	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C
RESOLUCION DE AUTORIZACION SANITARIA DE ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (CBPA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (CBPM)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
REGISTRO DE SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANALISIS DEL DISPOSITIVO MEDICO (PROTOCOLO DE ANALISIS)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (ANEXO B)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JUARADA DE COMPROMISO DE CANJE Y/O REPOSICION POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS (Anexo C)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TECNICAS - MUESTRAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Se adjunta Anexo A, referente a la evaluación de los ítems.

Sin otro particular quedo de Usted


Atentamente

  
Dr. José E. Romero Donayre  
Médico Cirujano CMP 31418 RNE16803  
Jefe de Servicio de Cirugía Hospital II Abancay  
RED ASISTENCIAL APURIMAC  


NIT: 6353-2023-0069

**ANEXO A**  
**CUADRO DE REVISION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Nro	DESCRIPCION	INSUMET S.A.C.	LIMAMED S.A.C.	FERTA MEDICA S.A.C	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	OBSERVACIONES
1	CANULA DE ASPIRACION POOLE RECTA CON CAMISETA 23 FR (8 MM DIAMETRO)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	No cumple con las características técnicas requeridas, puesto que se solicita en el numeral N° 01 (CANULA DE ASPIRACION POOLE RECTA CON CAMISETA 23 FR (8 MM DIAMETRO) de la verificación del requerimiento técnico mínimo (página 172 de su oferta) el postor describe en su oferta <i>Poole aspiration tube, curvas 22 cm, 8.</i>
2	COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE 100 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	MANGO DE BISTURI N. 3 CORTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	MANGO DE BISTURI N. 3 LARGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	MANGO DE BISTURI N. 3 L DE 21 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	MANGO DE BISTURI N. 7 DE 12.5 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	MANGO DE BISTURI N. 7 LARGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	PINZA ALLIS 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	PINZA BABCOCK ATRAUMATICA 20 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
10	PINZA BABCOCK ATRAUMATICA 16 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
11	PINZA BACKHAUS 12.5 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
12	PINZA DE DISECCION ADSON CON DIENTE 12 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
13	PINZA DE DISECCION CON DIENTE 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
14	PINZA DE DISECCION SIN DIENTE 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
15	PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 20 CM / 2.0 MM (PUNTA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
16	PINZA FOERSTER BALLENGER CURVA DE 24 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
17	PINZA FOERSTER BALLENGER RECTA DE 24 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
18	PINZA HALSTED - MOSQUITO CURVA DE 12.5 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
19	PINZA HALSTED - MOSQUITO RECTO DE 12.5 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
20	PINZA HEISS CURVA PUNTA FINA 20.5 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
21	PINZA KELLY CURVA 14 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
22	PINZA KELLY RECTA 14 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
23	PINZA KOCHER RECTA DE 14 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
24	PINZA OVERHOLT MIXTER DE 21 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
25	PINZA ROCHESTER PEAM CURVA 20 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
26	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
27	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 18 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
28	PORTA AGUJA DE MAYO-HEGAR 20 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
29	PORTA AGUJA DE MAYO - HEGAR DE 16 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
30	PORTA AGUJA DE MAYO - HEGAR DE 18 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
31	RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
32	RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
33	RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
34	SEPARADOR RICHARDSON EASTMAN DE 26 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
35	SONDA ACANALADA CON PUNTA DE ESTILETE 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
36	SONDA ACANALADA DE DOYEN DE 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
37	TIJERA DE MAYO STILLE RECTA DE 21.5 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
38	TIJERA DE MAYO RECTA DE 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
39	TIJERA DE MAYO CURVA 14 CM (5 1/2")	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
40	TIJERA DE MAYO CURVA 17 CM. (6 3/4")	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

**Dr. José E. Romero Donayre**  
 Médico Cirujano SMP 31418 RNE15603  
 Jefe de Servicio de Cirugía Hospital II Abancay  
 RED REGIONAL APURIMAC  
 **EsSalud**



41	TIJERA DE MAYO RECTA 14 CM.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
42	TIJERA DE MAYO RECTA 17 CM.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
43	TIJERA METZENBAUM FINO RECTA DE 23 CM	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	No cumple con las características técnicas requeridas, puesto que se solicita en el numeral N° 43 (TIJERA METZENBAUM FINO RECTA DE 23 CM) de la verificación del requerimiento técnico mínimo el postor describe en su oferta <b>TIJERA METZENBAUM FINO CURVA DE 23 CM</b>
44	TIJERA METZENBAUM FINO CURVA DE 15 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
45	TIJERA METZENBAUM FINO CURVA DE 18 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
46	TIJERA METZENBAUM FINO RECTA DE 18 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
47	TIJERA PARA SACAR PUNTOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
48	SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA SUTURA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

  
**Dr. José E. Romero Donayre**  
 Médico Cirujano CMP 31418 RNE16603  
 Jefe de Servicio de Cirugía Hospital II Abancay  
 RED ASISTENCIAL APURIMAC  
 **EsSalud**

