

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		5/06/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - LAVADORA DESINFECTADORA PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N° 2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION - UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		GERENCIA PERMANENTE					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		60					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2113029			
Documento que declaró la viabilidad			Resolución Directoral Ejecutiva N° 192-2022-GR.CAJ/PROREGION/DE					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° D149-2024-GR.CAJ-DRS-HGJ/DACQ		Fecha de recepción	10/05/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	24/05/2024	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
			Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
			Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	9				9	INFORME N° D450-2024-GR.CAJ-DRS-HGJ-OA/UL	17/05/2024
El proveedor A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES S.A realizó las siguientes consultas:								
1 En el punto A17 PANTALLA TACTIL LCD PARA VISUALIZACION DE PARÁMETROS DE LOS CICLOS Y FASES. FUNCIONALIDAD DE PANTALLA DEL LADO DE CARGA DEL LAVADOR DESINFECTOR QUE OFERTAMOS. La pantalla LCD se encarga de brindar los parámetros principales: temperatura y tiempo de desinfección, las fases de lavado son descritas a través de gráficas a color. La función del usuario es visualizar el proceso y sus parámetros de lavado, eligiendo y dando comienzo a un programa de lavado desde el panel táctil. El modelo OFERTADO, cumple la NORMATIVA Europea ISO 15883 - Requisitos generales, funcionamiento y criterios del método de ensayo para demostrar la eficacia de la limpieza. Finalmente, por pluralidad de postores, nuestra pantalla LCD del modelo OFERTADO cumple con el requerimiento técnico mínimo y va de acorde a la vigencia tecnológica con otras marcas similares.								
2 B01 220 V/ 60hz trifásico ... En una visita a central de esterilización del hospital general de Jaén evidenciamos que ustedes cuentan con un punto cercano de 380V trifásico dónde se debe hacer incluso un tendido hasta el área a instalar el equipo, por ello pido me aclaren si el voltaje que pedirán será 230 V trifásico o 380 V Trifásico. Por otro lado en nuestra visita también evidenciamos que no cuentan con drenaje en el ár								
El proveedor VITALTEC S.A.C realizó las siguientes consultas:								
3 A02 - CAPACIDAD DE CESTAS (BANDEJAS) DIN: MAYOR O IGUAL A 12. Se solicita por pluralidad de postores tener en cuenta otras configuraciones de bandejas DIN, por ello solicitamos indicar: A02 CAPACIDAD DE CESTAS (BANDEJAS) DIN: MAYOR O IGUAL A 10								
4 A04 CON DOS (02) PUERTAS TIPO VENTANA DE DOBLE VIDRIO TEMPLADO, DESLIZABLE VERTICALMENTE Como propuesta de mejora, se solicita permitir ventanas con triple vidrio templado, teniendo en cuenta que tienen una mejor resistencia, se solicita indicar lo siguiente: A04 CON DOS (02) PUERTAS TIPO VENTANA DE DOBLE O TRIPLE VIDRIO TEMPLADO, DESLIZABLE VERTICALMENTE O ABATIBLE								

<p>FORMATO</p> <p>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)</p>							
<p><i>El proveedor FERCO MEDICAL S.A.C realizó las siguientes consultas:</i></p> <p>5 B01 220V/60HZ TRIFASICO (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD) Hoy en día los fabricantes consideran en sus diseños diferentes voltajes dependiendo de sus componentes internos para que funcionen de manera óptima y a las necesidades del equipo. Asimismo, la corriente trifásica tiene un costo menor, lo que significa un ahorro importante para la Institución. Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos con "220V/60HZ TRIFASICO o 380-415V 3N-50HZ (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)"</p> <p>6 TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACION EN EL HOSPITAL GENERAL DE JAEN II-2 Sabemos que el tiempo de fabricación varía según las diferentes marcas, modelos y el tiempo de importación puede ser prolongado. Por lo expuesto, solicitamos ampliar el plazo de máximo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento con "EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EL EQUIPO EN UN PLAZO MAXIMO DE 105 DIAS CALENDARIO"</p> <p>7 D01 ISO 9001:2008 "SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD- REQUISITOS" (QUALITY MANAGEMENT SYSTEMSREQUERIMIENTOS) Al ser un equipo médico, los diferentes fabricantes cuentan con la norma ISO 13485:2016 que se basa en la norma ISO 9001:2008. Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos con "ISO 9001:2008 "SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD- REQUISITOS" (QUALITY MANAGEMENT SYSTEMSREQUERIMIENTOS) O ISO 13485:2016 "DISPOSITIVOS MEDICOS-SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD"</p> <p>8 D02 ISO 13485: 2003 "DISPOSITIVOS MEDICOS-SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDADREQUISIOS PARA FINES REGLAMENTARIOS" (MEDICAL DEVICES--QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS-- REQUIREMENTS FOR REGULATORY PURPOSES) La Norma solicitada es ISO 13485, es la versión 2003; dicha norma ya ha sido actualizada a una versión 2016. Por lo expuesto, solicitamos corregir las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos con "ISO 13485:2016 "DISPOSITIVOS MEDICOS-SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDADREQUISIOS PARA FINES REGLAMENTARIOS" (MEDICAL DEVICES--QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS-- REQUIREMENTS FOR REGULATORY PURPOSES"</p> <p>9 D03 ISO 15883-2:2006"LAVADORES DESINFECTORES - PARTE 2: REQUISITOS Y ENSAYOS PARA LAVADO Y DESINFECCION QUE EMPLEAN DESINFECCION TERMICA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO, EQUIPOS DE ANESTESIA, CUENCOS, PLATOS, RECEPTORES, UTENSILIOS, CRISTALERIA, ETC. La norma solicitada ISO 15883-2, es la versión 2006; dicha norma ya ha sido actualizada a una versión 2009. Esta última versión es la que tiene nuestra marca. Por lo expuesto, solicitamos corregir las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos con "ISO 15883-2:2009 "LAVADORES DESINFECTORES - PARTE 2: REQUISITOS Y ENSAYOS PARA LAVADO Y DESINFECCION QUE EMPLEAN DESINFECCION TERMICA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO, EQUIPOS DE ANESTESIA, CUENCOS, PLATOS, RECEPTORES, UTENSILIOS, CRISTALERIA, ETC.</p>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	1					9	CARTA N° D51-2024-GR.CAJ-DRS-HGJ/UFOMIEH
	1 SE ACOGE LA CONSULTA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: A17 PANTALLA LCD PARA VISUALIZACION DE LOS PARAMETROS DE LOS CICLOS Y FASES Y PANEL TACTIL PARA SELECCION Y PROGRAMACION DE PARAMETROS DE LAVADO.						
	2 SE ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: B01 380V/60HZ TRIFASICO (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD) , EN RELACION A LA INSTLACION DE DRENAJE EN EL AREA SE ACOPLAR LO SIGUIENTE 6.5.2.6. Es responsabilidad del contratista la correcta instalación del equipo, para ello deberá realizar todos los trabajos de pre-instalación (acondicionamiento, reforzamiento, anclaje suministro e instalación ductería llaves eléctricas cableado de energía eléctrica, ductería para suministro de agua fría, suministro de agua caliente, drenaje, etc. Así como el suministro de todos los materiales, mano de obra e insumos necesarios para dicho fin, además de realizar resanes, pintadas y/o reposición de recubrimiento (cerámico, porcelanato, contra socalo sanitario en terrazo y vinil) y demás trabajos necesarios para el óptimo funcionamiento del equipo le cual permita realizar un correcto funcionamiento en relación a la normatividad correspondiente. 6.5.2.7. El contratista podrá visitar a la entidad Hospital General de Jaén, antes de presentar sus propuestas, a fin de que verifique el lugar donde se instalará el equipo toda vez que la presente adquisición tenga la modalidad de llave en mano. El horario de visita se efectuará de lunes a viernes de 8 am a 5pm, en coordinación y supervisión con la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales y el Área usuaria.						
	3 NO SE ACOGE LA OBSERVACCION DADO QUE EXISTE EQUIPOS CON LA CAPACIDAD MAYOR O IGUAL A 12 Y ESTE SE ACOPLA LO MINIMO REQUERIDO PARA EL TRABAJO DEL AREA USUARIA.						
	4 SE ACOGE PARCIALMENTE QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: A04 CON DOS (02) PUERTAS TIPO VENTANA DE DOBLE VIDRIO TEMPLADO COMO MINIMO, DESLIZABLES VERTICALMENTE.						
	5 SE ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: B01 380V/60HZ TRIFASICO (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)						
	6 NO SE ACOGE DEBIDO A QUE EXISTE UNA ALTA NECESIDAD DE CONTAR CON EL EQUIPAMIENTO.						
	7 SE ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA D01 ISO 9001:2008 "SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD- REQUISITOS" (QUALITY MANAGEMENT SYSTEMSREQUERIMIENTOS) O ISO 13485:2016 "DISPOSITIVOS MEDICOS-SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD"						
	8 SE ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA D02 ISO 13485:2016 "DISPOSITIVOS MEDICOS-SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS" (MEDICAL DEVICES--QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS-- REQUIREMENTS FOR REGULATORY PURPOSES"						
	9 SE ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: D03 ISO 15883-2:2009 "LAVADORES DESINFECTORES - PARTE 2: REQUISITOS Y ENSAYOS PARA LAVADO Y DESINFECCION QUE EMPLEAN DESINFECCION TERMICA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO, EQUIPOS DE ANESTESIA, CUENCOS, PLATOS, RECEPTORES, UTENSILIOS, CRISTALERIA, ETC.						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
		1. Se acoge la consulta quedando de la siguiente manera: A17: PANTALLA LCD PARA VISUALIZACION DE LOS PARAMETROS DE LOS CICLOS Y FASES Y PANEL TACTIL PARA SELECCION Y PROGRAMACION DE PARAMETROS DE LAVADO.					

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)					
1	<p>2. Se acoge la observación quedando de la siguiente manera: B01: 380V/60HZ TRIFASICO (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)</p> <p>EN RELACION A LA INSTALACION DE DRENAJE LO SIGUIENTE:</p> <p>6.5.2.6. Es responsabilidad del contratista la correcta instalación del equipo, para ello deberá realizar todos los trabajos de pre-instalación (acondicionamiento, reforzamiento, anclaje suministro e instalación ductería llaves eléctricas cableado de energía eléctrica, ductería para suministro de agua fría, suministro de agua caliente, drenaje, etc. Así como el suministro de todos los materiales, mano de obra e insumos necesarios para dicho fin, además de realizar resanes, pintadas y/o reposición de recubrimiento (cerámico, porcelanato, contra socalo sanitario en terrazo y vinil) y demás trabajos necesarios para el óptimo funcionamiento del equipo le cual permita realizar un correcto funcionamiento en relación a la normatividad correspondiente.</p> <p>6.5.2.7. El contratista podrá visitar a la entidad Hospital General de Jaén, antes de presentar sus propuestas, a fin de que verifique el lugar donde se instalará el equipo toda vez que la presente adquisición tenga la modalidad de llave en mano. El horario de visita se efectuará de lunes a viernes de 8 am a 5pm, en coordinación y supervisión con la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales y el Área usuaria.</p>				
	<p>4. Se acoge parcialmente quedando de la siguiente manera: A04: CON DOS (02) PUERTAS TIPO VENTANA DE DOBLE VIDRIO TEMPLADO COMO MINIMO, DESLIZABLES VERTICALMENTE.</p>				
	<p>5. Se acoge la observación quedando de la siguiente manera: B01: 380V/60HZ TRIFASICO (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)</p>				
	<p>7. Se acoge la observación quedando de la siguiente manera: D01: ISO 9001:2008 "SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD-REQUISITOS" (QUALITY MANAGEMENT SYTEMNSREQUERIMIENTOS) O ISO 13485:2016 "DISPOSITIVOS MEDICOS-SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD"</p>				
	<p>8. Se acoge la observación quedando de la siguiente manera: D02: ISO 13485:2016 "DISPOSITIVOS MEDICOS-SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS" (MEDICAL DEVICES-QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS- REQUIREMENTS FOR REGULATORY PURPOSES"</p>				
	<p>9. Se acoge la observación quedando de la siguiente manera: D03: ISO 15883-2:2009 "LAVADORES DESINFECTORES - PARTE 2: REQUISITOS Y ENSAYOS PARA LAVADO Y DESINFECCION QUE EMPLEAN DESINFECCION TERMICA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO, EQUIPOS DE ANESTESIA, CUENCOS, PLATOS, RECEPTORES, UTENSILIOS, CRISTALERIA, ETC.</p>				
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO					
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/05/2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
Proveedores: CORPORACION BIO KVERO EIRL; A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S.A.					
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
Marcas: INFITEC; TUTTNAUER					
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.					
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.					
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.					
4					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					