

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO
Nomenclatura :	AS-SM-20-2023-DIRESA - HCO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (GLOCUSA ENZIMATICA X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:22:28

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Plazo de entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en el plazo de 10 días calendario.

La cantidad del requerimiento es de 1200 kits y para entrega en 10 dias calendarios según numeral 1.9; sin embargo en pagina 24 numeral 6.5.2 se indica que el plazo de entrega es de 7 dias calendario desde que es notificada la orden de compra, aquí se observa una incongruencia respecto del plazo de entrega como requisito técnico mínimo pero independiente de este aspecto, a nuestro criterio ambos plazos de entrega son imposibles de cumplir dada la cantidad de kits solicitados; los importadores de reactivos de bioquímica como nuestra empresa no cuentan con un stock de ese tamaño menos solo en las presentación de 100 determinaciones, además nuestra empresa no fue invitada al estudio de mercado, por ese motivo es que solicitamos se modifique el plazo de entrega a un tiempo real en que las empresas puedan cumplir sin caer en penalidad, porque el fabricante demora para producir esta cantidad de kits aproximadamente 10 días mas el transporte por vía aérea que demora aproximadamente 10 días, en ese orden de ideas, solicitamos se amplie el plazo de entrega a 25 dias calendarios contados a partir de notificada la orden de compra.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP I **Literal:** 1.9 **Página:** 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA POR UNANIMIDAD ACUERDAN NO ACOGER LA OBSERVACION DEBIDO A QUE ES NECESARIO CONTAR CON LOS BIENES OBJETO DE LA CONVOCATORIA CON LA FINALIDAD DE ABASTECER OPORTUNAMENTE A LAS IPRESS DE TODA LA REGION HUANUCO YA QUE ESTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN ZONAS RURALES A FIN DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION A LOS PACIENTES QUE CONCURREN A CADA EE.SS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (GLOCUSA ENZIMATICA X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:22:28

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Copia simple del protocolo de análisis a la fecha de presentación de ofertas e internamiento de los bienes

Solicitamos se PRECISE si el protocolo de análisis a presentar en el expediente será del mismo lote que se internaran los bienes en caso de salir favorecidos con la buena pro, eso implica que las empresas participantes en este proceso de selección, cuenten en su almacén con la totalidad de kits requeridos, aspecto que creemos no es el correcto, por la cantidad de kits requeridos sobretodo, además que no necesariamente el protocolo de análisis que se consigne en el expediente técnico deba ser el mismo que se deba entregar en el internamiento de los bienes, porque la empresa ganadora importara el reactivo de bioquímica de un lote nuevo con mayor vencimiento, aspecto que beneficia a la Entidad, en este orden de ideas solicitamos que el protocolo de análisis que se presente en el expediente técnico no necesariamente será igual al lote que se internara en los almacenes de la Entidad en caso de salir favorecido con la buena pro.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** g **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CN EL AREA USUARIA POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NO AGOGER LA OSERVACION POR LO QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (GLOCUSA ENZIMATICA X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:22:28

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Garantía de Producto
Garantizará la autenticidad y el buen estado de los Bienes entregados por un periodo mínimo de dieciocho (18) meses, en caso de no cumplir con lo mínimo requerido

Solicitamos se nos PRECISE que el periodo mínimo de 18 meses corresponde a GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR porque solo se indica Garantía de Producto pero no indica que lo debemos considerar como garantía comercial del postor para tomar como referencia al momento de elaborar nuestra oferta para el factor de evaluación C GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 6.8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA POR UNANIMIDAD ACUERDAN ACOGER LA OBSERVACION POR LO QUE SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
LA GARANTÍA COMERCIAL ES AQUELLA QUE SE DA SOBRE UN PRODUCTO Y ES ADICIONAL A LA GARANTÍA LEGAL. CON ESTA GARANTÍA SE AÑADE UN PLUS A LA YA MENCIONADA, PERMITIENDO UNA MEJORA DE LA GARANTÍA LEGAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (GLOCUSA ENZIMATICA X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:22:28

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Plazo de Entrega
De 02 hasta 04 días calendarios 20 ptos
De 05 hasta 07 días calendarios 10 ptos

En el numeral 1.9 PLAZO DE ENTREGA: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 10 días calendario de recibida la Orden de Compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación; se ha planteado en este mismo pliego de consultas modificar el plazo de entrega a 25 días calendario a partir de notificada la orden compra, en función de los argumentos expuestos en dicha consulta, por lo que se SOLICITA modificar el plazo de entrega como RTM a 25 días calendario, y los criterios de este factor de evaluación serían los siguientes:
De 15 a 20 días calendario 20 puntos
De 21 a 24 días calendario 10 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: b Página: 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACUERDAN POR UNANIMIDAD NO ACOGE LA OBSERVACION A QUE ES NECESARIO CONTAR CON LOS BIENES OBJETO DE LA CONVOCATORIA CON LA FINALIDAD DE ABASTECER OPORTUNAMENTE A LAS IPRESS DE TODA LA REGION HUANUCO YA QUE ESTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN ZONAS RURALES A FIN DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION A LOS PACIENTES QUE CONCURREN A CADA EE.SS. EN CUANTO AL PLAZO DE ENTREGA GENERAL ESTABLECIDO EN LAS BASES ES DE 10 DIAS CALENDARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (GLOCUSA ENZIMATICA X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:22:28

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Garantía Comercial del postor

Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las especificaciones técnicas.

Más de 15 hasta 18 meses 20 puntos

Mas de 12 hasta 15 meses 10 puntos

Solicitamos al comité de selección se nos PRECISE que el mínimo tiempo de garantía exigido en las especificaciones técnicas es de 18 MESES (numeral 6.8 página 24, Garantía de producto), y en base a este requerimiento técnico mínimo (RTM) se ofertara la garantía comercial del postor, es decir para que una empresa se le otorgue los 20 puntos en este factor de evaluación, las empresas deben ofertar 18 meses como RTM + 16 meses según criterio para que se asigne 20 puntos, el tiempo de GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR seria de 34 meses.

Creemos muy exagerado que una empresa oferte 34 meses como garantía comercial del postor si la exigencia de la vigencia mínima de los reactivos solicitada es de 18 meses; solicitamos modificar los criterios de este factor de evaluación a los siguientes:

De 4 a 6 meses 20 puntos

De 1 a 3 meses 10 puntos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: c Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA POR UNANIMIDAD ACUERDAN ACOGER LA OBSERVACION PARCIALMENTE DEBIDO A QUE SN PRODUCTOS QUE SE FABRICAN CON FECHA DE VENCIMIENTO A PLAZO MEDIANO..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO
Nomenclatura :	AS-SM-20-2023-DIRESA - HCO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (GLOCUSA ENZIMATICA X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:22:28

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Glucosa enzimática x 100 determinaciones kit

Los kits comerciales de bioquímica se expresan en MILILITROS (ML) y no en determinaciones. Como las bases no han establecido como regla que 1 ML corresponde a 1 DETERMINACION, se podrá ofertar kit de glucosa enzimática x 50 ml porque según lo indicado por el fabricante en el inserto del kit de glucosa enzimatica solo es necesario 0.5 ML para 1 DETERMINACION, obteniéndose un rendimiento final del kit de 100 DETERMINACIONES. En este orden de ideas solicitamos que los postores puedan ofertar kit de glucosa enzimática en la presentación comercial de 50 ML, 100 ML y 150 ML sin pretender orientar hacia una determinada marca comercial, es importante señalar que cada fabricante diseña sus kits de acuerdo a su criterio, por ese motivo, es bien difícil que dos marcas diferentes coincidan en una sola presentación comercial y porque además no todas las empresas que comercializan este tipo de reactivos han sido invitadas al estudio de mercado para este proceso de selección, por ese motivo solicitamos se acepte la oferta de kit de glucosa enzimática en la presentación comercial autorizada en su registro sanitario (kit x 50 ml; kit x 100 ml; kit x 150 ml) y se cumpla con entregar la totalidad de kits solicitados (1200).

Acápite de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: 3	Literal: 3.1	Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACUERDAN POR UNANIMIDAD NO ACOGER LA OBSERVACION DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS PREEXISTENTES DE TODAS IPRESS DE NUESTRO AMBITO JURISDICCIONAL REQUIERE LOS INSUMOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES PARA SU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (GLOCUSA ENZIMATICA X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código : 20538910717

Nombre o Razón social : UNIMEDILAB S.A.C.

Fecha de envío : 06/11/2023

Hora de envío : 18:44:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la características técnicas del reactivo glucosa, se especifica el método ENZIMÁTICO GOD - POD como metodología. Se solicita al comité de selección aceptar también el método ENZIMÁTICO - COLORIMÉTRICO ya que presenta el mismo fundamento que la metodología solicitada y así ampliar la concurrencia de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: 6.2.1 **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACUERDAN POR UNANIMIDAD ACOGER LA OBSERVACION YA QUE LA METODOLOGIA REQUERIDA ES ENZIMATICA COLORIMETRICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (GLOCUSA ENZIMATICA X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	18:44:11

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo glucosa, se especifica linealidad de hasta 450 a 500 mg/dL.
Se solicita al comité de selección acpetar linealidades desde 400 mg/dL como mínimo y así poder ampliar la concurrencia de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: 6.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones con el estado articulo 2 inciso a libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACUERDAN POR UNANIMIDAD ACLARAR LA CONSULTA CUYA FINALIDAD ES OBTENER RESULTADOS PROPORCIONALES A LA CONCENTRACION A LA CANTIDAD DEL ANALITO POR LO QUE SE ESTABLECERA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA SIGUIENTE MANERA DE HASTA 400 A 500 MG/DL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (GLOCUSA ENZIMATICA X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código : 20538910717

Nombre o Razón social : UNIMEDILAB S.A.C.

Fecha de envío : 06/11/2023

Hora de envío : 18:44:11

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo glucosa, se especifica tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega.

Se solicita al comité de selección aceptar carta de compromiso de canje por vencimiento para productos con fecha de vencimiento menor a 18 meses.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6.2 **Literal:** 6.2.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACUERDAN POR UNANIMIDAD ACLARAR LA CONSULTA RESPECTO AL TIEMPO DE EXPIRACION SERA DE DOCE MESES PRESETNTAR CARTA DE CANJE POR VENCIMIENTO Y/O REPOSICION LOS PRODUCTOS MENOR DE DOCE MESES Y MAYOR A 10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (GLOCUSA ENZIMATICA X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	18:44:11

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las características técnicas del reactivo glucosa se solicita tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega.

Se solicita al comité de selección que el producto ofertado pueda ser considerado con una fecha de vencimiento mínimo de DOCE (12) meses y/o considerar la presentación de carta de canje emitida por el proveedor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: 6.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACUERDAN POR UNANIMIDAD ACLARAR LA CONSULTA RESPECTO AL TIEMPO DE EXPIRACION SERA DE DOCE MESES PRESETNTAR CARTA DE CANJE POR VENCIMIENTO Y/O REPOSICION LOS PRODUCTOS MENOR DE DOCE MESES Y MAYOR A 10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (GLOCUSA ENZIMATICA X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	18:44:11

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Sobre el plazo de entrega, en factores de evaluación.
Se pide al comité de selección que al tratarse de un producto importado desde origen considerar el tiempo de entrega hasta 15 días calendarios. Pues el producto debe pasar por la etapa de importación , distribución y entrega hasta llegar a su destino final.
Para ello se pide reconsiderar el puntaje en esta sección.

de 02 hasta 10 días calendarios 20 puntos.
de 10 a mas días calendarios 10 puntos.

y así poder ampliar la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA POR UNANIMIDAD ACUERDAN NO ACOGER LA OBSERVACION DEBIDO A QUE ES NECESARIO CONTAR CON LOS BIENES OBJETO DE LA CONVOCATORIA CON LA FINALIDAD DE ABASTECER OPORTUNAMENTE A LAS IPRESS DE TODA LA REGION HUANUCO YA QUE ESTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN ZONAS RURALES A FIN DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION A LOS PACIENTES QUE CONCURREN A CADA EE.SS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (GLOCUSA ENZIMATICA X 100 DET), PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES AFILIADOS AL SIS¿

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	18:44:11

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En los documentos para la admisión de la oferta en el apartado g) Copia simple de análisis a la fecha de presentación de ofertas e internamiento de los bienes.

Sobre los certificados o protocolos de Análisis.

Los certificados de análisis de los reactivos, son documentos renovables por lote y reactivo dependiendo de la fecha de fabricación del fabricante. Se pide al comité aceptar formato de origen del fabricante firmado por su responsable de control de calidad o su equivalente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACUERDAN POR UNANIMIDAD ACLARAR LA CONSULTA PARA LO CUAL DECIDEN COPIA SIMPLE DE ANÁLISIS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS E INTERNAMIENTO DE LOS BIENES.

SOBRE LOS CERTIFICADOS O PROTOCOLOS DE ANÁLISIS.

Y/O FORMATO DE ORIGEN DEL FABRICANTE FIRMADO POR SU RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD O SU EQUIVALENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null