

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO		
Nomenclatura :	CP-ABR-2-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO		

Ruc/código :	20605941673	Fecha de envío :	18/06/2025
Nombre o Razón social :	ROCAHUA PERU SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:06:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Mediante la presente, y en el marco del proceso de selección en curso, me permito formular la siguiente consulta y sugerencias respecto al numeral C.1 ¿ EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, según los requisitos señalados en las Bases:

1. Inclusión del perfil de Ingeniero Mecánico Eléctrico

Actualmente, el perfil del personal clave considera únicamente a Ingenieros Electrónicos, Industriales o Mecatrónicos. Sin embargo, en atención al objeto de la contratación (mantenimiento correctivo de una planta generadora de oxígeno medicinal), se solicita que se incorpore también al Ingeniero Mecánico Eléctrico como profesional clave admisible, ya que su formación y experiencia son completamente pertinentes al tipo de infraestructura y sistemas involucrados.

2. Especificación clara del tipo de experiencia requerida

Asimismo, se solicita se precise el tipo de experiencia específica que debe acreditar el personal clave (ingeniero y técnico). En tal sentido, se propone que se exija experiencia en:

¿Mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos e instalaciones de gases de uso medicinal, equipos afines y/o manipuleo de balones de oxígeno en centros de salud¿.

Dicha precisión permitirá a los postores presentar personal debidamente calificado y ajustado al objeto contractual.

3. Inclusión del cargo de Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Residente

Solicito también se contemple como personal clave el puesto de Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Residente, con experiencia demostrada en supervisión o ejecución de mantenimiento de plantas de oxígeno, instalaciones de gases medicinales, o sistemas afines en establecimientos de salud.

4. Inclusión del Técnico Electricista Industrial

Finalmente, se solicita se incluya como opción válida de personal técnico al Técnico Electricista Industrial, siempre que cuente con experiencia en:

¿Mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos e instalaciones de gases de uso medicinal, equipos afines y/o manipuleo de balones de oxígeno en centros de salud¿.

Esta especialidad técnica resulta adecuada y coherente con la naturaleza del servicio convocado.

Agradeciendo la atención prestada, quedo atento(a) a su respuesta oficial.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.5.2 **Literal:** C1 **Página:** 37
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

- SE ACOGE LOS PUNTOS 1, 2, Y 4

-SIN EMBARGO EL PUNTO 3 3. Inclusión del cargo de Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Residente Solicito también se contemple como personal clave el puesto de Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Residente, con experiencia demostrada en supervisión o ejecución de mantenimiento de plantas de oxígeno, instalaciones de gases medicinales, o sistemas afines en establecimientos de salud. NO SE ACOGE YA QUE SE ESTARIA RESTRINGIENDO EL PERSONAL CLAVE, POR LO QUE SE REQUIERE LA MAYOR PLURIDAD DE PARTICIPANTES AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :CP-ABR-2-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

	Específico	3.5.2	C1	37
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null