

Absolución de consultas Mercantil S.A. Carta N° 75-2024- MSA		
Ítem	Consulta/Observación (planteamiento)	Respuesta del área usuaria
1	<p>En la SECCION 5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, solicitan el accesorio: "Un (01) elemento de dispersión cuyas características deben tener: Volumen mínimo: ≥ 1 mL, Volumen máximo: ≤ 250 mL. Para trabajar hasta velocidades ≥ 25000 rpm. En rangos de pH entre 2,0 y 13,0. Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad. Acoplable al modelo del dispersor, facilidad de limpieza y esterilizable. Preferentemente para desmenuzar materiales fibrosos."</p> <p>Se consulta a la entidad: Se consulta a la entidad confirmar si el dispersor propuesto por nuestra representada con rango de volumen de 1 mL a 100 ml, estaría dentro de lo solicitado, sin desmedro de cumplir con otras características como la resistencia de trabajar en los rangos de pH solicitados, la aplicación de la herramienta para tejidos y materiales fibrosos, el material de acero inoxidable de alta calidad, capacidad de ser esterilizable por varios métodos, entre otros</p>	<p>Se acepta la propuesta del proveedor porque cumple el rango de volumen mínimo y máximo solicitado en la EETT.</p>
2	<p>En la SECCION 5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, solicitan el accesorio: "Rango de velocidad: mínima de 100 a 3000 rpm y máxima de 25,000 a 35,000 rpm."</p> <p>Se consulta a la entidad: Se consulta a la entidad confirmar si nuestro equipo propuesto con velocidad definida como máxima de 25,000 a 35,000 rpm tal como está definido en sus documentos técnicos es suficiente para poder demostrar cumplimiento de lo requerido.</p>	<p>En la propuesta enviada por el proveedor al área usuaria, el equipo T 25 digital ULTRA-TURRAX® cumple con el rango solicitado, de 3000 a 25000 rpm, por lo tanto, se acepta la propuesta del proveedor.</p>
3	<p>En la SECCION 5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, solicitan el accesorio: "Una (01) tapa para envases de 500 ml o frasco con tapa (500 mL) compatible para el modelo del dispersor."</p> <p>Se consulta a la entidad: Se consulta a la entidad si pueden aceptar tapa para vasos de precipitado de 600 mL y 1000 mL para la dispersión de medianos y grandes volúmenes; además, pueda ser de un material que reduce el ruido generado</p>	<p>Se acepta, debido a que la tapa que propone el proveedor cubre lo solicitado en la EETT "de al menos 500 mL."</p>

Absolución de consultas Mercantil S.A. Carta N° 75-2024- MSA		
Ítem	Consulta/Observación (planteamiento)	Respuesta del área usuaria
	al momento de la CONSULTA 03 3 dispersión.	
4	<p>En la SECCION: LUGAR DE ENTREGA, solicitan "El plazo total para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contraídas por el proveedor, valga decir la entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación del bien, es hasta los SETENTA (70) días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito la OC." CONSULTA 06</p> <p>Se consulta a la entidad: Se consulta a la entidad si pueden aceptar una ampliación de plazo de entrega de 70 a 90 días, ya que debido a la calidad de construcción de los accesorios la fabricación y el alcance técnico logrado de estos elementos especiales</p>	No se acepta, porque los plazos están establecidos de acuerdo al cronograma del proyecto.

Erika Amalia Medina Cáceres

Miembro Titular

José Luis Rodríguez López

Miembro Suplente



Firma Digital

Firmado digitalmente por CUEVA
MARTINEZ Pedro Miguel FAU
20131369477 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.09.2024 11:31:32 -05:00

Pedro Miguel Cueva Martínez
Presidente Titular