

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO
Nomenclatura :	LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	10412848913	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PEREZ BARRENECHEA JOSE OMAR	Hora de envío :	20:24:07

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Características técnicas: para los 11 medidores electromagnéticos: en la instalación, manifiestas tubería entre bridas, o inserción, por lo que se solicita que se aclare si la propuesta es brida o inserción o ambas, por favor sirva aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio transparencia y eficacia y tecnología

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los medidores a ser instalados son tipo carrete (bridados) por lo se aclara y se precisa en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tipo carrete - Tuberia entre bridas DIN/ANSI

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	10412848913	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PEREZ BARRENECHEA JOSE OMAR	Hora de envío :	20:24:07

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

De los planos que se apreciar en los puntos donde se pretende instalar los 11 macro medidores, solicitan 05 veces diámetro de la tubería por cuanto, se solicita a la entidad que dicho distanciamiento no se aprecia es los planos, por cuanto no se podría cumplir con dicho pedido, por cuanto se solicita que el distanciamiento sea 03 veces el diámetro de la tubería al ingreso y dos veces el diámetro de la tubería a la salida, para así no afectar la precisión de la medición de los caudales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de eficacia y mejoras tecnologicas

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación, por cuanto se incorpora a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingreso no mayor de 03 veces el diámetro de la tubería y la salida 02 veces el diámetro de la tubería, o superior

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	10412848913	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PEREZ BARRENECHEA JOSE OMAR	Hora de envío :	20:24:07

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita que la temperatura se entre los rango - 20 ¿ 60 °, teniendo en cuenta que la temperatura máxima sea 60°, y no 70°, ya que dicha temperatura no existe en la redes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación, por cuanto se incorpora a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Rango de Temperatura - 20 ¿ 60 °C

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20604136904	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	H2O INSTRUMENT E.I.R.L.	Hora de envío :	20:50:40

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Sobre la memoria no especifica la capacidad por lo que para una mayor aclaración y evitar observaciones al momento de la entrega de los equipos y su funcionamiento se solicita mayor presión de la memoria, como por ejemplo la memoria flash y la cantidad de datos almacenados. y quitar el termino volatil.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de transparencia y mejoras tecnológicas

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la memoria debe tener como minimo una Memoria Flash de 256 Kb, 20.000 entradas con fecha, hora y valor, el cual se incorpora a la bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Memoria: Memoria Flash de 256 Kb, 20.000 entradas con fecha, hora y valor

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20604136904	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	H2O INSTRUMENT E.I.R.L.	Hora de envío :	20:50:40

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

se solicita que la experiencia se pueda ampliar a medidores ultrasonicos, ya que pertenece a la misma familia de medir cuadal.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de pluralidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación por lo que se agrega a la experiencia en las bases. se consideran bienes similares a los siguientes mediodres de caudal, de insertción electromagneticos y ultrasonicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se consideran bienes similares a los siguientes mediodres de caudal, de insertción electromagneticos y ultrasonicos.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20604136904	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	H2O INSTRUMENT E.I.R.L.	Hora de envío :	20:50:40

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN DEBERIA VERSAR POR MEJORAS TAMBIEN, COMO POR EJMPPO ES IMPORTA LA PRECIÓN DE LA MEDICIÓN POR ENDE SE SOLICITA QUE SE CONSIDERE UN 'PUNTAJE A LA MEJORA DE LA PRESICIÓN DE MEDICIÓN DE CAUDAL, YA QUE ESTAN SOLICITANDO 0.5% SE PUEDE SUPERAR ESTA PRESICIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE MEJORAR TECNOLOGICAS Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la observación, señale a las Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 112-2022-OSCE/PRE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES / MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO EN TUBERIA DN400 O 16

De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

Nivel de precisión: +/- 0.5%

Solicitamos que se considere la precisión desde +/- 0.2% , debido que existen equipos con mayor grado de precisión al valor mencionado, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta, teniendo en cuenta que existen equipos con mayor grado de precisión al valor mencionado y solicitado, y con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores, la precisión será: Nivel de presión : +/- 0.1% de la lectura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nivel de presión : +/- 0.1% de la lectura

Entidad convocante :	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO
Nomenclatura :	LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 9
Consulta/Observación:
DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES / MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO EN TUBERIA DN400 O 16 PULG.
De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

A partir de 0.3 m/s

Solicitamos que se aclare la velocidad de nivel de precisión, ya que nuestros equipos cuentan con una velocidad a partir de 0.5m/s o según el diseño del fabricante, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se aclaro de la siguiente manera en la observación N° 03, se precisa que el rango de velocidad, se refiere al rango de medición, en tal sentido se acoge la observación, por cuanto se incorpora a las bases: Rango de Medición:
Min. range = 0 - 0,2 m/s
Max. range = 0 - 10 m/s

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Rango de Medición: Min. range = 0 - 0,2 m/s
Max. range = 0 - 10 m/s

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES / MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO EN TUBERIA DN400 O 16 PULG. Página: 22. De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

Electrodos: Acero inoxidable AISI 316 o superior

Solicitamos que se considere electrodos de Hasteloy C, Acero Inoxidable o superior, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación por lo que se agrega a las bases como sigue: Electroodos: Hastely C y/o Acero inoxidable o superior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Electrodos: Hasteloy C y/o Acero inoxidable o superior

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES / MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO EN TUBERIA DN400 O 16 PULG.

De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

Teclado magnético o de membrana con botones de acceso fácil.

Solicitamos que se considere teclado con botones táctiles para las configuraciones o según el diseño del fabricante, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta, por cuanto se agrega a la bases como sigue: Teclado magnético de menbrana con botones y/o y/o botones táctiles, de acceso fácil

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Programación del medidor: Teclado magnético de menbrana con botones y/o y/o botones táctiles, de acceso fácil

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES / MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO EN TUBERIA DN450 O 18 PULG.

De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

Nivel de precisión: +/- 0.5%

Solicitamos que se considere la precisión desde +/- 0.2% , debido que existen equipos con mayor grado de precisión al valor mencionado, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de es

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta, teniendo en cuenta que existen equipos con mayor grado de precisión al valor mencionado y solicitado, y con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores, la precisión será: Nivel de presión : +/- 0.1% de la lectura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nivel de presión : +/- 0.1% de la lectura

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES / MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO EN TUBERIA DN450 O 18 PULG.

De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

A partir de 0.3 m/s

Solicitamos que se aclare la velocidad de nivel de precisión, ya que nuestros equipos cuentan con una velocidad a partir de 0.5m/s o según el diseño del fabricante, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclaro de la siguiente manera en la observación N° 03, se precisa que el rango de velocidad, se refiere al rango de medición, en tal sentido se acoge la observación, por cuanto se incorpora a las bases: Rango de Medición:
Min. range = 0 - 0,2 m/s
Max. range = 0 - 10 m/s

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Rango de Medición: Min. range = 0 - 0,2 m/s
Max. range = 0 - 10 m/s

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES / MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO EN TUBERIA DN450 O 18 PUL.

De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

Electrodos: Acero inoxidable AISI 316 o superior

Solicitamos que se considere electrodos de Hasteloy C, Acero Inoxidable o superior, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta; por lo que se agrega a las bases como sigue: Electrodo: Hasteloy C y/o Acero inoxidable o superior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Electrodos: Hasteloy C y/o Acero inoxidable o superior

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES / MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO EN TUBERIA DN450 O 18 PULG.

De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

Teclado magnético o de membrana con botones de acceso fácil.

Solicitamos que se considere teclado con botones táctiles para las configuraciones o según el diseño del fabricante, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación por cuanto se agraga la abases como sigue: Teclado magnético de menbrana con botones y/o y/o botones táctiles, de acceso fácil

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Programación del medidor: Teclado magnético de menbrana con botones y/o y/o botones táctiles, de acceso fácil

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES / MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO EN TUBERIA DN500 O 20 PULG.

De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

Nivel de precisión: +/- 0.5%

Solicitamos que se considere la precisión desde +/- 0.2% , debido que existen equipos con mayor grado de precisión al valor mencionado, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta, teniendo en cuenta que existen equipos con mayor grado de precisión al valor mencionado y solicitado, y con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores, la precisión será: Nivel de precisión : +/- 0.1% de la lectura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nivel de precisión : +/- 0.1% de la lectura

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES / MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO EN TUBERIA DN500 O 20 PULG.

De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

A partir de 0.3 m/s

Solicitamos que se aclare la velocidad de nivel de precisión, ya que nuestros equipos cuentan con una velocidad a partir de 0.5m/s o según el diseño del fabricante con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta; manera en la observación N° 03, se precisa que el rango de velocidad, se refiere al rango de medición, en tal sentido se acoge la observación, por cuanto se incorpora a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Rango de Medición: Min. range = 0 - 0,2 m/s

Max. range = 0 - 10 m/s

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES / MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO EN TUBERIA DN500 O 20 PULG

De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

Electrodos: Acero inoxidable AISI 316 o superior

Solicitamos que se considere electrodos de Hasteloy C, Acero Inoxidable o superior, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación por lo que se agrega a las bases como sigue: Electrodo: Hasteloy C y/o Acero inoxidable o superior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Electrodos: Hasteloy C y/o Acero inoxidable o superior

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES / MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO EN TUBERIA DN500 O 20 PULG.

De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

Teclado magnético o de membrana con botones de acceso facil.

Solicitamos que se considere teclado con botones táctiles para las configuraciones o según el diseño del fabricante, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta; por cuanto se agraga a la bases como sigue: Teclado magnético de menbrana con botones y/o y/o botones táctiles, de acceso fácil

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Programación del medidor: Teclado magnético de menbrana con botones y/o y/o botones táctiles, de acceso fácil

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

GARANTIA COMERCIAL.

De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

Mínimo 3 años.

Solicitamos que se considere como garantía comercial 2 años, debido que los equipos cuentan con certificado internacional de calidad OIML.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta; la entidad busca una vida larga de los equipos en adquirir y teniendo en cuenta que los fabricantes otorgan una vida larga de los equipos por ende el area usuaria considera que la garantia ante cualquier defecto de fabrica sea de tres años

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Lugar y plazo de ejecución de la prestación

De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

Será un plazo de noventa (90) días calendario.

Solicitamos que se considere 120 días calendario debido que los macromedidores son de presión nominal PN25, las cuales se tiene que considerar el tiempo de diseño, fabricación, tiempo de envío del extranjero e instalación, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta; para una mayor pluralidad de postores y concurrencia de las mismas, se toma la cosulta por lo se agregara a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

plazo de entega 120 días

Entidad convocante :	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO
Nomenclatura :	LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 22
Consulta/Observación:
Otras obligaciones del contratista.
De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

El contratista está en la obligación de reponer la totalidad de los bienes defectuosos dentro de un plazo de 10 días calendario.

Solicitamos que se considere 120 días calendario la reposición de los bienes defectuosos, debido que los medidores tienen un tiempo de fabricación específico por sus especificaciones técnicas, lo cual varía entre 90 a 120 días calendario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1 **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se absuelve la consulta; debido que los medidores tienen un tiempo de fabricación específico: El contratista está en la obligación de reponer la totalidad de los bienes defectuosos dentro de un plazo de 60 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El contratista está en la obligación de reponer la totalidad de los bienes defectuosos dentro de un plazo de 60 días calendario.

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA.

De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

De 1 hasta 30 días calendario: 20 puntos

De 31 hasta 60 días calendario: 10 puntos

De 61 hasta 89 días calendario: 5 puntos

Solicitamos que se considere una mejor distribución del puntaje en el tiempo de entrega, al ser equipos de fabricación especial PN25, por ende, toma mayor tiempo en sus procesos de fabricación sumado el tiempo de instalación, por lo cual se requiere aceptar la ampliación a 120 días calendario y colocar el factor de puntaje

De 60 hasta 90 días calendario: 20 puntos

De 90 hasta 120 días calendario: 15 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 32

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta; para una mayor concurrencia de postores el cual se modificara las bases como queda:

De 1 hasta 60 días calendario: 20 puntos

De 61 hasta 90 días calendario: 10 puntos

De 91 hasta 120 días calendario: 5 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De 1 hasta 60 días calendario: 20 puntos

De 61 hasta 90 días calendario: 10 puntos

De 91 hasta 120 días calendario: 5 puntos

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	12:40:38

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Numeral: 3. ANTECEDENTES.

De acuerdo con el siguiente detalle mencionan:

Mencionan características generales de las tuberías existentes y reservorios.

Solicitamos información mas detallada para tener un conocimiento real de las condiciones actuales del objeto del contrato, se requiere lo siguiente:

1-Confirmar si las tuberías se encuentras enterradas o de libre acceso.

2- Que tipo de tuberías tienen los ingresos y salidas de las 2 ptars y los 4 reservorios donde se proyecta instalar los macromedidores.

3- Proporcionar las dimensiones o planos o fotos.

4- Distancia de los puntos de instalación de los macromedidores a la sala de control para la instalación del transmisor.

5- Confirmar si se requiere realizar sifón para la instalación.

6- Confirmar si se requiere fabricar cámaras para los macromedidores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta;

1-Confirmar si las tuberías se encuentras enterradas o de libre acceso. Respuesta: se necuentra en sus galerias respectivamente.

2- Que tipo de tuberías tienen los ingresos y salidas de las 2 ptars y los 4 reservorios donde se proyecta instalar los macromedidores.Respuesta: Acero- SCH40

3- Proporcionar las dimensiones o planos o fotos. Respuesta: se anexa los planos.

4- Distancia de los puntos de instalación de los macromedidores a la sala de control para la instalación del transmisor. Respuesta: 100 metros a mas.

5- Confirmar si se requiere realizar sifón para la instalación. Respuesta: se requiere la funcionalidad de tubo lleno

6- Confirmar si se requiere fabricar cámaras para los macromedidores. Respuesta: el algunos casos la mejora de los existentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	19:33:00

Observación: Nro. 25
Consulta/Observación:
En el FACTOR DE EVALUACIÓN "B", se procede a PUNTUAR el PLAZO DE ENTREGA, mientras que, en la descripción y detalle de todo el proceso se establecen 90 (NOVENTA) DÍAS CALENDARIO. El sesgar a la competencia con este FACTOR DE EVALUACIÓN atenta directamente contra la Libertad de Concurrencia y la Igualdad de Trato. Por ello, se solicita se consideren los 90 (NOVENTA) DÍAS CALENDARIO sin considerar la PUNTUACIÓN ESTABLECIDA.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IVLiteral: BPágina: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) y b) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:
se acoge parcialmente las observación por lo que incorpora los siguientes plazos a las bases:De 1 hasta 60 días calendario: 15 puntos
De 61 hasta 90 días calendario: 10 puntos
De 91 hasta 120 días calendario: 5 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
De 1 hasta 60 días calendario: 15 puntos
De 61 hasta 90 días calendario: 10 puntos
De 91 hasta 120 días calendario: 5 puntos

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	19:33:00

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

En el numeral 3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, literal "B" EXPERIENCIA DEL POSTOR. Se indica que el POSTOR deberá acreditar S/. 1,500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES); considerando bienes similares a medidores de caudal de inserción electromagnéticos. Debido a la CANTIDAD SOLICITADA por la ENTIDAD como EXPERIENCIA DEL POSTOR, se solicita se considere también como experiencia: MEDIDORES DE VELOCIDAD MECÁNICOS. De no modificar los BIENES SIMILARES no se estaría cumpliendo con el Literal e) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Atentando contra la LIBRE COMPETENCIA, donde se establece la COMPETENCIA EFECTIVA, y se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** B **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal e) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, señale a las bases. Los mediodres mecanicos no manejan la misma tecnologia de los medidores con electronica.Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 112-2022-OSCE/PRE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	19:33:00

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

En el numeral 5.1. en las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SENSOR ELECTROMAGNÉTICO, se solicita CONDUCTIVIDAD MÍNIMA MAYOR IGUAL A 5µS. Se realiza la OBSERVACIÓN, debido a que, la mayoría de las MARCAS EN EL PERÚ, trabajan con CONDUCTIVIDAD MÍNIMA MAYOR IGUAL A 20µS. Esto sesga a la competencia, atentando directamente contra la Libertad de Concurrencia y la Igualdad de Trato. Por ello, se solicita modificar la CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL SENSOR ELECTROMAGNÉTICO, por la CONDUCTIVIDAD MÍNIMA MAYOR IGUAL A 20µS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1. Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) y b) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la observaqción, por la razon que la conductividad de nuestra aguas es muy baja, por ello se solicita la condctividad de las bases.Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 112-2022-OSCE/PRE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	19:33:00

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

En el numeral 3, se indica que los medidores deberán cumplir de forma operativa con aprobaciones internacionales: WRAS, y NSF/ANSI. Se SOLICITA que el CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE INACAL, cuente como CERTIFICACIÓN OPERATIVA, siendo este de mayor jerarquía e inferencia en el desarrollo peruano del rubro de saneamiento. Habiendo pasado previamente por los estándares máximos de CALIDAD del PAÍS. Esto acreditará la FUNCIONALIDAD OPERATIVA del EQUIPO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) y f) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación: tenemos por entendido que los diámetros solicitados a la fecha no son verificados ni aprobados por INACAL. Por ende se solicita certificado de fábrica y certificados internacionales. Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 112-2022-OSCE/PRE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20267203467	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:34:31

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

CONSULTA/OBSERVACION 1.

En el Capitulo III , Numeral 1

1. Denominacion de la contratacion ¿Adquisicion de 11 medidores de caudal electromagneticos¿

Consulta : Debido a que se ha aperturado las especificaciones tecnicas y se esta solicitando medidores de flujo de montaje bridado en linea y/o de tipo insercion Solicitamos al comité se puedan tambien aceptar el cotizar medidores de caudal ultrasonicos o por ultrasonido, tipos clamp-on (abrazadera), el cua es un sistema tan igual que los medidores de caudal tipo insercion, e inclusive de mayor duracion en tiempo de vida porque no sufren desgaste ni erosion ni cavitacion, y su precision es tan igual como el solicitado 0.5%, y el mantenimiento e instalacion resulta mucho mas facil, porque no hay necesidad de parar proceso o cortar el suministro de agua , asimismo si se desea lograr mayor precision se puede ofertar con el metodo de medicion en Cruz (X) usando 4 sensores clamp-on, esto con el fin de facilitar y evitar parar el/los procesos para la instalacion, esto en gran beneficio para la entidad en ahorro de costos, con obtencion de los mismos resultados. Esto dando tambien mayor oportunidad a los postores. Los medidores han de cumplir lo necesario para compararse con los electromagneticos, por lo tan han de cumplir lo siguiente:

SENSORES

Material de los sensores: acero inoxidable, Precision: 0.5%, velocidad: 0.15 a 10m/s bidireccional, rango de temperatura: menor a 70°C, grado de proteccion: IP67 o superior, alimentacion electrica: según fabricante, a traves del transmisor TRANSMISOR

Alimentacion: 110-250VAC y/o 24VDC, Frecuencia: 50/60hz, Medicion ¿ direccion: Flujo Bidireccional totalizador antireversa, Clase de proteccion: IP67 o superior, Salidas: 4-20mA, Proteccion Electrica, memoria no volatil, programacion del medidor, salida de pulso, alarma e idioma.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta: se esta solicitando medidores electromagneticos tipo carrete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20267203467	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:34:31

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

CONSULTA/OBSERVACION 2.

En el Capitulo III , Numeral 5

5.1. Descripción y cantidad de los bienes

Se solicita lo siguiente(ITEM 1, 2 y 3)

Instalacion tipo: tubería entre bridas DIN/ANSI o insercion de perfil completo con valvula de bola 2¿

Se solicta al comité que se acepten insercion de perfil con valvula de 1¿, con el fin de dar igualdad de oportunidades a los postores, y quedando el requerimiento de la siguiente manera:

Instalacion tipo: tubería entre bridas DIN/ANSI o insercion de perfil completo con valvula de bola de 1 y/o 2¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta: se ha aclaro que los medidores requeridos son electromagneticos tipo carrete, se suprime los medidores de inserción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20267203467	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:34:31

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

CONSULTA/OBSERVACION 3.

En el Capitulo III , Numeral 5

5.1. Descripción y cantidad de los bienes

Se solicita lo siguiente(ITEM 1, 2 y 3)

Longitud de cable del sensor a transmisor: minima 100 metros.

Se solicita al comité que permitan implementar un repetidor en la sala de control y el transmisor sea de tipo compacto, facilitando la instalacion del cableado, esto con el fin de promover la participacion de postores. El requerimiento quedaria de la siguiente manera:

Longitud de cable del sensor a transmisor: minima 100 metros y/o repetidor en la sala de control y transmisor compacto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta: se toma en cuenta la consulta por lo que se modifica en la bases quedando como sigue: Longitud de cable del sensor a transmisor: minima 100 metros y/o repetidor en la sala de control y transmisor compacto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud de cable del sensor a transmisor: minima 100 metros y/o repetidor en la sala de control y transmisor compacto.

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20267203467	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:34:31

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

CONSULTA/OBSERVACION 4.

En el Capitulo III , Numeral 5

5.1. Descripción y cantidad de los bienes

Se solicita lo siguiente(ITEM 1, 2 y 3)

Presion de trabajo: 250PSI como minimo

Solicitamos al comité que debido a que las tuberias son mayores a DN400, por las mismas características de la tuberia, no existen presiones demasiado altas. Por norma internacional la presion nominal para estas dimesiones son de pn10 o 150PSI como minimo, siendo esta una normal internacional aplicada a la fabricacion de flujometros, solictamos que se incluya esta peticion y asi tambien promover la participacion de postores a igualdad de oportunidades, el requerimiento quedaria de la siguiente manera:

Presion de trabajo: 150PSI y/o PN10 como minimo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta: se toma en cuenta la consulta por lo que se modifica en la bases quedando como sigue: Presion de trabajo: 150PSI y/o PN10 como minimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Presion de trabajo: 150PSI y/o PN10 como minimo

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20267203467	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:34:31

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

CONSULTA/OBSERVACION 5.

En el Capitulo III , Numeral 5

5.1. Descripcion y cantidad de los bienes

Se solicita lo siguiente(ITEM 1, 2 y 3)

Velocidad: Entre 0.15 y 10 m/s ¿ medicion bidireccional.

Solicitamos al comité que debido a que las tuberias son mayores a DN400, por las mismas características de la tubería, no existen presiones ni velocidades demasiado altas. Por norma internacional las velocidades maximas que pasan por estas dimensiones de tubería no suelen exceden los 6m/s, por lo que solictamos que se incluya esta informacion y/o petición y así tambien promover la participacion de postores a igualdad de oportunidades, el requerimiento quedaria de la siguiente manera:

Velocidad: Entre 0.15 y 6 m/s (19.68ft/s) o mejor ¿ medicion bidireccional.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la consulta: el cual se respondido en observación quedado como sigue: se precisa que el rango de velocidad, se refiere al rango de medición, en tal sentido se acoge la observación, por cuanto se incorpora a las bases:

Rango de Medición: Min. range = 0 - 0,2 m/s

Max. range = 0 - 10 m/s

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20267203467	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:34:31

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

CONSULTA/OBSERVACION 6.

En el Capitulo III , Numeral 5

5.5. Lugar y plazo de ejecucion de la prestacion.

Se solicita lo siguiente

PLAZO

Sera en un plazo de 90 dias calendario¿¿.

Solicitamos al comité, que de acuerdo a la problemática mundial de escases de componentes electronicos, la fabricacion de equipos de medicion se viene retrazando, y con el fin de brindar las mimas oportunidades a los postores, solicitamos que se extienda el plazo de entrega de 120 dias, quedando de la siguiente manera:

PLAZO

Sera en un plazo de 120 dias calendario¿¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.5 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente las observación por lo que incorpora los siguientes plazos a las bases: De 1 hasta 60 días calendario: 15 puntos

De 61 hasta 90 días calendario: 10 puntos

De 91 hasta 120 días calendario: 5 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De 1 hasta 60 días calendario: 15 puntos

De 61 hasta 90 días calendario: 10 puntos

De 91 hasta 120 días calendario: 5 puntos

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20267203467	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:34:31

Observación: Nro. 35
Consulta/Observación:
CONSULTA/OBSERVACION 7.
En el Capitulo III , Numeral 3.1 Requisitos de calificacion
Experiencia del postor en la especialidad
Se solicite al comité que incluyan empresas con condicion MYPE, esto con el fin de no restringir la libre participación, y brindar las mismas oportunidades a los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge ,para concocar un proceso de licitacion publica se tiene unas bases estandares señirse a las Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 112-2022-OSCE/PRE
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20267203467	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:34:31

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

CONSULTA/OBSERVACION 8.

En el Capitulo III , Numeral 3.1 Requisitos de calificacion

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicite al comité que incluyan como expriencia: medidores de caudal electromagneticos en general(bridados, insercion, etc), medidores de caudal ultrasonicos en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación por lo que se agrega a la experiencia en las bases. se consideran bienes similares a los siguientes mediodres de caudal, de insertción electromagneticos y ultrasonicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se consideran bienes similares a los siguientes mediodres de caudal, de insertción electromagneticos y ultrasonicos.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 11 MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS PARA EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LAS PTAP N°01 Y 02 PTAP,INGRESO Y SALIDA DE LOS 04 RESERVORIOS DE PTAP CABRITOPAMPA DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20267203467	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:34:31

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

CONSULTA/OBSERVACION 9.

En el Capitulo IV

Otros factores de evaluacion

B Plazo de entrega.

Observamos que se esta brindando un puntaje de 20 puntos correspondiente al 20% de la calificacion para un tiempo de entrega muy corto entre 1 y 30 dias, debido a la puntuacion estaria limitando la participacion de postores, dado que estos medidores son de fabricacion, y esto conlleva su debido tiempo y debido ala escases de componentes electronicos a nivel mundial, es un periodo de tiempo que muy dificilmente que por no decir casi imposible las fabricas podria cumplir, por lo que se solicita al comité que pueda modificar este requerimiento de acuerdo a la realidad, y la igualdad de oportunidades de los postores, por lo que este requerimiento quedaria de la siguiente manera:

B. plazo de entrega

De 30 a 60 dias calendario ¿ 15 puntos

De 60 a 90 dias calendario ¿ 10 puntos

De 90 a 120 dias calendario ¿ 5 puntos.

Creemo que estas condiciones se ajustan mas a la realidad y a la oportunidad de los postores para participar. Por lo que esperamos que el comité analice y acepte el criteria imparcialmente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmete la observación por lo que se agrega a las bases. plazo de entrega

De 30 a 60 dias calendario ¿ 15 puntos

De 60 a 90 dias calendario ¿ 10 puntos

De 90 a 120 dias calendario ¿ 5 puntos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

plazo de entrega

De 30 a 60 dias calendario ¿ 15 puntos

De 61 a 90 dias calendario ¿ 10 puntos

De 90 a 120 dias calendario ¿ 5 puntos.