

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HGJ-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - EQUIPO PARA PRUEBA DE ESFUERZO COMPUTARIZADO - PLATAFORMA DE FUERZA PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N° 2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CONSULTA EXTERNA - UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código : 20101337261

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Fecha de envío : 10/09/2024

Hora de envío : 22:03:50

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

(...)

El plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipo, sus componentes periféricos y accesorios no deberá exceder de Treinta (30) días calendarios.

Solicitamos al comité que con la finalidad de promover la pluralidad de postores se acepte ampliar el plazo de entrega a 65 días, quedando de la siguiente manera:

PLAZO DE ENTREGA

(...)

El plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipo, sus componentes periféricos y accesorios no deberá exceder de Sesenta y Cinco (65) días calendarios.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: CAP.I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipo, sus componentes periféricos y accesorios, no deberá exceder de Sesenta (60) días calendarios.(¿)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HGJ-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - EQUIPO PARA PRUEBA DE ESFUERZO COMPUTARIZADO - PLATAFORMA DE FUERZA PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N° 2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CONSULTA EXTERNA - UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:03:50

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

h) HOJA DE PRESENTACIÓN

Respecto a la acreditación del cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, teniendo en consideración que en la buena pro del proceso de selección AS N° 19-2024-HGJ-2 se descalificó a los postores que no declararon la cantidad de accesorios a ofertar. Solicitamos al comité indicar si aceptará Declaración Jurada para acreditar el cumplimiento de la cantidad de accesorios, ya que en la mayoría de catálogos los fabricantes no incluyen cantidades

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAP. II **Literal:** h) **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NOTA: Puntos a ser acreditados con documentación técnica emitida por el (los) fabricante (s) a los literales A,B,C,D,EyF (¿)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HGJ-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - EQUIPO PARA PRUEBA DE ESFUERZO COMPUTARIZADO - PLATAFORMA DE FUERZA PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N° 2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CONSULTA EXTERNA - UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:03:50

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

6.2.3. Los proveedores deberán ofertar equipos, accesorios, insumos y componentes periféricos nuevos (sin uso). La fecha de fabricación de los equipos principales objeto de la adquisición no deberá exceder de 06 meses anteriores a la fecha de la presentación de la oferta. (...)

Solicitamos al comité que, con la finalidad de promover la pluralidad de postores, se acepte que los equipos no excedan de los 12 meses anteriores a la presentación de la oferta y que el enunciado quede de la siguiente manera:

6.2.3. Los proveedores deberán ofertar equipos, accesorios, insumos y componentes periféricos nuevos (sin uso). La fecha de fabricación de los equipos principales objeto de la adquisición no deberá exceder de 12 meses anteriores a la fecha de la presentación de la oferta. (...)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6.2.3. **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los proveedores deberán ofertar equipos, accesorios, insumos y componentes periféricos nuevos (sin uso). La fecha de fabricación de los equipos principales objeto de la adquisición no deberá exceder de 12 meses anteriores a la fecha de la presentación de la oferta. (...)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HGJ-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - EQUIPO PARA PRUEBA DE ESFUERZO COMPUTARIZADO - PLATAFORMA DE FUERZA PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N° 2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CONSULTA EXTERNA - UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:03:50

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Sobre la Experiencia del Postor en la Especialidad

Entendemos que al considerar Equipos para diagnostico cardiovasculares se incluyen también electrocardiógrafos, mapas.

¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.2.B. **Página:** 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Equipos para diagnostico cardiovasculares se incluyen también electrocardiógrafos, mapas.

ES CORRECTA LA APRECIACION

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HGJ-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - EQUIPO PARA PRUEBA DE ESFUERZO COMPUTARIZADO - PLATAFORMA DE FUERZA PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N° 2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CONSULTA EXTERNA - UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:03:50

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Solicitamos al comité que, en los bienes similares, considerar también experiencia en monitores de 5 parámetros, monitores de 7 parámetros, monitores de 8 parámetros, electrocardiógrafos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.2.B. **Página:** 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EQUIPOS PARA DIAGNOSTICO CARDIOVASCULARES Y PULMONARES, EQUIPO DE ESFUERZO CARDIOPULMONAR, CINTAS PARA PRUEBA DE ESFUERZO, ELECTROCARDIOGRAFOS, HOLTER Y MAPAS Y

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HGJ-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - EQUIPO PARA PRUEBA DE ESFUERZO COMPUTARIZADO - PLATAFORMA DE FUERZA PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N° 2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CONSULTA EXTERNA - UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:03:50

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Otros Factores de Evaluación

B. Plazo de Entrega

Solicitamos al comité que de aceptar el plazo de 60 días calendario, solicitamos modificar los factores de evaluación de la siguiente manera:

- De 55 hasta 60 días 10 puntos
- De 61 hasta 64 días 5 puntos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. IV **Literal:** A. **Página:** 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De 46 hasta 60 días calendario:

[5] puntos

De 30 hasta 45 días calendario:

[10] puntos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HGJ-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - EQUIPO PARA PRUEBA DE ESFUERZO COMPUTARIZADO - PLATAFORMA DE FUERZA PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N° 2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CONSULTA EXTERNA - UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:03:50

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité que para el Factor de evaluación considerar lo siguiente:

Integridad en la contratación pública

Contar con certificación del sistema de gestión antisoborno Certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana (NTP-ISO 37001:2017) equivalente

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** C **Página:** 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO ACOJE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CEÑIRSE A LAS BASES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HGJ-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - EQUIPO PARA PRUEBA DE ESFUERZO COMPUTARIZADO - PLATAFORMA DE FUERZA PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N° 2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CONSULTA EXTERNA - UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:03:50

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

FACTOR DE EVALUACIÓN - D. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR

- Más de 37 hasta 42 meses (5) puntos
- Hasta 12 meses adicionales (del tiempo de Garantía 36 meses), es decir 48 meses (10) puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. IV Literal: D Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Más de [42] hasta [47],[MESES, SEGÚN CORRESPONDA]:

[5] puntos

Más de [48] hasta [60],[MESES SEGÚN CORRESPONDA]:

[10] puntos