

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	17:32:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Cantidad:

Al respecto en las bases se menciona la cantidad Total de hemogramas a adquirirse, Consultamos al comité especial si este requerimiento corresponde a un año (12 meses) de consumo, dado que se menciona que en la pagina 23, donde se describe el bien a contratar, se indica que la fecha de expiración del Reactivo no debe ser menor a 12 meses

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aclara que la cantidad de hemogramas a adquirirse, corresponden a un promedio 3 meses a mas de duración, según nuestra demanda actual. Por lo que la fecha de expiracion del Reactivo no debe ser menor a 12 meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	17:32:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la pagina 21, donde se describe el bien a contratar, se indican 02 analizadores hematológicos de 5 estirpes donde por lo menos uno de ellos debe contar con poder utilizar los fluidos biológicos como muestra (4). Terminando la pagina citada se indica que se debe contar con un analizador de las mismas características como backup . Consultamos al comité especial cuantos equipos de 5 diferenciales se necesitan en total?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aclara que: "Se requieren 02 equipos hematológicos como minimo ;de 05 estirpes , UNO O LOS DOS DE ELLOS DEBEN CONTAR CON LECTOR DE FLUIDOS CORPORALES"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	17:32:31

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Cantidad: Consultamos al comité especial indicar si la prestación del bien es a una sola entrega.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 6.1.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aclara que el total de reactivos se hará en una sola entrega

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	17:32:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Garantía comercial ¿ Vigencia del producto: En las bases administrativas encontramos una incongruencia al respecto de la fecha de vigencia del producto, dado que en la página 21, donde se describen las características del bien a ofertar se indican 12 meses de expiración, en la página 22 se indica que la vigencia mínima del reactivo, deberá ser mayor o igual a 18 meses. Consultamos al comité especial, cual es la caducidad del producto que se está solicitando para el presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 7.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta se aclara que la fecha de vigencia del producto debera ser mayor o igual a 12 meses

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	17:32:31

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respecto a la experiencia del postor, en la página 26 se indica que los bienes considerados como similares al objeto de la convocatoria es la venta de material médico de uso hospitalario cuando lo que se debe indicar como bienes similares es la venta de Reactivos de laboratorio en general, siendo que el objeto de la convocatoria, señalado en las bases es ¿ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta se aclara que los bienes considerados como similares al objeto de la convocatoria es la venta de material medico de uso hospitalario y/o venta de reactivos de Laboratorio en General ,realizado a Hospitales, Clinicas y Centro de Salud Especializado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	17:44:25

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comité aceptar documentos emitidos por el fabricante para acreditar especificaciones técnicas, tanto de los reactivos como del equipo en cesión de uso.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1. Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta se aclara que se acepta documentos emitidos por el fabricante para acreditar especificaciones técnicas y/o declaración jurada del cumplimiento de las especificaciones técnicas; tanto de los reactivos como del equipo en cesión de uso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	17:44:25

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita al comité considerar las siguientes características para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas:

EQUIPO: Tipo, metodología, performance, características y muestra.

Las demás características podrán ser acreditadas con carta emitida por el postor o el anexo n° 03 de cumplimiento de especificaciones técnicas.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1. Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aclara que para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas el equipo debe cumplir con las siguientes características:

-TIPO :Analizador automatizado de hematología de 5 diferencias.

-METODOLOGIA.- Con una metodología mínima de impedancia eléctrica y/o Citometría y/o Citometría de flujo.

-PERFORMANCE.- De 100 hemogramas por horas a más.

-CARACTERISTICAS: Determinación del hemograma de 5 estirpes leucocitarias + reticulocitos + eritroblastos,

-MODO: modo para tubo cerrado . Prueba y Lisante para hemoglobina libre de cianuro.

-PARAMETROS: WBC, NEU%, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU#, LYM#, MON#, EOS#, BAS#, RBC, HGB. HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC

IG#, IG %, NRBC #, NRBC%.

Uno o los dos equipos deben contar con lectores ,con capacidad para leer fluidos corporales. Autocargador de muestras en tubo primario con mezcla por inversión . Lector de código de barras incorporado en el Autocargador. Modos de operación del software: pre diluido, sangre total y sangre capilar. Software que permita la calibración manual y/o automática. Dispersograma e histogramas

Memoria para archivos de control de calidad

-LINEALIDADES:WBC: 0 ¿ 500x10¹²/L; RBC: 0 - 8.60x10¹²/L; HGB: 0 - 260 g/L; PLT: 0~5000x10⁹/L,

-MUESTRA: - Sangre total anticoagulada con EDTA k2/k3 en tubo primario con código de barras. - Volumen de muestra 90uL o menos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:23:27

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de sirva aclarar cual es la cantidad de equipos que solicita, dado que en las especificaciones técnicas indica Equipo principal y Backup, asimismo especificar si el equipo backup se entregaría conjuntamente con el equipo principal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta se aclara, la cantidad de equipos es de 02 (unidades) uno o los dos de ellos deben contar con lector de fluidos corporales , los cuales deberán instalarse simultáneamente en los laboratorios del Servicio de Patología Clínica.

El equipo backup es aparte de los 02 equipos principales solicitados y es opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:23:27

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:

Antigüedad máximo 02 años, sustentado con certificado de manufactura.

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten lo siguiente:

Antigüedad del equipo no mayor a 05 años

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta se aclara que la antigüedad máxima es 02 años, sustentado con certificado de manufactura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:23:27

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:

Fecha de expiración de reactivos no menor a 12 meses

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten lo siguiente:

Fecha de expiración de reactivos no menor a 09 meses

Teniendo en consideración el tiempo de demora en la importación, desaduanaje y traslado de los productos, además que las entregas se realizarán de manera mensual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta se aclara que la Fecha de expiracion del reactivo debe ser: no menor a 12 meses Si en caso fuese menor a lo requerido ,debera adjuntar la carta de compromiso de canje. Asimismo la entrega sera en 1 sola entrega

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20505110651	Fecha de envío : 21/08/2023
Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío : 19:23:27

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

d. Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

Consultamos al comité de selección si los postores debemos acreditar las especificaciones técnicas o requisitos funcionales solicitados, mediante la presentación de documentación emitida por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** CAP II **Literal:** 2.2 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta se aclara que se acepta documentos emitidos por el fabricante para acreditar especificaciones técnicas y/o declaración jurada del cumplimiento de las especificaciones técnicas; tanto de los reactivos como del equipo en cesión de uso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:23:27

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

d. Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

En caso de ser afirmativa la consulta anterior, consultamos si los postores debemos acreditar lo siguiente: Tipo, performance, características, muestras, procesamiento de datos y accesorios.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: CAP II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta se aclara que se acepta documentos emitidos por el fabricante para acreditar especificaciones técnicas Tipo, performance, características, muestras, procesamiento de datos y accesorios y/o declaración jurada del cumplimiento de los mismos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:36:32

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS GENTILMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR PARA CUANTOS MESES ESTÁN SOLICITANDO LA PRESENTE ADQUISICIÓN

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 6.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se aclara que la cantidad de hemogramas a adquirirse, corresponden a un promedio 3 meses a mas de duración, según nuestra demanda actual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:36:32

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan:

Proporcionar control de calidad externo trimestral elegido por el área usuaria.

En bases a la consulta anterior, y dado que en la bases indican que los bienes se darán en una sola entrega, solicitamos suprimir la solicitud de entregar un programa de control externo, toda vez que estos tienen una duración de un año, el mismo que empezaría en enero del 2024.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta se aclara en el Item Control de Calidad, lo siguiente: Análisis mensual de control de calidad interno, efectuado en conjunto con el personal de la empresa. Proporcionar control de calidad externo trimestral, elegido por el área usuaria (Se aceptará como control de calidad externo, la participación en un programa de control Interlaboratorial con controles de 3ra opinión)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:52:28

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitan:

Performance: 100 hemogramas por hora o mas.

Determinacion del hemograma de 5 estirpes leucocitarias + reticulocitos +eritroblastos

En tal sentido entendemos que el performance de los equipos que requieren contar con la capacidad de procesamiento de reticulocitos deberá ser de 100 o más hemogramas por hora incluyendo el recuento de reticulocitos, solicitamos gentilmente al Comité en coordinación con el área usuaria indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta se aclara que, la performance de los hemogramas es 100 hemogramas por hora a mas y el proceso del HEMOGRAMA + RETICULOCITOS debe tener una permormance igual o mayor de 80 pruebas por hora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	22:45:51

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las bases solicitan un equipo de 100 hemogramas por hora, al respecto debemos consultar qué también solicitan hemogramas + reticulocitos, sin embargo no indican cual es la velocidad de este requerimiento, solicitamos puedan aceptar hemograma + reticulocitos con una velocidad de 80 a mas pruebas por hora, para permitir una mayor participación de postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta se aclara que, la performance de los hemogramas es 100 hemogramas por hora a mas y el proceso del HEMOGRAMA + RETICULOCITOS debe tener una permormance igual o mayor de 80 pruebas por hora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	22:45:51

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las bases solicitan un equipo con capacidad de procesar tubos cerrados, entendemos que estos tubos cerrados aplican también para las muestras de emergencia es correcto nuestro entender +

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge ,con respecto a la observacion, que los equipos deben tener la capacidad de procesar muestras en tubos cerrados y tambien deben serlo para las muestras de emergencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:41:46

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitan:
control de interno interlaboratorial de 3era opinion.

Consultamos al comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria aceptar tambien Control Interno Interlaboratorial de 1era ò 3era Opinion

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se solicita CONTROL DE CALIDAD EXTERNO mínimo de manera trimestral y también se aceptará como control externo control de calidad interlaboratorial pero de 3ra opinión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:41:46

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:

Soporte técnico

Entendemos que se debe contar y acreditar (ingeniero electrónico y tecnólogo médico) con experiencia no menor a 6 meses en el equipo ofertado, debidamente certificado por el fabricante.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta se aclara que, el soporte técnico preventivo de acuerdo a cronograma anual el cual debe ser incluido en la propuesta. Mantenimiento correctivo las 24 horas del día, los 365 días del año, incluidos domingos y feriados durante el tiempo que dure el contrato. Para ello la empresa debe proporcionar un teléfono móvil para la comunicación respectiva. Disponibilidad de asesoría técnica permanente, las 24 horas del día y 7 días de la semana

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-CS-HRI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:41:46

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Solicitan:

Plazo de entrega: dentro de los 5 días calendarios posteriores a la notificación de la orden de compra y/o contrato, lo que se de primero.

Normalmente lo que se da primero es la suscripción del contrato, por lo cual solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, el plazo de entrega sea contabilizado a partir de la notificación de la orden de compra.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 7.2 Página: 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con respecto a la consulta, se aclara que el plazo de entrega será dentro de los 5 días calendarios posteriores a la notificación de la orden de compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null