

## ACTA DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y BUENA PRO

### LICITACION PUBLICA N° 16-2023-ESSALUD-CEABE-1

#### **"Contratación del Suministro de Reactivos para Pruebas de Inmunología por el período de (12) meses para el Laboratorio de la Subgerencia de Atención Domiciliaria de la Gerencia de Oferta Flexible – 1 Ítem paquete conformado por 13 sub Ítems"**

Siendo las 10:00 horas del 31 de octubre de 2023, en las instalaciones de la Sub Gerencia de Adquisición y Ejecución Contractual del Seguro Social de Salud, Sito.- Av. Arenales N° 1402 – Jesús María, se reunió el Comité de Selección reconstituido mediante Resolución de Gerencia de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos N° 445-CEABE-ESSALUD-2023, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección LP N° 16-2023-ESSALUD-CEABE-1, para la "Contratación del Suministro de Reactivos para Pruebas de Inmunología por el periodo de (12) meses para el Laboratorio de la Subgerencia de Atención Domiciliaria de la Gerencia de Oferta Flexible – 1 ítem paquete conformado por 13 sub ítems", con el objeto de culminar la evaluación y calificación de ofertas y otorgar la buena pro.

El quórum se dio con la presencia de los siguientes miembros:

Sheyla Lucila Cayo Morales  
Pablo Antonio Obando Pacheco  
Elvis Ramiro Gonzales Narvasta

Presidente Titular  
Primer Miembro Titular  
Segundo Miembro Titular

#### **I. SOBRE LOS ACTUADOS**

- De acuerdo al acta de apertura y admisión de ofertas de fecha 23 de octubre de 2023, el Comité de Selección acordó requerir la subsanación de oferta al postor SIMED PERU S.A.C.
- Con fecha 24 de octubre de 2023 se registró en el SEACE la Carta N° 01-LP-16-2023-ESSALUD/CEABE-1, solicitando al postor SIMED PERU S.A.C., la subsanación de su oferta.
- Con fecha 25 de octubre de 2023 el postor SIMED PERU S.A.C., registró en el SEACE la Carta N° 841-2023-SIMED PERU SAC/LIC conteniendo la subsanación de la oferta requerida por el Comité de Selección.

#### **II. ADMISIÓN DE OFERTAS**

Contando con la oferta subsanada del postor SIMED PERU S.A.C., el Comité de Selección determina que la misma ha sido subsanada correctamente, por lo cual se da por Admitida dicha oferta.

En ese sentido, considerando lo señalado en el acta de fecha 23.10.2023 y lo indicado en la presente acta, se tiene dos (02) ofertas admitidas al presente procedimiento de selección, las cuales corresponden a los siguientes postores:

| N° | RAZON SOCIAL DEL POSTOR    | CONDICIÓN |
|----|----------------------------|-----------|
| 1  | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | ADMITIDA  |
| 2  | SIMED PERU S.A.C.          | ADMITIDA  |

### III. EVALUACIÓN DE OFERTAS

Seguidamente se procede a evaluar las ofertas admitidas, aplicando los factores de evaluación establecido en las bases integradas y estableciendo el orden de prelación, obteniendo el siguiente resultado:

| N° | RAZON SOCIAL DEL POSTOR    | FACTORES DE EVALUACIÓN |                |  |                 |               | ORDEN DE PRELACIÓN |
|----|----------------------------|------------------------|----------------|--|-----------------|---------------|--------------------|
|    |                            | OFERTA ECONOMICA       | PUNTAJE PRECIO | TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS   | PUNTAJE MEJORAS | PUNTAJE TOTAL |                    |
| 1  | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | 1, 890,843.80          | 90.00          | Test de Ácido Fólico: 35 minutos<br>Test de Vitamina B12: 40 minutos       | 10.00           | 100.00        | 1°                 |
| 2  | SIMED PERU S.A.C.          | 2, 320,921.60          | 81.47          | Test de Ácido Fólico: no oferta mejora<br>Test de Vitamina B12: 41 minutos | 05.00           | 86.47         | 2°                 |

### IV. CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido, el comité de Selección conforme lo establecido en el numeral 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, procedió a realizar la calificación de las ofertas, que obtuvieron el primer y segundo lugar en el orden de prelación:


| Orden de Prelación | POSTOR                     | REQUISITOS DE CALIFICACIÓN   |  | RESULTADO |
|--------------------|----------------------------|--|--|-----------|
|                    |                            | CAPACIDAD LEGAL  | EXPERIENCIA DEL POSTOR   |           |
|                    |                            | Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico   | Monto facturado acumulado equivalente a S/ 2, 500,000.00 por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria |           |
| 01                 | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | CUMPLE<br>Acredita capacidad legal con:<br>-RD N° 2236-SS/DIGEMID/DAS/EEF<br>-RD N° 6323-2016/DIGEMID/DEF<br>-RD N° 273-2017/DIGEMID/DEF<br>-RD N° 3803-2022/DIGEMID/DICER           | CUMPLE<br>Acredita un monto facturado por la suma de S/ 4, 060,528.60 con 8 contrataciones                                       | CALIFICA  |
| 02                 | SIMED PERU S.A.C.          | CUMPLE<br>Acredita capacidad legal con:<br>-RD N° 5684-2013/DIGEMID/DAS/EEF<br>-RD N° 863-2014/DIGEMID/DAS/EEF<br>-RD N° 2781-2014/DIGEMID/DAS/EEF<br>-RD N° 4255-2017/DIGEMID/DICER | CUMPLE<br>Acredita un monto facturado por la suma de S/ 8, 974,383.23 con 2 contrataciones                                       | CALIFICA  |

#### **V. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:**

Habiendo culminado con la evaluación y calificación de las ofertas presentadas al presente procedimiento de selección, el comité de selección acuerda lo siguiente:

1. **Otorgar la Buena Pro** de la Licitación Pública N° 16-2023-ESSALUD/CEABE-1, al postor **DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C.** por el importe de **S/ 1, 890,843.80 (Un Millón Ochocientos Noventa Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 80/100 Soles).**
2. *Publicar los resultados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.*

Siendo las 13:00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribe la presente acta.

  
Pablo A. Obando Pacheco  
Primer Miembro Titular  
Sheyla L. Cayo Morales  
Presidente Titular  
Elvis R. Gonzales Narvasta  
Segundo Miembro Titular





## ACTA DE APERTURA Y ADMISION DE OFERTAS

### LICITACION PUBLICA N° 16-2023-ESSALUD-CEABE-1

#### **"Contratación del Suministro de Reactivos para Pruebas de Inmunología por el período de (12) meses para el Laboratorio de la Subgerencia de Atención Domiciliaria de la Gerencia de Oferta Flexible – 1 Ítem paquete conformado por 13 sub Ítems"**

Siendo las 15:00 horas del 23 de octubre de 2023, en las instalaciones de la Sub Gerencia de Adquisición y Ejecución Contractual del Seguro Social de Salud, Sito.- Av. Arenales N° 1402 – Jesús María, se reunió el Comité de Selección reconstituido mediante Resolución de Gerencia de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos N° 445-CEABE-ESSALUD-2023, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección LP N° 16-2023-ESSALUD-CEABE-1, para la "Contratación del Suministro de Reactivos para Pruebas de Inmunología por el periodo de (12) meses para el Laboratorio de la Subgerencia de Atención Domiciliaria de la Gerencia de Oferta Flexible – 1 ítem paquete conformado por 13 sub ítems", con el objeto de evaluar las ofertas presentadas al procedimiento de selección.

El quórum se dio con la presencia de los siguientes miembros:

Sheyla Lucila Cayo Morales  
Pablo Antonio Obando Pacheco  
Elvis Ramiro Gonzales Narvasta

Presidente Titular  
Primer Miembro Titular  
Segundo Miembro Titular

#### I. REGISTRO DE PARTICIPANTES

De la revisión de la plataforma del SEACE, se verifica que se registraron al presente procedimiento de selección los siguientes participantes:

| Nro. | Tipo proveedor    | RUC/Código  | Nombre o Razón Social                    | Fecha de registro en el procedimiento | Estado |
|------|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------|
| 1    | Proveedor con RUC | 20100177341 | PRODUCTOS ROCHE Q F S A                  | 15/06/2023                            | Válido |
| 2    | Proveedor con RUC | 20107914995 | INMUNOCHEM SAC                           | 15/06/2023                            | Válido |
| 3    | Proveedor con RUC | 20110200201 | QUINTIA S.A.                             | 09/06/2023                            | Válido |
| 4    | Proveedor con RUC | 20137015987 | COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C | 02/06/2023                            | Válido |
| 5    | Proveedor con RUC | 20155695901 | SISTEMAS ANALITICOS SRL                  | 05/06/2023                            | Válido |
| 6    | Proveedor con RUC | 20468787360 | ROCHEM BIOCARRE DEL PERU S.A.C           | 14/06/2023                            | Válido |
| 7    | Proveedor con RUC | 20501887286 | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.               | 02/06/2023                            | Válido |
| 8    | Proveedor con RUC | 20505110651 | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA             | 05/06/2023                            | Válido |
| 9    | Proveedor con RUC | 20549445439 | VIKMAR S.A.C.                            | 06/06/2023                            | Válido |
| 10   | Proveedor con RUC | 20553853355 | SIMED PERU S.A.C.                        | 02/06/2023                            | Válido |
| 11   | Proveedor con RUC | 20601065691 | RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.                   | 16/07/2023                            | Válido |
| 12   | Proveedor con RUC | 20602007970 | LC BIOCOP S.A.C.                         | 20/06/2023                            | Válido |
| 13   | Proveedor con RUC | 20607779695 | CHAPOMEDIC S.A.C.                        | 01/09/2023                            | Válido |

13 registros encontrados, mostrando 3 registro(s), de 11 a 13. Página 2 / 2.

K < > 1 2

#### II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS ELECTRÓNICAS

Seguidamente se procede con la descarga de las ofertas presentadas de acuerdo al cronograma del procedimiento de selección, encontrando lo siguiente:

| Nro. | RUC/Código  | Nombre o Razón Social                    | Fecha de registro | Hora de registro | Usuario de registro | Fecha de presentación |
|------|-------------|--|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1    | 20501887286 | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.               | 14/09/2023        | 21:55:56         | 20501887286         | 14/09/2023            |
| 2    | 20137015987 | COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C | 14/09/2023        | 17:39:45         | 20137015987         | 14/09/2023            |
| 3    | 20553853355 | SIMED PERU S.A.C.                        | 14/09/2023        | 21:16:35         | 20553853355         | 14/09/2023            |
| 4    | 20505110651 | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA             | 14/09/2023        | 22:18:08         | 20505110651         | 14/09/2023            |
| 5    | 20549445439 | VIKMAR S.A.C.                            | 14/09/2023        | 19:21:57         | 20549445439         | 14/09/2023            |
| 6    | 20110200201 | QUINTIA S.A.                             | 14/09/2023        | 21:20:28         | 20110200201         | 14/09/2023            |
| 7    | 20100177341 | PRODUCTOS ROCHE Q F S A                  | 14/09/2023        | 19:52:14         | 20100177341         | 14/09/2023            |

7 registros encontrados, mostrando 7 registro(s), de 1 a 7. Página 1/1.

### III. ADMISIÓN DE OFERTAS

Acto seguido, se procedió con la revisión de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.2.1.1. de la Sección específica de las Bases "Documentación de Presentación Obligatoria", a efectos de determinar la admisión de las ofertas, obteniendo el siguiente resultado:

| N° | RAZON SOCIAL DEL POSTOR                  | CONDICIÓN            |
|----|--|----------------------|
| 1  | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.               | ADMITIDA             |
| 2  | COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C | NO ADMITIDA          |
| 3  | SIMED PERU S.A.C.                        | REQUIERE SUBSANACION |
| 4  | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA             | NO ADMITIDA          |
| 5  | VIKMAR S.A.C.                            | NO ADMITIDA          |
| 6  | QUINTIA S.A.                             | NO ADMITIDA          |
| 7  | PRODUCTOS ROCHE Q F S A                  | NO ADMITIDA          |


El sustento de la admisión de ofertas se encuentra detallado en el Anexo 01 – Cuadro de Admisión de Ofertas de la Licitación Pública N° 016-2023-ESSALUD/CEABE-1 adjunto al presente.

### IV. ACUERDOS


Considerando el resultado de la admisión de ofertas, el Comité de Selección solicitará la subsanación de su oferta al postor SIMED PERU SAC, respecto a la presentación del Registro Sanitario del Equipo en cesión de uso (01:Analizador) ni de los Accesorios: Controles y Calibradores, teniendo en cuenta que dichos documentos son subsanables de acuerdo a lo estipulado en el literal h) del numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para lo cual se le otorgará un plazo de dos (02) días hábiles.

Finalmente, se postergará el otorgamiento de la buena pro hasta culminar con la evaluación y calificación de ofertas.


En señal de conformidad, los miembros del comité de selección firman la presente acta.



Pablo A. Obando Pacheco  
Primer Miembro Titular



Sheyla L. Cayo Morales  
Presidente Titular



Elvis R. Gonzales Narvasta  
Segundo Miembro Titular







"CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA INMUNOLOGÍA POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL LABORATORIO DE LA SUBGERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA DE LA GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE - 01 ITEM PAQUETE CONFORMADO POR 13 SUB ITEMS"

LICITACIÓN PÚBLICA N° 16-2023-ESSALUD/CEABE-1

| Nº   | DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA<br>(DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA)  | DIAGNÓSTICA<br>PERUANA S.A.C | COMERCIAL<br>IMPORTADORA<br>SUDAMERICANA S.A.C | SIMED<br>PERU S.A.C | W.P. BIOMED | VIKMAR S.A.C | QUIMTIA S.A | PRODUCTOS<br>ROCHE Q.F |
|--|--|------------------------------|--|---------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|
| POSTORES                                     |  |                              |  |                     |             |              |             |                        |
| 4. Documentación de presentación obligatoria |  |                              |  |                     |             |              |             |                        |
| 4.1  | Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).   | CUMPLE                       | CUMPLE   | CUMPLE              | CUMPLE      | CUMPLE       | CUMPLE      | CUMPLE                 |
| 4.2  | Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).  | CUMPLE                       | CUMPLE   | CUMPLE              | CUMPLE      | CUMPLE       | CUMPLE      | CUMPLE                 |
| 4.3  | Certificado de Buenas Practicas de Distribución y Transporte   | CUMPLE                       | CUMPLE   | CUMPLE              | CUMPLE      | CUMPLE       | CUMPLE      | CUMPLE                 |
| 4.4  | Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario   | CUMPLE                       | NO CUMPLE                                      | NO CUMPLE           | NO CUMPLE   | CUMPLE       | NO CUMPLE   | NO CUMPLE              |
|  | 1 30100071 Test de ácido fólico  | Cumple                       | Cumple   | Cumple              | Cumple      | Cumple       | Cumple      | Cumple                 |
|  | 2 30103838 Test de Alfafetoproteína  | Cumple                       | Cumple   | Cumple              | Cumple      | Cumple       | Cumple      | Cumple                 |
|  | 3 30100475 Test de antígeno CA 125   | Cumple                       | Cumple   | Cumple              | Cumple      | Cumple       | Cumple      | Cumple                 |
|  | 4 30100476 Test de antígeno CA 15-3  | Cumple                       | Cumple   | Cumple              | Cumple      | Cumple       | Cumple      | Cumple                 |
|  | 5 30100477 Test de antígeno CA 19-9  | Cumple                       | Cumple   | Cumple              | Cumple      | Cumple       | Cumple      | Cumple                 |
|  | 6 30103954 Test de antígeno Carcinoembrionario (CEA)   | Cumple                       | Cumple   | Cumple              | Cumple      | Cumple       | Cumple      | Cumple                 |
|  | 7 30100515 Test de antígeno prostático específico (PSA)  | Cumple                       | Cumple   | Cumple              | Cumple      | Cumple       | Cumple      | Cumple                 |
|  | 8 30106015 Test de antígeno prostático específico libre (PSA libre)  | Cumple                       | Cumple   | Cumple              | Cumple      | Cumple       | Cumple      | Cumple                 |
|  | 9 30103804 Test de ferritina   | Cumple                       | Cumple   | Cumple              | Cumple      | Cumple       | Cumple      | Cumple                 |
|  | 10 30105248 Test de hormona T3 libre   | Cumple                       | Cumple   | Cumple              | Cumple      | Cumple       | Cumple      | Cumple                 |
|  | 11 30105251 Test de hormona T4 libre   | Cumple                       | Cumple   | Cumple              | Cumple      | Cumple       | Cumple      | Cumple                 |
|  | 12 30104100 Test de hormona TSH  | Cumple                       | Cumple   | Cumple              | Cumple      | Cumple       | Cumple      | Cumple                 |
| 13 30104425 Test de vitamina B12             | Cumple   | Cumple                       | Cumple   | Cumple              | Cumple      | Cumple       | Cumple      |                        |
| - Equipo en cesión de uso 01 : Analizador    | Cumple   | No cumple                    | No cumple                                      | No cumple           | Cumple      | Cumple       | No cumple   | No cumple              |
| - Accesorios: Controles                      | Cumple   | No cumple                    | No cumple                                      | No cumple           | Cumple      | Cumple       | Cumple      | Cumple                 |
| - Accesorios: Calibradores                   | Cumple   | No cumple                    | No cumple                                      | No cumple           | Cumple      | Cumple       | Cumple      | Cumple                 |
| 4.5  | Certificado de Análisis del Producto (Protocolo de Análisis).  | CUMPLE                       | CUMPLE   | CUMPLE              | CUMPLE      | CUMPLE       | CUMPLE      | NO CUMPLE              |
| 4.6  | Ficha técnica del producto   | CUMPLE                       | CUMPLE   | CUMPLE              | CUMPLE      | CUMPLE       | CUMPLE      | NO CUMPLE              |
| 4.7  | Documentos sustentatorios del producto   | CUMPLE                       | NO CUMPLE                                      | CUMPLE              | CUMPLE      | CUMPLE       | NO CUMPLE   | CUMPLE                 |
| 4.8  | Documentos sustentatorios del equipo   | CUMPLE                       | CUMPLE   | CUMPLE              | NO CUMPLE   | NO CUMPLE    | CUMPLE      | CUMPLE                 |
| 4.9  | Hoja de resumen de presentación de los productos ofertados y vigencia  | CUMPLE                       | CUMPLE   | CUMPLE              | NO CUMPLE   | CUMPLE       | CUMPLE      | CUMPLE                 |
|  |  | ADMITIDA                     | NO ADMITIDA                                    | ADMITIDA            | NO ADMITIDA | NO ADMITIDA  | NO ADMITIDA | NO ADMITIDA            |
|  |  | RESULTADO                    |  |                     |             |              |             |                        |
| * Observaciones:                             |  |                              |  |                     |             |              |             |                        |
| 1  | DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C<br>CUMPLE con acreditar la totalidad de la documentación de presentación obligatoria requerida en las bases.   |                              |  |                     |             |              |             |                        |
|  | COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C:<br>1. NO ACREDITA CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.7, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL PRODUCTO<br>NO CUMPLE con Acreditar la característica: "Capacidad para procesar directamente y en simultáneo plasma, suero, orina y otros fluidos biológicos".<br>NO CUMPLE con Acreditar la especificación técnica: PRESENTACIÓN: "sensibilidad funcional menor a igual a 0.02 uU/ml" del subitem N° 12: "Test de Hormona TSH".<br>2 NO presenta Registro Sanitario del Equipo en cesión de uso (01:Analizador) ni de los Accesorios: Controles y Calibradores.<br>* Al respecto, si bien dichos documentos son subsanables, carece de objeto requerir la subsanación respectiva, toda vez que el postor no ha acreditado el numeral 4.7 de los Requerimientos Técnicos mínimos del presente procedimiento de selección. Y dicho numeral no es subsanable.  |                              |  |                     |             |              |             |                        |
| 3  | SIMED PERU S.A.C<br>NO ACREDITA CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.4 de los Requerimientos Técnicos mínimos del presente procedimiento de selección, en lo concerniente al Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario.<br>NO ha presentado el Registro Sanitario del Equipo en cesión de uso (01:Analizador) ni de los Accesorios: Controles y Calibradores.<br>Requiere SUBSANACION, toda vez que dichos documentos son emitidos por Entidad Pública.   |                              |  |                     |             |              |             |                        |
|  | W.P. BIOMED:<br>1. NO ACREDITA CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.8, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL EQUIPO<br>De la revisión integral de la oferta, se evidencia que a folios 249, el postor presenta "Carta de Fiel cumplimiento" emitida por el fabricante, la cual señala que el procesamiento de los reactivos ofertados se realiza en los Equipos "CL-9001" y "CL-12001"; así también, el Anexo F-1 declara como modelo del equipo ofertado al "CL-20001" y el Manual de instrucciones que obra a folio 239 al 245, pertenece al Analizador CL-20001. En tal sentido, se evidencia información incongruente entre lo declarado en los documentos de acreditación del equipo en cesión en uso ofertado (Manual de instrucciones y Anexo F-1) y la "Carta de fiel cumplimiento" emitida por el fabricante.<br>Por lo expuesto, el postor no acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo en cesión de uso ofertado.<br>2 NO presenta Registro Sanitario de los Accesorios: Controles y Calibradores.<br>* Al respecto, si bien dichos documentos son subsanables, carece de objeto requerir la subsanación respectiva, toda vez que el postor no ha acreditado el numeral 4.8 de los Requerimientos Técnicos mínimos del presente procedimiento de selección y dicho numeral no es subsanable. |                              |  |                     |             |              |             |                        |
| 5  | VIKMAR S.A.C:<br>NO ACREDITA CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.8, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL EQUIPO<br>En el Anexo F-1 declara que el Equipo en cesión de uso presenta: "Lector de código de barra para tubos primarios", sin embargo no acredita con documentos sustentatorios dicha especificación técnica en conformidad a lo estipulado en el numeral 4.8 de los Requerimientos Técnicos Mínimos.  |                              |  |                     |             |              |             |                        |
|  | QUIMTIA S.A:<br>1. NO ACREDITA CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.7, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL PRODUCTO<br>No acredita la especificación técnica: PRESENTACIÓN: "sensibilidad funcional menor a igual a 0.02 uU/ml" del subítem N° 12: "Test de Hormona TSH". Cabe resaltar que la carta explicativa que obra a folio 216 señala "Límite de Cuantificación es equivalente a sensibilidad funcional", sin embargo de la información remitida para la acreditación del subitem N°12 no se verifica el "límite de cuantificación" ni la "sensibilidad funcional".<br>2 NO presenta Registro Sanitario de los Accesorios: Controles del equipo de cesión en Uso.<br>* Al respecto, si bien dichos documentos son subsanables, carece de objeto requerir la subsanación respectiva, toda vez que el postor no ha acreditado el numeral 4.7 de los Requerimientos Técnicos Mínimos del presente procedimiento de selección y dicho numeral no es subsanable.   |                              |  |                     |             |              |             |                        |
|  | PRODUCTOS ROCHE Q.F.<br>1. NO ACREDITA CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.6, FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO<br>La ficha técnica presentada en el folio 397 de su oferta está firmada y sellada por la Q.F. Ida Geraldiny Peña Molina, en calidad de <i>Químico Farmacéutica Asistente</i> , lo cual no cumple con lo requerido en el numeral 4.6 y 4.7 de las Bases Integradas del presente procedimiento de selección, el cual señala que la Ficha técnica del producto y el Certificado de Análisis deberán estar firmados por el <i>director técnico</i> de la empresa postora<br>Al respecto, en concordancia con lo señalado por el Tribunal de Contrataciones del Estado en la Resolución N° 2217-2022-TCE-S3, dichos documentos no resultan pasibles de subsanación.<br>2 NO presenta Registro Sanitario de los Accesorios: Controles del equipo de cesión en Uso.<br>* Al respecto, si bien dichos documentos son subsanables, carece de objeto requerir la subsanación respectiva, toda vez que el postor no ha acreditado el numeral 4.6 y 4.7 de los Requerimientos Técnicos mínimos del presente procedimiento de selección; siendo dichos numerales subsanables.  |                              |  |                     |             |              |             |                        |
| 7  |  |                              |  |                     |             |              |             |                        |

  
PABLO ANTONIO OBANDO PACHECO  
PRIMER MIEMBRO TITULAR

  
SHEYLA LUCILA CAYO MORALES  
PRESIDENTE TITULAR

  
ELVIS RAMIRO GONZALES NARVASTA  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR