

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA BANCO DE SANGRE

Ruc/código : 20602007970

Nombre o Razón social : LC BIOCORP S.A.C.

Fecha de envío : 19/11/2024

Hora de envío : 23:44:58

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

En las bases solicitan que los reactivos cuenten con certificación INS, al respecto debemos indicar que esto no es posible pues EL INS para realizar dicha evaluación debería de. Contar primero con un instrumento automatizado que. Pueda procesar los reactivos, y esto no sería posible por parte del INS, por. Tanto solicitamos que esta característica sea considerada. Opcional

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que para permitir una mayor participación de postores se aceptara que el certificado de INS sera considerado opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura :AS-SM-22-2024-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA BANCO DE SANGRE

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	23:47:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:  
En las bases solicitan que como parte del kit de reactivos debe de contener los controles y calibradores es decir de manera interna y no un kit adicional ew correcto nuestro entender?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
se aclara que es correcto, los kit de reactivos deben de contener los controles y calibradores listos para su uso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura :AS-SM-22-2024-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA BANCO DE SANGRE

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	23:51:25

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:  
En las bases solicitan como parte de los reactivos se considere un equipo que permita la realización completa de todas las pruebas entendemos que se refieren a un equipo automatizado sin embargo no indican las especificaciones de este, solicitamos aclarar este extremo de las bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3      Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
se aclara que se adjuntara las eett del equipo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura :AS-SM-22-2024-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA BANCO DE SANGRE

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:  
En las bases solicitan que se incluyan soluciones de lavado al respecto debemos indicar que estas soluciones son accesorios del equipo mas no del reactivo por tanto no debe formar parte del kit de reactivos, consideramos entonces que este debe ser opcional en lo referente a su inclusio dentro del kit de reactivos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
se aclara que la solución de lavado sera considerado opcional su inclusión dentro del kit de reactivos, pudiendo ser de manera externa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura :AS-SM-22-2024-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA BANCO DE SANGRE

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	23:55:09

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:  
En las bases solicitan acreditar la sensibilidad y especificidad de los reactivos entendemos que estos puedan tener un margen de mas o. Menos 2% para asi permitir una mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se solicita un equipo automatizado y reactivos para banco de sangre con una sensibilidad alta por tanto se aceptara sensibilidad de 100 % y especificidad mayor a 99 % , por tanto se acoge parcialmente su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura :AS-SM-22-2024-HOSP.REG.II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA BANCO DE SANGRE

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	23:58:29

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases solicitan que se acredite como experiencia de postor rectivos de laboratorio en general, entendemos que esto podría see un error pues banco de sangre corresponde a otro servicio distinto a laboratorio clínico por tanto la experiencia debería ser en reactivos para banco de sangre es correcto nuestrl entender?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se solicita experiencia de postor en banco de sangre en general para permitir una mayor participación de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null