

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-INIA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT LAPAROSCOPIA PARA CAPRINOS, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2506684

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	21:38:52

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tengan a bien considerar que: la FUENTE DE LUZ solicitada en las bases tenga una vida útil estimada del LED: de 20,000 a 40,000 horas. Esto para fomentar la pluralidad de marcas y permitir que más postores puedan competir en el proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, si la vida útil del LED se redujera a 20,000 horas, esto implicaría una disminución significativa en las horas de funcionamiento del equipo, el cual sería perjudicioso para el procedimiento de transferencia de embriones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-INIA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT LAPAROSCOPIA PARA CAPRINOS, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2506684

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	21:38:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: FUENTE DE LUZ, INCLUYE CABLE DE LUZ. Se solicita al comité de selección tengan a bien aclarar que el cable al cual hace referencia es el cable de poder del equipo o caso contrario detallen la función del cable; dado que, en el componente siguiente solicitan el CABLE DE FIBRA ÓPTICA CON CONECTOR el cual es también conocido como CABLE DE LUZ.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el cable de luz que incluye en la fuente de luz es el cable de poder del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-INIA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT LAPAROSCOPIA PARA CAPRINOS, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2506684

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	21:38:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tengan a bien aclarar que si, cuando detallan la característica LAPAROSCOPIO 5 MM, hacen referencia a la medida del diámetro de telescopio? o caso contrario se les pide que puedan aclarar esta característica solicitada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se hace referencia a la medida del diámetro del LAPAROSCOPIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-INIA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT LAPAROSCOPIA PARA CAPRINOS, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2506684

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	21:38:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tengan a bien considerar qué, el SISTEMA DE TROCAR CON PUNTA PIRAMIDAL CON VALVULA, pueda tener un tamaño o diámetro de 5.5 mm, teniendo en consideración qué el Telescopio, Manipulador de órganos y Sonda palpadora; tienen un diámetro de 5 mm y todos estos deben ingresar a través del Sistema de Trocar. Si son del mismo diámetro no podrán usarse en conjunto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que debido a que la variación en el tamaño del trocar puede afectar la compatibilidad con los instrumentos quirúrgicos estándar y la precisión en los procedimientos. La especificación de 5 mm responde a un estándar ampliamente utilizado en la práctica quirúrgica veterinaria, garantizando un adecuado desempeño y seguridad en la manipulación. Además, ampliar el diámetro podría afectar la adaptabilidad con los equipos preexistentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-INIA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT LAPAROSCOPIA PARA CAPRINOS, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2506684

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	21:38:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar si ¿los accesorios solicitados corresponde a 01 (una) unidad para cada KIT LAPAROSCOPIA?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los accesorios solicitados corresponden a 01(una) unidad para cada KIT LAPAROSCOPIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null