



ANEXO 1

ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 87-2023-ESSALUD-RPR-1 (2307A00871)

ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL ASISTIDA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA DEL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

N° de ítem	N° Postor	POSTOR	DOCUMENTO DE PRESENTACION OBLIGATORIA																RESULTADO (ADMITIDA / NO ADMITIDA)
			a) Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 01)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 02)	d) Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases. (Anexo N° 03).	e1) Registro Sanitario o Certificado de Obligatorio vigente	e2) Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA)	e3) Certificado de Buena Práctica de Manufactura	e4) Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte	e5) Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	e6) Metodología Analítica (Copia Simple)	e7) Ficha Técnica del producto (Anexo - D)	e8) Manual de Instrucciones de Uso o Inserto	e9) Hoja Resumen de Presentación del dispositivo médico ofertado y vigencia (Anexo - E)	e10) Presentación de la Muestra y/o fotos del producto ofertado y Rotulados	f) Declaración Jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)	h) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6).
1	1	MAVART S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDA

OBSERVACIONES: De acuerdo a la ficha técnica y fotos del producto la oferta no cumple con lo siguiente:

En relación a la función no se especifica si puede colocarse con la ayuda del endoscopio o por vía fluoroscópica.

En cuanto al empaque no incluye cinta adhesiva de fijación.

En cuanto al material, no especifica el porcentaje de polietileno en la sonda.

En cuanto a las características de la sonda, no cuenta con extremo distal de poliuretano de 1 cm +/- 2 mm ya que según su especificación del producto tiene una sonda con peso distal de tungsteno.

UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL ASISTIDA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA
Dr. JORGE E. ORREGO PECHE
MEDICO ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA
R.M. 15005
CMP. 32182

JORGE EDUARDO ORREGO PECHE
Presidente Titular del Comité de Selección

AXA EsSalud H.N.E.R.M.
RED ASISTENCIAL REBAGLIATI
Dr. NESTOR EDUARDO PALACIOS BRAN
MEDICO ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA
R.M. 15005
UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL ASISTIDA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA

NESTOR EDUARDO PALACIOS BRAN
Primer Miembro Titular del Comité de Selección

AXA EsSalud H.N.E.R.M.
RED ASISTENCIAL REBAGLIATI
Dr. MILAGROS GLORIA IVETTE GAMARRA PALACIOS
MEDICO ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA
R.M. 15005
UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL ASISTIDA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA

MILAGROS GLORIA IVETTE GAMARRA PALACIOS
Segundo Miembro Titular del Comité de Selección

AXA EsSalud H.N.E.R.M.
RED ASISTENCIAL REBAGLIATI
Dr. JORGE E. ORREGO PECHE
MEDICO ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA
R.M. 15005
UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL ASISTIDA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA

CdS - ESSALUD - RPR

ACTA DE DESIERTO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 87-2023-ESSALUD-RPR-1 (2307A00871)

ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL ASISTIDA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA DEL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

El Comité de Selección designado por el Jefe de la Oficina de Administración de la Red Prestacional Rebagliati mediante FORMATO N° 04 para llevar a cabo la conducción del procedimiento de selección denominado ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL ASISTIDA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA DEL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, reunidos en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la RPR, sito en la Of. 317 Complejo Arenales, resuelve declarar Desierto el procedimiento de selección por el siguiente motivo:

ESTADO	ITEM	DESCRIPCION	MOTIVO
DESIERTO	1	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL ASISTIDA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA DEL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES: Sonda de nutrición enteral c/peso distal radiopaco 08 fr x (110 ± 10) cm de longitud	La oferta de MAVART S.R.L. no fue admitida por los siguientes motivos: De acuerdo a la ficha técnica y fotos del producto la oferta no cumple con lo siguiente: En relación a la función no se especifica si puede colocarse con la ayuda del endoscopio o por vía fluoroscópica. En cuanto al empaque no incluye cinta adhesiva de fijación. En cuanto al material, no especifica el porcentaje de poliuretano en la sonda. En cuanto a las características de la sonda, no cuenta con extremo distal de poliuretano de 1 cm +/- 2 mm ya que según su especificación del producto tiene una sonda con peso distal de tungsteno.

Acto seguido, se acordó registrar y publicar en el SEACE la presente acta, según el cronograma del presente procedimiento de selección.

ESSALUD NERM
Red Prestacional Rebagliati

Dr. NESTOR PALACIOS BRAN
CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA
UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL - USNA.
CMP. 20832 RNE. 10762

Dr. NESTOR EDUARDO PALACIOS BRAN
Primer Miembro Titular del Comité de Selección

MILAGROS GLORIA IVETTE GAMARRA PALACIOS
Segundo Miembro Titular del Comité de Selección

Dr. JORGE EDUARDO OCHOA PECA
Presidente, Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL - USNA.
CMP. 32162

