

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO

Ruc/código :	20604537372	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	NOVAMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:46:09

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN:

GENERALES

¿ REDUCE ALREDEDOR DE UN 8

SUSTENTO: las especificaciones tecnica solicitada no corresponde a lo solicitado en la convocatoria de cotización (estudio de mercado), entendiendo que por error de tipeo existe un error en la descripción de la EE TT. De tal modo solicitamos al digno comité que dicha especificación sea retirada y evitar incongruencias en el proceso de selección

Petitorio concreto: solicitamos al digno comité que dicha EETT sea retirado al repetirse lo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artic, 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la observación el área usuaria acoge lo solicitado, debido al error involuntario producido al tipeo de las especificaciones técnicas, por lo que se retirará dicha característica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir de las Bases y todos sus extremos:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS - CIRCUITO PARA TERAPIA RESPIRATORIA DE ALTO FLUJO.

- REDUCE ALREDEDOR DE UN 8