

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código : 20604482560

Fecha de envío : 14/06/2023

Nombre o Razón social : E-MEDICA ELECTROMEDICINA-REFRIGERACION Y  
SERVICIOS GENERALES S.A.C.

Hora de envío : 19:21:53

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**  
EQUIPO EN CESIÓN DE USO.

La Entidad para el uso de los insumos bioquímicos ha requerido la entrega de un equipo en calidad de Cesión de Uso con ciertas características técnicas señaladas a un modelo específico.

Al respecto, los equipos con rendimiento de 220 pruebas/horas no cuentan con la función de Detección de coágulos.

Solicitamos al área usuaria y al OEC se sirvan a confirmar si para el presente procedimiento de selección se omite que el equipo cuente con la función de Detección de Coágulos.

**Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Literal: ---**

**Página: 27**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta indicando que debe ceñirse a las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:52:59

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En la página 16 de las bases solicitan:

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3). Asimismo, en el mismo Anexo N°3 de la página 44 precisan "Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases."

Por lo que, entendemos que para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del REACTIVO y EQUIPO EN CESIÓN DE USO se podrán presentar catálogos y/o folletos y/o manuales y/o cartas aclaratorios u otros documentos técnicos emitidos por el fabricante y/o declaración jurada del postor.

Solicitamos al Comité de Selección indique si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico        Numeral: 2.2.1.1.        Literal: d        Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta indicando que su apreciación es correcta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 19:52:59

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas con respecto al perfeccionamiento del contrato se indica:

#### 2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la entidad sito en la Av. Pacheco N° 362 Tarma, Junin.

Para evitar confusiones que impidan la entrega de los documentos solicitados para el perfeccionamiento de Contrato, solicitamos al Comité de Selección nos pueda indicar lo siguiente:

- ¿A qué persona o área debe ir dirigida la carta con los requisitos para la suscripción del contrato?
- ¿Cual es el horario de atención de la mesa de partes de la entidad?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** 2.5.    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

#### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta indicando que los documentos son dirigidos al DIRECTOR EJECUTIVO de la entidad, con atención a la UNIDAD DE LOGISTICA, el cual deberá presentarlo en mesa de partes de la entidad en horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 13:00 pm y de 14:30 hasta las 5:30 pm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20604735646	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	FABLAB MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	22:19:38

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

PLAZO DE ENTREGA

De acuerdo al RLCE Artículo 143.- Cómputo de plazos

Durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendarios, excepto en los casos en que el presente Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil. Artículo 183 (Código Civil). - Reglas para cómputo del plazo

El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las siguientes reglas:

1.- El plazo señalado por días se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezcan que se haga por días hábiles.

2.- El plazo señalado por meses se cumple en el mes del vencimiento y en el día de éste correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se cumple el último día de dicho mes.

3.- El plazo señalado por años se rige por las reglas que establece el inciso 2.

4.- El plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento.

5.- El plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente.

Observación

Observamos este extremo de las bases y solicitamos al comité de selección aclarar que el plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 1.9      Literal: .      Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta indicando que si la fecha de vencimiento cae en un día inhábil, se tomara como ultimo día de plazo al día hábil siguiente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20604735646	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	FABLAB MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	22:19:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

No se precisa con que documentación se sustentara el cumplimiento de las eett de los reactivos y equipo en cesión de uso.

Consulta,  
Solicitamos amablemente al comite de selección precisar que se aceptara la presentación de insertos, folleteria, catalogos o cartas emitida por el fabricante para sustentar las especificaciones tecnicas de los reactivos y equipo en cesión de uso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve la consulta indicando que para sustentar las EE.TT se adjuntara los catálogos y/o folletos y/o insertos y/o documentos emitido por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las EE.TT solicitadas: metodología, características, tipo de muestra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20604735646	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	FABLAB MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	22:19:38

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

No se precisa cuales son las especificaciones técnicas de los REACTIVOS que deben acreditarse con insertos, folleteria, catalogos o cartas emitidas por el fabricante.

Consulta,  
Solicitamos amablemente al comite de selección precisar que las siguientes especificaciones de los REACTIVOS: METODOLOGIA, CARACTERISTICAS Y TIPO DE MUESTRA se deben acreditar con INSERTOS, FOLLETERIA, CATALOGOS O CARTAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE, y las demás eett estaran acreditadas con la presentación del ANEXO N° 3 DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** .    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta indicando que para sustentar las EE.TT se adjuntara los catálogos y/o folletos y/o insertos y/o documentos emitido por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las EE.TT solicitadas: metodología, características, tipo de muestra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código : 20604735646

Nombre o Razón social : FABLAB MEDICAL E.I.R.L.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 22:19:38

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

No se precisa que especificaciones tecnicas del equipo en cesión de uso se deben acreditar con folleteria, catalogos o cartas emitidas por el fabricante.

Consulta,

Solicitamos al comite de selección precisar que las siguientes especificaciones del equipo en cesion de uso: METODOLOGIA, VOLUMEN DE REACTIVO, VOLUMEN DE MUESTRA, TIPO DE MUESTRAS, RENDIMIENTO,SONDA DE REACTIVO Y MUESTRA, DILUCION DE MUESTRA, LIMPIEZA DE Sonda, DETECCION DE MUESTRAS, COAGULOS Y BURBUJAS se acreditaran con folleteria, catalogos o cartas emitidas por el fabricante, y las demás eett seran acreditadas con la presentación del ANEXO N° 03 DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** .    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta indicando que para sustentar las EE.TT se adjuntara los catálogos y/o folletos y/o insertos y/o documentos emitido por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las EE.TT solicitadas: metodología, características, tipo de muestra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código : 20604735646

Nombre o Razón social : FABLAB MEDICAL E.I.R.L.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 22:19:38

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a insumos de laboratorio (BIOQUIMICA).

En harás de permitir una mayor pluralidad de postores en beneficio de la entidad, sería importante considerar como bienes similares a los reactivos de laboratorio en general.

Consulta,

Solicitamos amablemente al comite de seleccion aceptar tambien como bienes similares a los reactivos de laboratorio en general y con ello permitir una mayor pluralidad en beneficio de la entidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B    **Literal:** .    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, es necesario la acreditación en la experiencia en la especialidad la venta de insumos de laboratorio en bioquímica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:53:54

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

d.- Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.

Consultamos al comité de selección si los postores deberán acreditar el cumplimiento de especificaciones técnicas, mediante la presentación de documentación emitida por el fabricante . ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve la consulta indicando que para sustentar las EE.TT se adjuntara los catálogos y/o folletos y/o insertos y/o documentos emitido por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las EE.TT solicitadas: metodología, características, tipo de muestra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:53:54

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

En caso de responder afirmativamente la consulta anterior, los postores deberán acreditar lo siguiente:

Reactivo: Uso característica, tipo de muestra

Equipo: Característica, metodología, tipo de muestra, rendimiento, detección de muestra, coagulo, burbuja.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** d    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta indicando que para sustentar las EE.TT se adjuntara los catalogos y/o folletos y/o insertos y/o documentos emitido por el fabricante para acreditar el cumplimiento de las EE.TT solicitadas: metodología, características, tipo de muestra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:53:54

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

REACTIVOS.

En la descripción de algunos reactivos, solicitan dentro de metodología, con soporte individualizado por prueba, en virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que consideren la especificación técnica:

soporte individualizado por prueba O DEACUERDO A CADA FABRICANTE

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** se      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la observación indicando que se aceptara la EE.TT soporte individualizado por prueba o de acuerdo a cada fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:53:54

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

ADENOSINA DEAMINASA ENZIMATICO

uso: Determinación colorimétrico de adenosina deaminasa en suero y líquidos

En virtud al principio de libertad de concurrencia, consultamos si aceptaran reactivo con la siguiente especificación técnica:

uso: Determinación colorimétrico de adenosina deaminasa en suero Y/O líquidos

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** SE      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la observación indicando que se aceptara la EE.TT uso: determinación colorímetro de adenosina deaminasa en suero y/o líquidos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:53:54

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

UREA

Tipo de muestra: Suero, plasma heparinizado y orina

En virtud al principio de libertad de concurrencia, consultamos si aceptaran reactivo con la siguiente especificación técnica:

Tipo de muestra: Suero Y/O plasma heparinizado Y/O orina

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1

**Literal:** SE

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la observación indicando que se aceptara la EE.TT tipo de muestra: suero y/o plasma heparinizado y /o orina

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:53:54

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

MICROALBUMINURIA

Metodología: Método GPO-PDA

En virtud al principio de libertad de concurrencia, consultamos si aceptaran reactivo con la siguiente especificación técnica:

Metodología: turbidimetría

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** se

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la observación indicando que se aceptara la EE.TT metodología: turbidimetría

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:53:54

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

REACTIVOS:

Observamos que a la mayoría de reactivos solicitan como metodología: Método GPO-PAD, solicitamos que acepten la metodología de los reactivos de acuerdo a cada fabricante, teniendo en consideración que no corresponde la misma metodología para todos los reactivos.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** se      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la observación indicando que se aceptara la metodología de los reactivos de acuerdo a cada fabricante

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:53:54

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

CREATININA CINETICA

Metodología : Picrato alcalino sin desproteinización - Jaffe

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta con reactivo con metodología : SARCOSINA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** se      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la observación indicando que se aceptara la metodología sarcosina

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:53:54

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

EQUIPO EN CESION DE USO

Volumen de muestra: 2-50 uL

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de equipo con la siguiente característica:

Volumen de muestra: 2~35¿L

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** SE      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta, indicando que el volumen de muestra: 2-35 uL se encuentra dentro del rango solicitado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:53:54

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**  
EQUIPO EN CESION DE USO:

Solicitan:

Sonda de reactivo y muestra: Detección de nivel de líquidos, protección contra colisión.

Entendemos que el analizador ofertado también deberá contar con detección de índices séricos de hemólisis, ictericia y lipemia . ¿Es correcta nuestra apreciación?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** se      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta indicando que es correcta su apreciación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:53:54

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**  
FACTORES DE EAVLUACIÓN.

Observamos que consideran dentro de factores de evaluación Precio con el puntaje solo de 70 puntos, por lo que solicitamos que consideren la siguiente mejora técnica:

Estabilidad en uso de 40 días, para las pruebas de bilirrubina total y directa.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** SE      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, el puntaje / metodología para su asignación será de 100 puntos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	23:44:28

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En la sección de requerimiento, capítulo III página 27, solicitan Dilución de muestra: Predilución y posdilución. Con el objetivo de aclarar los términos, se entiende como posdilución al proceso de diluir la muestra después de que esta haya sido analizada y obtener un resultado fuera de los rangos de lectura, por lo que el equipo realizará automáticamente una dilución de la misma con el objetivo de obtener un resultado reportable (Re-ensayo). Quisiera consultar al comité de selección si nuestro entender es correcto y de serlo, solicitar amablemente se acepte también el término Predilución y re-ensayo automático.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: III Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve la consulta, indicando que su entender es correcto, se aceptara también el termino predilección y re-ensayo automático.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 23:44:28

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

En la sección de requerimiento, capítulo III página 27, solicitan Monitorización de la presión del reactivo: entendemos que ello se refiere al monitoreo del volumen restante de reactivo, que permita calcular los tests disponibles dentro del analizador debido a que estas cualidades son de suma importancia para el área usuaria. Solicitamos amablemente al comité de selección que considere también la descripción gestión de inventario de reactivos y cálculo de pruebas remanentes a bordo.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.2      Literal: III      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta, indicando que se aceptara también la descripción gestión de inventario de reactivos y cálculo de pruebas remanentes a bordo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	23:44:28

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En la sección de requerimiento, capítulo III página 26 solicitan: Reactivo para la medición de Sodio, Potasio y cloro( Electrolitos sericos). Con el objetivo de brindar un análisis más específico para estas determinaciones, se solicita amablemente al comité de selección pueda admitir también un analizador accesorio para el análisis de electrolitos en suero, que permitan la realización de la prueba siempre y cuando este cumpla con las especificaciones técnicas de los reactivos solicitados y con el abastecimiento requerido según las bases del presente proceso. Esto considerando que un modulo ISE dentro del analizador supone una inversion mayor en soporte tecnico, y para no interrumpir el flujo de trabajo, tambien se busca minorizar el precio final por determinación con un analizador de electrolitos accesorio. solicitamos amablemente puedan aceptar un analizador accesorio para la medicion de electrolitos en suero y orina adicional al requerimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: III Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve la consulta indicando que se acepta analizador como Accesorio adicional al requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 23:44:28

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

en seis de los items del requerimiento de pruebas se observa un error al indicar la metodologia solicitamos amablemente pueda ser corregido e incluir la metodologia correcta según corresponda

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1.2      **Literal:** III      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve indicando que al no mencionar a que pruebas se refiere no podemos absolver la pregunta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 23:44:28

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

en el requerimiento del ítem "CREATININA CINÉTICA" solicitamos amablemente puedan incluir la metodología cinética

**Acápites de las bases :** Sección: General

Numeral: 1.2

Literal: 3.1

Página: 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta aceptado ya que está dentro de lo solicitado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 23:44:28

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

n el requerimiento del ítem "CREATININA QUINASA CK-MB CINETICA solicitamos amablemente puedan aclararnos que se refiere el termino "soporte individualizado por cada prueba"

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.2      **Literal:** III      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Absolvemos la consulta indicando que quiere decir soporte individualizado por prueba o desacuerdo a cada fabricante

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 23:44:28

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

n el requerimiento del ítem "BILIRRUBINA TOTAL" solicitamos amablemente puedan aceptar también la metodología oxidación de vanadato que ha demostrado ser más estable con un rango de linealidad superior

**Acápites de las bases :** Sección: Específico      Numeral: 1.2      Literal: III      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta indicando que aceptara metodología oxidación de vanadato

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 23:44:28

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

n el requerimiento del ítem "BILIRRUBINA TOTAL" solicitamos amablemente puedan aceptar también la metodología oxidación de vanadato que ha demostrado ser más estable con un rango de linealidad superior

**Acápites de las bases :** Sección: Específico      Numeral: 1.2      Literal: III      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta indicando que aceptara metodología oxidación de vanadato

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 23:44:28

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

en el requerimiento del ítem "BILIRRUBINA DIRECTA" solicitamos amablemente puedan aceptar también la metodología oxidación de vanadato que ha demostrado ser más estable con un rango de linealidad superior

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.2      Literal: III      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta indicando que aceptara metodología oxidación de vanadato

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 23:44:28

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

n el requerimiento del item "BILIRRUBINA DIRECTA" solicitamos amablemente puedan aceptar tambien la metologia oxidacion de vanadato que ha demostrado ser mas estable con un rango de linealidad superior

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.2      **Literal:** III      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta indicando que aceptara mitología oxidación de vanadato

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-RST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION A PACIENTES SIS - ITEM PAQUETE - EQUIPO EN COMODATO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 23:44:28

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**

en la descripción de las características del equipo mencionan: "equipo no mayor a 2 años de fabricación" consultamos amablemente puedan aceptar un analizador con máximo 4 años de antigüedad como lo permite la norma.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.2      Literal: III      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la consulta indicando que debe ceñirse a las EE.TT de las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null