

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

Nomenclatura : LP-SM-3-2025-CS-MDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL CENTRO SALUD ALIANZA CRISTIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LA OBRA CON CUI N 2475435

Ruc/código :	20600811364	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:14:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DICE: Plazo de entrega, FASE 2 De la entrega en un almacén temporal dentro de la región, Sera de Cien (100) días calendarios contabilizados a partir y del día siguiente de la comunicación de la entidad (del Área Usuaría) respecto a la entrega total en el almacén)

CONSULTA: Aceptara los miembros del comité especial que la valorización se realice en un almacen en Lima y no en la region; dado que no existe un almacen que cumpla con los requisitos mínimos exigidos por DIGEMID como el BPA , en aras que los equipos médicos, instrumental y inmobiliario clinico este almacenados en perfectas condiciones de almacenamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP I **Literal:** 1.9 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Eficiencia y Razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria previa coordinación con el comité de selección y con la finalidad de propiciar mayor participación de postores y de acuerdo al art. 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones, ACOGE PARCIALMENTE SU CONSULTA ; DADO que un almacen en Lima que cuente con BPA ,garantiza que los equipos medicos, instrumentos y inmobiliario clinico se converven en buen estado ; por lo que se precisara de la siguiente manera: Plazo de entrega, FASE 2 De la entrega en un almacén temporal dentro de la región de Lima o Callao , Sera de Cien (100) días calendarios contabilizados a partir y del día siguiente de la comunicación de la entidad (del Área Usuaría) respecto a la entrega total en el almacén)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisara de la siguiente manera: Plazo de entrega, FASE 2 De la entrega en un almacén temporal dentro de la región de Lima o Callao , Sera de Cien (100) días calendarios contabilizados a partir y del día siguiente de la comunicación de la entidad (del Área Usuaría) respecto a la entrega total en el almacén)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

Nomenclatura : LP-SM-3-2025-CS-MDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL CENTRO SALUD ALIANZA CRISTIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUI N 2475435

Ruc/código :	20600811364	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:14:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dice: Documentos para la admisión de la oferta

CONSULTA: Aceptara los miembros del comité ampliar su requerimiento en aras de velar la calidad de los equipos e instrumental, adjuntando de manera obligatoria el certificado de buenas prácticas de almacenamiento (BPA) a nombre del postor (emitido por digemid).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap II Literal: 2.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACOGE LA CONSULTA , EN ARAS DE FOMENTAR MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y QUE NO EXISTE INCONGRUENCIAS, EN ESE SENTIDO, Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO, EN SU INCISO A) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B) IGUALDAD DE TRATO, E) COMPETENCIA, AMPLIANDO EL REQUERIMIENTO , QUEDANDO EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: certificado de buenas prácticas de almacenamiento (BPA) a nombre del postor (emitido por digemid).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

certificado de buenas prácticas de almacenamiento (BPA) a nombre del postor (emitido por digemid).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

Nomenclatura : LP-SM-3-2025-CS-MDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL CENTRO SALUD ALIANZA CRISTIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUI N 2475435

Ruc/código :	20600811364	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:14:20

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice: e) Para sustentar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, según lo indicado deberán adjuntar, catálogos ilustrativos, declaración de fabrica con su debida traducción, manuales de usuario o técnicos de operación, data sheets o brochures de los fabricantes o dueños de la marca y modelos ofertados y con traducción al castellano de las partes correspondientes al cumplimiento de las especificaciones técnicas,

CONSULTA: Según lo establecido en el capítulo 1.9 fase 1 (De la entrega de los sustentos técnicos para su evaluación será de Veinte (20) días calendarios contabilizados desde la aprobación de la ficha técnica, evaluados por del Área Usuaría y al día siguiente de la suscripción del contrato.) esto quiere decir que para la presentación de la oferta solo es necesario presentar una declaración jurada (anexo 3) para validar el sustento técnico. por favor indicar si mi apreciación es la correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap II Literal: 2.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria de la entidad estableció las especificaciones tecnicas de acuerdo a sus facultades y responsabilidades de conformidad al artículo 16° de la Ley y el artículo 29° del RLCE. Cabe indicar, que existe pluralidad de proveedores que cumplen con las especificaciones tecnicas solicitadas.
Por lo tanto, por la consideración expuesta, el área usuaria previa coordinación con el comité de selección PRECISA que para la presentacion del expediente , solo bastara presentar con la presentacion del Añexo 3- declaracion jurada del cumplimeinto de las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e) Para sustentar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, SOLO ADJUNTAR ANEXO 3 - DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

SE PRECISA: Que una vez adjudicado y firmado el contrato, según lo indicado en la FASE 1 deberán adjuntar, catálogos ilustrativos, declaración de fabrica con su debida traduccion , manuales de usuario o técnicos de operación, data sheets o brochures de los fabricantes o dueños de la marca y modelos ofertados y con traducción al castellano de las partes correspondientes para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas utilizando el Formato N° 1, (solo de las características Generales 5.1.1) establecidas en las bases suscrito por el representante legal. El sustento debe indicar marca, modelo, país y año de fabricación de los equipos, indicando el número de folio que sustente el cumplimiento de las especificaciones técnicas, (solo de las características Generales 5.1.1), como sustento y respaldo de la info

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

Nomenclatura : LP-SM-3-2025-CS-MDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL CENTRO SALUD ALIANZA CRISTIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUI N 2475435

Ruc/código :	20600811364	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:14:20

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

DICE: ANEXOS

OBSERVACION: Se observa que no se ha contemplado el formato 1 la hoja de presentación del equipo /sustento de cumplimiento de características técnicas; por lo que intuyo que por la magnitud del proceso se olvidó adjuntar; por lo que solicito amablemente a los miembros del comité, adjuntar este formato en las bases integradas.

O en todo caso indicar si se acepta un formato libre

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap III **Literal:** Anexos **Página:** 224

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores se aceptará la observación, se va a adjuntar en las bases integradas el formato 1 para el sustento específico de cada ítem .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE SE VA A ADJUNTAR EN LAS BASES INTEGRADAS EL FORMATO 1 PARA EL SUSTENTO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

Nomenclatura : LP-SM-3-2025-CS-MDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL CENTRO SALUD ALIANZA CRISTIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUI N 2475435

Ruc/código :	20600811364	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:14:20

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

DICE: Fichas técnicas

OBSERVACION se observa que según la tabla descrita en la pagina del 27 al 32 faltan varias fichas técnicas; por lo que intuyo que por la magnitud del proceso o por lo pesado del archivo, se olvidó adjuntar; por lo que solicito amablemente a los miembros del comité, adjuntar las fichas técnicas del:

- concentrador de oxigeno
- electrocardiógrafo
- monitor fetal gemelar
- monitor de funciones vitales de 5 parametros
- equipo de rayos x rodable digital
- lámpara quirúrgica rodable
- destartarizador ultrasónico
- unidad dental completa
- microscopio binocular estándar
- aspirador de secreción portátil ¿ neonatal
- aspirador de secreciones rodable
- destructor de agujas hipodérmicas
- detector de latidos fetales de sobremesa
- detector de latidos fetales portátil
- ecógrafo Doppler color 3d
- bomba de infusión de 1 canal
- coche de paro equipado
- incubadora de transporte
- nebulizador
- esterilizador con generador electrico de vapor de 20 litros
- esterilizador con generador eléctrico de vapor de 50 litros
- lavador ultrasónico de instrumental quirúrgico
- contador de células
- baño maría de 10 a 15 litros
- glucómetro portátil
- rotador serológico
- centrífuga para 24 tubos
- centrífuga para micro hematocrito
- hemoglobínómetro
- esterilizador por calor seco 50 litros
- estimulador fetal
- pulsioxímetro portátil
- cuna de calor radiante
- destilador de agua 4l/h

por lo que solicito amablemente a los miembros del comité, adjuntar estas fichas técnicas en las bases integradas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap III **Literal:** 3.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libre concurrencia y competencia y Principio de Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACOGE, EN ARAS DE FOMENTAR MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y QUE NO EXISTE INCONGRUENCIAS, EN ESE SENTIDO, Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO, EN SU

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS
Nomenclatura :	LP-SM-3-2025-CS-MDA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL CENTRO SALUD ALIANZA CRISTIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUI N 2475435

Especifico	Cap III	3.1	32
------------	---------	-----	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libre concurrencia y competencia y Principio de Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

INCISO A) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B) IGUALDAD DE TRATO, E) COMPETENCIA, AMPLIANDO EL REQUERIMIENTO , QUEDANDO EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: ADJUNTAR EN LAS BASES INTEGRADAS LAS SIGUIENTES FICHAS TECNICAS :

concentrador de oxígeno

electrocardiógrafo
monitor fetal gemelar
monitor de funciones vitales de 5 parámetros
equipo de rayos x rodable digital
lámpara quirúrgica rodable
destartarizador ultrasónico
unidad dental completa
microscopio binocular estándar
aspirador de secreción portátil ¿ neonatal
aspirador de secreciones rodable
destructor de agujas hipodérmicas
detector de latidos fetales de sobremesa
detector de latidos fetales portátil
ecógrafo Doppler color 3d
bomba de infusión de 1 canal
coche de paro equipado
incubadora de transporte
nebulizador
esterilizador con generador eléctrico de vapor de 20 litros
esterilizador con generador eléctrico de vapor de 50 litros
lavador ultrasónico de instrumental quirúrgico
contador de células
baño maría de 10 a 15 litros
glucómetro portátil
rotador serológico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE SE VA ADJUNTAR EN LAS BASES INTEGRADAS LAS FICHAS TECNICAS :

concentrador de

oxígeno
electrocardiógrafo
monitor fetal gemelar
monitor de funciones vitales de 5 parámetros
equipo de rayos x rodable digital
lámpara quirúrgica rodable
destartarizador ultrasónico
unidad dental completa
microscopio binocular estándar
aspirador de secreción portátil ¿ neonatal
aspirador de secreciones rodable
destructor de agujas hipodérmicas
detector de latidos fetales de sobremesa
detector de latidos fetales portátil
ecógrafo Doppler color 3d
bomba de infusión de 1 canal
coche de paro equipado
incubadora de transporte
nebulizador
esterilizador con generador eléctrico de vapor de 20 litros
esterilizador con generador eléctrico de vapor de 50 litros
lavador ultrasónico de instrumental quirúrgico
contador de células

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

Nomenclatura : LP-SM-3-2025-CS-MDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL CENTRO SALUD ALIANZA CRISTIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUI N 2475435

baño maría de 10 a 15 litros
glucómetro portátil
rotador serológico
centrífuga para 24 tubos
centrífuga para micro hematocrito
hemoglobinómetro
esterilizador por calor seco