

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

1.

DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/06/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO – MICROSCOPIO ESPECULAR, TIMPANÓMETRO - IMPEDANCIÓMETRO PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N° 2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CONSULTA EXTERNA - UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	GERENCIA PERMANENTE				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL	64				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2113029		
		Documento que declaró la viabilidad		Resolución Directoral Ejecutiva N° 192-2022-GR.CAJ/PROREGION/DE		

2.

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° D330-2024-GR.CAJ-DRS-HGJ/DC		Fecha de recepción	23/05/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	30/05/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	x
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	

2.7

REQUERIMIENTO

Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2					1	a través de correo electrónico: <a href="mailto:logisticahgj@gmail.com">logisticahgj@gmail.com</a>	30/05/2024
El proveedor PANADEX PERU EIRL, mediante correo electrónico <a href="mailto:licitaciones@panadex.com">licitaciones@panadex.com</a> de fecha 29/05/2024, realizó la siguiente consulta:							
A16 - PRESION LIMITE DE SEGURIDAD -800 daPa y 600 daPa							
En esta especificación mencionar unos valores absolutos de una determinada marca de equipo, lo cual estaría en contra de todo procedimiento de contrataciones del estado. Por ese motivo se solicita la posibilidad de poder presentar un equipo que disponga de un límite de presión que se encuentre en el rango de -800 daPa a 600 daPa.							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
2					1	a través de correo electrónico: oswmore.24@gmail.com	30/05/2024	
<p><i>El área de UFOMIEH del Hospital General de Jaén, a través del correo electrónico oswmore.24@gmail.com remitió la absolución de consultas realizada por el proveedor PANADEx PERU EIRL, indicando lo siguiente:</i></p> <p><b>IMPEDANCIOMETRO</b>  De la especificación técnica:  A16 - PRESION LIMITE DE SEGURIDAD -800 daPa y 600 daPa  Se acoge la consulta parcialmente, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores, quedando la especificación técnica A16 de la siguiente manera:  A16 - PRESION LIMITE DE SEGURIDAD: LIMITE INFERIOR -800 daPa y 600 daPa LIMITE SUPERIOR</p>								
<p><i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i></p>								
<p><i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i></p>								
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
2	A16 - PRESION LIMITE DE SEGURIDAD: LIMITE INFERIOR -800 daPa y 600 daPa LIMITE SUPERIOR							
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>								
<b>3.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		24/05/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		5/06/2024		
<b>3.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	X	NO		
<p><i>Proveedores: LABOFTA SAC; MEDINET SAC (ITEM N° 1: MICROSCOPIO ESPECULAR)</i>  <i>Proveedores: PANADEx PERU EIRL; CORPORACION BIO KVERO EIRL (ITEM N° 2: TIMPANOMETRO – IMPEDANCIOMETRO)</i></p>								
<b>3.3</b>	<b>PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	X	NO		
<p><i>Marcas: TOPCON, NIDEK (ITEM N° 1: MICROSCOPIO ESPECULAR)</i>  <i>Marcas: INTERACOUSTICS (ITEM N° 2: TIMPANOMETRO – IMPEDANCIOMETRO)</i></p>								
<b>3.4</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>			SI		NO	X	
<p><i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i></p>								
<b>3.5</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>			SI	X	NO		
<p><i>Según INFORME N° D36-2024-GR.CAJ-DRS-HGJ-OA-UL/WAST, los proveedores que cumplen con las especificaciones técnicas ofertan plazos de entrega para la prestación principal:</i>  <i>Plazo de 30 y 45 días calendarios para el ITEM N° 1: MICROSCOPIO ESPECULAR</i>  <i>Plazo de 45 y 60 días calendarios para el ITEM N° 2: TIMPANOMETRO – IMPEDANCIOMETRO</i>  <b>EL REQUERIMIENTO INDICA PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIOS para la prestación principal.</b></p>								
<b>3.6</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>			SI		NO	X	
<p><i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i></p>								
<b>4</b>								
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>								