

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
1.	DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/06/2024							
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE ACELERÓMETRO TRIAXIAL, GRAVÍMETRO DIGITAL REGISTRADOR SÍSMICO DE ALTA RESOLUCIÓN Y SISMÓMETRO DE BANDA ANCHA PARA EL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DEL PROYECTO CUI 2234253							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Suficiente Equipos de Medición, Calibración y Pruebas para el Correcto Funcionamiento de los Instrumentos Geofísicos Instalados a Nivel Nacional - 2234253							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	18							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2234253				
		Documento que declaró la viabilidad			IT Nº 041-2016-PCM/OGPP-OPI				
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO Nº 037-2024-IGP/GG-OAD			Fecha de recepción		26/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	14/05/2024	De oficio		Con motivo de observaciones		X	
		Fecha de la tercera versión	12/06/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X			NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	4	xxx	xxx	xxx	4	SOLICITUD EVAL CUMPL DE EETT-TDR Nº 00004-2024-IGP/GG-OAD-ULO-JGBT	6/05/2024	
	1. En los acelerómetro esta dirigido a una marca específica. Se puede expandir el consumo de energía 1.7W								
	2. En los registradores el protocolo es de una marca específica (pueden generalizar así 10/100 Base-T, TCP/IP,UDP/IP, FTP,)								
	3. Con respecto al gravímetro si es uno en general.								
4. Con respecto al Sismómetro aceptarían un sensor con IP67?									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	4	xxx	xxx	xxx	4	ANEXO ABSOLUCIÓN DE CONSULTA Y OBSERVACIÓN	14/05/2024	
	SE ABSOLVIO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL PROVEEDOR								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	1	SE MODIFICO LAS EETT PRIMIGENIAS							
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/04/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			24/05/2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL DEL PERU, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES ELECTRONICAS SA., ISETEK SA.				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
GAICODE LTD, SCINTREX, NANOMETRICS, WITH MOUNTING, REFTEK				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

www.igp.gob.pe
Calle Badajoz N° 169
Urb. Mayorazgo IV Etapa
Ate, Lima 15012 - Perú.
(51) 13172300



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Instituto Geofísico del Perú, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://www.igp.gob.pe/std/verificardocumento> e ingresando la siguiente clave: 23174CB