

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MONITOR MULTIPARAMETROS DEL HNDM

Ruc/código : 20555084880

Nombre o Razón social : SOMOSALUD SAC

Fecha de envío : 20/09/2023

Hora de envío : 10:30:31

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

DICE:  
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
Tres (03) años o más en mantenimiento y reparación de equipos cama camilla multipropósito del personal clave requerido.

#### OBSERVACIÓN:

Siendo el objeto de la convocatoria: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MONITOR MULTIPARAMETROS DEL HNDM", sugerimos que el personal clave debe contar con experiencia en:  
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de soporte de vida como: monitores, ventiladores y maquinas de anestesia;  
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos biomédicos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria respecto a la presente observación indica que efectivamente hay un error involuntario en lo requerido relacionado al objeto de la convocatoria, por tal se modificará parcialmente de la siguiente forma:  
Requisitos:

Tres (03) años o más en mantenimiento y reparación de equipos Monitor Multiparámetro del personal clave requerido.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPÍTULO III. NUMERAL 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, se modificará parcialmente en virtud a la observación N°01 realizada por la empresa SOMOSALUD SAC.  
Requisitos:

Tres (03) años o más en mantenimiento y reparación de equipos Monitor Multiparámetro del personal clave requerido.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MONITOR MULTIPARAMETROS DEL HNDM

Ruc/código : 20555084880

Nombre o Razón social : SOMOSALUD SAC

Fecha de envío : 20/09/2023

Hora de envío : 15:46:46

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

DICE:  
CAPACITACIÓN  
08 horas lectivas o un (01) día hábil como mínimo en Mantenimiento del Equipo Cama Camilla Multipropósito del Ingeniero Electrónico o Técnico en Electrónica.

**OBSERVACIÓN**

Siendo el objeto de la convocatoria: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MONITOR MULTIPARAMETROS DEL HNDM", sugerimos que el personal clave debe contar con capacitaciones como mínimo en: Mantenimiento de monitor de funciones vitales; Mantenimiento de equipos biomédicos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.3.2    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria respecto a la presente observación indica que efectivamente hay un error involuntario en lo requerido relacionado al objeto de la convocatoria, por tal se modificará parcialmente de la siguiente forma:  
Requisitos:

08 horas lectivas o un (01) día hábil como mínimo en Mantenimiento de Monitor Multiparámetro del Ingeniero Electrónico o Técnico en Electrónica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CAPÍTULO III. NUMERAL 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - B.3.2 CAPACITACIÓN, se modificará parcialmente en virtud a la observación N°02 realizada por la empresa SOMOSALUD SAC.

**Requisitos:**

08 horas lectivas o un (01) día hábil como mínimo en Mantenimiento de Monitor Multiparámetro del Ingeniero Electrónico o Técnico en Electrónica.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MONITOR MULTIPARAMETROS DEL HNDM

---

Ruc/código :	20602142206	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	BIO ALMEDIC E.I.R.L.	Hora de envío :	22:51:13

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se consulta si el pago puede realizarse de forma parcial por cada equipo culminado su mantenimiento, dado que segun el TDR se indica que son 42 equipos monitores multiparametros para realizar los mantenimientos.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.5    **Literal:** 2.5    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria respecto a la presente consulta indica que no se a previsto dentro del requerimiento un cronograma de pago, por tal indicar que el pago serácompleto al concluir la prestación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El área usuaria respecto a la presente consulta indica que no se a previsto dentro del requerimiento un cronograma de pago, por tal indicar que el pago serácompleto al concluir la prestación.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MONITOR MULTIPARAMETROS DEL HNDM

Ruc/código :	20602142206	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	BIO ALMEDIC E.I.R.L.	Hora de envío :	22:51:13

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Se puede apreciar que el plazo de prestación de servicio es de 60 días calendario como máximo de Recibido el Equipo, en ese sentido se consulta como la entidad hará entrega de los equipos al contratista si mediante un acta o guía y dado que son 42 equipos se consulta también si el plazo de ejecución pasará de este año fiscal dependiendo el día en que la entidad haga entrega de los equipos al contratista.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.8      Literal: 1.8      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria respecto a la presente consulta indica que se proporcionará luego de firmado el contrato, de manera próxima, todas las facilidades correspondientes para el inicio de los trabajos y se firmarán actas de entrega respectivas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El área usuaria respecto a la presente consulta indica que se proporcionará luego de firmado el contrato, de manera próxima, todas las facilidades correspondientes para el inicio de los trabajos y se firmarán actas de entrega respectivas.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MONITOR MULTIPARAMETROS DEL HNDM

Ruc/código :	20602142206	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	BIO ALMEDIC E.I.R.L.	Hora de envío :	22:51:13

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se consulta si el nombre de ingeniero electrico es el adecuado, dado que segun lo que se puede apreciar en los titulos el nombre es ingeniero electronico.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.3    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria respecto a la presente observación indica que efectivamente hay un error involuntario en lo requerido relacionado a la capacidad técnica y profesional, por tal se modificará parcialmente de la siguiente forma:  
Requisitos:

Un (01) Ingeniero Electrónico o un (01) Técnico en Electrónica

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CAPÍTULO III. NUMERAL 3.1 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - B.3.2 FORMACIÓN ACADÉMICA, se modificará parcialmente en virtud a la consulta N°05 realizada por la empresa BIO ALMEDIC E.I.R.L.

Requisitos:

Un (01) Ingeniero Electrónico o un (01) Técnico en Electrónica