

ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA N° LP-001-2025-RSH-1

ADQUISICION DE CAMA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUANUCO

1 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, la ciudad de Amarilis, el 17 de junio del año 2025, en las instalaciones de Oficina de Logística de la Red de Salud Huánuco, siendo las 08:30 horas, se reunieron COMPRADOR PUBLICO – OFICIAL DE COMPRA, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACION PUBLICA N° LP-001-2025-RSH-1, cuyo objeto es la ADQUISICION DE CAMA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUANUCO, a fin de efectuar la APERTURA, EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS.

2 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de:

OFICIAL DE
COMPRA

CPC. FREDY BENANCIO AGUIRRE

DEPENDENCI
A

UNIDAD DE
LOGISTICA

2

3 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en procedimiento
1	Proveedor con RUC	10442420934	CELIS HERNANDEZ MARIA REBE	18/05/2025
2	Proveedor con RUC	18729114753	TORRES LOPEZ EDGAR KEVIN	18/05/2025
3	Proveedor con RUC	20160340534	MASTER MEDIC S.A.	22/05/2025
4	Proveedor con RUC	20270485015	IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L.	25/05/2025
5	Proveedor con RUC	20492132416	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	15/05/2025
6	Proveedor con RUC	29501701956	NETAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	14/05/2025
7	Proveedor con RUC	20502551311	ENDEL MEDIC S.A.C.	14/05/2025
8	Proveedor con RUC	20514267112	BERAMED E.I.R.L.	16/05/2025
9	Proveedor con RUC	20524983024	MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	26/05/2025
10	Proveedor con RUC	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C.	03/06/2025

23 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 3.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en procedimiento
11	Proveedor con RUC	20555648948	BERATEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BERATEC S.A.C.	14/05/2025
12	Proveedor con RUC	20500621395	JMS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JMS IMPORT & EXPORT S.A.C.	14/05/2025
13	Proveedor con RUC	20500930801	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/05/2025
14	Proveedor con RUC	20501058406	CORPORACION L & A IMPORT S.A.C.	16/05/2025
15	Proveedor con RUC	20502609104	INDUSTRIA TECHOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECHOMEDIC S.A.C.	16/05/2025
16	Proveedor con RUC	20603355289	CPI MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPI MEDICAL S.A.C.	15/05/2025
17	Proveedor con RUC	20604407479	CORPORACION BIONMEDICA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION BIONMEDICA PERU S.A.C.	20/05/2025
18	Proveedor con RUC	20605717871	R & J GLOBAL IMPORT S.R.L.	18/05/2025
19	Proveedor con RUC	20607317250	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.	27/05/2025
20	Proveedor con RUC	20607599906	EXIMPORT MULTIMEDIA PERUANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	14/05/2025

23 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 11 a 20. Página 2 / 3.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en procedimiento
21	Proveedor con RUC	20611580429	REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	09/06/2025
22	Proveedor con RUC	20612221694	BIOMEQ S.A.C.	20/05/2025
23	Proveedor con RUC	20612758434	CORPORACION RS3OMEDICS S.A.C.	29/05/2025

23 registros encontrados, mostrando 3 registro(s), de 21 a 23. Página 3 / 3.

4 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus propuestas vía electrónica por el sistema SEACE en el siguiente orden:

Nº	Rol/Clase	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Importe del rol
1	30607399906	EXIMPORT MULTIMEDICA PERUANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	13/06/2025	23:18:40	20607399906
2	20601058406	CORPORACIÓN L & A IMPORT S.A.C.	13/06/2025	19:10:55	20601058406

2 registros cancelados, mostrando 2 registro(s), de 1 a 2. Página 1 / 1.

5 APERTURA DE OFERTAS (ADMISION)

Revisión de los requisitos de calificación: Los evaluadores califican a los postores verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el Capítulo III de la Sección Específica de las bases. Caso contrario la oferta se considera descalificada.

Evaluación técnica: Los evaluadores aplican los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la Sección Específica de las bases a las ofertas que cumplen los requisitos de calificación. La evaluación de la oferta económica es simultánea a la evaluación técnica, por lo cual la oferta económica es un factor de evaluación

Nº	POSTOR	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PLAZO DE ENTREGA De 01 hasta 90 días calendario: 15 puntos De 90 hasta 100 días calendario: 10 puntos De 100 hasta 120 días calendario: 05 puntos	PUNTAJE TOTAL			EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD S/ 1.000.000.00
				GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR Más de [24] MESES [15] puntos Menor de [24] MESES [10] puntos	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS Concesionario en la Región Huánuco: [15] puntos Concesionario o fuera de la Región Huánuco: [5] puntos	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEJORA 1: 5 PUNTOS MEJORA 2: 5 PUNTOS MEJORA 3: 5 PUNTOS	
1	EXIMPORT MULTIMEDICA PERUANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SI CUMPLE	15	15	15	15	SI CUMPLE
2	CORPORACIÓN L & A IMPORT S.A.C.	NO CUMPLE	15	15	NO ACREDITA	15	NO CUMPLE

Nº

POSTORES

RESULTADOS DE LA EVALUACION

EL POSTOR COPORACION L & A IMPORT SAC

Presenta un catálogo de la marca del fabricante en su oferta técnica

cama de parto eléctrica

Marca: Option

Modelo: obstetra .- como sustento técnico, totalmente adulterado copiado las características a las especificaciones técnicas requerido por la entidad; con errores múltiples y contradiciéndose con el catálogo original de marca del fabricante comparadas mediante acceso a la página web

(<https://www.optium.com.tr/produit/obstetra/>) del catálogo y otros del fabricante; el indicado postor incurriendo en una falta grave de falsedad y fraude al proceso de selección. así mismo vulnerando **LOS PRINCIPIOS DE LA LEY CONTRATACIONES PUBLICAS** sin embargo no cumpliendo a las especificaciones técnicas requeridas que se pueden indicar :

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICION DE CAMA DE PARTOS.

1.00	DESCRIPCIÓN GENERAL:
1.01	MESA ACOLCHADA MONTADA SOBRE COLUMNA TELESCÓPICA ACCIONADA POR SISTEMAS ELECTRICOS Y MOTORIZADOS (RUIDO 65 dB)
1.02	ASIENTO DE ALTURA REGULABLE, CON MOVIMIENTOS ASCENDENTES Y DESCENDENTES, PARA FACILITAR EL ACCESO AL PACIENTE SIN NECESIDAD DE ESCALINATAS
1.03	ESPALDAR RECLINABLE
1.04	PLACA O SEGMENTO APOYA PIERNAS (O APOYA PIES) DESLIZABLE BAJO EL ASIENTO.
1.05	BATERÍA DE RESPALDO
1.06	ESTRUCTURA RODANTE CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL
1.07	GRADO DE PROTECCION IPX4
1.08	CUMPLE CON NORMA EN 60601-2-52 (SEGURIDAD CAMAS HOSPITALARIAS)
2.00	ESTRUCTURA:
2.01	LA CAMA OFRECE A LA PARTURIENTA LA POSIBILIDAD DE ADOPTAR CON ERGONOMÍA Y SEGURIDAD, POR LO MENOS LAS SIGUIENTES POSICIONES: POSICIÓN GINECOLÓGICA, DECÚBITO LATERAL, VERTICAL, EN CUCLILLAS, CUADRUPEDIA, SEMI-SENTADA, SEMI-SENTADA CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA PAREJA, ENTRE OTROS.

2.02	ESTRUCTURA METÁLICA NO EXPUESTA, CUBIERTA CON MATERIAL LAVABLE, RESISTENTE, PARA EVITAR SU DETERIORO ANTICIPADO
2.03	ESTRUCTURA DE LA CAMA LIBRE DE PUNTAS CORTANTES NO BORDES AFILADOS
2.04	APOYA PIERNAS (PIERNERAS), CON MOVIMIENTOS LATERALES, VERTICALES Y ANGULARES
2.05	ASIENTO CON FORMA OVALADA PARA EL ACCESO PERINEAL
2.06	SOPORTES INCLINABLES PARA PORTASUEROS
2.07	PANEL DE CONTROL FIJO PARA AJUSTE DE ALTURA, INCLINACIÓN DEL ASIENTO E INCLINACIÓN DEL RESPALDO COMO MÍNIMO
2.08	PANEL DE CONTROL EN BARANDA LATERAL PARA AJUSTE DE ALTURA E INCLINACIÓN DE ESPALDA, PARA SER UTILIZADO POR LA PARTURIENTA.
2.09	AJUSTE MANUAL RCP
2.10	CARGA DE PACIENTE: 240 kg
3.00	AJUSTE ELECTRICO:
3.01	DESCENDENTE HASTA 600 mm
3.02	ASCENDENTE HASTA 1050 mm
3.03	INCLINACIÓN DEL RESPALDO: -10°/+70°.
3.04	AJUSTE DEL ÁNGULO DEL ASIENTO: 0°/+18,5°
3.05	TRENDELEMBURG: 0°/-10°
4.00	AJUSTE MANUAL:
4.01	SOPORTE DE PIERNAS VERTICAL 0°/+135°
4.02	SOPORTE DE PIERNAS HORIZONTAL 0°/+60°
4.03	ÁNGULO DE AJUSTE DEL APOYA PIES 0°/-22°
5.00	ACCESORIOS:
5.01	JUEGO COMPLETO DE COLCHONETAS, LIBRE DE COSTURAS, 130 MM DE ESPESOR
5.02	BARANDAS LATERALES CON CONTROLES
5.03	CABECERA DESMONTABLE
5.04	PAR DE ASIDEROS LATERALES
5.05	UN PORTA SUEROS TELESCÓPICO
5.06	UN CONTROL REMOTO

5.07	BARRA DE APOYO TAPIZADA
5.08	REPOSACABEZAS
5.09	JUEGO DE RUEDAS DE 150 MM, 1 DIRECCIONAL Y FRENO CENTRALIZADO
6.00	REQUERIMIENTO ELECTRICO:
6.01	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220-240 V
6.02	FRECUENCIA 50/60 HZ
6.03	BATERIA DE RESERVA 24V/2,3 Ah
7.00	ACABADO:
7.01	DE GRAN PERFORMANCE Y DURABILIDAD PROPORCIONANDO UNA GRAN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO, COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CON PRODUCTOS DESINFECTANTES
7.02	RECUBIERTO CON ABS SITUADO EN LAS PARTES MAS SUCEPTIBLES A LA CORROSION
8.00	DIMENSIONES
8.01	LARGO DE CAMA EXTENDIDA: 2120 mm
8.02	ANCHO TOTAL: 980 mm
9.	OTRAS MEJORAS ADICIONALES
9.01	EL PROVEEDOR POSTOR DEBE TENER CONCESIONARIO EN LA REGIÓN HUANUCO PARA GARANTIZAR LA VIDA ÚTIL Y AVERÍAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
9.02	PARA ABASTECIMIENTO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS ORIGINALES DE LA MARCA. (NO ACREDITA CON DOCUMENTOS REQUERIDAS EN LAS BASES)
9.03	ACREDITAR CON REGISTRO SANITARIO DEL ESTABLECIMIENTO, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA), FICHA RUC CON ANTIGÜEDAD NO MENOR DE 2 AÑOS.
9.04	GARANTIA DEL EQUIPO: 2 AÑOS

siendo el equipo ofertado por el postor siendo una cama articulable y mecánicamente graduable el cual no cumple los requerimientos técnicos requerido por el usuario.



OBSTETRA

Cama de Parto Eléctrica, 4 Motores

Especificación técnica

- Cama compuesta, el bastidor con 2 motores tipo columna que sirve para realizar movimientos. 1.01
- Cama compuesta con tres secciones.
- La estructura, metálica, cubierta con material fácil de limpiar y lavable, resistente. 2.00-2.02
- La estructura de la cama esta libre de puntas que puedan cortar, no bordes ni otras partes afilados. 2.03
- Cama de parto con ergonomía y seguridad, con las siguientes posiciones: vertical, en cuclillas, sentada o semi sentada, cubito lateral, posición ginecológica. 2.01
- Piezas metálicas recubiertas con fosfato de zinc y barnizadas con polvo de poliéster epoxi electrostático
- Dos columnas telescópicas accionados por sistema eléctrico y motorizados (ruido 65 Db). 1.01
- Colchón laminado compacto de 3 secciones de fácil limpieza.
- Superficie de reposo de espaldar radiotransparente a los rayos X.
- Un (01) caseta para placas de rayos X.
- Conversión a cama
- Cabecero y Piecera de cama de materiales PP higiénicos desmontables. 5.03
- Asiento regulable con movimientos ascendentes y descendentes, para facilitar el acceso a los pacientes, y espaldar regulable. 1.02-1.03
- Asiento en forma ovalada, que permite procedimientos ginecológicos. 2.05
- Barandillas laterales fabricados con materiales higiénicos de PP
- Orificios de porta sueros y parachoques protectores en las esquinas de la cabecera y piecera
- Porta sueros y gancho de drenaje. 2.06
- Riel de accesorios de acero inoxidable para instalación de accesorios.
- Ruedas giratorias centrales de 125 mm de diámetro con sistema de bloqueo central y bloqueo direccional. 1.06
- Ajustes electrónicos de Espaldar, Reposapiernas, posición de ajuste de altura (hacia arriba y hacia abajo).
- Piecera o apoya piernas, apoya pies deslizables. 1.04
- Pierneras con movimientos laterales, verticales, angulares. 2.04
- Posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg inverso operadas eléctricamente
- Panel de control de Enfermería, es mas complejo que contiene todos los movimientos y funciones de la cama con un sistema de activación y bloqueo de los movimientos.
- Sistema de bloqueo para los controles de maniobra del paciente.
- Llave de activación a control remoto para evitar posiciones no deseadas.
- Panel de control para ajuste de altura, inclinación del asientos e inclinación del espaldar. 2.07
- Panel de control integrado en las barandillas laterales para ajuste de altura e inclinación del espaldar. 2.08
- Unidad de control manual. 5.06
- RCP electrónicamente (reinicio) 2.09
- Equipado con potentes motores de columna de la marca Linak
- Chasis inferior cubierto de plástico ABS de dos piezas. 2.02
- Acabado. 7.00
- Un acabado con productos resistentes al ataque de químicos, como los procedimientos de limpieza etc. 7.01
- Recubierto con ABS las partes mas susceptibles a la corrosión. 7.02

OPTIUM MEDICAL LTD. STI.

Seppur Industrial Zone Hedavet Street No. 23

Hyderabad - 501 507 India

tel: +91 840 807 67 84

e-mail: info@optium.com

web: www.optium.com

ASIB NELLO HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE GENERAL

page 2 / 7



023



www.optium.com.ar

- Pintura:
- Revestimiento antioxidante de metal; proceso EPOXY con polvo electrostático y curado en horno con pintura EPOXY.
- Piezas metálicas recubiertas con fosfato de zinc y barnizadas con polvo epoxi electrostático.
- Accesorios: **5.00**
- Recipiente para desechos de acero inoxidable fácilmente extraíble
- Dos (02) agarraderas laterales con sus accesorios de sujeción. **5.04**
- Mecanismo de sección de pie deslizante
- Indicadores de ángulo en las barandillas laterales.
- Un (01) porta suero telescópico de cuatro ganchos. **5.05**
- Batería de Respaldo para un funcionamiento en caso de corte de energía. **1.05**
- Dos (02) pierneras desmontables con articulación esférica y fijados a los rieles laterales con sus accesorios de sujeción.
- Un control remoto. **5.06**
- Dos (02) soportes de talón.
- Colchón de 13 cm de grosor apto para tumbarse con funda antibacteriana e ignífuga. **5.01**
- Una (01) bandeja de acero inoxidable para recojo de residuos o líquidos del parto.
- Reposacabezas. **5.08**
- Barra de sentadillas en forma de U tapizada. **5.07**
- Barandas laterales con controles. **5.02**
- Soportes para el talón (soporte para los pies)
- RCP manual para Espaldar 2 con palancas en ambos lados.
- Juego de ruedas de 15cm de diámetro de grado hospitalario, 1 direccional y freno centralizado. **5.09**
- Un coche de accesorios rodable con gruchas médicas de 3" todas con freno.



DETALLES TECNICOS

Angulo Espaldar: 3.03	0°-70°
Angulo Reposapiernas:	0°-30°
Angulo Trendelenburg: 3.05	0°-12°
Angulo Trendelenburg Invs :	0°-12°
Angulo del asiento 3.04	0°-45°
Soporte de piernas vertical 4.01	0°-135°
Soporte de piernas Horizontal 4.02	0°-60°
Angulo del apoyo pies 4.03	0°-30°
Largo de cama extendida:	2122mm 8.01
Ancho total:	980mm 8.02
Altura (sin colchón):	60-100cm
Espesor de Colchón (sección Espaldar y pélvica)	13cm
Peso de carga	450kg 2.10
Peso de la Cama	110kg

DETALLES ELECTRICOS. **3.00**

Descendente hasta 3.01	600mm
Ascendente hasta 3.02	1050mm
Potencia de Entrada	Max 3,15A
	220 - 240V - 50/60 Hz 4.01-4.02
Protec. contra carga Elect.	Clase I Tipo B
Batería de reserva	24v-2.3Ah. 4.03
Protec. contra Líquidos	IPX5. 1.07
La norma UNE-EN 60601-2-52 (Seguridad de camas).	024
1.08	

OPTIUM MEDICAL LTD. STI.

Export Industrial Zone, Enclaver Street No. 23, ADIBNELO PERNANDEZ HERNANDEZ, CORRIENTE GENERAL, Optium.com.ar

page 1/2



CATALOGO DE CAMA DE PARTO ELECTRICA
MARCA: OPTIUM
MODELO: OBSTETRA



OBSTETRA

Cama de parto electrónica, 4 motores.

- Ajustes electrónicos de respaldo, reposapiernas, posiciones de altura hacia arriba y hacia abajo.
- Posiciones Trendelenburg y Trendelenburg inversa operadas eléctricamente.
- Piezas metálicas recubiertas con fosfato de zinc y barnizadas con polvo electrostático de epoxi-poliéster.
- Superficie de colchón laminada compacta de 3 secciones (HPL) de fácil limpieza.
- Superficie de descanso permeable a los rayos X
- Convertirse en cama
- Cabecero y pie de cama desmontables fabricados en materiales higiénicos PP.
- Barandillas laterales plegables fabricadas con materiales higiénicos de PP
- Receptáculos para portasueros y en las dos esquinas de la cabecera.
- Parachoques protectores giratorios en las (cuatro) esquinas de la cama
- Portasueros ajustable en altura
- Empareje ganchos de drenaje a ambos lados de la cama.
- Rieles accesorios de acero inoxidable
- Ruedas giratorias de 125 mm de diámetro con sistema de bloqueo central y bloqueo direccional
- Unidad de control manual
- Panel de control de enfermera
- RCP Electrónicamente (Reset)
- Equipado con potentes motores de columna marca Linak
- Chasis inferior cubierto de plástico ABS de dos piezas
- Accesorios de acero inoxidable resistentes a la corrosión.
- Recipiente para residuos de acero inoxidable fácilmente extraíble
- Empuñaduras ajustables para las manos del paciente
- Mecanismo de sección de pie deslizante
- Indicadores de ángulo en los rieles laterales para las posiciones del respaldo, Trendelenburg y Trendelenburg inverso.
- Batería de respaldo para funcionamiento continuo en caso de corte de energía.
- Colchón de espuma de 12.5 cm de espesor y 28 kg/m³ apto para superficie de descanso con funda antibacteriana e ignífuga.
- Soportes de piernas ajustables
- Barra de sentadillas
- Taloneras tapizadas (apoyapiés)
- RCP manual para el respaldo
- Carro de accesorios
- Paneles de control integrados en carriles laterales (opcional)
- Ruedas gemelas de 150 mm de diámetro (opcional)
- Interruptor de pie (opcional)

DETALLES TÉCNICOS

Ángulo del respaldo:	0°-67°	Superficie de la cama (extendida):	85x191cm
Ángulo pélvico:	0°-27°	Superficie de la cama (retraída):	85x144cm
Ángulo de Trendelenburg:	0°-20°	Altura (sin colchón):	60-100cm
Ángulo de Trendelenburg inverso:	0°-20°	Grosor del colchón (respaldo y secciones pélvicas)	12.5cm
Dimensiones externas:	109x209cm	Diámetro de la rueda	125 mm
Peso del producto (vacío):	140 kg	Capacidad de carga de trabajo segura:	250 kg

DATOS ELÉCTRICOS

Energía en:	máx. 3.15A, 100V – 240V ~ 50/60Hz
Protección contra descargas eléctricas:	Clase I, Tipo B
Protección contra la entrada de líquidos:	IPX6
Batería:	Serie 2x 12V conectada, sellada, recargable, gel de plomo/ácido, 1,2 amperios h



OBSTETRA

Cama de parto electrónica, 4 motores.

Accesorios



Panel de control de enfermería



Carro de accesorios



Recipiente para residuos de acero inoxidable



Ruedas con bloqueo central y direccional, 125 mm



RCP manual



Portasueros



Empuñaduras



Soportes de piernas ajustables



Barra de sentadillas



Soportes de talón tapizados



Respaldo de batería recargable



Respaldo HPL translúcido a rayos X



Paneles de control integrados en rieles laterales



Ruedas gemelas 150mm



Interruptor de pie

EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

N° Exp. SUAF:

3689

GRA - OAPF

Dis	日期	Ado
17	04	2023

AFECTO APERIBIDIDAD

31-08

DATOS DEL PROVEEDOR		2 CONDICIONES GENERALES	
Senor(es): CORPORACION LBA IMPORT SAC Dirección: ASOC DE VIV MILAGROSA CRUZ DE NOTUPE (PANAMERICANA NORTE) LBA / LBA / PUENTE PIEDRA RUC: 20601058405 Teléfono: Fax: CC: 00210100250153400954		Nº Cuadro Adquisitivo: 001116 Tipo de Proceso: AS - N° 137-2022-GR-SEDECEN Nº Contrato: 211-2022 Moneda: \$/ TIC:	
Concepto: META 199 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MULTIPROPOSITOS CLINIC			

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Unitario \$	Total \$
53640240002	2	UNIDAD	ARMARIO METALICO PARA INSTRUMENTAL DENTAL - L&A IMPORT	5,400.000000	10,800.00
53641002003	17	UNIDAD	BIOBLOQUE DE METAL DE 2 CUERPOS - L&A IMPORT	1,600.000000	27,200.00
53641520001	9	UNIDAD	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO - L&A IMPORT	23,500.000000	211,500.00
53641525002	1	UNIDAD	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO PARA UCI - L&A IMPORT	25,500.000000	25,500.00
53641730018	2	UNIDAD	CAMA CLINICA METALICA RODABLE CON BARANDA - L&A IMPORT	3,400.000000	6,800.00
53641730013	5	UNIDAD	CAMA DE METAL DE 1 1/2 PLAZA - L&A IMPORT	4,800.000000	24,000.00
53641760007	2	UNIDAD	CAMA DE METAL HOSPITALARIA SIMPLE TIPO ESCOLAR CON BARANDAS - L&A IMPORT	4,500.000000	9,000.00
53641760018	14	UNIDAD	CAMA DE METAL HOSPITALARIA TRES MANIVELAS - L&A IMPORT	6,500.000000	91,000.00
53642330001	44	UNIDAD	CAMA DE METAL RODABLE PARA PARTO - L&A IMPORT	35,000.000000	1,540,000.00
53642570001	5	UNIDAD	CAMILLA DE METAL - L&A IMPORT	3,400.000000	17,000.00
53642600047	1	UNIDAD	CAMILLA DE METAL RODABLE PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES - L&A IMPORT	4,800.000000	4,800.00

GOBIERNO REGIONAL
 Vicerrectoría
 COMISIÓN
 PERMANENTE
 DE LICITACIONES

21/3% = 48,629.00 ✓
 Precio = 67,540.42 ✓

24 ABR 2023

[illegible]

02 MAY 2023

Facturas a nombre de: **GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**

Director: JR. CALLAO Nº 122 122 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Agradecemos enviar los trenes a la siguiente dirección:
AV. BOLIVAR Nº 156 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Doc. 20452353453

ELABORADO POR:

**ARONES
MORENO**

CUENTAS X PAGAR

MEDIANTE VERIFICACION DE EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD NO CUMPLE

NO CUMPLE DE LA EXPERIENCIA DE S/. 1,620,970.00 SOLAMENTE Se consideran bienes similares a los siguientes: **VENTA DE EQUIPOS MEDICOS, CAMAS DE PARTOS ELECTRICA SEGÚN LAS BASES INTEGRADAS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN**

- EXPERIENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 448-2022 SI CUMPLE S/. 174,000.00
- EXPERIENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 736-2022 SI CUMPLE S/. 213,000.00
- EXPERIENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1112-2023 CUMPLE PARCIALMENTE S/. 158,000.00
- TOTAL EXPERIENCIA QUE ACREDITADA S/. 545,000.00
- TOTAL EXPERIENCIA SOLICITADA S/. 1,000,000.00

NO ACREDITA DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN LA DECLARACION JURADA QUE PRESENTA EL POSTOR CORPORACIÓN L & A IMPORT S.A.C.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

6

Evaluación técnica: Los evaluadores aplican los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la Sección Específica de las bases a las ofertas que cumplen los requisitos de calificación. La evaluación de la oferta económica es simultánea a la evaluación técnica, por lo cual la oferta económica es un factor de evaluación

EVALUACION DE OFERTA					PUNTAJE TOTAL	TOTAL PUNTAJE TECNICO MAS ECONOMICO
N°	POSTOR	EVALUACION ECONOMICA 40				
		Oi = Oferta Económica	Om = Precio de la oferta más baja	PUNTAJE		
1	EXIMPORT MULTIMEDICA PERUANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	748,000.00	748,000.00	40	40	100.00

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:


N° DE ORDEN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	EXIMPORT MULTIMEDICA PERUANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	100

7

CALIFICACIÓN 01

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:

7.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	EXIMPORT MULTIMEDICA PERUANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
	CAPACIDAD LEGAL	CUMPLE
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE
	C. 1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	CUMPLE
	RESULTADO FINAL	CALIFICADO

7.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CORPORACIÓN L & A IMPORT S.A.C.
	CAPACIDAD LEGAL	CUMPLE
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	NO CUMPLE
	RESULTADO FINAL	NO CALIFICADO
RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN		
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	
1	EXIMPORT MULTIMEDICA PERUANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
9	ACUERDO ADOPTADO	
<p>El OFICIAL DE COMPRA dan por aprobado los resultados de evaluación y calificación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado.</p> <p>Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto siendo las 17:00 horas el día 17 de junio del 2025, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.</p>		
<div style="text-align: center;">  <p>MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HUANUCO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANUCO RED DE SALUD HUANUCO</p> <p>..... CPC <i>Fredy Benancio Aguirre</i> JEFE DE LOGÍSTICA</p> </div>		
<p style="text-align: center;">CPC. FREDY BENANCIO AGUIRRE OFICIAL DE COMPRA DEC</p>		