

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO
Nomenclatura :	AS-SM-5-2023-HRDLM.CH   CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL EQUIPO DE MAQUINA DE ANESTESIA GENERAL ELECTRIC AISYS CS2 DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO QUIRUGICO Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES

Ruc/código :	20600635507	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMATIZACION INDUSTRIAL DEL NORTE S.A.C.	Hora de envío :	17:50:30

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

solicitamos al comité de selección que se considere dentro de los requisitos de calificación en el apartado equipamiento estratégico el equipo:

analizador de maquina de anestesia con el objetivo de brindar un servicio de calidad, entendiendo que este equipo electrónico es capaz de validar los parámetros de funcionamiento luego del mantenimiento respectivo, por lo tanto se solicita sea considerado y adicionado como PARTE DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO , quedando de la siguiente manera :

01 analizador de maquinas de anestesia

ademas debe acreditarse con el CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE DE DEL EQUIPO ESTRATEGICO

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** b.1      **Página:** 34

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y EFICACIA Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

con la finalidad de lograr una mayor participación y pluralidad de postores de acuerdo a lo principios de la ley de Contrataciones del Estado, el comite por unanimidad NO ACOGE dicha observación

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna