

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE		
Nomenclatura :	AS-SM-7-2024-HPDB.L OEC-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACIÓN DIFÍCIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE CUI N°2619543		

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:16:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

B05 LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA, CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LED LUZ BLANCA, QUE BRINDE 14 000 LUX COMO MINIMO, TEMPERATURA DE COLOR 5000°K, TIEMPO DE VIDA DE 100,000 HORAS O MAYOR, CON HOJAS DE ACERO INOXIDABLE, REUSABLES ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134°C: CUATRO (04) TIPO MACINTOSH DE TAMAÑOS 1,2,3,4 Y CUATRO (04) TIPO MILLER DE TAMAÑOS 0,1,2,3, CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE TIPO C PARA BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERIA, CON BATERÍA Y FUENTE LUMINOSA DE REPUESTO ORIGINAL DE FABRICA.

Las baterías de recargables tienen un promedio de vida útil en uso de 3 a 4 años aproximadamente y en almacenamiento de 1 a 2 años, por lo tanto, solicitarlo como repuestos no sería conveniente ya que se degradarían sin a verlas usado, incrementando innecesariamente el costo del laringoscopio.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de ofertar equipos médicos que satisfagan las necesidades del usuario sin que esto genere costos innecesarios al hospital, solicitamos se considere lo siguiente:

B05: LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA, CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LED LUZ BLANCA, QUE BRINDE 14 000 LUX COMO MÍNIMO, TEMPERATURA DE COLOR 5000°K, TIEMPO DE VIDA DE 100,000 HORAS O MAYOR, CON HOJAS DE ACERO INOXIDABLE, REUSABLES ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134°C: CUATRO (04) TIPO MACINTOSH DE TAMAÑOS 1,2,3,4 Y CUATRO (04) TIPO MILLER DE TAMAÑOS 0,1,2,3, CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE TIPO C PARA BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERÍA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL AREA USUARIA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

B05: LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA, CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LED LUZ BLANCA, QUE BRINDE 14 000 LUX COMO MÍNIMO, TEMPERATURA DE COLOR 5000°K, TIEMPO DE VIDA DE 100,000 HORAS O MAYOR, CON HOJAS DE ACERO INOXIDABLE, REUSABLES ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134°C: CUATRO (04) TIPO MACINTOSH DE TAMAÑOS 1,2,3,4 Y CUATRO (04) TIPO MILLER DE TAMAÑOS 0,1,2,3, CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE TIPO C PARA BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR DE BATERÍA Y/O CON BATERÍA Y FUENTE LUMINOSA DE REPUESTO ORIGINAL DE FABRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACIÓN DIFÍCIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE CUI N°2619543

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:16:19

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
Observaciones:

Se ha advertido, dentro de las presentes bases, en las Especificaciones Técnicas mínimas de cada Ítem (Documento de presentación obligatoria pag. 31, la exigencia obligatoria respecto a la presentación del certificado ISO 13485; sin tomar en cuenta que dicha exigencia no resulta ser obligatoria (Resolución N° 551-2013-TC-S1; Pronunciamiento N° 710-2019/OSCE-DGR; Opinión 081-2019/DTN y 130-2009/DTN); en consideración a que las normas ISO no tienen carácter obligatorio dentro de la legislación nacional, sino que sólo constituyen normas de carácter facultativo; por lo que no pueden ser requeridas como documentos de presentación obligatoria; estas certificaciones acreditan una serie de estándares patrocinados por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), que son de acogimiento voluntario, es decir, su cumplimiento no es requerido por norma nacional alguna. Asimismo, las normas ISO se refieren al sistema de calidad de una organización, lo que permite establecer pautas organizativas entre sus diferentes departamentos o servicios; razón por la cual, en el caso de los procesos para la adquisición de bienes, no garantizarían, por sí solos, la calidad de los productos; criterio de aplicación que el cual, en innumerables pronunciamientos de la OSCE, dice que, este certificado no debe de formar parte de la documentación obligatoria para la admisión de la oferta. En ese sentido se solicita que dicha exigencia sea retirada de las presentes bases

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL ÁREA USUARIA INDICA QUE:

Con la finalidad de no arriesgar la confiabilidad del equipo solicitado, se trata de cumplir la Normatividad ISO correspondiente, ya que se centra en la importancia de ciclo de vida, incluyendo su desarrollo, diseño y producción del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACIÓN DIFÍCIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE CUI N°2619543

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:16:19

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

...///...

Para el caso de características técnicas que no encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catalogos del fabricante, postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características

...///...

Observamos en las presentes bases que la entidad da la opción de sustentar con Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características, lo que ocasionaría que dicha especificación carezca de confiabilidad y que la entidad estaría arriesgando a adjudicar y recibir equipos médicos que no cumpla con lo solicitado por el área usuaria, ocasionándoles inconvenientes y/o gastos innecesarios al momento de la conformidad del producto Asimismo, señalamos que todo fabricante especifica detalladamente toda especificación técnica de su producto dentro de Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet.

Con la finalidad de no arriesgar la confiabilidad de los equipos solicitado, el comité de selección, retirara de la documentación obligatoria, la aceptación de carta del fabricante para el sustento de las especificaciones técnicas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL ÁREA USUARIA INDICA QUE: Con la finalidad de no arriesgar la confiabilidad, se acepta la consulta dada por la empresa, por lo que las especificaciones técnicas deberán estar presentes en manuales, brochure, folletos, data sheets y/o catálogos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACIÓN DIFÍCIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE CUI N°2619543

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:16:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se puede visualizar que dentro de los requerimientos técnicos se está solicitando documentos obligatorios como:
Copia simple de la Resolución de autorización de registro sanitario o certificado de registro sanitario del bien ofertado ¿///..
Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor, que describa el producto ofertado.
Con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, amparados en la ley de contrataciones del estado, aceptará el comité de selección en coordinación con la parte usuaria ampliar la siguiente solicitud.
Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor y/o terceros, que describa el producto ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la opinión del area usuaria se acepta y se agrega lo sugerido:
Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor y/o terceros, que describa el producto ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACIÓN DIFÍCIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE CUI N°2619543

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:16:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) veces el monto contractual por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: COCHE DE INTUBACION DIFICIL

Dentro de la experiencia del postor se está solicitando una experiencia bienes similares a los siguientes COCHE DE INTUBACION DIFICIL Dejando con esto fuera de toda posibilidad la participación de pequeñas y medianas empresas al presente proceso de selección, con lo que se estaría contraviniendo con los principios que rige la ley de contrataciones. Por lo expuesto, solicitamos al comité acreditar la experiencia del postor como bienes similares a los siguientes: Equipos Médicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según opinión del área usuaria se acepta la consulta de la empresa y se considerarán bienes similares a los siguientes: EQUIPOS MEDICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACIÓN DIFÍCIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE CUI N°2619543

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:41:57

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

COCHES DE INTUBACION DIFICIL

C01 MÁSCARAS LARÍNGEAS REUTILIZABLES, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, TRES (03) UNIDADES POR TAMAÑO Y DE SILICONA DESECHABLE, CON VALVULA DE CONTROL UNIVERSAL Y MARCADO DE PROFUNDIDAD, TAMAÑOS DE N° 1,1.5,2,2.5,3,4,5

Al parecer existe un error de tipeo en la formulación de las especificaciones técnicas, en una parte de la característica solicitan reusables y en el segundo párrafo solicitan desechables, con la finalidad de aclarar las especificaciones técnicas para dar mayor pluralidad de postores al presente proceso de selección, solicitamos se considere la siguiente:

C01 MÁSCARAS LARÍNGEAS REUTILIZABLES, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, UNA (01) UNIDAD POR TAMAÑO O DE SILICONA DESECHABLE TRES (03) UNIDADES POR TAMAÑO, CON VALVULA DE CONTROL UNIVERSAL Y MARCADO DE PROFUNDIDAD, TAMAÑOS DE N° 1,1.5,2,2.5,3,4,5

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según opinión del área usuaria se acepta parcialmente la consultas y quedaría de la siguiente manera:

C01 MÁSCARAS LARÍNGEAS REUTILIZABLES, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, TRES (03) UNIDADES POR TAMAÑO Y/O DE SILICONA DESECHABLE TRES (03) UNIDADES POR TAMAÑO, CON VALVULA DE CONTROL UNIVERSAL Y MARCADO DE PROFUNDIDAD, TAMAÑOS DE N° 1,1.5,2,2.5,3,4,5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACIÓN DIFÍCIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE CUI Nº2619543

Ruc/código :	20603440111	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	GIA DAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:26:37

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OFERTADO A NOMBRE DEL POSTOR.

LOS COMPONENTES DEL EQUIPO PRINCIPAL COCHE DE INTUBACIÓN DIFICIL SON DE DIFERENTES MARCAS Y DISTINTOS FABRICANTES E IMPORTADORES.

SOLICITAMOS AL COMITE QUE EL REGISTRO SANITARIO ESTE A NOMBRE DE POSTOR Y/O TERCEROS PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SEGUN ARTICULO 2 A)LIBRE DE CONCURRENCIA, B) IGUALDAD DE TRATO Y E) COMPETENCIA SEGUN TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N. 30225. LEY DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN OPINIÓN DEL ÁREA USUARIA SE ACEPTA PARCIALMENTE, QUEDARÍA DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, EXPEDIDO POR LA DIGEMID A NOMBRE DEL POSTOR Y/O TERCEROS, QUE DESCRIBA EL PRODUCTO OFERTADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACIÓN DIFÍCIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE CUI N°2619543

Ruc/código :	20603440111	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	GIA DAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:26:37

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

COPIA CERTIFICADO ISO 13485

SOLICITAMOS AL COMITE QUE LAS TRADUCCIONES DEL CERTIFICADO ISO SEAN TRADUCCIONES SIMPLES.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

según opinión del área usuaria, SE ACEPTA LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACIÓN DIFÍCIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE CUI N°2619543

Ruc/código :	20603440111	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	GIA DAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:26:37

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

C01 MASCARA LARINGEAS REUTILIZABLES ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y DE SILICONA DESECHABLE. SOLICITAMOS AL COMITE CONFIRMAR SI ESTAN SOLICITANDO MASCARAS LARINGEAS REUSABLES O DESCARTABLES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según opinión del área usuaria quedaría de la siguiente manera: C01 MÁSCARAS LARÍNGEAS REUTILIZABLES, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, UNA (03) UNIDAD POR TAMAÑO Y/O DE SILICONA DESECHABLE TRES (03) UNIDADES POR TAMAÑO, CON VALVULA DE CONTROL UNIVERSAL Y MARCADO DE PROFUNDIDAD, TAMAÑOS DE N° 1,1.5,2,2.5,3,4,5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACIÓN DIFÍCIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE CUI N°2619543

Ruc/código :	20603440111	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	GIA DAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:26:37

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

C01 MASCARA LARINGEA REUTILIZABLE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVEY DE SILICONA DESECHABLE SOLICITAMOS CONFIRMAR AL COMITE SI SOLICITAN AMBAS MASCARAS LARINGEAS REUSABLES Y DESCARTABLES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según opinión del area usuaria quedaría de la siguiente manera: C01 MÁSCARAS LARÍNGEAS REUTILIZABLES, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, UNA (03) UNIDAD POR TAMAÑO Y/O DE SILICONA DESECHABLE TRES (03) UNIDADES POR TAMAÑO, CON VALVULA DE CONTROL UNIVERSAL Y MARCADO DE PROFUNDIDAD, TAMAÑOS DE N° 1,1.5,2,2.5,3,4,5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACIÓN DIFÍCIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE CUI N°2619543

Ruc/código :	20603440111	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	GIA DAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:26:37

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
EL AÑO DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS DEBERAN SER DE DOCE MESES O MENOR, ANTERIOR A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
SOLICITAMOS AL COMITE EN CASO DE LOS ACCESORIOS Y/O INSUMOS A SER ENTREGADOS CON EL EQUIPAMIENTO TENGAN FECHA DE CADUCIDAD, ESTA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A 06 MESES CONTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE LA FIRMA DE CONTRATO O CON VIGENCIA DE 18

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Según opinión del área usuaria se acepta la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACIÓN DIFÍCIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE CUI N°2619543

Ruc/código :	20603440111	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	GIA DAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:26:37

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:
B06 VIDEO LARINGOSCOPIO

Se observa que en los requerimientos técnicos mínimos, del coche de intubación difícil, en el equipo videolaringoscopio se solicita que este compuesto por hojas curvas tamaños y hojas rectas miller tamaños 1, 2 y 3 (como mínimo).
Sustento
En la actualidad hay mas de una marca de videolaringoscopios autorizados para ser comercializados en Perú. Pero sola una marca cuenta con hojas rectas miller tamaños 1,2 y 3, por lo que con este este requerimiento técnico mínimo se impide la participación de otras marcas e importadores. Contraviniendo los principios de: a) Libre Concurrencia, b) Igualdad de trato y Competencia.
Por tal motivo Solicitamos al comité retirar dicha característica de los requerimientos técnicos mínimos del coche de intubación difícil

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
TEXTO UNICO ORDENADO DE LEY NRO.30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ART. 16 (16.1 Y 16.2)

Análisis respecto de la consulta u observación:
Según opinión del area usuaria NO SE ACEPTA LA OBSERVACION, DEBIDO A QUE SON DE USO REITERATIVO POR EL SERVICIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACIÓN DIFÍCIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE CUI N°2619543

Ruc/código :	20603440111	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	GIA DAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:26:37

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

B06 VIDEO LARINGOSCOPIO

ACCESO CON BATERIA RECARGABLE INTEGRADA DE COMO MINIMO 5

SOLICITAMOS AL COMITE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE COMO MINIMO 5 O FALTA COMPLETAR CARACTERÍSTICA TECNICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según opinión del área usuaria es de la siguiente manera: ACCESO CON BATERIA RECARGABLE INTEGRADA DE COMO MINIMO 5 HORAS DE DURACION, CARGADOR TIPO C GRADO MEDICO Y CON GRADO DE PROTECCION CONTRA AGUA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HPDB.L | OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACIÓN DIFÍCIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE CUI N°2619543

Ruc/código :	20603440111	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	GIA DAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:26:37

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE CONFIRMAR QUE SE DEBERA ACREDITAR COMO MINIMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS NUMERALES A PARTIR DEL B01 A B09 , C01 A C07, D01 Y E01 A E03

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según opinión del área usuaria: ES CORRECTO LA CONSULTA REALIZADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null