

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-2-2025-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO)

Ruc/código :	20520994638	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ELECTRO - MEDICA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:54

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN 1

Con relación al ANEXO N° 2 Pagina 35 PLAZOS PARA REALIZAR EL ANALISIS FISICOQUIMICO, CONTROL BACTERIOLOGICO, CAMBIO DE FILTROS Y OTROS

Capítulo III- REQUERIMIENTO

NUMERAL ANEXO N° 2

Numeral: 3 - Pagina: 35. ITEM 3

Dice: Cambio de dos filtros de 1 y 0.2 micras(anillo de recirculación) mensual.

Al respecto indicamos según la Resolucion de Gerencia de la Central de Infraestructura N° 003 ¿ GCI ¿ ESSALUD ¿ 2014

En las paginas 36 y 43 Actividades de mantenimiento preventivo ¿ post tratamiento de agua osmotizada indican los cambios a realizar de los filtros de 01 y 0.2 micras en función de su aspecto y/o cuando la caída de presión sea mayor de 0.5 ¿ 1.0 kg/cm2, al respecto mencionar que según el análisis periódico realizado en la planta de agua y recomendación de los fabricantes de plantas de agua se determino los cambios de dichos filtros estableciendo que deben realizarse cada tres meses, motivo por el cual sugerimos indicar de la siguiente manera:

Cambio de dos filtros de 01 y 0.2 micras absoluto cada 03 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** ANEXO 2 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 numeral 29.3 y 29.4 del RLCE vigente.

Análisis respecto de la consulta u observación:

MEDIANTE NOTA N° 1109-UMIESG-DIHS-OA - GRAJU-ESSALUD-2025, EL AREA USUARIA REFIERE LO SIGUIENTE:

No se acoge la observación, El cambio mensual de los filtros de 1 y 0.2 micras, es para garantizar el filtrado de las toxinas que pudieran haber en el anillo de recirculación, asimismo, el estudio de mercado se realizo con el cambio mensual de los filtros y teniendo en consideración la antigüedad de la planta de agua para hemodialisis, la cual es de 20 años

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null