

10.01	DOS (02) TUBOS OROFARINGES DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
10.02	DOS (02) TUBOS NASOFARINGES DE DIFERENTES TAMAÑOS CON GUÍA, PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
10.03	UNA (01) PINZA MAGIL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
10.04	UN (01) FRASCO DE REPUESTO PARA EL ASPIRADOR DE SECRESIONES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
10.05	CINCO (05) CÁNULAS DE SUCCIÓN ADULTO REUTILIZABLES Æ 20 DESCARTABLES, PARA EL ASPIRADOR DE SECRESIONES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
10.06	CINCO (05) CÁNULAS DE SUCCIÓN PEDIÁTRICAS, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE Æ 20 DESCARTABLES, PARA EL ASPIRADOR DE SECRESIONES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
10.07	DIEZ (10) FILTROS BACTEREOLÓGICOS PARA EL ASPIRADOR DE SECRESIONES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
11.00	OTROS ENTREGABLES:	
11.01	MANUAL(ES) O INSTRUCTIVO(S) DE FÁBRICA EN ESPAÑOL, PARA EL COCHE Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A BORDO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
11.02	ENTREGA DEL BIEN EN SU TOTALIDAD EN EL ALMACÉN CENTRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
12.00	INDUCCIÓN:	
12.01	CHARLAS DE INDUCCIÓN DE DOS (02) HORAS AL PERSONAL USUARIO QUE ASIGNEN LAS JEFATURAS CORRESPONDIENTES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
12.02	DOS (02) VIDEO DE DIDACTICOS DE CAPACITACIÓN DE USUARIO ALUSIVOS A: RESUCITADOR ADULTO Y PEDIÁTRICO Y DESFIBRILADOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
13.00	GARANTÍA Y MANTENIMIENTO:	
13.01	DOS (02) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO. CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y FALLAS NO ATRIBUIBILES AL NORMAL USO DEL COCHE Y DISPOSITIVOS MEDICOS A BORDO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
13.02	PROGRAMA Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON FRECUENCIA ANUAL, EN EL PERIODO DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, APLICADO PARA EL DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS Y ASPIRADOR DE SECRECIONES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

8.02	CHARLAS DE INDUCCIÓN TEÓRICO PRÁCTICA EN MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO, CON UN MÍNIMO DE UNA HORA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO O EQUIPAMIENTO, QUE ASIGNE LA JEFATURA CORRESPONDIENTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
8.03	DOS (02) MANUALES DE USUARIO Y DOS (02) MANUALES DE SERVICIO TÉCNICO, EN IDIOMA ESPAÑOL. LOS CUALES SE ENTREGARÁN CONJUNTAMENTE CON EL EQUIPO EN MEDIO FÍSICO Y DIGITAL. SI ESTOS MANUALES SE ENCONTRARÁN EN IDIOMA EXTRANJERO, ADICIONALMENTE SE ENTREGARÁ LA TRADUCCIÓN ELABORADA POR UN TRADUCTOR COLEGIADO Y HABILITADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
8.04	COLOCACIÓN DE IDENTIFICACIÓN GRABADA EN PLACA METÁLICA, CONSIGNANDO LOS DATOS DE LA EMPRESA, PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN U ORDEN DE COMPRA, FECHA DE INSTALACIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
8.05	PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, FIRMADO POR UN INGENIERO COLEGIADO Y HABILITADO; ESPECIALIZADO Y CAPACITADO EN INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, PROPUESTO POR LA EMPRESA PROVEEDORA Y APROBADO POR EL ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE GERESA-LL ANTES DE LA ENTREGA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
8.06	ENTREGA, INSTALACIÓN Y PROBADO DEL BIEN EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD BENEFICIARIO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



6.01	CHARLAS DE INDUCCIÓN DE DOS (02) HORAS COMO MÍNIMO, AL PERSONAL USUARIO QUE ASIGNE LA JEFATURA CORRESPONDIENTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.02	CHARLAS DE INDUCCIÓN DE UNA (01) HORA COMO MÍNIMO, AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE ASIGNE LA JEFATURA CORRESPONDIENTE. REALIZADO POR UN INGENIERO COLEGIADO Y HABILITADO, CAPACITADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO. DEBIDAMENTE SUSTENTADO AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
7	GARANTÍA Y MANTENIMIENTO:	
7.01	TRES (03) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y FALLAS NO ATRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL BIEN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
7.02	PROGRAMA Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON FRECUENCIA SEMESTRAL, EN EL PERIODO DE GARANTÍA. CUYAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SON EN BASE AL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE, EL MISMO QUE DEBE SER SUSTENTADO AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
7.03	LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SE CONSIGNARÁN EN LA ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO (OTM), PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

