

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGITADOR E INCUBADOR DE PLAQUETAS PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE - IOARR CON CUI MN° 2567825

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	08:18:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: A08 VELOCIDAD DE AGITACIÓN: 60 A 70 CICLOS/MINUTO.

El modelo que representamos tiene una velocidad de agitación de 72 ciclos/minuto y ajustable por el usuario.

Para promocionar la mayor participación de postores, el comité debería aceptar nuestra consulta.

El Comité de Selección aceptará el agitador de plaquetas con una velocidad de agitación de 72 ciclos/minuto y ajustable por el usuario?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE SE AMPLIA LA ESPECIFICACIÓN QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

A-08 VELOCIDAD DE AGITACIÓN: ENTRE 60 A 80 CICLOS/MINUTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A-08 VELOCIDAD DE AGITACIÓN: ENTRE 60 A 80 CICLOS/MINUTO

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGITADOR E INCUBADOR DE PLAQUETAS PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE - IOARR CON CUI MN° 2567825

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	08:18:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: B01 INTERFAZ CON PANTALLA DIGITAL LED.
El modelo que representamos tiene una Interfaz de usuario con pantalla táctil a color de 7 pulgadas.
Toda vez que la pantalla táctil supera tecnológicamente la pantalla LED, el comité debería aceptar las innovaciones tecnológicas.
El Comité de Selección aceptará la propuesta de un incubador de plaquetas con una Interfaz de usuario con pantalla táctil a color de 7 pulgadas?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE SE ACEPTA PARCIALMENTE LO SOLICITADO SIN EMBARGO PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE AMPLIA LA ESPECIFICACIÓN QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
B01 INTERFAZ CON PANTALLA DIGITAL LED O PANTALLA TÁCTIL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01 INTERFAZ CON PANTALLA DIGITAL LED O PANTALLA TÁCTIL

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGITADOR E INCUBADOR DE PLAQUETAS PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE - IOARR CON CUI MN° 2567825

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	08:18:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: C01 CAMBIO DE PAPEL

El modelo actual no tiene esta característica ya que los papeles registradores solamente se usan para 7 días, el día 8 se debe cambiar, por lo tanto ya no es necesario tener una alerta o alarma de cambio de papel.

El Comité de Selección aceptará la propuesta del Agitador Incubador de Plaquetas sin alama o alerta de cambio de papel o establecerla como opcional?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

C-01 CAMBIO DE PAPEL (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C-01 CAMBIO DE PAPEL (OPCIONAL)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGITADOR E INCUBADOR DE PLAQUETAS PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE - IOARR CON CUI MN° 2567825

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	08:18:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Para la forma de pago Copia de Certificación de Seguridad Eléctrica IEC 60661-1 Amablemente consultamos si es posible presentar la Declaración de Conformidad EC en lugar del documento solicitado. El Comité de Selección aceptará la presentación del la Declaración de Conformidad CE?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. II Literal: 2.6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

COPIA DE CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC 60661-1 (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COPIA DE CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC 60661-1 (OPCIONAL)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGITADOR E INCUBADOR DE PLAQUETAS PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE - IOARR CON CUI MN° 2567825

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 03/10/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 23:32:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las características del equipo se solicita:

A-04 ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y RECUBRIMIENTO EN POLVO RESISTENTE A BACTERIAS

Los recubrimientos para los equipos pueden variar de acuerdo al fabricante. Nuestro equipo cuenta con una estructura de acero galvanizado, lo cual el otorga la proteccion a la corrosion y adicionalmente cuenta con un recubrimiento resistente a las bacterias.

Debemos agregar que al solicitar: " Pintura resistente a la corrosion" y "recubrimiento en polvo resistente a bacterias" se hace alusion a lo mismo, ya que el recubrimiento en polvo viene a ser la pintura en polvo que se adhiere al acero por carga electrostatica y despues de aplicarse calor queda adherido al acero de manera definitiva protegiendolo de la corrosion y funcionando como una barrera que impide la proliferacion de bacterias. Esta pintura en polvo adherida al acero vendria ser el recubrimiento resistente a las bacterias.

Consulta: Solicitamos al comite especial, amplie la especificacion tecnica y se acepte tambien equipos que cuenten con una estructura externa de acero galvanizado, lo cual el otorga la proteccion a la corrosion y adicionalmente cuenta con un recubrimiento resistente a las bacterias y de esta manera fomentar una mayor pluralidad de postores y de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

Literal: e

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

A-04 ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y BACTERIAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A-04 ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y BACTERIAS

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGITADOR E INCUBADOR DE PLAQUETAS PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE - IOARR CON CUI MN° 2567825

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 03/10/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 23:32:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita como característica:

A-05 SISTEMA CON EVAPORADOR ELECTRICO DE CONDESADO

Teniendo en cuenta que se esta solicitando un equipo incubador de plaquetas con incubador, el cual debera trabajar a la temperatura ideal de conservacion de plaquetas que es de 22°C, temperatura la cual no se formaria condensacion, creemos que por un error de transcripcion se esta solicitando esta característica, la cual es propia de los equipos de refrigeracion, que necesitan de esta característica para evitar se acumule la condensacion de vapor del agua en el interior del refrigerador.

Consulta:

Solicitamos al comite especial del proceso retire esta característica, al no ser necesaria en el tipo de equipo que se esta solitando ya que no es un equipo de refrigeracion y ademas la temperatura de trabajo sera de 22°C constantes para evitar el deterioro de las plaquetas por lo que no abra formacion de condensado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

Literal: e

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A-05 SISTEMA CON EVAPORADOR ELÉCTRICO DE CONDESADO SEGÚN LA TECNOLOGÍA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A-05 SISTEMA CON EVAPORADOR ELÉCTRICO DE CONDESADO SEGÚN LA TECNOLOGÍA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGITADOR E INCUBADOR DE PLAQUETAS PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE - IOARR CON CUI MN° 2567825

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 03/10/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 23:54:40

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita como característica:

A-09 RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE 20° A 35°C

Existen otros modelos de incubador de plaquetas con agitador, que cuentan con un rango de control de temperatura mayor, como de 0°C a 45°C.

Consulta:

Solicitamos al comite especial amplie las especificaciones tecnicas y tambien equipos con un rango de control de temperatura 0°C a 45°C y asi fomentar la pluralidad de postores y de marcas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

Literal: e

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARA PLURALIDAD DE POSTORES QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

A-09 RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE 20° A 35°C O RANGO MAS AMPLIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A-09 RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE 20° A 35°C O RANGO MAS AMPLIO

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGITADOR E INCUBADOR DE PLAQUETAS PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE - IOARR CON CUI MN° 2567825

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 03/10/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 23:54:40

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita:

"h) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple), expedido por el Ministerio de Salud (DIGEMID) vigente a la fecha de presentación de propuestas.

Deberá acreditar que el producto ofertado cuente con Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, independientemente de quien sea el titular. Conforme lo señalado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas a través del Oficio N°1494-2011-DIGEMID-DG/DAS/ATYAG/MINSA de fecha 24.05.2011.

En caso que el producto no se encuentre en el Listado de Productos de la Clasificación de Insumos, Instrumental y Equipo de Uso Médico, Quirúrgico u Odontológico, contenida en el Decreto Supremo 016-2011-SA, el postor deberá presentar copia simple de la Certificación de DIGEMID realizada a través de Oficio o documento denominado Consulta Técnica, la cual se realiza a través de la web, que sustente que no requiere de registro sanitario."

Teniendo en cuenta lo siguiente:

- El equipo solicitado viene a ser en un lenguaje simple un tipo de incubador utilizado en el laboratorio de banco de sangre y que ademas cuenta con la funcion de agitacion.

- Dentro de listado emitido por el Digemid de productos que a la fecha no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario, en el ítem N° 797, se lista: "Incubadora de laboratorio con agitacion".

Consultamos: Solicitamos al comite especial del proceso, que se pueda presentar tambien el listado de productos que no estan sujetos a otorgamiento de registro sanitario, para así sustentar que el equipo no necesita de un registro sanitario y de esta manera fomentar una mayor pluralidad de postores y de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

Literal: H

Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE Y SE AMPLIA ESPECIFICACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

.... O PRESENTAR SUSTENTO DE NO ESTAR SUJETO A OTORGAMIENTO DE REGISTRO SANITARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

.... O PRESENTAR SUSTENTO DE NO ESTAR SUJETO A OTORGAMIENTO DE REGISTRO SANITARIO

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGITADOR E INCUBADOR DE PLAQUETAS PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE - IOARR CON CUI MN° 2567825

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 03/10/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 23:57:29

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita como plazo de entrega 60 días.

teniendo en cuenta que este tipo de equipos se fabrican en el extranjero, solicitamos pueda ampliarse el plazo de entrega a 75 días contados a la notificación de la orden de compra

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9

Literal: 1.9

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que lo solicitado no es aceptado, en el estudio de mercado se aprecia que si hay pluralidad de postores que cumplen con el plazo de entrega designado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null