







**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS**

1	NÚMERO DE ACTA	06-2023																											
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL <p>En San Borja, a los 30 días del mes de mayo de 2023, en la Unidad de Logística del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, ubicada en Av. Canada N° 1470, San Borja, a las 16:30 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Directoral N° 0040-2023-INGEMMET/GG-OA de fecha 03 de mayo del 2023 encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado Adjudicación Simplificada N°014-2023-INGEMMET/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la "Adquisición de Estufa Industrial para Secado de Muestras Geológicas", a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.</p>																												
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) <p>El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Presidente</td> <td rowspan="2">WILFREDO VALENCIA CASANOVA GUADALUPE</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">Dependencia: Unidad de Logistica</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Primer Miembro</td> <td rowspan="2">TERESA CARRASCO CHANTA</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">Dependencia: Unidad de Logistica</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Segundo Miembro</td> <td rowspan="2">IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">Dependencia: Dirección de Laboratorios (Area Usuaría).</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> </table>					Presidente	WILFREDO VALENCIA CASANOVA GUADALUPE	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: Unidad de Logistica	Suplente		Primer Miembro	TERESA CARRASCO CHANTA	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: Unidad de Logistica	Suplente		Segundo Miembro	IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: Dirección de Laboratorios (Area Usuaría).	Suplente	
Presidente	WILFREDO VALENCIA CASANOVA GUADALUPE	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: Unidad de Logistica																								
		Suplente																											
Primer Miembro	TERESA CARRASCO CHANTA	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: Unidad de Logistica																								
		Suplente																											
Segundo Miembro	IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: Dirección de Laboratorios (Area Usuaría).																								
		Suplente																											
4	ANTECEDENTE <p>El Comité de Selección durante la admisión, evaluación y calificación de ofertas, consignado mediante Acta N° 05-2023 de fecha 30 de mayo de 2023, se determinó que el postor DBG SOLUCIONES S.A.C., cumple con las especificaciones técnicas, además el monto ofertado esta dentro del valor estimado, del presente procedimiento de selección.</p>																												
6	BASE LEGAL <p><u>Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado</u>: "El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación."</p>																												
7	ACUERDO ADOPTADO <p>Los integrantes del comité de selección, acuerdan por unanimidad, otorgar la buena pro, al postor DBG SOLUCIONES S.A.C., por el monto de S/ 78,900.00 (Setenta y ocho mil novecientos con 00/100 soles).</p> <p>De acuerdo a lo señalado en el Artículo 63° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado., siendo a las 16:45 horas del día martes 30 de mayo de 2023, se da por finalizada la presente reunión.</p> <p>Se adjunta Anexo N° 1 - Admisión, evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro.</p>																												
8	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="height: 100px; vertical-align: bottom;">  WILFREDO VALENCIA CASANOVA GUADALUPE </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: bottom;">  TERESA CARRASCO CHANTA </td> <td style="width: 50%; vertical-align: bottom;">  IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA </td> </tr> </table>					 WILFREDO VALENCIA CASANOVA GUADALUPE		 TERESA CARRASCO CHANTA	 IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA																				
 WILFREDO VALENCIA CASANOVA GUADALUPE																													
 TERESA CARRASCO CHANTA	 IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA																												

FORMATO N° 13 ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN (PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)	
---	--

1 NÚMERO DE ACTA	005-2023
------------------	----------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En San Borja, a los 30 días del mes de mayo de 2023, en la Unidad de Logística del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, ubicada en Av. Canada N° 1470, San Borja, a las 16:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Directoral N° 0040-2023-INGEMMET/GG-OA de fecha 03 de mayo del 2023 encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado Adjudicación Simplificada N°014-2023-INGEMMET/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la "Adquisición de Estufa Industrial para Secado de Muestras Geológicas", a fin de admitir, evaluar y calificar las ofertas presentadas.
---	--

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	WILFREDO VALENCIA CASANOVA GUADALUPE	Titular	X	Dependencia:	Unidad de Logística
		Suplente			
Primer Miembro	TERESA CARRASCO CHANTA	Titular	X	Dependencia:	Unidad de Logística
		Suplente			
Segundo Miembro	IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA	Titular	X	Dependencia:	Dirección de Laboratorios (área Usuaría)
		Suplente			

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES		
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participante válido los siguientes proveedores:		
N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	ESPINOZA CASTILLO MIGUEL ANGEL	10158655832
2	ORTEGA RAZURI NAHUM MARTIN	10164100460
3	ORTEGA PEREZ GHESMINNE	10466384947
4	CIMATEC SAC	20100042500
5	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238
6	KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES	20100511348
7	DBG SOLUCIONES S.A.C	20451829913
8	RED MEDICAL DENTAL & BUSINESS E.I.R.L.	20482675302
9	RP INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RP INTERNATIONAL S.A.C.	20513121041
10	CESPI PERU S.A.C.	20523412486
11	HORNOS Y SERVICIOS FELIX S.A.C.	20552594704
12	ALYTECH MEDIC S.A.C.	20556662887
13	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	20557788841
14	JOAKKO MANAGER E.I.R.L.	20600468619
15	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.	20600989988
16	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PROINMAN S.A.C.	20608069519
17	ROMAC SOLUTIONS E.I.R.L.	20609568446
18	Z & C GRINLIC S.A.C.	20610633499

5 DETALLE DE LOS POSTORES			
En el día y horario señalado en las bases, los posotores que presentaron a través de la plataforma del Seace su oferta de manera electrónica son los siguientes:			
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	DBG SOLUCIONES S.A.C	25/05/2023	17:35:31
2	CIMATEC SAC	25/05/2023	15:23:56
3	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	25/05/2023	11:41:38










FORMATO N° 13

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

6	ANTECEDENTES		
<p>Acto seguido, el día 26 de mayo de 2023, se procedió con la apertura de las ofertas de manera electrónica a través del SEACE de los postores DBG SOLUCIONES S.A.C, CIMATEC SAC, y AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A., a fin de verificar la presentación de los documentos obligatorios requeridos para su admisión, evaluación y calificación, y determinar si la oferta responde a las características y/o requisitos y condiciones de las especificaciones técnicas previstos en las bases.</p> <p>-De fecha 26 de mayo de 2023, Mediante Informe N° 002-2023- AS N° 14-2023-INGEMMET/CS-1, se solicitó a la Dirección de Laboratorios, la verificación técnica al cumplimiento de las especificaciones técnicas de la adjudicación Simplificada N° 014-2023-INGEMMET/CS-1, para la Adquisición de Estufa Industrial para Secado de Muestras Geológicas.</p> <p>- Mediante Memorando N° 0576-2023-INGEMMET/DL, y su Informe N° 0182-2023-INGEMMET/DL-LPM, de fecha 29 de mayo de 2023, la Dirección de Laboratorios, remite la verificación técnica al cumplimiento de las especificaciones técnicas, la cual hace referencia lo siguiente:</p> <p>(*) (...) se remite la verificación de las propuestas presentadas por las empresas DBG SOLUCIONES S.A.C, CIMATEC S.A.C., y AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A., según se muestra en la Tabla 1, de acuerdo a cada ITEM, cuya verificación final se detalla a continuación:</p> <p>- DBG SOLUCIONES S.A.C: CUMPLE</p> <p>- CIMATEC S.A.C.: NO CUMPLE</p> <p>Equipamiento básico</p> <p>NO CUMPLE. Inconsistencia entre el folio 15 donde precisa: "Equipamiento básico. Dos (2) puertas con 4 ventanas de vidrio aislante. Completamente cerradas, fácil cierre, manos libres", y folio 24 donde precisa: "Puerta de vidrio transparente (vidrio aislante de 4 capas)"</p> <p>Dimensiones máximas</p> <p>NO CUMPLE. Ofertan dimensiones mayores a lo requerido en las bases. (Folio 18).</p> <p>Datos eléctricos</p> <p>NO CUMPLE. Ofertan un voltaje mayor a lo requerido. (Folio 23)</p> <p>- AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.: NO CUMPLE</p> <p>Equipamiento básico</p> <p>NO CUMPLE. Inconsistencia entre el folio 17 donde precisa: "Puertas de acero inoxidable completamente aisladas con dos puntos de cierre (cerradura de la puerta con comprensión)", y folio 22 donde precisa: "Puerta de cristal con visibilidad total (acristalamiento aislante de 4 capas, borosilicato)".</p> <p>Dimensiones máximas</p> <p>NO CUMPLE. Ofertan dimensiones mayores a lo requerido en las bases. (Folio 17 y 21).</p> <p>Datos eléctricos</p> <p>NO CUMPLE. Ofertan un voltaje mayor a lo requerido. (Folio 17)</p> <p>Entonces estando de fecha 30 de mayo de 2023, el Comité de Selección se reunió a efectos de continuar la revisión de las ofertas presentadas, para realizar la admisión, la evaluación y el otorgamiento de la Buena Pro.</p>			
7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN		
De acuerdo con la revisión efectuada ANEXO N°1, la siguiente oferta fue admitida por lo que se procederá con su evaluación:			
N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) al que postula	
1	DBG SOLUCIONES S.A.C	I	
<p>Nota. Las Ofertas de los postores CIMATEC SAC, y AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A., no cumplen con las especificaciones técnicas, de conformidad con la verificación técnica realizada por el área usuaria (Dirección de Laboratorios)</p>			
8	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS		
8.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	DBG SOLUCIONES S.A.C	S/. 78,900.00	84.24%
8.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo N° 1 que forma parte de la presente Acta. Ambos postores se encuentran dentro del valor estimado.			
9	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES		
En el presente procedimiento selección la presente oferta pasa a la etapa de la evaluación, la cual se detalla a continuación:			
9.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	DBG SOLUCIONES S.A.C	
	FACTORES	PUNTAJE	
	PRECIO	100 puntos	
	TOTAL	100 Puntos	
	MYPE	5 Puntos	
	TOTAL	105 Puntos	
10	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:			
N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL	
1	DBG SOLUCIONES S.A.C	105 puntos	

FORMATO N° 13

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

11	<p>ACUERDO ADOPTADO</p> <p>Los integrantes del Comité de Selección acuerdan por Unanimidad, otorgar la buena pro del presente procedimiento de selección a la postor DBG SOLUCIONES S.A.C., por el monto de S/ 78,900.00 (Setenta y ocho mil novecientos con 00/100 soles).</p>								
12	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="284 338 831 450">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="284 450 831 501">WILFREDO VALENCIA CASANOVA GUADALUPE</td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="284 501 831 598">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="284 598 831 651">TERESA CARRASCO CHANTA</td><td data-bbox="831 598 1394 651">  IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA </td></tr> </table>			WILFREDO VALENCIA CASANOVA GUADALUPE				TERESA CARRASCO CHANTA	 IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA
									
WILFREDO VALENCIA CASANOVA GUADALUPE									
									
TERESA CARRASCO CHANTA	 IRVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA								

Valor Estimado: S/ 93.665.82

Nota: Mediante Memorando N° 0576-2023-INCEMNETD-LPM, de fecha 29 de mayo de 2023, la Dirección de Laboratorios, remite la verificación técnica al cumplimiento de las especificaciones técnicas, la cual concluye lo siguiente:

(*) (...) se remite la verificación de las propuestas presentadas por las empresas DBG SOLUCIONES S.A.C, CIMA TEC S.A.C, y AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A., según se muestra en la Tabla 1, de acuerdo a cada TEM, cuya verificación final se detalla a continuación:

- DBG SOLUCIONES S.A.C: CUMPLE

- CIMATEC S.A.C.: NO CUMPLE

Equipamiento básico
NO CUMPLE. Inconsistencia entre el folio 15 donde precisa: "Equipamiento básico. Dos (2) puertas con 4 ventanas de vidrio aislante. Completamente cerradas, fácil cierre. "Puerta de vidrio transparente (vidrio aislante de 4 capas)"

- AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.: NO CUMPLE

Equipoamiento básico
NO CUMPLE. Inconsistencia entre el folio 17 donde precisa: "Puertas de acero inoxidable completamente aisladas con dos puntos de cierre (cerradura de la puerta con compresión)", y folio 22 donde precisa: "Puerta de cristal con visibilidad total (acristalamiento aislante de 4 capas, borosilicato)".
Dimensiones máximas
NO CUMPLE. Ofertan dimensiones mayores a lo requerido en las bases. (Folio 17 y 21).

Datos electricos
NO CUMPLE. Ofertan un voltaje mayor a lo requerido. (Folio 17)

WILFREDO VALENCIA CASANOVA GUADALUPE
Presidente Titular

TERESA CARRASCO CHANTA
Primer Miembro Titular

RVIN DANIEL ZUMARAN ALAYZA
Segundo Miembro Titular

