

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-CS/HCH-SBS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - ¿DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ¿

Ruc/código : 20552511001

Fecha de envío : 08/07/2025

Nombre o Razón social : PB & G WORLD TRADING S.A.C.

Hora de envío : 23:17:53

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

¿Podría indicar si la Entidad brindará al contratista un ambiente seguro en el que pueda guardar los insumos y equipamiento cuando no se hagan uso de aquellos?

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4    **Literal:** -    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta la entidad brindara un ambiente donde se guarde los equipos e insumos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-CS/HCH-SBS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - ¿DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ¿

|                         |                             |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20552511001                 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | PB & G WORLD TRADING S.A.C. | Hora de envío :  | 23:17:53   |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El objeto de la contratación es el servicio de hemodiálisis.  
Sin embargo, no especifican la cantidad de sesiones que requieren lo que hace imposible formular una oferta económica pues los postores no pueden formular un precio sin saber la cantidad de sesiones que requieren.  
En ese sentido, ¿podría indicar la cantidad de sesiones que han proyectado al momento de calcular la cuantía (antes valor estimado) del procedimiento de selección?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la cantidad a utilizar es de 37 sesiones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-CS/HCH-SBS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - ¿DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ¿

|                         |                             |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20552511001                 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | PB & G WORLD TRADING S.A.C. | Hora de envío :  | 23:17:53   |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se requiere que el servicio se preste las 24 horas. Sin embargo, entendemos que no es necesario que el personal del contratista esté permanentemente en las instalaciones de la Entidad a la espera de que aparezca un paciente que requiera dializarse sino que el personal del contratista debe apersonarse cada vez que la Entidad comunique que requiere del servicio

¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

si es correcta su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-CS/HCH-SBS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - ¿DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ¿

|                         |                             |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20552511001                 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | PB & G WORLD TRADING S.A.C. | Hora de envío :  | 23:17:53   |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿Cuál es el plazo (en horas) que tiene el contratista para llegar a la Entidad para prestar el servicio?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

en el lapso de 3 a 6 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-CS/HCH-SBS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - ¿DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ¿

|                         |                             |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20552511001                 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | PB & G WORLD TRADING S.A.C. | Hora de envío :  | 23:17:53   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿Podría confirmar que la licenciada en enfermería que requieren debe cumplir con el perfil contemplado en la NTS N° 060 -MINSA / DGSP.V.01? Es decir, con título universitario, colegiada y 6 meses de experiencia en hemodiálisis, no siendo necesario que tenga el título de la especialidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no se esta requiriendo una enfermera si no se requiere lo siguiente:

El personal clave: [Médico especialista en Nefrología en entidades públicas y/o privadas] debe acreditar [12 meses] en [Medico nefrólogo en entidades públicas y/o privadas]. que acredite la formacion academica de [Medico - Cirujano] del personal clave requerido como [Médico Especialista en Nefrología en entidades públicas y/o privadas].

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-CS/HCH-SBS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - ¿DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ¿

|                         |                             |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20552511001                 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | PB & G WORLD TRADING S.A.C. | Hora de envío :  | 23:17:53   |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿Podría confirmar que el contratista NO requiere contar con monitor de desfibrilador cardíaco para prestar el servicio?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que si se requiere contar con monitor de desfibrilador cardiaco para prestar el servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-CS/HCH-SBS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - ¿DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ¿

|                         |                             |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20552511001                 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | PB & G WORLD TRADING S.A.C. | Hora de envío :  | 23:17:53   |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿Podría confirmar que en la oferta (y para la ejecución contractual) solo se requiere acreditar 1 máquina de hemodiálisis y 1 equipo de osmosis?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que solo se requiere acreditar con 1 maquina de hemodiálisis y 1 equipo de osmosis

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null