

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO
DE LA BUENA PRO**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HBT-1

**“SUMINISTRO DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 03
ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION EN USO POR 24 MESES PARA EL SERVICIO DE
BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO”**

En la ciudad de Trujillo a los 28 días del mes de octubre del año 2024, se reunió en la Oficina de Logística del Hospital Belén de Trujillo, a las 08:00 horas, el comité de Selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HBT-1 “SUMINISTRO DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 03 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION EN USO POR 24 MESES PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO”** a fin de incluir las propuestas y admitir las ofertas.

El quorum necesario que exige la normativa de contratación pública se contó con la presencia de los siguientes miembros:

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Presidente Titular: | Cinthia I. Mederos Montero |
| Primer Miembro Titular: | Wendy Xiomara Leyva Quispe |
| Segundo Miembro Titular: | Giuliana Liset García Lázaro |

Para dar cumplimiento conforme el cronograma del presente procedimiento de selección; se procede a efectuar la revisión de la documentación obligatoria, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si la oferta responde a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

1. Revisión de Postores: A través del Sistema SEACE el Órgano Encargado de las Contrataciones verifica y descarga la documentación de los postores que enviaron sus propuestas, siendo el siguientes:

Presentación de ofertas/expresión de interés

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE |
| Nomenclatura : | AS-SM-7-2024-HBT-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | SUMINISTRO DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 3 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION EN USO POR 24 MESES PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO |

| Nro. Item | Descripción del item | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | Nombre o Razón Social | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
| 1 | HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT | | | |
| 20549590951 | LABDEALERS MEDICA S.A.C. | 21/10/2024 | 17:15:00 | Electronico |
| 20155695901 | SISTEMAS ANALITICOS SRL | 21/10/2024 | 19:04:09 | Electronico |
| 20505110651 | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | 21/10/2024 | 22:26:36 | Electronico |

El Órgano Encargado de las Contrataciones remite el expediente del postor mencionado líneas arriba al comité encargado de la conducción del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HBT-1, cuyo objeto de la convocatoria es el “**SUMINISTRO DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 03 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION EN USO POR 24 MESES PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO**”.

2. **Admisión de la Oferta. Documentación Obligatoria:** El comité de Selección junto con el área usuaria verifican el cumplimiento de la documentación obligatoria y el cumplimiento de las especificaciones técnicas en conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determinan si las ofertas corresponden a las características y/o requisitos y condiciones de los detallados en la sección específica de las bases:

| N° | DESCRIPCION | Documentación Obligatoria | | | |
|----|------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|--|
| | | Cumple | No Cumple | Estado | Observación |
| 1 | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | | X | NO ADMITIDO | <p>El área usuaria indica que: - En la Pág. 36 del Manual del Operador del Analizador Hematológico BC-30S, señala como REACTIVOS al DILUYENTE M-30D, LISANTE M-30CFL y LIMPIADOR DE SONDAS, sin embargo, en la Pág. 21 Carta Aclaratoria del Fabricante y Pág. 26 Catálogo del equipo ofertado señalan sólo como reactivos al M-30D DILUYENTE y M-30CFL LISANTE, por lo tanto, NO ACREDITA como KIT DE REACTIVOS (DILUYENTE-LISANTE y DETERGENTE) que son parte de las Especificaciones Técnicas y como se evidencia en la Pág. 29 de las Bases Integradas, en el ítem DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA ADMISIÓN DE PROPUESTAS: Para acreditar Reactivos se solicitó que la información presentada en la folletería debe ser congruente con la información presentada en la propuesta técnica del postor y a su vez con las especificaciones técnicas, por lo cual NO CUMPLE con lo solicitado en la presente convocatoria.</p> <p>- En la Pág.20. de las Bases Integradas del Hemograma de 3 Estirpes, ítem e.7 se solicita CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PROTOCOLO DEL PRODUCTO TERMINADO (Protocolo de Análisis) el cual aplica sólo para los reactivos a ofertar, así mismo en la</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Pág. 25 de las bases integradas del Hemograma de 3 estirpes en características técnicas de los Reactivos se señala como PRESENTACIÓN DEL KIT DE REACTIVOS (Diluyente, Lisante y Detergente), siendo obligatorio acreditar lo mencionado.</p> <p>De la revisión del expediente se concluye que el postor NO CUMPLE con presentar el certificado de análisis de uno de los 3 reactivos (Limpiador de sondas), que según la Pag.36 de su oferta, el mismo fabricante señala como reactivos componentes del sistema.</p> <p>- El postor en su Pág. 23 Hoja de Presentación del Equipo en Cesión en Uso (CARACTERISTICAS) refiere tener mínimo 2 Reactivos a bordo del instrumento para optimizar el área de trabajo, sin embargo, en su Pág. 51 Manual del Operador, el postor muestra en la figura 4-4 la conexión de los reactivos ubicados dentro del analizador, donde se evidencia 01 sólo reactivo dentro del equipo (LISANTE), por lo cual NO CUMPLE con lo solicitado en las bases integradas del Hemograma de 3 estirpes Pág. 27 donde se solicitó en las especificaciones técnicas del equipo en cesión en uso ítem D. Características: Mínimo dos reactivos a bordo del instrumento para optimizar el área de trabajo, no cumpliendo con lo solicitado en las bases.</p> <p>- En ningún alcance del expediente el postor acredita el rendimiento de 600 determinaciones a más del Kit de Reactivos, lo cual fue solicitado en la Pág. 25 de las bases Integradas del Hemograma de 3 Estirpes: CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS REACTIVOS (PRESENTACION): Kit de Reactivos de 600 pruebas a más para la realización automatizada del hemograma diferencial de 3 Estirpes y en la Pag. 26 de las bases integradas menciona que el proveedor deberá presentar evidencia de que el Kit de reactivos tiene un rendimiento de 600 determinaciones a más mediante: Brochures o documentos del fabricante o constancia o carta firmado por profesional competente que labora en una institución de salud donde el proveedor haya sido adjudicado en los productos objetos de esta</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|-------------|---|
| | | | | | <p>convocatoria, siendo uno de los requisitos obligatorios para acreditar en Reactivos según la Pág. 18 de las bases integradas donde indica: Su contenido es evaluable y concluyente respecto al cumplimiento de alguna o de todas las características solicitadas en las especificaciones técnicas, debe indicar la presentación del producto y modo de uso del producto ofertado, por lo cual NO CUMPLE las Especificaciones Técnicas.</p> <p>- En la Pág. 21 de las bases integradas del Hemograma de 3 estirpes dentro de la documentación de presentación obligatoria se solicitó en el inciso i) Copia simple de Diploma del Ingeniero Electrónico Titulado, colegiado y copia del certificado de capacitación y entrenamiento por la casa matriz no menor de 1 año de experiencia, lo cual el postor no acredita en su propuesta, por lo cual NO CUMPLE lo solicitado.</p> |
| 2 | LABDEALERS MEDICA S.A.C. | | X | NO ADMITIDO | <p>El área usuaria indica que: - El postor desde la Pág. 11 a 18, respecto a certificación solicitada, no presenta certificado ISO 13485 donde mencione Hematología (equipos y reactivos de hemogramas) sólo menciona analizador de hemoglobina, por lo cual NO CUMPLE lo solicitado en el inciso e.3 de la Pág. 19 de las Bases integradas del Hemograma de 3 estirpes según el objeto de la convocatoria.</p> <p>- En la Pág. 30 y 31 del catálogo del fabricante menciona un Volumen de muestra para CBG + diferencial menor o igual a 20uL, NO CUMPLE con lo solicitado en la Pág. 26 de las Bases integradas del Hemograma de 3 estirpes, ítem D) características de las Especificaciones técnicas de equipo en cesión de uso, donde el volumen de muestra solicitado es menor o igual a 12uL, siendo el objeto de la convocatoria el suministro de reactivos de Hemograma Diferencial de 3 estirpes.</p> <p>- En Pág. 30 y 31 la folletería presentada por el postor hace referencia a un equipo automatizado de Hemograma de 5 diferenciales, sin embargo, en la Pág. 40 de la Declaración jurada de presentación del producto, el postor declara bajo juramento que oferta un equipo de Hemograma de 3 diferenciales, por lo</p> |

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|--|----------|---|
| | | | | | <p>tanto, NO CUMPLE lo solicitado ya que no presenta información que acredite las características del equipo solicitado en la presente convocatoria.</p> <p>- Respecto a la metodología en la Pág. 40 en la Declaración Jurada de Presentación del producto, el postor señala en metodología: impedancia o citometría de flujo con medición óptica directa, NO CUMPLE con la Especificación Técnica de Metodología solicitada para cada parámetro celular según las bases integradas en su Pág. 26 ítem c) especificaciones técnicas del equipo en cesión en uso, B) Metodología.</p> <p>- El postor en la Pág. 51 DECLARACION JURADA DEL FORMATO DE CUADRO DE REQUERIMIENTO PARA LOS 24 MESES, no acredita control de calidad interno, programa interlaboratorial y control externo, lo cual fue solicitado en la Pág. 25 y 27 de las Bases integradas del Hemograma de 3 estirpes, siendo uno de los requisitos obligatorios para acreditar reactivos en la Pág. 18 de las bases integradas.</p> <p>- El postor en su Pág. 55 Anexo 08: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD hasta la Pág. 94 acredita experiencia en SUMINISTRO DE REACTIVOS CON EQUIPO DE COAGULACIÓN, sin embargo, en la Pág. 34 de las Bases integradas del Hemograma de 3 estirpes: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de Reactivos de Hemograma Automatizado, por lo cual NO CUMPLE lo solicitado en la presente convocatoria.</p> |
| 3 | SISTEMAS ANALITICOS SRL | X | | ADMITIDO | |

3. **Evaluación de Ofertas. Factores de Evaluación:** Después de revisar la documentación obligatoria de los postores según detallado líneas arriba, se procede a la evaluación de los factores de evaluación del postor admitido:

| RUC | POSTOR | VALOR ESTIMADO | VALOR OFERTADO | FACTOR DE EVALUACION | TOTAL | ORDEN DE PRELACION |
|-------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------|--------------------|
| | | | | Precio | | |
| 20155695901 | SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. | S/. 147,000.00 | S/. 120,000.00 | 100.000 | 100.00 | 1° |

4. **Requisitos de Calificación:** Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica al postor que obtuvo el primer lugar, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. Se obtiene como resultado el siguiente:

| RUC | POSTOR | Requisitos de Calificación | | | Orden de Prelación |
|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------|--------------------|
| | | Capacidad Legal | Experiencia del postor | Estado | |
| 20155695901 | SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. | Si cumple | Si cumple | Calificado | 1° |

5. **OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:** Revisando los documentos obligatorios, las especificaciones técnicas, los factores de evaluación y los requisitos de calificación, el comité procede a otorgar la buena pro a la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. con RUC 20155695901.

Siendo las 12:00 horas el día 28 de octubre del presente se da por concluida las etapas de evaluación; calificación y otorgamiento de la buena pro con la conformidad del comité de selección, los cuales suscriben el acta.



Lic. Cinthia I. Mederos Montero
Presidente



Lic. Wendy Xiomara Leyva Quispe
Primer Miembro Titular



Dra. Giuliana Liset Garcia Lazaro
Segundo Miembro Titular

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HBT.

“SUMINISTRO DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 3 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION EN USO POR 24 MESES PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO.”

ASUNTO: INFORME DE LA EVALUACION DE OFERTAS DEL PROCESO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HBT.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- SISTEMAS ANALITICOS S.R.L
- WP BIOMED S.A
- LABDEALERS MEDICA SAC.

EVALUACION DE OFERTAS:

1. EMPRESA SISTEMAS ANALITICOS S.R.L:

- Esta empresa cumplió en acreditar las especificaciones técnicas requeridas en éste proceso, así como la presentación de los documentos obligatorios para su evaluación.

2. EMPRESA WP BIOMED S.A:

- En la **Pág. 36** del Manual del Operador del Analizador Hematológico BC-30S, señala como **REACTIVOS** al **DILUYENTE M-30D, LISANTE M-30CFL y LIMPIADOR DE SONDAS**, sin embargo, en la **Pág. 21 Carta Aclaratoria del Fabricante y Pág. 26 Catálogo del equipo ofertado** señalan sólo como reactivos al **M-30D DILUYENTE y M-30CFL LISANTE**, por lo tanto, **NO ACREDITA** como KIT DE REACTIVOS (DILUYENTE- LISANTE y DETERGENTE) que son parte de las Especificaciones Técnicas y como se evidencia en la **Pág. 29 de las Bases Integradas , en el ítem DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA ADMISIÓN DE PROPUESTAS:** Para acreditar Reactivos se solicitó que la información presentada en la folletería debe ser congruente con la información presentada en la propuesta técnica del postor y a su vez con las especificaciones técnicas, por lo cual **NO CUMPLE** con lo solicitado en la presente convocatoria.
- En la **Pág.20.** de las Bases Integradas del Hemograma de 3 Estirpes, ítem e.7 se solicita **CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PROTOCOLO DEL PRODUCTO TERMINADO** (Protocolo de Análisis) el cual aplica sólo para los reactivos a ofertar, así mismo en la **Pág. 25** de las bases integradas del Hemograma de 3 estirpes en características técnicas de los Reactivos se señala como **PRESENTACIÓN DEL KIT DE REACTIVOS** (Diluyente, Lisante y Detergente), siendo obligatorio acreditar lo mencionado.
De la revisión del expediente se concluye que el postor **NO CUMPLE** con presentar el certificado de análisis de uno de los 3 reactivos (Limpiador de sondas), que según la **Pag.36** de su oferta, el mismo fabricante señala como reactivos componentes del sistema.
- El postor en su **Pág. 23 Hoja de Presentación del Equipo en Cesión en Uso (CARACTERISTICAS)** refiere tener mínimo 2 Reactivos a bordo del instrumento para optimizar el área de trabajo, sin embargo, en su **Pág. 51 Manual del Operador**, el postor muestra en la figura 4-4 la conexión de los reactivos ubicados dentro del analizador, donde se evidencia 01 sólo reactivo dentro del equipo (LISANTE), por lo cual **NO CUMPLE** con lo solicitado en las bases integradas del Hemograma de 3 estirpes **Pág. 27** donde se solicitó en las especificaciones técnicas del equipo en cesión en uso ítem D. Características: Mínimo dos reactivos a bordo del instrumento para optimizar el área de trabajo, no cumpliendo con lo solicitado en las bases.

- En ningún alcance del expediente el postor acredita el rendimiento de 600 determinaciones a más del Kit de Reactivos, lo cual fue solicitado en la **Pág. 25** de las bases Integradas del Hemograma de 3 Estirpes: CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS REACTIVOS (PRESENTACION): Kit de Reactivos de 600 pruebas a más para la realización automatizada del hemograma diferencial de 3 Estirpes y en la **Pág. 26** de las bases integradas menciona que el proveedor deberá presentar evidencia de que el Kit de reactivos tiene un rendimiento de 600 determinaciones a más mediante: Brochures o documentos del fabricante o constancia o carta firmado por profesional competente que labora en una institución de salud donde el proveedor haya sido adjudicado en los productos objetos de esta convocatoria, siendo uno de los requisitos obligatorios para acreditar en Reactivos según la **Pág. 18** de las bases integradas donde indica: Su contenido es evaluable y concluyente respecto al cumplimiento de alguna o de todas las características solicitadas en las especificaciones técnicas, debe indicar la presentación del producto y modo de uso del producto ofertado, por lo cual **NO CUMPLE** las Especificaciones Técnicas.
- En la **Pág. 21** de las bases integradas del Hemograma de 3 estirpes dentro de la documentación de presentación obligatoria se solicitó en el inciso i) Copia simple de Diploma del Ingeniero Electrónico Titulado, colegiado y copia del certificado de capacitación y entrenamiento por la casa matriz no menor de 1 año de experiencia, lo cual el postor no acredita en su propuesta, por lo cual **NO CUMPLE** lo solicitado.

3. EMPRESA LABDEALERS MEDICA SAC:

- El postor desde la **Pág. 11 a 18**, respecto a certificación solicitada, no presenta certificado ISO 13485 donde mencione Hematología (equipos y reactivos de hemogramas) sólo menciona analizador de hemoglobina, por lo cual **NO CUMPLE** lo solicitado en el **inciso e.3** de la **Pág. 19** de las Bases integradas del Hemograma de 3 estirpes según el objeto de la convocatoria.
- En la **Pág. 30 y 31** del catálogo del fabricante menciona un Volumen de muestra para CBC + diferencial menor o igual a 20uL, **NO CUMPLE** con lo solicitado en la **Pág. 26** de las Bases integradas del Hemograma de 3 estirpes, ítem D) **características de las Especificaciones técnicas de equipo en cesión de uso**, donde el volumen de muestra solicitado es menor o igual a 12uL, siendo el objeto de la convocatoria el suministro de reactivos de Hemograma Diferencial de 3 estirpes.
- En **Pág. 30 y 31** la folletería presentada por el postor hace referencia a un equipo automatizado de Hemograma de 5 diferenciales, sin embargo, en la **Pág. 40** de la Declaración jurada de presentación del producto, el postor declara bajo juramento que oferta un equipo de Hemograma de 3 diferenciales, por lo tanto, **NO CUMPLE** lo solicitado ya que no presenta información que acredite las características del equipo solicitado en la presente convocatoria.
- Respecto a la metodología en la **Pág. 40** en la Declaración Jurada de Presentación del producto, el postor señala en metodología: impedancia o citometría de flujo con medición óptica directa, **NO CUMPLE** con la Especificación Técnica de Metodología solicitada para cada parámetro celular según las bases integradas en su **Pág. 26** ítem c) especificaciones técnicas del equipo en cesión en uso, B) Metodología.
- El postor en la **Pág. 51 DECLARACION JURADA DEL FORMATO DE CUADRO DE REQUERIMIENTO PARA LOS 24 MESES**, no acredita control de calidad interno, programa interlaboratorial y control externo, lo cual fue solicitado en la **Pág. 25 y 27** de las Bases integradas del Hemograma de 3 estirpes, siendo uno de los requisitos obligatorios para acreditar reactivos en la **Pág.18** de las bases integradas.
- El postor en su **Pág. 55 Anexo 08: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD** hasta la **Pág. 94** acredita experiencia en SUMINISTRO DE REACTIVOS CON EQUIPO DE COAGULACIÓN, sin embargo, en la **Pág. 34** de las Bases integradas del Hemograma de 3 estirpes: **EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**: Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de Reactivos de Hemograma Automatizado, por lo cual **NO CUMPLE** lo solicitado en la presente convocatoria.

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS:

EMPRESAS PARTICIPANTES:


RESULTADOS

| | |
|-----------------------------|-----------|
| - SISTEMAS ANALITICOS S.R.L | SI CUMPLE |
| - WP BIOMED S.A | NO CUMPLE |
| - LABDEALERS MEDICA SAC. | NO CUMPLE |

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines.

Atentamente,




Dr. Guillermo García Lizano
PATOLOGO CLINICO
CMP 65964 - RNE 045148