

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEAS DE INFUSION PARA BOMBAS DE INFUSION CON EQUIPOS DE CESION DE USO PARA EL HGJ

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20561344257 | Fecha de envío : | 05/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L. | Hora de envío : | 09:15:27 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

la consulta está relacionada a los requisitos de experiencia del postor, solicito se me informe motivo por el cual no se ha considerado agregar la base de experiencia en caso un postor tenga la condición de micro y pequeña empresa.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA LA CONSULTA, QUE EL TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN POR SU CUANTIA ES UNA LICITACION PUBLICA, POR LO TANTO NO CORRESPONDE CONSIDERAR LA EXPERIENCIA PARA EL POSTOR TENGA LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEAS DE INFUSION PARA BOMBAS DE INFUSION CON EQUIPOS DE CESION DE USO PARA EL HGJ

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 11/12/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 09:48:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar el material del item requerido, incluyendo PUR, Polipropileno

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5.1

Literal: 5.1

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: MATERIAL: POLIETILENO, POLIURETANO O PVC GRADO MEDICO , PUR, POLIPROPILENO - LIBRE DE DEHP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEAS DE INFUSION PARA BOMBAS DE INFUSION CON EQUIPOS DE CESION DE USO PARA EL HGJ

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 11/12/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 09:48:16

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita corregir el nombre técnico del producto que se consigna en la especificación técnica; toda vez, que indica filtro para burbuja de aire

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART.2 INC.C.)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SGTE MANERA:

LINEA DE BOMBA DE INFUSION CON FILTRO DE 0.2 MICRAS

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEAS DE INFUSION PARA BOMBAS DE INFUSION CON EQUIPOS DE CESION DE USO PARA EL HGJ

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 11/12/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 09:48:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar el material del item requerido, incluyendo PUR, Polipropileno

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5.1

Literal: 5.1

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SGTE MANERA:PLÁSTICO ACRÍLICO, POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), CLORURO DE POLIVINILO, POLIÉSTER DE USO CLÍNICO, PUR, POLIPROPILENO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEAS DE INFUSION PARA BOMBAS DE INFUSION CON EQUIPOS DE CESION DE USO PARA EL HGJ

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 11/12/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 09:48:16

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En características: se solicita al comité precisar la medidas de la bureta en 150 ml.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1

Literal: 5.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART.2 INC.C)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:: MEDIDA DE LA BURETA DE 150 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEAS DE INFUSION PARA BOMBAS DE INFUSION CON EQUIPOS DE CESION DE USO PARA EL HGJ

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 11/12/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 09:48:16

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En material dice: PVC grado medico libre de DEHP libre de látex. Se solicita al comité ampliar a Polietileno poliuretano libre de DEHP transparente dado que ofrece mayor estabilidad , baja absorción , libre de plastificantes y alta histocompatibilidad fuente revistas medicas oncologicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1

Literal: 5.1

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART.2 INC.A)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SGTE MANERA:: MATERIAL.PVC GRADO MEDICO LIBRE DE DEHP-DI (2-ETILEXIL) FTATATO, LIBRE DE LÁTEX, POLIETILENO POLIURETANO LIBRE DE DEHP TRANSPARENTE, BAJA ABSORCIÓN, LIBRE DE PLASTIFICANTES, ALTA HISTOCOMPATIBILIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEAS DE INFUSION PARA BOMBAS DE INFUSION CON EQUIPOS DE CESION DE USO PARA EL HGJ

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 11/12/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 09:48:16

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

de las características :se solicita al comité ampliar sitio de administración de agregados en Y libre de aguja.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART.2 INC. A)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SGTE MANERA:DIMENSIONES: LONGITUD DE LA LÍNEA ENTRE LA BOMBA Y EL PACIENTE DEBE SER TAL QUE NO DIFICULTE LA MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE DE 150CM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEAS DE INFUSION PARA BOMBAS DE INFUSION CON EQUIPOS DE CESION DE USO PARA EL HGJ

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20381450377 | Fecha de envío : | 11/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | FRESENIUS KABI PERU S.A. | Hora de envío : | 09:48:16 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En dimensiones : se solita al comité precisar las dimensiones de 150 cm igual o mayor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SGTE MANERA:DIMENSIONES: LONGITUD DE LA LÍNEA ENTRE LA BOMBA Y EL PACIENTE DEBE SER TAL QUE NO DIFICULTE LA MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE DE 150CM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEAS DE INFUSION PARA BOMBAS DE INFUSION CON EQUIPOS DE CESION DE USO PARA EL HGJ

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 11/12/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 09:48:16

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En especificaciones técnicas bomba de infusión Dice: cantidad de canales por bomba :02 se solicita al comité ampliar de 1 o 2 canales por bomba para una mayor pluralidad de postores en el proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** A07 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART.2 INC.A)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SGTE MANERA::CANTIDAD DE CANALES POR BOMBA : 01 Ó 02 CANALES POR BOMBA
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEAS DE INFUSION PARA BOMBAS DE INFUSION CON EQUIPOS DE CESION DE USO PARA EL HGJ

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 11/12/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 09:48:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos se precise la unidad/área/jefatura o servidor/funcionario encargado de recepcionar los equipos que se entregarán en cesión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.7 **Literal:** 5.7 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SGTE MANERA:: Encargado de recepcionar los equipos que se entregarán en cesión SERA EL SERVICIO DE ALMACEN, AREA USUARIA, UNIDAD DE BIOMEDICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEAS DE INFUSION PARA BOMBAS DE INFUSION CON EQUIPOS DE CESION DE USO PARA EL HGJ

Ruc/código : 20537758377

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Fecha de envío : 11/12/2023

Hora de envío : 23:37:46

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Indicar la vigencia mínima de los productos que comprenden el paquete.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SGTE MANERA:: VIGENCIA MINIMA DE 3 AÑOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEAS DE INFUSION PARA BOMBAS DE INFUSION CON EQUIPOS DE CESION DE USO PARA EL HGJ

Ruc/código : 20537758377

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Fecha de envío : 11/12/2023

Hora de envío : 23:37:46

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Las bases indica que serán 4 entregas según cronograma de entrega; sin embargo, no definen la periodicidad (mensual, bimensual, etc.).

Solicitamos al Comité de selección indicar la periodicidad de las entregas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.7 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION QUEDANDO DE LA SGTE MANERA::LA PERIODICIDAD SERA TRIMESTRAL

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null