

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HSJL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE ARTROSCOPIA

Ruc/código : 20602083048

Fecha de envío : 02/04/2025

Nombre o Razón social : VORTROM PERU S.A.C. - VORTROM S.A.C.

Hora de envío : 13:26:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas para el ítem 01 pagina 51 DIMENSIONES ustedes solicitan

Hoja Shaver 4.0 MM X 13 cm y/o longitus cercana \pm 2cm .

Nosotros podemos ofertar Hoja Shaver 4.2 mm X 13 cm de longitud . Ademas podemos realizar el canje por el Shaver de 3.5 mm X 13 cm a necesidad quirúrgica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para tener una libre competencia el comité de selección aclara que los participantes podrán ofertar si así lo crea conveniente del ítem I: Hoja Shaver 4.0 MM X 13 cm y/o longitus cercana \pm 2cm O SUPERIOR , dando una mejora a lo establecido en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que para tener una libre competencia el comité de selección aclara que los participantes podrán ofertar si así lo crea conveniente del ítem I: Hoja Shaver 4.0 MM X 13 cm y/o longitus cercana \pm 2cm O SUPERIOR , dando una mejora a lo establecido en las especificaciones técnicas.

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HS JL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE ARTROSCOPIA

Ruc/código :	20602083048	Fecha de envío :	02/04/2025
Nombre o Razón social :	VORTROM PERU S.A.C. - VORTROM S.A.C.	Hora de envío :	13:26:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas para el ítem 02 página 53 DIMENSIONES ustedes solicitan Electrodo por radiofrecuencia con aspiración de 90° x 15 cm .
Nosotros podemos ofertar Punta descartable de Radiofrecuencia 90° x 13 cm . Además podemos realizar el canje por el Punta descartable de Radiofrecuencia 50° x 13 cm a necesidad quirúrgica.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para tener una libre competencia el comité de selección aclara que los participantes podrán ofertar si así lo crea conveniente del ítem II: PUNTA DESCARTABLE DE RADIOFRECUENCIA 90° X 15 CM , dando una mejora a lo establecido en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que para tener una libre competencia el comité de selección aclara que los participantes podrán ofertar si así lo crea conveniente del ítem II: PUNTA DESCARTABLE DE RADIOFRECUENCIA 90° X 15 CM , dando una mejora a lo establecido en las especificaciones técnicas.