

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	12:56:49

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité aceptar que la presentación del reactivo sera caja de 75 y/o 100 y/o 250 determinaciones, con la finalidad de fomentar los principios de la Ley de contrataciones como el de Libre Concurrencia y Competencia, Imparcialidad, Vigencia Tecnológica y Trato Justo e Igualitario y de Equidad.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1. **Página: 30**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el área usuaria NO ACOGE la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Deberá ceñirse a las Especificaciones Técnicas del área usuaria.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	12:56:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité aceptar documentos emitidos por el fabricante para acreditar especificaciones técnicas, tanto del equipo como del reactivo.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1. Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el área usuaria NO ACOGE la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Deberá ceñirse a las Especificaciones Técnicas del área usuaria.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	12:59:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité que las especificaciones a acreditar sean:

REACTIVO: Metodología, tiempo de expiración y muestra biológica.

EQUIPO: Tipo, rendimiento, metodología, características y muestra.

Las demás características podrán ser acreditadas con declaraciones juradas emitidas por el postor con con el anexo n° 3 de cumplimiento de especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1. Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el área usuaria NO ACOGE la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Deberá ceñirse a las Especificaciones Técnicas del área usuaria.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:04:11

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta, se está solicitando CERTIFICADO DE ANALISIS DE LOTE (Protocolo de análisis), entendemos que hace referencia a los reactivos requeridos, teniendo en cuenta que dentro de las características técnicas del reactivo (CAPITULO III, 3.1 Especificaciones técnicas) se establece un tiempo de expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega, solicitamos aclarar si el PROTOCOLO DE ANALISIS será tomado solo como referencia para garantizar la calidad del producto (Reactivo) sin tener en cuenta la fecha de expiración que se registre en el mismo, teniendo en cuenta que, las exigencias requeridas serán presentadas al INTERNAMIENTO DE LOS BIENES (ejecución contractual).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2 **Página:** K

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGEN la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Aclarando que el protocolo de análisis será tomado como referencia de la calidad del producto y la fecha de vencimiento es considerado a partir de la fecha de ingreso del producto.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:04:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CAPITULO II

2.2. CONTENIDO DE LA OFERTA

En atención al principio de Libertad de Concurrencia, previsto en el literal a) del art. 2 del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, es posible, que, en los insertos, brochures, catálogos, documentos técnicos, etc. no consignen todas las especificaciones técnicas solicitadas.

En ese caso y, atendiendo al principio señalado, solicitamos al Comité de Selección que, en coordinación con el área usuaria, permita la acreditación de las especificaciones técnicas con una carta del fabricante, en caso las EE.TT. no estuvieran en la documentación técnica del fabricante o dueño de marca. Con la finalidad de aumentar el número de postores que puedan acreditar lo solicitado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2 **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGEN la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Deberá ceñirse a las bases.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código : 20549445439	Fecha de envío : 22/08/2023
Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.	Hora de envío : 17:04:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CAPITULO III

3.1 Especificaciones técnicas

En las especificaciones técnicas, se menciona

PRESENTACION: 100 determinaciones por caja

Teniendo en cuenta las diferentes presentaciones de reactivos en el mercado, se solicita amablemente al comité, que la presentación se acepte de acuerdo a las características del fabricante, y que las determinaciones sean sustentadas por un cuadro de equivalencias emitidas por el fabricante a fin de favorecer la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el área usuaria NO ACOGE la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Deberá ceñirse a las Especificaciones Técnicas del área usuaria.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:04:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CAPITULO III

3.1 Especificaciones técnicas

Características técnicas

Se solicita amablemente al comité en coordinación al área usuaria que se acepte reactivo con un tiempo menor de expiración a 12 meses siempre y cuando esta entrega se dé con carta de compromiso de canje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el área usuaria NO ACOGE la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Deberá ceñirse a las Especificaciones Técnicas del área usuaria.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código : 20549445439	Fecha de envío : 22/08/2023
Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.	Hora de envío : 17:04:11

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CONSULTA 5
CAPITULO III

3.1 Especificaciones técnicas (Pag35)

Se solicita amablemente al comité en coordinación al área usuaria que las características mínimas de los equipos adicionales como; 01 Destilador de agua, 01 Congelador y 01 Refrigerador estén basadas en su rendimiento y/o capacidad/Volumen de trabajo, y no en sus componentes y/o accesorios, debido a que los modelos actualmente disponibles en el mercado tienen diferentes presentaciones.

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, se podría tomar por ejemplo lo siguiente:

- 01 Destilador de agua: Capacidad de salida 3 a 6 L/H
- 01 congelador ¿ 25Cº: Modelo vertical, Igual o mayor a 200 Litros.
- 01 Refrigeradora: Capacidad igual o mayor a 200 litros, Temperatura de 2º C a 8º C (No Frost)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el área usuaria NO ACOGE la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Deberá ceñirse a las Especificaciones Técnicas del área usuaria.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:04:11

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CONSULTA 6

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta, se está solicitando CERTIFICADO DE ANALISIS (Protocolo de análisis); siendo así, ENTENDEMOS que se aceptará copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis emitidos por los fabricantes con la información que éstos declaren en el mismo y en sus propios formatos; considerando que estos documentos son emitidos por cada fabricante en su país de origen y no necesariamente tienen toda la información requerida por las entidades públicas, sin que ello afecte la finalidad de estos documentos, es más éstas son presentadas ante DIGEMID sin ninguna observación respecto al contenido o formalidad. Asimismo, es preciso señalar que la finalidad que persigue un protocolo de análisis o certificado de análisis es garantizar la calidad del producto, para lo cual se dejará constancia de los análisis a los que, por disposición del laboratorio del fabricante, han sido sometidos; no existiendo ninguna limitante en cuanto al contenido de esta para los dispositivo médicos de procedencia extranjera; siendo perfectamente válida que se acepte que éstos sean en el formato propio del fabricante; siempre y cuando cumplan con el objetivo que dejar constancia del análisis del producto;

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto, de ser así se precise EXPRESAMENTE en las bases administrativas. Caso contrario sería una restricción y limitación para la comercialización de productos de procedencia extranjera en el mercado nacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: k

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARAN la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Su entender es correcto y el cual se detalla en el numeral 5.2 NORMAS METEOROLOGICAS Y/O SANITARIAS de las Especificaciones Técnicas.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:15:18

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En la parte de documentación para la admisión de oferta, literal m) no se indica que se debe sustentar a detalle tanto para los reactivos solicitados como del equipo en cesión de uso.

Por lo cual se solicita al comité en coordinación con el Área Usuaría, se deba sustentar la siguiente información con documentación emitida por el fabricante:

De los reactivos: presentación y metodología

Del equipo: Tipo, metodología, rendimiento, características y muestra.

Entendiendo que las demás especificaciones técnicas y condiciones solicitadas serán acreditadas con el Anexo N° 3 - Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones técnicas.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** m **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGEN la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases están detallados las especificaciones técnicas de los reactivos y de los equipos en cesión de uso requeridos.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:01:16

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

De los 23 Sub Ítem solicitados se indican, presentaciones de 100 determinaciones x caja y 500 determinaciones x caja (Glucosa, Urea Cinética, Creatinina Cinética)

Teniendo en consideración que cada fabricante tiene presentaciones en mililitros los cuales se multiplican en cada instrumento automatizado adquiriendo diversas equivalencias y determinaciones efectivas.

Solicitamos aclare el área usuaria si la presentación es referente a la cantidad de determinaciones efectivas por kit presentado y/o se podrá adjuntar un cuadro de equivalencias del fabricante por cada kit presentado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el área usuaria ACLARA la observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La presentación es referente a la cantidad de determinaciones efectivas por kit presentado.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:01:16

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

De acuerdo al principio que rigen las contrataciones (Art.2 Ley 30225), Transparencia
Accesorios: Entrega de 8 pipetas automáticas (Rutina y Emergencia) debidamente calibradas en el rango adecuado según las necesidades del procedimiento de la prueba.
Sírvanse indicar los rangos de las pipetas a entregarse y especificar si será para cada servicio o serán 4 para cada servicio

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III **Página: 33**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el área usuaria ACOGE la observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se detalla los rangos de las pipetas que se solicitan siendo en total 8 pipetas . Los cuales son 04 para cada servicio (laboratorio de rutina y emergencia).

2 : de 5 a 50ul

2: de 10 a 100ul

2: de 100 a 1000ul

2: de 20 a 200ul.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:01:16

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos al usuario se sirva indicar sobre el DESTILADOR DE AGUA, su uso del equipo purificador de agua será de uso para un solo laboratorio o para ambos laboratorios (rutina y emergencia)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III **Página: 33**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el área usuaria ACLARA la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El uso del DESTILADOR DE AGUA será usado en ambos laboratorios (rutina y emergencia)

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:01:16

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

De acuerdo a las especificaciones técnicas se indica un Destilador de Agua por el método de condensación. El usuario aceptara un equipo para la obtención de agua pura para laboratorio por el método de osmosis inversa y deionización, lo cual remueve las sales disueltas, metales, cationes y aniones, así como elimina bacterias y virus para la producción de agua, sin mucho gasto de energía, siendo sus componentes filtros de sedimentos, filtro de carbón activado compacto, una bomba de presión, dos membranas de osmosis inversa y un filtro desionizado con una producción de entre 40 a 60 litros almacenado en un recipiente dispuesto para este almacenaje e incluye un ablandador de agua y que puede distribuir para dos puntos de laboratorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el área usuaria ACOGE la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Aceptando las consideraciones del DESTILADOR DE AGUA.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:01:16

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

01 refrigerador mayor a 200 litros, en la parte donde indica componentes dice, Registrador Circular de Temperatura (Termógrafo)

Las tecnologías en cuanto a refrigeracion y a su tecnica de registro de datos han ido evolucionando haciendo mas simple el poder acceder a estos.

El Comite aceptara un equipo de refrigeracion con sistema de almacenamiento de datos internos y que para guardar el registro se utilice un puerto para las temperaturas con fecha, hora y registro de temperatura cada 2 minutos y se traslade esta informacion a una computadora para el registro diario y pormenorizado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el área usuaria NO ACOGE la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Deberá ceñirse a las Especificaciones Técnicas del área usuaria.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:32:27

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFIERE PARA ANALITO: PRESENTACIÓN: 100 determinaciones por caja

Las presentaciones de los kits y/o cajas deberían ser de acuerdo a la presentación de cada fabricante. Este tipo de características usualmente es empleado para dirigir procedimientos de selección y que una empresa pueda ser la única que pueda verse beneficiada con la buena pro, esto estaría violando el principio de libertad de concurrencia de la ley de contrataciones con el estado.

Se solicita al comité de selección en coordinación con el área usuaria, que las presentaciones sean de acuerdo a cada fabricante, para no impedir la participación de otros postores, que también podrían cubrir las necesidades de la entidad.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el área usuaria NO ACOGE la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Deberá ceñirse a las Especificaciones Técnicas del área usuaria, bebido a que lo solicitado es por la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:32:27

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas

En las bases del procedimiento de selección no se especifica que ítems o características se sustentan con la presentación del anexo 3.

Se solicita amablemente al comité de selección ACLARE cuales de las características se sustentan con el anexo 3

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 35**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el área usuaria NO ACOGE la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Además aclara que se aplica a todos los sub ítems y equipos, requeridos en las Especificaciones Técnicas.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA I CON DOS (02) EQUIPOS EN CESION EN USO PARA EL E.T DE LABORATORIO

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	23:44:12

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité admitir para todos los análisis a solicitud, considerar como metodologías las siguientes: fotometria, enzimático, colorimétrico, espectrofotómetro a convencional o variante, con la finalidad de fomentar los principios de la ley de contrataciones cómo el de libre concurrencia y competencia, imparcialidad, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el área usuaria NO ACOGE la consulta:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Aclarando que cada metodología es según la necesidad del usuario.