

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-HRT JAMO II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA PSA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL II-2 JAMO TUMBES.

Ruc/código : 20606371862

Fecha de envío : 20/07/2025

Nombre o Razón social : TECNAL INGENIERIA E.I.R.L.

Hora de envío : 20:41:19

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Estimados evaluadores en el numeral 5.13 REQUISITOS Y RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR se muestra una relación de equipos y sistemas solicitados que no se ajustan a los fines de la convocatoria, solicitamos aplicar el principio de competencia que garantice el equilibrio entre la calidad y el precio, según el artículo 5 de la Ley 32069, por lo tal sugerimos que el equipamiento estratégico quedase de la siguiente forma: 01 manómetro, 01 termómetro infrarrojo, 01 cámara térmica, 01 analizador de oxígeno, 01 gas patrón de oxígeno.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.13

Literal: -

Página: 30

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 32069, Artículo 5, literal j) Competencia

Estado: Se acoge parcialmente

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, acoge parcialmente la observación formulada SE DEBE CONSIDERAR DE LA SIGUIENTE FORMA: 01 MANOMETRO, 01 TERMOMETRO INFRARROJO, 01 ANALIZADOR DE PUREZA DE OXIGENO, HERRAMIENTAS MANUALES, DETECTOR DE FUGAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, REPUESTOS Y CONSUMIBLES

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

|                          |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante :     | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2  |  |  |
| Nomenclatura :           | CP-ABR-2-2025-HRT JAMO II-2-1   |  |  |
| Nro. de convocatoria :   | 1   |  |  |
| Objeto de contratación : | Servicio  |  |  |
| Descripción del objeto : | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA PSA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL II-2 JAMO TUMBES. |  |  |

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606371862                | Fecha de envío : | 20/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | TECNAL INGENIERIA E.I.R.L. | Hora de envío :  | 20:41:19   |

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Estimados evaluadores en el numeral 5.14.1. PERSONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA, observamos la solicitud de ingeniero electromecánico y/o afines, este pedido podría vulnerar la libertad de concurrencia según el artículo 5 de la Ley 32069 si no es especificado y por la naturaleza del trabajo solicitamos admita a profesionales afines como Ingeniero Mecánico y/o Mecánico Electricista y/o electricista y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Mecatrónico.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 5.14.1                    **Literal:** -                    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley 32069, articulo 5, literal h) Libertad de concurrencia

**Estado:**    Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, acoge parcialmente la observación formulada 5.14.1.. PERSONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA    ingeniero electromecánico y/o ingeniero Mecánico y/o Mecánico Electricista y/o electricista y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Mecatrónico y/o afines. PREVALECIENDO LAS CAPACITACIONES Y LA EXPERIENCIA SOLICITADA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-HRT JAMO II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA PSA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL II-2 JAMO TUMBES.

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606371862                | Fecha de envío : | 20/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | TECNAL INGENIERIA E.I.R.L. | Hora de envío :  | 20:41:19   |

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Estimados evaluadores en el numeral 5.14.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, observamos que no se ha solicitado tiempo de capacitación para personal propuesto, lo cual podría vulnerar la igualdad de trato según el artículo 5 de la Ley 32069 y garantizar a los proveedores las mismas oportunidades donde el personal propuesto para la prestación del servicio cuente con tiempo de experiencia en la especialidad, sugerimos la siguiente experiencia para el personal clave: Contar como mínimo con un acumulado de 120 horas lectivas y/o académicas en cursos de especialización y/o diplomados y/o capacitaciones en instalación, operación, mantenimiento preventivo y correctivo de plantas generadoras y/o activos de oxígeno medicinal.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 5.14.2                      **Literal:** -                      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley 32069, articulo 5, literal k) Igualdad de trato

**Estado:**    Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, acoge parcialmente la observación formulada SE CONSIDERA: Contar como mínimo con un acumulado de 60 horas lectivas y/o académicas en cursos de especialización y/o diplomados y/o capacitaciones RELACIONADAS A LA POSTULACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura :CP-ABR-2-2025-HRT JAMO II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA PSA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL II-2 JAMO TUMBES.

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606371862                | Fecha de envío : | 20/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | TECNAL INGENIERIA E.I.R.L. | Hora de envío :  | 20:41:19   |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Estimados evaluadores en el APÉNDICE 3: METRADOS, observamos la solicitud de realizar 02 mantenimientos por año, iniciaremos con el mantenimiento correctivo y después de los 4 meses posteriores se realizará el mantenimiento preventivo ambos mantenimientos serán a todo costo, solicitamos aclaración si en ambos mantenimientos preventivos se deberán realizar cambios de filtros u otro bien para la planta para que sea considerado en la propuesta técnica.

Acápíte de las bases :Sección: AnexosNumeral: 3Literal: -Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, aclara que, de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de garantizar la operatividad y el correcto funcionamiento de la planta, el segundo mantenimiento debe realizarse superada las 6,000 horas o 4 meses de operación. Una vez superado este límite, es necesario proceder con el cambio de filtros, aceite y demás accesorios correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-HRT JAMO II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA PSA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL II-2 JAMO TUMBES.

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606371862                | Fecha de envío : | 20/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | TECNAL INGENIERIA E.I.R.L. | Hora de envío :  | 20:41:19   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Estimados evaluadores en el numeral 3.5.1 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN OBLIGATORIOS, literal A, se consideran servicios similares a los siguientes Mantenimiento de plantas de oxígeno medicinal y/o Fabricación de plantas de oxígeno tipo PSA y/o Montaje de plantas de envasado de balones de oxígeno a alta presión, servicio de equipos electromecánicos y/o afines equipos hospitalarios, solicitamos mayores alcances en la denominación del servicio de equipos electromecánicos y/o afines equipos hospitalarios por el amplio universo que estos encierran, el objeto de la convocatoria es fija, puntual y especializada, por lo tanto sugerimos de forma respetuosa a los evaluadores considerar servicios similares a la fabricación y/o mantenimiento de plantas de oxígeno tipo PSA y/o instalación de redes de distribución de gases medicinales y/o mantenimiento de sistemas de oxígeno criogénico.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.5.1      Literal: B      Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité, en coordinación con el área usuaria, no acoge la observación formulada, por cuanto esta restringe la participación de potenciales postores en el procedimiento de selección, lo cual podría afectar los principios de libre competencia y concurrencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura :CP-ABR-2-2025-HRT JAMO II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA PSA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL II-2 JAMO TUMBES.

|                         |                          |                  |            |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606396181              | Fecha de envío : | 21/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | INDUSTRIAL TEAM E.I.R.L. | Hora de envío :  | 23:32:51   |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Señores evaluadores, de las bases del procedimiento de selección, respecto a los requisitos de calificación en cuanto a la experiencia del postor en la especialidad, se indica como servicios similares a los siguientes Mantenimiento de plantas de oxígeno medicinal y/o Fabricación de plantas de oxígeno tipo PSA y/o Montaje de plantas de envasado de balones de oxígeno a alta presión, servicio de equipos electromecánicos y/o afines equipos hospitalarios.  
Sin embargo, a fin de permitir mayor pluralidad de postores, se solicita que se incorpore como servicios similares a ¿SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL¿

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.5.1Literal: BPágina: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité, en coordinación con el área usuaria, acoge la observación formulada, por lo que se considerarán también como servicios similares al MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO EN PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-HRT JAMO II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA PSA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL II-2 JAMO TUMBES.

|                         |                          |                  |            |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606396181              | Fecha de envío : | 21/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | INDUSTRIAL TEAM E.I.R.L. | Hora de envío :  | 23:32:51   |

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

De las bases del procedimiento de selección se verifica que solicitan como formación académica del personal clave a un ingeniero electromecánico y/o afines, habilitado; sin embargo, debe indicarse que existe un error en cuanto a la consignación de la formación academica, pues lo correcto es INGENIERO MECAICO ELECTRICISTA, por lo tanto solicito corregir dicho aspecto de las bases.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** C    **Literal:** C.1    **Página:** 46

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, acoge parcialmente la observación formulada, considerando como formación académica válida para el personal clave las siguientes especialidades: ingeniero electromecánico y/o ingeniero Mecánico y/o Mecánico Electricista y/o electricista y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Mecatrónico y/o afines.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-HRT JAMO II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA PSA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL II-2 JAMO TUMBES.

|                         |                          |                  |            |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606396181              | Fecha de envío : | 21/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | INDUSTRIAL TEAM E.I.R.L. | Hora de envío :  | 23:32:51   |

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Señores evaluadores, de las bases del procedimiento de selección, se verifica que solicitan como parte del personal clave a Un (01) técnico, egresado de instituto de educación superior, el cual debiera tener experiencia, conforme lo indica las bases: Un (01) técnico El profesional técnico responsable del servicio deberá contar con una experiencia mínima de un (02) años como técnico ejecución de servicios de acondicionamiento y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reparación y/o mantenimiento correctivo o preventivo de infraestructura de edificación en general pública o privada. Sin embargo, es necesario indciar que en el caso de plantas de oxigeno la experiencia es únicamente en mantenimiento preventivo y correctivo; por la tanto, debe retirar las denominaciones de ampliación y/o reparación y/o mantenimiento, pues es aplicable para obras.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** c    **Literal:** c.1    **Página:** 46

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, acoge parcialmente la observación formulada, precisando que se deben considerar los términos relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo de plantas de oxígeno y/o de servicios hospitalarios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null