

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Set de Maquinas Eléctricas Compatibles, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código : 20501523756

Fecha de envío : 20/10/2023

Nombre o Razón social : SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.

Hora de envío : 18:33:25

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

Siendo los equipos, por su naturaleza muy especializados; no se encuentran en stock y son fabricados a pedido con la más alta tecnología. El tiempo de fabricación promedio es de 180 días, más el envío al Perú y todo el procedimiento de desaduanaje hasta el envío de los equipos a vuestra institución es como mínimo de 30 días. Solicitamos al comité ampliar el plazo de entrega como sigue: 210 DÍAS CALENDARIOS

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: IV

Literal: B

Página: 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, es de necesidad el requerimiento del equipo en el plazo solicitado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Set de Maquinas Eléctricas Compatibles, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	18:33:25

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Con respecto al ítem N°01: SET DE MAQUINAS ELECTRICAS COMPATIBLES solicitamos al Comité de evaluación, se sirva como opcional el TACOMETRO Y TELUMETRO; esto limita la participación de los proveedores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** 5.1.1    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores, las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo, sin suprimir ningunas características técnicas mencionadas sobre el equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo, sin suprimir ningunas características técnicas mencionadas sobre el equipo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Set de Maquinas Eléctricas Compatibles, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código : 20501523756

Nombre o Razón social : SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.

Fecha de envío : 20/10/2023

Hora de envío : 18:33:25

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Con respecto al ítem N°01: SET DE MAQUINAS ELECTRICAS COMPATIBLES solicitamos al Comité de evaluación, se sirva como opcional el rango la potencia de los motores menor de 1000W, debido que los equipos son con fines académicos y por la seguridad de los alumnos no debe pasar de lo indicado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 5.1.1    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores, las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo, sin suprimir ningunas características técnica mencionadas sobre el equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo, sin suprimir ningunas características técnica mencionadas sobre el equipo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Set de Maquinas Eléctricas Compatibles, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	18:33:25

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Con respecto al ítem N°01: SET DE MAQUINAS ELECTRICAS COMPATIBLES solicitamos al Comité de evaluación, se sirva como opcional el rango la potencia del Motor Universal menor a 1 HP, debido que los equipos son con fines académicos y por la seguridad de los alumnos no debe pasar de lo indicado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 5.1.1      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores, las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo, sin suprimir ningunas características técnica mencionadas sobre el equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo, sin suprimir ningunas características técnica mencionadas sobre el equipo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Set de Maquinas Eléctricas Compatibles, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:41:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 01: SET DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS COMPATIBLES

Mesa de trabajo eléctrica: Medición de corriente, voltaje, FP, protecciones cortocircuito, sobretensión, diferencial, parada de emergencia.

Consulta:

Para mejorar el desarrollo de los ejercicios, haciendo uso tecnologías de la industria actual, se solicita considerar que la mesa de trabajo cuente con el protocolo de comunicación Modbus Modbus RTU tipo maestro y esclavo, el cual permite integrarse con otros equipos como PLCs, software, etc.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta , que se puede considerar opcionalmente el uso de protocolo de comunicación TCP/IP y/o Modbus TCP y/o Modbus RTU para integrarse a otros equipos como PLCs, Software, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores, las carasteristicas mencionadas en el requerimiento son minimas, por lo cual el postor puede presentar características que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente el uso de protocolo de comunicación TCP/IP y/o Modbus TCP y/o Modbus RTU para integrarse a otros equipos como PLCs, Software

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Set de Maquinas Eléctricas Compatibles, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:41:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM 01: SET DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS COMPATIBLES

Software, interfaz.

Consulta:

Para mejorar la experiencia en el desarrollo de las practicas, se solicita considerar que el software cuente con la opción de realizar adquisición de datos. Además, que el puerto de configuración sea estándar USB tipo ¿C

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, se puede considerar opcionalmente un Software que cuente con la adquisición de datos, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores . Por lo cual el postor puede presentar caracteristicias que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente un Software que cuente con la adquisición de datos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Set de Maquinas Eléctricas Compatibles, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:41:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM 01: SET DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS COMPATIBLES

Un set de cables con terminales de seguridad de 4 mm. a más. (Cables de diversas longitudes y colores

Consulta:

Para garantizar que los módulos que componen el kit educativo cuenten con las protecciones mínimas para los estudiantes, se solicita considerar que los módulos cuenten con conectores tipo banana hembra de 4mm2 de doble aislamiento (1000V, CAT III).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara , que se puede considerar opcionalmente los cables de conexión que cuenten con conectores tipo banana hembra de 4mm2 de doble aislamiento (1000V, CAT III). con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores . Por lo cual el postor puede presentar características que le aporten mayor valor al equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se puede considerar opcionalmente los cables de conexión que cuenten con conectores tipo banana hembra de 4mm2 de doble aislamiento (1000V, CAT III)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Set de Maquinas Eléctricas Compatibles, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:41:53

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

**PLAZO DE ENTREGA**

Para la producción de equipos tecnológicos se requieren de tiempos de fabricación más alto para garantizar el cumplimiento y la calidad de los equipos. El equipamiento de marcas reconocidas implica un tiempo de importación más alto, por lo tanto, solicitamos ampliar dichos plazos

Asimismo, solicitamos que se modifique el plazo de entrega en factor de evaluación

De 99 hasta 120 días calendario: 50 puntos  
De 121 hasta 140 días calendario: 10 puntos  
De 141 hasta 150 días calendario: 05 puntos

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 2 inciso a, b, c

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, es de necesidad el requerimiento del equipo en el plazo solicitado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Set de Maquinas Eléctricas Compatibles, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:41:53

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

ITEM 01: SET DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS COMPATIBLES

Incluye: cables de poder industrial

Consulta:

Para garantizar la protección por daños en los alumnos debido choques electricos, se solicita considerar que el cable de poder debe ser de tipo industrial (2P+T).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, se puede considerar opcionalmente cable de poder debe ser de tipo industrial (2P+T), con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores,por lo cual el postor puede presentar caracteristicias que le aporten una mejora y/o un mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente cable de poder debe ser de tipo industrial (2P+T)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Set de Maquinas Eléctricas Compatibles, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller; en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:41:53

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ITEM 01: SET DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS COMPATIBLES

Condiciones de operación: Voltaje de 220/380Vca, 60Hz

Consulta:

Confirmar si se considera una fuente dual trifásico de 220Vac y 380Vac, con tomas industriales 3P+T. Con protecciones de corto circuito, sobrecarga y corriente residual.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, con respecto al voltaje se confirma una fuente dual Monofasica de 220VAC y 380 VAC y se puede considerar opcionalmente las tomas industrial 3P + T, con protecciones de corto circuito, sobrecargas y corriente residual, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores . Por lo cual el postor puede presentar caracteristicias que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con respecto al voltaje se confirma una fuente dual Monofasica de 220VAC y 380 VAC y se puede considerar opcionalmente las tomas industrial 3P + T, con protecciones de corto circuito, sobrecargas y corriente residual.