

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código : 20505110651

Fecha de envío : 04/07/2023

Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA

Hora de envío : 16:53:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección Precisar cual o cuales especificaciones técnicas o requisitos funcionales los postores debemos acreditar mediante la presentación de folletos, catálogos o manuales.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: D **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria acoge su consulta. Se deben acreditar los siguientes puntos: Para los Reactivos se acreditará Presentación, Metodología y Muestra (Descritas en las páginas 20, 22 de las bases) y para los equipos se deberá acreditar Tipo, Metodología, Performance, muestra y controles; entendiéndose que todas las demás especificaciones técnicas no mencionadas serán acreditadas con la presentación del ANEXO N° 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:53:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases indican que se debe adjuntar catálogos , manuales o folletos, por lo que solicitamos aclarar si también aceltaran carta del fabricante para acreditar alguna especificacion técnica que no esté considerada en catálogos, manuales o folletos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** d **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta. Se aceptará de manera adicional cartas de fabricante para acreditar especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:53:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan vencimiento no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega .

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos aceptar la oferta de :
Vencimiento no menos de 4 meses a partir de la fecha de entrega con carta de canje.
En virtud al principio de libertad de concurrencia.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: Se Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO acoge su consulta. Se precisa que se requiere que la vigencia de los insumos sea mínimo de seis (06) meses, para asegurar el uso completo de los insumos sin repercusión o riesgo de pérdida por vencimiento en caso se de algún suceso que afecte la cantidad de pruebas procesadas en la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:53:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan Kit de reactivos para gases y electrolisis en sangre total arterial x 200 determinaciones

Teniendo en consideración que cada fabricante cuenta características propias y en virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que consideren lo siguiente:

Kit de reactivos para gases y electrolitis en sangre arterial x 300 determinaciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** Se **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el áre usuaria acoge parcialmente su consulta. Se aceptará Kit de reactivos x 200 ó en algunos casos se aceptará presentaciones mayores a 200 siempre y cuando se cumpla con la cantidad de pruebas solicitadas por entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:53:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan :

Volumen máximo de 200 ul (modo rutina) y 109ul (modo micromuestra), en virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten lo siguiente: Volumen máximo de 150uL para todos los parámetros.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** Se **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta. Se precisa la necesidad de ambos modos de procesamiento con el volumen indicado por los tipos de paciente que se suelen atender en el hospital, siendo desde neonatos hasta pacientes adultos en estado crítico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:53:46

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:
El analizador debe permitir visualizar la gráfica de leves jennings oara evaluación y discriminación de errores aleatorios o sistemáticos.
Teniendo en consideración que cada fabricante cuenta con características propias, dentro de las cuales incluyen la evaluación integral de control de calidad del analizador y reactivos de gases arteriales, en virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que consideren la siguiente especificacion técnica:
El analizador debe contar con gracias propias del fabricante para la evaluación y discriminación de errores aleatorios o sistemáticos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: Se Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acogen su consulta. Se requiere que el analizador cuente con gráfica de Levey Jennings para discriminar los posibles errores aleatorios y/o sistemáticos del analizador, precisando que existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	18:10:26

Consulta: Nro. 7
Consulta/Observación:

En la página 14 de las bases indica:

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE:
Nombre: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.
RUC N°: 2044454400

Sin embargo, en la página de CONSULTA RUC de SUNAT precisan la siguiente:
Nombre: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.
RUC N°: 20444054400

Por lo que, entendemos que hubo un error de dígito y el RUC correcto es 20444054400

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.1. **Página:** 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para aclarar la consulta realizada por el participante, hubo error en la digitación del número de RUC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	18:10:26

Consulta: Nro. 8
Consulta/Observación:

En las bases administrativas con respecto al perfeccionamiento del contrato se indica:

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Unidad de Abastecimiento del Hospital Departamental de Huancavelica, sito en la Av. Andrés A. Cáceres s/n ¿ Yananaco Huancavelica, en el horario de 8:30 horas 17:30 horas.

Para evitar confusiones que impidan la entrega de los documentos solicitados para el perfeccionamiento de Contrato, solicitamos al Comité de Selección nos pueda indicar lo siguiente:

- ¿A qué persona o área debe ir dirigida la carta con los requisitos para la suscripción del contrato?

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.5. Página: 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para esclarecer la consulta realizada, el documento para la suscripción del contrato será dirigido a nombre del Hospital Departamental de Huancavelica, en mesa de partes (secretaría) de la Unidad de Abastecimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 04/07/2023

Hora de envío : 18:10:26

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el capítulo III numeral 3.1, página N° 20 y 22 EN CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, señalan en muestra "Volumen maximo de 200 ul (modo rutina) y 100 ul (modo micromuestra)". Con respecto a ello, en el mercado hay diferentes marcas de analizadores que cuentan con un volumen mucho menor al solicitado propio de la metodología donde incluye la medición de todos los parámetros, es por ello que no cuentan con el "modo micromuestra". Por ello solicitamos al comité tomar como opcional el modo micromuestra siempre y cuando el analizador procese un volumen de muestra menor o igual a 100uL. Esto con la finalidad de favorecer el procesamiento en todo los tipos de pacientes, así mismo, significa una mejora técnica que evita el cambio de modo en el equipo.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta. Se precisa que se aceptarán analizadores con volumen menos a 100uL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	18:10:26

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el capítulo III numeral 3.1, página N° 22 y 20 EN CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, solicitadas mencionan las especificaciones técnicas del equipo en cesión de uso a solicitar, sin embargo, no precisan como se acreditarán las el cumplimiento de las mismas. Solicitamos al comite de seleccion cordialmente, que precisen las características y/o especificaciones técnicas que se acreditarán.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria acoge su consulta. Se deben acreditar los siguientes puntos: Para los Reactivos se acreditará Presentación, Metodología y Muestra (Descritas en las páginas 200, 22 de las bases) y para los equipos se deberá acreditar Tipo, Metodología, Performance, muestra y controles; entendiendose que todas las demás especificaciones técnicas no mencionadas serán acreditadas con la presentación del ANEXO N° 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA.

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 04/07/2023

Hora de envío : 18:10:26

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el capítulo III numeral 3.1, página N° 21 y 23, con respecto al cronograma de entregas del kit de reactivos para gases y electrolitos en sangre arterial x 200 determinaciones, sabemos que varias marcas de analizadores manejan su presentación de kit de reactivos segun cada fabricante es por ello que solicitamos al comite de seleccion que se acepte presentacion de reactivos segun cada fabricante siempre y cuando se cumpla y no se afecte la distribucion y cantidad solicitada por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el áre usuaria acoge parcialmente su consulta. Se aceptará Kit de reactivos x 200 ó en algunos casos se aceptará presentaciones mayores a 200 siempre y cuando se cumpla con la cantidad de pruebas solicitadas por entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	18:10:26

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el capítulo III numeral 3.1, página N° 20 y 22 EN CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, señalan en Metodologia: amperometria, potenciometria y/o ISE directo, fotometria, conductividad "

Con respecto a la metodologia por fotometria, sabemos que se refiere a la medicion de luz a varias longitudes de onda con respecto a la muestra, donde varios analizadores en el mercado utilizan este tipo de mediciones mediante un modulo de Co-oximetria, por lo cual solicitamos amablemente a la entidad que se considere tambien en la nomenclatura de metodologias requeridas Fotometria y/o Co-oximetria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta. Se aceptará agregar a la metodología Fotometría y/o Cooximetría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:50:25

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se solicita al comité aceptar considerear como bienes para acreditar la experiencia del postor a: REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL (Gases, Bioquímica, Hematología, Inmunología, Biología Molecular y Coagulación.

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.2. **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta. Ceñirse a las Bases debido a la especialidad del tipo de prueba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA.

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:57:56

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita al comite que las características a acreditar con folletería, manuales catálogos y/o documentos emitidos por el fabricante sean:

REACTIVO: PRESENTACIÓN, METODLOGÍA Y MUESTRA.
EQUIPO: TIPO, METODOLOGÍA, PERFORMANCE, MUESTRA Y MODO DE OPERACIÓN

Las demás características quedarán acreditadas con el anexo 3 de Cumplimiento de Especificaciones técnicas o con la presentación de una declaración jurada del postor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria acoge su consulta. Se deben acreditar los siguientes puntos: Para los Reactivos se acreditará Presentación, Metodología y Muestra (Descritas en las páginas 200, 22 de las bases) y para los equipos se deberá acreditar Tipo, Metodología, Performance, muestra y controles; entendiendose que todas las demás especificaciones técnicas no mencionadas serán acreditadas con la presentación del ANEXO N° 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA.

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:57:56

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita al comite que acepte documentos emitidos por el fabricante para acreditar las especificaciones técnicas tanto del reactivo como del equipo.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta. Se aceptará de manera adicional cartas de fabricante para acreditar especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:43

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo según cronograma de entrega, contabilizados desde el día siguiente de notificado la orden de compra.

Sobre el particular, es oportuno indicar que en el Capítulo III, se encuentran dos (02) requerimientos con cantidades diferentes y condiciones similares; por lo que no es claro que se deberá ofertar en el presente procedimiento de selección; lo cual impactaría negativamente en el proceso de compra, al no contener la descripción objetiva y precisa de las características relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección establezca de manera clara, precisa y uniforme:

1. EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS (estableciendo la cantidad total de los bienes y equipos en cesión de uso) para el presente procedimiento de selección de manera consolidada (en un solo apartado).
2. El plazo de ejecución total de la presente contratación.

Finalmente, se deberá SUPRIMIR los aspectos repetitivos que no aporten ningún valor adicional consignados en el Capítulo III; y que generen confusión a los postores.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que el cronograma será incluido en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:43

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Con relación a nuestra consulta anterior, en el numeral 8 de las páginas 21 y 23 de las Bases se indica lo siguiente en relación con el plazo de entrega:

Plazo: La entrega se realizará en 05 días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de compra

Al respecto, a fin de garantizar las entregas en un alto índice de calidad solicitamos al Comité de Selección establecer el plazo de entrega de la siguiente manera:

Primera entrega: PLAZO DE SIETE (07) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

Siguientes entregas: PLAZO DE CINCO (05) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria acoge su consulta. El plazo de entrega de equipo y reactivos será de 7 días contados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra para la primera entrega del bien y equipo en cesión de uso, y para las siguientes entregas será de cinco (05) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:43

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se detalla que el postor deberá adjuntar catálogos, manuales o folletos que contengan información del fabricante o dueño de la marca relativa al modelo del equipo que está ofertando que demuestre fehacientemente que los vienes ofertados cumplen con todas y cada una de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en las bases.

Considerando que es el fabricante quien determina las características y especificaciones de los productos que este fabrica, solicitamos amablemente se acepten también como documentos para acreditar todas las especificaciones técnicas, INSERTOS Y CARTAS DE FABRICANTE, a fin de garantizar fehacientemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas a través de una comunicación del fabricante. .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d) Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria acoge su consulta. Se aceptará para acreditar las características y especificaciones técnicas de los reactivos y del equipo en cesión de uso, catálogos, manuales, folletos, insertos y cartas de fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:43

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

De la revisión de los documentos para la admisión, la entidad ha previsto que se acrediten las especificaciones técnicas con catálogos, manuales y folleterías, que permitan acreditar las especificaciones técnicas sin embargo no ha detallado qué especificaciones técnicas deberán ser acreditadas, pues la Entidad DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTOS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

En ese sentido solicitamos al Comité de Selección que establezca que las especificaciones técnicas a acreditar documentalmente sean las siguientes:

REACTIVOS: Presentación, Metodología y Muestra (descritas en la página 20, 22 de las Bases)

PARA LOS EQUIPOS: Tipo, Metodología, Performance y Muestra (Descritas en las páginas 20, 22 de las Bases)

(Entendiendo que las demás especificaciones técnicas se darán por acreditadas mediante la presentación del ANEXO N° 3).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria acoge su consulta. Se deben acreditar los siguientes puntos: Para los Reactivos se acreditará Presentación, Metodología y Muestra (Descritas en las páginas 20, 22 de las bases) y para los equipos se deberá acreditar Tipo, Metodología, Performance, muestra y controles; entendiéndose que todas las demás especificaciones técnicas no mencionadas serán acreditadas con la presentación del ANEXO N° 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:43

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las Especificaciones de la muestra se detalla lo siguiente: Volumen máximo de 200uL (modo rutina) y 100uL (Modo micromuestra).

Entendemos que el modo micromuestra es indispensable para el procesamiento de muestras de neonatos o pacientes de difícil acceso, por lo que también aceptarán volúmenes menores a 100uL que puedan medir todos los parámetros solicitados.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta. Se precisa que se aceptarán analizadores con volumen menos a 100uL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:43

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las Características Técnicas del Kit de reactivos se menciona:
¿Documento: Certificado de calidad¿
Entendemos que se aceptará el ISO 13485 para acreditar el documento en mención.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y precisa que su entender es corre. Se aceptará ISO 13485 para acreditar la característica de Certificado de Calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:43

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las Características Técnicas del Kit de reactivos se menciona:
¿Vencimiento: No menor de seis (06) meses a partir de la fecha de entrega con CARTA DE CANJE¿

Entendemos que la carta de canje hace referencia a VICIOS OCULTOS los cuales no son apreciables a simple vista y se generan de manera aleatoria en su sitio de fabricación.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápate de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y precisa que su entender es correcto, la carta de canhe en mención hace referencia a VICIOS OCULTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:43

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En el SEACE se indica que el presente proceso es por 28 unidades, sin embargo en los cuadros del capítulo 3 discrepan en cantidades y cronograma de entregas.

Solicitamos amablemente se pueda precisar ello.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: -- Literal: -- Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que en las bases integradas se considerará el cronograma de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:43

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección establecer que se deba adjuntar como documentación obligatoria EL CERTIFICADO DE ANALISIS entendiendo que el formato será bajo la formalidad y alcance del propio fabricante con la información que éstos declaren del producto terminado.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria acoge su consulta. Se incorporará como documento obligatorio el Certificado de análisis.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:43

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En relación con nuestra solicitud del Certificado de Análisis solicitamos que se precise que dicho documento deberá contener el refrendo (nombre, firma y sello) del DIRECTOR TÉCNICO DEL POSTOR.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, los Certificados de Análisis deberán de contar con (nombre, firma y sello).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:43

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Solicitamos que se establezca que se deberá adjuntar como documentación obligatoria para la presentación de la oferta COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO para los bienes que requieran de Registro Sanitario y/o Listado Web de DIGEMID si fuera el caso que alguno de los bienes no requieran de Registro Sanitario.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta. Se adicionará como documento de presentación obligatoria el Registro Sanitario y Oficio y/o Listado de digemid.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:43

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En el numeral 3.2 de la página 24 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

-CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)

Con relación a la presentación del CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)

Se solicita al comité de selección que precise en este punto, que se aceptará como documentos equivalentes al CBPM (otros certificados que cumplan la misma finalidad del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura emitido por Autoridad competente del País de Origen), lo siguiente:

1. El Certificado de Libre Venta o el Certificado de Libre Comercialización.
2. Certificado CE de conformidad
3. NORMA ISO / EN 13845
4. Certificado expedido por la FDA.

El sustento de nuestro pedido es conforme al marco normativo del sector Salud: Oficio N° 339-2011-DIGEMID-DG-DAS-ERDICOSAN/MINSA - Resolución Directoral N°102-2017- DIGEMID-DG-MINSA (Listado de Documentos Considerados Equivalentes al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura), recogido en diversos pronunciamientos del OSCE. PRONUNCIAMIENTO N° 612 -2019/OSCE-DGR.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge su consulta, detallando que se deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos:

1. El Certificado de Libre Venta o el Certificado de Libre Comercialización.
2. Certificado CE de conformidad
3. NORMA ISO / EN 13845
4. Certificado expedido por la FDA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:21:36

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

"Se indica en el presente literal ""El postor debera adjuntar catalogos, manual o folletos que contengan informacion¿Tambien se aceptara con cartas y otro documentos emitidos por el fabricante""

Considerando que algunso fabricantes son parte de consorcion o compañías de mayor emvergadura, y ademas que muchas veces estos mismos fabricante no puden legalemnte emitir cartas o docuemtos fuera de su pais de origen. Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, permita adicionalmente la presentacion de cartas o documentos emitidos por el dueño de la marca."

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** d **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta. Se aceptará como documento de acreditación cartas o documentos emitidos por el fabricante y/o dueño de la marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA.

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:21:36

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

"Para las caracterisitcas tecnicas del kit de reactivos para gases y electrolitos en sangre arterial, colocan como Denominacion: Kit de reactivos para gases y electrolitos en sagne arterial x 200 determinaciones. Considerando que en el mercado existen pluralidad de marcas las cuales pueden poser diversas presentaciones. Solciitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, amplien su solicitud y permitan la participacion con Kit de reactivos x 200 a mas determinaciones. Permitiendo asi una mayor pluralidad de marcas y postores"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** . **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el áre usuaria acoge parcialmente su consulta. Se aceptará Kit de reactivos x 200 ó en algunos casos se aceptará presentaciones de más de 200 pruebas que permita la realización completa de la prueba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:21:36

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

"Para las caracterisitcas tecnicas del kit de reactivos para gases y electrolitos en sangre arterial, colocan como Accesorios: Calibradores, controles, papel en cantidad suficiente para la realizacin completa de la prueba Considerando que en el mercado existen pluralidad de marcas las cuales de acuerdo a su metodologia pueden requerir o no de forma externa el uso de calibradores y controles.

Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, sirvan indicar en solicitud como accesorios: ""Calibradores, controles, papel en cantidad suficionete para reaizacion completa de la prueba y de acuerdo a la metodologia del fabricante""

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: . **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO acepta su consulta. Se considerará calibradores, controles papel en cantidad suficiente para la realización completa de la prueba considerando que dicha caraterística no limita la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:21:36

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

"Para las caracterisitcas tecnicas del kit de reactivos para gases y electrolitos en sangre arterial, colocan como Muestra: Sangre total con heparina, suero, plasma heparinizado.
Considerando que los equipos para el dosaje de Gases Arteriales y electrolitos, fueron desarrollados considerando como muestra, sangre total heparinizada, y como material opcional para el dosaje de electrolitos, una muestra de suero. Solicitar además como muestra PLASMA, es limitar la participación de postores
Por lo cual solicitamos amablemente al comité para que, en coordinación con el área usuaria, sirvan colocar como solicitud la posibilidad de muestras: SANGRE TOTAL HEPARINIZADA, SUERO Y/O PLASMA; permitiendo así una mayor pluralidad de postores
"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: . Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selecciónen coordinación con el área usuaria NO acoge su consulta. Se precisa que existe pluralidad de postores.acorde a lo idnicado en el resumen ejecutivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:21:36

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

"Para las caracterisitcas tecnicas del kit de reactivos para gases y electrolitos en sangre arterial, colocan como Vencimiento: No menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.

Considerando que por su naturaleza fisica, quimica y biologica, algunos componentes o reactivos no puedan cumplir con el vencimiento solicitado.

Se solicita amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, permitan la participacion con reactivos con fecha de vencimiento no menor de 04 meses, adjuntando además una carta de compromiso de canje, garantizando así la continuidad del proceso en el área."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: . **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO acoge su consulta. Se precisa que se requiere que la vigencia de los insumos sea mínimo de seis (06) meses, para asegurar el uso completo de los insumos sin repercusión o riesgo de perdida por vencimiento en caso se de algún suceso que afecte la cantidad de pruebas procesadas en la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA.

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:21:36

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

"En el cuadro de ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, solicitan como Performance: 22 o mas pruebas por hora.
Considerando que las pruebas de Gases y Electrolitos son determinadas como pruebas críticas en los ámbitos de Emergencia y evaluación de un paciente, entendemos que los tiempos de reporte de resultados deben ser los más óptimos y esta característica va de la mano con la performance del equipo
Solicitamos amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria considere al presente requerimiento, solicitar como performance del equipo la capacidad de procesar 29 o más pruebas por hora, ya que aseguraría un mejor tiempo de respuesta y por ende una adecuada atención del paciente crítico.
"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: . Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO acoge su consulta. Se precisa que la performance solicitada cubre la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:21:36

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

"En el cuadro de ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, solicitan como muestra: Sangre total con heparina, suero, plasma heparinizado. Considerando que los equipos para el dosaje de Gases Arteriales y electrolitos, fueron desarrollados considerando como muestra, sangre total heparinizada, y como material opcional para el dosaje de electrolitos, una muestra de suero. Solicitar además como muestra PLASMA, es limitar la participación de postores Por lo cual solicitamos amablemente al comité para que, en coordinación con el área usuaria, sirvan colocar como solicitud la posibilidad de muestras: SANGRE TOTAL HEPARINIZADA, SUERO Y/O PLASMA; permitiendo así una mayor pluralidad de postores "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: . Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO acoge su consulta. Se precisa que existe pluralidad de postores. acorde a lo indicado en el resumen ejecutivo, considerando que existe demanda de procesamiento de electrolitos en suero y/o plasma en algunos casos de pacientes de difícil acceso de toma de muestra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:21:36

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

"En el cuadro de ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, solicitan como muestra: Ambos metodos deben medir todos los parametros sin excepcion
Considerando que en el mercado existe diversas marcas y fabricantes que brindan analizador de gases arteriales y cada uno con características propias, además de considerar que para el volumen micromuestra/capilar, el volumen recolectado debería corresponder a dispositivos capilares y no jeringas, ya que no cumpliría con la relación volumen/anticoagulante. solicitamos amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria sirvan ampliar su solicitud e indiquen que los parámetros dosados o calculados, para el modo micromuestra o capilar, sea de acuerdo a lo indicado por el fabricante y mida al menos los siguientes parametros (ph, pO2, pCO2, NA, Cl, K, Ca, Glucosa, Lactato) ademas de todos los parametros derivados de estos. Permitiendo así una mayor pluralidad de postores.
"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: . Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el área usuaria NO aoge su consulta. Se requieren todos los parámetros solicitados para el correcto diagnostico y tratamiento de todos los pacientes a los que se le solicita la prueba de gasometría arterial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:21:36

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

"En el cuadro de ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, solicitan para el PROCESAMIENTO DE DATOS

Capacidad de almacenamiento minimo de 10 000 resultados de pruebas en el disco duro.

Consideramos que la capacidad de almacenamiento es una característica que no afecta en al adecuado proceso y performance de la prueba objeto del presente requerimeinto, y si ademas consideramos que el numero de determinaciones solicitados para una años no excede las 3000 pruebas, el solicitar que se posea un minimo de 10000 resultados como almacenamiento, es restringir la libre participacion.

Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, permitan la participacion con equipos con una capacidad de almacenamiento de hasta 2000 resultados en la memoria interna. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** . **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta. Es importante precisar que se requiere que se archiven en la memoria interna todas las muestras procesadas durante el periodo contractual, motivo por el cual se cambiará a 5,600 resultados en la memoria interna del analizador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:21:36

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

"En el cuadro de ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, solicitan para los controles: que el analizador permita visualizar la grafica de levey jennings para la evaluacion y discriminacion de errores aleatorios y sistematicos

Al respecto, en el ámbito diario reconocemos la importancia de las Gráficas de Levey Jennings para el monitoreo y comportamiento de nuestros reactivos y se encuentra estructurada para el monitoreo de analitos cada 24 horas; en contra parte nuestra propuesta tecnológica ofrece un programa activo de control del proceso de calidad y proporciona una monitorización continua del proceso analítico mediante el proceso de calibraciones y controles antes, durante y después de una muestra y/o cada 30 minutos. Bajo este escenario aseguramos con nuestra oferta tecnológica el proceso de calibración y control del analizador durante 48 veces por día, y se hace obligado dejar atrás el uso de un Control de Calidad Tradicional con Gráfica de Levey Jennings y nos obliga a evolucionar al uso de las Gráficas Delta Chart con el cumplimiento de las reglas de Westgard. De lo expuesto, sugerimos amablemente al área usuaria ampliar la característica del siguiente modo: ¿Capacidad de registro de las calibraciones y controles de calidad incluido en Gráfica de Levey Jennings y/o Gráfica Delta Chart y/o considerar aceptar la Gráfica de Control de calidad de acuerdo a la metodología del fabricante descritos en la documentación presentada; y de este modo cumplir con el principio de competencia del artículo N°2 de la Ley N° 30225 de Contrataciones del estado que prohíbe la adopción de práctica que restrinjan o afecten la competencia."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: . **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acogen su consulta. Se requiere que el analizador cuente con gráfica de Levey Jennings para discriminar los posibles errores aleatorios y/o sistemáticos del analizador, precisando que existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-HD-HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL x 200 DETERMINACIONES CON EQUIPO DE CESION EN USO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA.

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	23:54:58

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS :De acuerdo a lo solicitado en las bases del presente proceso, donde a la letra dice ¿¿Metodología :Amperometria,Potenciometria,y/o ISEdirecto,Fotometria,conductividad ¿¿; considerando los principios que rigen las Contrataciones y Adquisiciones (Artículo 3 Ley) como son Libre competencia. Imparcialidad. Eficiencia. Transparencia, Vigencia tecnológica y Trato justo e igualitario, se solicita al comité ampliar en cuanto a Metodología ¿¿ Amperometria,Potenciometria,y/o ISEdirecto,Fotometria,conductividad, y/O Fluorescencia optica ¿¿

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccipon en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta. Se considerará como metodología: Amperometría y/o Potenciometría y/o ISE directo y/o Fotometría y/o Conductuvudad y/o Fluorescencia óptica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null