

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
Nomenclatura :	LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

##### Especificación A03

Observamos que la especificación A03 solicita una lavadora con capacidad mínima de 120 kg. A fin de promover una mayor pluralidad de postores, solicitamos a la Entidad permita ampliar la especificación A03 aceptando lavadoras de capacidad de 100 kg o mayor.

La especificación A03 debería modificarse del siguiente modo:

"CAPACIDAD MÍNIMA DE 100 KG CÓMO MÍNIMO, DE CAPACIDAD POR CICLO"

Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores lo cual promoverá la competencia y mejora de precios ya que postores implican una mayor competencia, lo que tiende a reducir los precios ofrecidos. Al tener varias opciones, el comprador puede seleccionar una propuesta con un costo más ajustado y competitivo.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: CAP 3 Literal: A03 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores se ampliará la especificación A03 aceptando una capacidad mínima de 100 kg. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A03. CAPACIDAD MÍNIMA DE 100 KG CÓMO MÍNIMO, DE CAPACIDAD POR CICLO, RELACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A03:

CAPACIDAD MÍNIMA DE 100 KG CÓMO MÍNIMO, DE CAPACIDAD POR CICLO, RELACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Especificación A06

Observamos que la especificación A06 solicita el calentamiento de agua utilizando vapor de la red a traves de válvula neumática bridada. Es importante considerar que la forma de suministro del vapor no depende del lavador por lo cual no debería considerarse en la especificación.

A fin de no complicar el sustento de las especificaciones técnica, recomendamos suprimir el término observado quedando la especificación A06 del siguiente modo:

"CALENTAMIENTO DE AGUA CON VAPOR DE LA RED DE LA ENTIDAD"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A06 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin permitir una mayor participación de postores se acoge la observación de postor, entendiendo que la alimentación de vapor depende del centro de salud y no de la lavadora. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A06. CALENTAMIENTO DE AGUA CON VAPOR DE LA RED DE LA ENTIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A06:

CALENTAMIENTO DE AGUA CON VAPOR DE LA RED DE LA ENTIDAD

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Especificacion A07

Observamos que la especificación A07 solicita que la puerta del lavador esté fabricado en acero inoxidable pero que tenga un visor de vidrio templado. Es importante considerar que muchas marcas utilizan una puerta constituida en casi toda su totalidad por el visor de vidrio templado el cual permitirá una visibilidad del tambor de lavado. Solicitar un solo tipo de puerta puede restringir la participación de postores por lo cual recomendamos a la Entidad considerar ampliar la especificación A07 del siguiente modo:

"PUERTAS FABRICADAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, CON VISOR DE CRISTAL DE VIDRIO TEMPLADO"

Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores lo cual promoverá la competencia y mejora de precios ya que postores implican una mayor competencia, lo que tiende a reducir los precios ofrecidos. Al tener varias opciones, el comprador puede seleccionar una propuesta con un costo más ajustado y competitivo.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A07 Página: 38**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que que la función del visor de vidrio depende de la tecnología de cada fabricante (alguna marcas permiten visualizar el lavado de las prendas y otras permiten visualizar el tambor de lavado) sin que esto signifique una desventaja para el área usuaria. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A07. PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA USADA POR EL FABRICANTE, CON VISOR DE CRISTAL DE VIDRIO TEMPLADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

A07: PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA USADA POR EL FABRICANTE, CON VISOR DE CRISTAL DE VIDRIO TEMPLADO.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Especificación A08

Observamos que el sistema solicitado en la especificación A08 es propio de una sola marca lo cual restringe la participación de otros postores atentando así contra el Principio de Pluralidad de la ley de contrataciones del estado. Así mismo, indicamos que contar con un sistema que mida el volumen de listros que ingresa en la cámara de lavado no ofrece ninguna ventaja funcional al operador.

A fin de no restringir la participación de otros postores, recomendamos a la Entidad considerar esta especificación como opcional

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: CAP 3 Literal: A08 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de permitir una mayor participación de postores y entendiendo que un sistema de medición del volumen de agua (en litros) se puede reemplazar con un sistema que permita la programación del nivel de agua que ingresará al tambor de lavado. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A08. CON SISTEMA DE MEDICIÓN CUENTA LITROS DEL VOLUMEN DE AGUA O NIVEL DE AGUA DE INGRESO AL TAMBOR (QUÉ PERMITA LA PROGRAMACIÓN POR LITROS O NIVEL DE AGUA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08.

CON SISTEMA DE MEDICIÓN CUENTA LITROS DEL VOLUMEN DE AGUA O NIVEL DE AGUA DE INGRESO AL TAMBOR (QUÉ PERMITA LA PROGRAMACIÓN POR LITROS O NIVEL DE AGUA)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Especificación A09

Consultamos a la Entidad si la especificación A09 puede ser sustentado con el botón parada de emergencia el cual detendrá la función del equipo en caso el operador considere oportuno detener el funcionamiento del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A09 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que el botón de parada de emergencia permite detener el funcionamiento del equipo en caso ocurra un evento por lo que sirve cómo sustento para acreditar la especificación A09

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Especificación A10

Observamos que la especificación A10 solicita que la variación de velocidad esté controlado por un variador. Sin embargo, varios fabricantes utilizan otro tipo de sistemas los cuales ofrecen las mismas ventajas que un variador de velocidad y no restringen la participación de otros postores.

A fin de no restringir la participación de postores, recomendamos a la Entidad considerar ampliar la especificación A10 del siguiente modo:

"CON SISTEMA QUE PERMITA CAMBIAR LA VELOCIDAD DEL TAMBOR"

Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores lo cual promoverá la competencia y mejora de precios ya que postores implican una mayor competencia, lo que tiende a reducir los precios ofrecidos. Al tener varias opciones, el comprador puede seleccionar una propuesta con un costo más ajustado y competitivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A10 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de permitir una mayor participación de postores y entendiendo que el sistema de control de velocidad del tambor puede ser controlado por un sistema similar con el mismo resultado. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A10. CON SISTEMA QUE PERMITA CAMBIAR LA VELOCIDAD DEL TAMBOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A10:

CON SISTEMA QUE PERMITA CAMBIAR LA VELOCIDAD DEL TAMBOR

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Especificación A13

Observamos que la especificación A13 requiere de un tambor de tipo flotante. Sin embargo en el mercado actual, existe tambores con otro tipo de tecnología lo cual ofrece las misma ventajas del tambor flotante. A fin de promover una mayor participación de postores, solicitamos a la Entidad considerar ampliar la especificación A13 permitiendo otras tecnologías además del tambor tipo flotante. La especificación A13 debería mdificarse del siguiente modo:

"CONJUNTO CESTA Y TAMBOR GIRATORIO, INTERIOR DISEÑADO CON DOS COMPARTIMENTOS"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A13 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se indica que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que además del tambor tipo flotante existen otras tecnología los cuales brindan ventajas similares al tambor tipo flotante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A13. CONJUNTO CESTA Y TAMBOR GIRATORIO, INTERIOR DISEÑADO CON DOS COMPARTIMENTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A13:

CONJUNTO CESTA Y TAMBOR GIRATORIO, INTERIOR DISEÑADO CON DOS COMPARTIMENTOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Especificación A11

Observamos que la especificación A11 solicita que un sistema de doble eje lateral el cual restringe la participación de otras marcas ya que estas utilizan un sistema de soporte diferente. A fin de promover una mayor pluralidad de postores, solicitamos a la Entidad ampliar la especificación A11 del siguiente modo:

"CON SISTEMA DE DOBLE EJE LATERAL O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PARA MAYOR DURABILIDAD DE LA MÁQUINA Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO"

Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores lo cual promoverá la competencia y mejora de precios ya que postores implican una mayor competencia, lo que tiende a reducir los precios ofrecidos. Al tener varias opciones, el comprador puede seleccionar una propuesta con un costo más ajustado y competitivo.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A11 Página: 38**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que además del sistema de doble eje lateral existen otros sistemas que aseguran una mayor durabilidad del sistema y facilita el mantenimiento de la lavadora. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A11. CON SISTEMA DE DOBLE EJE LATERAL O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PARA MAYOR DURABILIDAD DE LA MÁQUINA Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

A11:

CON SISTEMA DE DOBLE EJE LATERAL O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PARA MAYOR DURABILIDAD DE LA MÁQUINA Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Especificación A14

Observamos que la especificación A14 solicita que el sistema de amortiguación esté constituido por amortiguadores neumáticos e hidráulicos. Es importante considerar que otros fabricantes utilizan diversos tipos de amortiguadores los cuales brindan estabilidad a la lavadora durante la etapa de centrifugado. Respecto al sistema de anclaje, es recomendable que las lavadoras puedan anclarse al piso a fin de proporcionar mayor estabilidad minimizando las vibraciones especialmente durante la etapa de centrifugado.

A fin de no restringir la participación de otras marcas y promover la vigencia tecnológica recomendamos considerar modificar la especificación A14 del siguiente modo:

CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN CONTRUIDO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores lo cual promoverá la competencia y mejora de precios ya que postores implican una mayor competencia, lo que tiende a reducir los precios ofrecidos. Al tener varias opciones, el comprador puede seleccionar una propuesta con un costo más ajustado y competitivo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A14 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que aparte del sistema de amortiguación hidráulica existen otras tecnologías la cuales utilizan el anclaje en el suelo y que brindan la estabilidad para asegurar un óptimo centrifugado, se ampliará la especificación aceptando que el sistema de amortiguación dependa de la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A14. CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN CONTRUIDO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

A14:

CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN CONTRUIDO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Especificación A20

Observamos que la especificación A20 solicita un sistema de inicio de proceso de lavado que restringe la participación de postores ya que sigue un patrón único para iniciar el proceso de lavado. Esta característica restringe la participación de otras marcas los cuales solo necesitan presionar un solo botón para iniciar el proceso de lavado. A fin de promover una mayor participación de postores (los que usan tecnología táctil), solicitamos ampliar la especificación A20 del siguiente modo:  
"CON PULSADOR DE PUESTA EN MARCHA PARA ACTIVAR LA MÁQUINA CUANDO EL INTERRUPTOR GENERAL ESTÉ EN POSICION DE ENCENDIDO O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE"

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: CAP 3 Literal: A20 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que el sistema de encendido depende directamente de la tecnología de cada fabricante, se ampliará la especificación A20 permitiendo que la activación de la máquina se realice de acuerdo a la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A20. CON PULSADOR DE PUESTA EN MARCHA PARA ACTIVAR LA MÁQUINA CUANDO EL INTERRUPTOR GENERAL ESTÉ EN POSICION DE ENCENDIDO O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A20:

CON PULSADOR DE PUESTA EN MARCHA PARA ACTIVAR LA MÁQUINA CUANDO EL INTERRUPTOR GENERAL ESTÉ EN POSICION DE ENCENDIDO O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Especificacion A21

Observamos que la especificación A21 solicita un pulsador de posición de puerta. Este requerimiento puede restringir la participación de otros postores los cuales utilizan otro sistema que alinea la puerta del tambor con la puerta de la lavadora. Tambien existena marcas las cuales usan el sistema de alineamiento manual el cual brinda el mismo resultado que el sistema propuesto.

Por tanto, solicitamos a la Entidad considerar ampliar la especificación A21 del siguiente modo:

"PANEL DE MANDO EN EL LADO SUCIO O CONTAMINADO QUE PERMITA: PROGRAMACIÓN Y PANTALLA, CON SISTEMA DE CORRESPONDENCIA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A21 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, NO SE ACOGE. Se precisa que a fin de garantizar una adecuada carga y descarga de la ropa lo mínimo que se aceptará es que el panel de control cuente con un pulsador que permita central la puerta del tambor y la puerta de la lavadora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Especificacion A22

Observamos que la especificación A22 solicita un pulsador de posición de puerta. Este requerimiento puede restringir la participación de otros postores los cuales utilizan otro sistema que alinea la puerta del tambor con la puerta de la lavadora. Tambien existena marcas las cuales usan el sistema de alineamiento manual el cual brinda el mismo resultado que el sistema propuesto.

Por tanto, solicitamos a la Entidad considerar ampliar la especificación A21 del siguiente modo:

"PANEL DE MANDO EN EL LADO LIMPIO O DESCONTAMINADO QUE PERMITA CON SISTEMA DE CORRESPONDENCIA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A22 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, NO SE ACOGE. Se precisa que a fin de garantizar una adecuada descarga de la ropa lo mínimo que se aceptará es que el panel de control (ubicado en el lado limpio) cuente con un pulsador que permita central la puerta del tambor y la puerta de la lavadora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Especificacion A39

Observamos que la especificación A39 solicita un mensaje de error que es propio de una sola marca lo cual restringe la participación de postores. A fin de no restringir la participación de otras marcas, solicitamos a la Entidad explicar mejor el requerimiento de la especificación A39 o considerarla de caracter opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A39 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que el error de comunicación del programador hace referencia a un error de comunicación entre los sistemas de la lavadora, el cual tiene otro nombre en otras marcas. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A39. ERROR DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMADOR (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A39:

ERROR DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMADOR (OPCIONAL)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Especificacion A40

Observamos que la especificación A40 solicita un mensaje de error que es propio de una sola marca lo cual restringe la participación de postores. A fin de no restringir la participación de otras marcas, solicitamos a la Entidad explicar mejor el requerimiento de la especificación A40 o considerarla de caracter opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A40 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de permitir una mayor participación de postores se considerará la especificación A40 cómo opcional entendiendo que el sistema de bloque trabaja de acuerdo a la tecnología usada por cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A40. FRENO BLOQUEADO POR QUE FRENO DE SEGURIDAD NO ESTÁ DESBLOQUEADO (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A40:

FRENO BLOQUEADO POR QUE FRENO DE SEGURIDAD NO ESTÁ DESBLOQUEADO (OPCIONAL)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Especificacion A41

Observamos que la especificación A41 solicita un mensaje de error que es propio de una sola marca lo cual restringe la participación de postores. A fin de no restringir la participación de otras marcas, solicitamos a la Entidad explicar mejor el requerimiento de la especificación A41 o considerarla de caracter opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A41 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo la importancia de contar con un sistema que alerte en caso no se cuente con la cantidad de agua necesaria para comenzar el proceso de lavado. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A41. MAQUINA VACÍA POR QUE LA CANTIDAD DE AGUA EN LA MAQUINA ES INFERIOR A LA CANTIDAD MÍNIMA PERMITIDA O POR PROBLEMA DE INGRESO DE AGUA A LA LAVADORA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A41:

MAQUINA VACÍA POR QUE LA CANTIDAD DE AGUA EN LA MAQUINA ES INFERIOR A LA CANTIDAD MÍNIMA PERMITIDA O POR PROBLEMA DE INGRESO DE AGUA A LA LAVADORA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Especificacion A42

Observamos que la especificación A42 solicita un mensaje de error que es propio de una sola marca lo cual restringe la participación de postores. A fin de no restringir la participación de otras marcas, solicitamos a la Entidad explicar mejor el requerimiento de la especificación A42 o considerarla de caracter opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A42 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que la especificación A41 ya solicita una alarma en caso haya problemas con la entrada de agua. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A42. FALTA DE AGUA O CUENTA LITROS ESTROPEADO (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A42:

FALTA DE AGUA O CUENTA LITROS ESTROPEADO (OPCIONAL)



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Especificacion A44

Observamos que la especificación A44 solicita un mensaje de error que es propio de una sola marca lo cual restringe la participación de postores. A fin de no restringir la participación de otras marcas, solicitamos a la Entidad explicar mejor el requerimiento de la especificación A44 o considerarla de caracter opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A44 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, NO SE ACOGE. Se precisa que es una alarma de falla de motor permitirá al personal técnico abordar el problema de inmediato, evitando tiempos prolongados de inactividad de la lavadora y asegurando que el equipo pueda volver a operar rápidamente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Especificacion A46

Observamos que la especificación A46 solicita un mensaje de error que es propio de una sola marca lo cual restringe la participación de postores ya que solicita un tipo de sonda. A fin de no restringir la participación de otras marcas, solicitamos a la Entidad explicar mejor el requerimiento de la especificación A46 o considerarla de caracter opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A46 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que el tipo de sensor de temperatura depende de la tecnología de fabricación de cada marca por lo que se considerará la especificación A46 cómo opcional. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A46. SONDA PT100 DESCONETADA (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A46:

SONDA PT100 DESCONETADA (OPCIONAL)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Especificación B01

Observamos que la especificacion B01 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca.

Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B01 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B01 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de marcas y entendiendo que el tipo de válvula de vapor depende directamente de la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B01. VALVULA DE VAPOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01:

VÁLVULA DE VAPOR

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Especificación b02

Observamos que la especificacion b02 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca.

Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación b02 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B02 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que el modo de desbloqueo de la puerta depende de la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B02. VÁLVULA DE DESBLOQUEO DE PUERTA (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02:

VÁLVULA DE DESBLOQUEO DE PUERTA (OPCIONAL)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Especificación B03

Observamos que la especificacion B03 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca.

Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B03 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B03 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que el modo de bloqueo de la puerta depende de la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B03. VÁLVULA DE BLOQUEO DE PUERTA (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B03:

VÁLVULA DE BLOQUEO DE PUERTA (OPCIONAL)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Especificación B04

Observamos que la especificacion B04 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca.

Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B04 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B04 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, NO SE ACOGE. Se precisa que a fin de asegurar una correcta apertura de la válvula del drenaje, asegurando que que el drenaje solo ocurra cuando sea necesario, evitando derrames de agua contaminada o productos químicos que puedan comprometer el área de trabajo, lo mínimo que se aceptará es que el postor cumpla con lo solicitado en la especificación B04.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Especificación B05

Observamos que la especificacion B05 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca.

Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B05 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B05 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, NO SE ACOGE. Se precisa que a fin de asegurar un correcto cierre de la válvula del drenaje, asegurando que que el drenaje solo ocurra cuando sea necesario, evitando derrames de agua contaminada o productos químicos que puedan contaminar el área de trabajo, lo mínimo que se aceptará es que el postor cumpla con lo solicitado en la especificación B05.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Especificación B06

Observamos que la especificacion B06 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca.

Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B06 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B06 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que que el sistema de bloqueo depende de la tecnología de lavado usado por cada fabricante, se ampliará la especificación B06 aceptando que la válvula de bloqueo de freno sea opcional. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B06. VÁLVULA DE BLOQUEO DE FRENO (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B06: VÁLVULA DE BLOQUEO DE FRENO (OPCIONAL)



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Especificación B07

Observamos que la especificacion B07 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca.

Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B07 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B07 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que que el sistema de desbloqueo depende de la tecnología de lavado usado por cada fabricante, se ampliará la especificación B07 aceptando que la válvula de desbloqueo de freno sea opcional. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B07. VÁLVULA DE DESBLOQUEO DE FRENO (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B07: VÁLVULA DE DESBLOQUEO DE FRENO (OPCIONAL)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Especificación B08

Observamos que la especificacion B08 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca.

Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B08 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B09 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, NO SE ACOGE. Se precisa que a fin se asegurar una adecuado control del ingreso de agua fría, permitiendo el ingreso del agua solo cuando sea requerido, lo mínimo que se aceptará es que el postor cumpla con lo solicitado en la especificación B08

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

**Observación: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

Especificación B10

Observamos que la especificacion B10 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca.

Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B10 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: CAP 3    Literal: B10    Página: 39**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que para el caso del vaciado de agua, existen otras alternativas además de una válvula neumática, por lo que se considerará la especificación B10 cómo opcional. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B10: VÁLVULA NEUMÁTICA DE VACIADO (OPCIONAL)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

B10: VÁLVULA NEUMÁTICA DE VACIADO (OPCIONAL)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Especificación B11

Observamos que la especificacion B11 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca.

Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B11 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B11 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de marcas entendiendo que el ingreso manual de agua depende de la tecnología usada por cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B11. VÁLVULA MANUAL DE INGRESO DE AGUA O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B11: VÁLVULA MANUAL DE INGRESO DE AGUA O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Especificación B12

Observamos que la especificacion B12 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca.

Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B12 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B12 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que la distribución de los compartimentos de detergente dependerán de la necesidad del área usuaria. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B12. VÁLVULA PARA PRODUCTO 1 (POLVO O LÍQUIDO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B12: VÁLVULA PARA PRODUCTO 1 (POLVO O LÍQUIDO)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Especificación B13

Observamos que la especificacion B13 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca.

Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B13 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B13 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que la distribución de los compartimentos de detergente dependerán de la necesidad del área usuaria. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B13. VÁLVULA PARA PRODUCTO 2 (POLVO O LÍQUIDO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B13: VÁLVULA PARA PRODUCTO 2 (POLVO O LÍQUIDO)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Especificación B14

Observamos que la especificacion B14 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca.

Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B14 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B14 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que la distribución de los compartimentos de detergente dependerán de la necesidad del área usuaria. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B14. VÁLVULA PARA PRODUCTO 3 (POLVO O LÍQUIDO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B14: VÁLVULA PARA PRODUCTO 3 (POLVO O LÍQUIDO)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Especificación B15

Observamos que la especificacion B15 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca.  
Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B15 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B15 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que la distribución de los compartimentos de detergente dependerán de la necesidad del área usuaria. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B15. VÁLVULA PARA PRODUCTO 4 (POLVO O LÍQUIDO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B15: VÁLVULA PARA PRODUCTO 4 (POLVO O LÍQUIDO)



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

Especificación B16

Observamos que la especificacion B16 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca.

Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B16 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B16 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que la distribución de los compartimentos de detergente dependerán de la necesidad del área usuaria. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B16. VÁLVULA PARA PRODUCTO 5 (POLVO O LÍQUIDO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B16: VÁLVULA PARA PRODUCTO 5 (POLVO O LÍQUIDO)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Especificación B17

Observamos que la especificacion B07 solicita un característica especifico lo cual restringe la participación de otras marcas. El uso de un sistema que contabiliza los litros de agua no generan una ventaja funciona, por el contrario restringe la participación de otras marcas y aumenta el costo de adquisicisión.

Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B17 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B17 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que, además del contador de litros de agua existen otras alternativas los cuales pueden cuantificar la cantidad de agua que ingresará al tambor de lavado. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B17. CUENTA LITROS DE INGRESO DE AGUA (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B17. CUENTA LITROS DE INGRESO DE AGUA (OPCIONAL)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Especificación B18

Observamos que la especificacion B18 solicita dos tipos de filtro. Sin embargo, estos filtros no depende de la fabricación de la lavadora por lo que recomendamos a la Entidad considerar esta especificación cómo opcional o que se pueda acreditar con declaración jurada

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B18 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que los filtros para el ingreso de agua fría y caliente pueden colocarse externamente a la lavadora razón por el cual. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B18. FILTRO DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B18. FILTRO DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE (OPCIONAL)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Especificación B18

Observamos que la especificacion B18 solicita dos tipos de filtro. Sin embargo, estos filtros no depende de la fabricación de la lavadora por lo que recomendamos a la Entidad considerar esta especificación cómo opcional o que se pueda acreditar con declaración jurada

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B18 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que los filtros para el ingreso de agua fría y caliente pueden colocarse externamente a la lavadora razón por el cual. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B18. FILTRO DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B18. FILTRO DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE (OPCIONAL)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

Especificación B19

Observamos que la especificacion B19 solicita un tipo de válvula específico lo cual restringe la participación de otras marcas. Es conocido que el uso de válvulas depende directamente de cada fabricante por lo que solicitar un tipo específico de válvula restringe la participación de otras marca. Solicitamos a la Entidad ampliar la especificación B19 o reformular la especificación a fin de no restringir la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B19 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que las dimensiones de la válvula de ingreso de vapor, depende directamente de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

B19. SISTEMA DE CALEFACCION CON VÁLVULA DE INGRESO DE VAPOR DE 1" O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B19: SISTEMA DE CALEFACCION CON VÁLVULA DE INGRESO DE VAPOR DE 1" O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

Especificación C02

Observamos que la especificación C02 solicita contenedores de detergente de un volumen fijo. Es conocido que el volumen y la cantidad de los contenedores depende directamente de la tecnología de cada fabricante por lo que solicitamos a la Entidad considerar ampliar la especificación C02.

"CONTENEDOR DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: C02 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que la especificación C02 hace referencia a que se solicita cinco galones o contenedores de detergente líquido de 20 litros de capacidad cómo mínimo. A fin de promover una mayor participación de postores, se aceptarán otras presentaciones siempre en cuando, cubran la cantidad solicitada. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

C02. CINCO CONTENEDORES DE 20 LITROS DE DETERGENTE LÍQUIDO U OTRA PRESENTACIÓN QUE CUBRA LA DEMANDA DE 100 LITROS EN TOTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C02: CINCO CONTENEDORES DE 20 LITROS DE DETERGENTE LÍQUIDO U OTRA PRESENTACIÓN QUE CUBRA LA DEMANDA DE 100 LITROS EN TOTAL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Especificación C04

Observamos que la especificación C04 solicita contenedores para lejía de un volumen fijo. Es conocido que el volumen y la cantidad de los contenedores depende directamente de la tecnología de cada fabricante por lo que solicitamos a la Entidad considerar ampliar la especificación C02.

"CONTENEDOR DE HIPOCLORITO DE SODIO, ADECUADO PARA DOSIFICACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: C03 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que la especificación C04 hace referencia a que se solicita dos galones o contenedores de lejía (hipoclorito sódico) de 20 litros de capacidad como mínimo. A fin de promover una mayor participación de postores, se aceptarán otras presentaciones siempre en cuando, cubran la cantidad solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C04: DOS CONTENEDORES DE 20 LITROS DE HIPOCLORITO SÓDICO U OTRA PRESENTACIÓN QUE CUBRA LA DEMANDA DE 40 LITROS EN TOTAL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Literal e

El literal "e" solicita que para acreditar las especificaciones solo se permitirá utilizar una carta para sustentar cuatro especificaciones. A fin de favorecer la presentación de ofertas solicitamos que se pueda acreditar especificaciones mediante carta firmada por el fabricante sin restricción alguna ya que las especificaciones técnica no se pueden sustentar en su totalidad con ficha técnica o manual de uso o técnico.

Permitir el uso de la carta, siempre en cuanto la carta esté firmada por el fabricante, ayudará a que muchos postores puedan participar en el proceso de licitación favoreciendo a la Entidad ya que se presentará una mayor cantidad de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: E Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE, para mayor pluralidad de postores se aceptara documento de fabricante sin restricciones, por lo que se modificara de la siguiente manera:

e) Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FORMATO N° 14). Y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en origina o copias; también se empleará cualquier otro documento del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e) Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FORMATO N° 14). Y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en origina o copias; también se empleará cualquier otro documento del fabricante.



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:11

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

Se observa que no todas las especificaciones técnicas a acreditar son sustentables ya que muchas especificaciones solicitadas en el cuadro mostrado no son especificaciones técnicas lo cual no puede ser sustentado técnicamente por lo cual, solicitamos a la Entidad confirmar la cantidad de especificaciones técnicas que se deberá acreditar con ficha técnica, manual, carta entre otros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: E Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE la revision tecnica, SE ACOGE, se entiende que hay puntos que no son netamente caracterisitcas tecnicas por lo que que se modificara de la siguiente manera:

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG: A01 hasta A46, B01 hasta B19, C01 hasta C04, D01.

SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG: A01 hasta A33, B01 hasta B03, C01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG: A01 hasta A46, B01 hasta B19, C01 hasta C04, D01.

SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG: A01 hasta A33, B01 hasta B03, C01

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

En el mercado actual, la mayoría de lavadoras ofrecen capacidad de carga de 100 kg cómo capacidad estandar. Así mismo, la relación de carga depende directamente de la tecnología de cada fabricante por lo cual solicitar un relación de carga puede restringir la participación de otros postores. Así también, vale indicar que la relación de carga solicitada no es la más óptima ya que una relación de 1:9 es mejor que la solicitada inicialmente ya que esta relación ofrece mayor flexibilidad en la carga, mayor eficiencia en el lavado, entre otras ventajas adicionales. Pedimos al Comité Evaluador considerar ampliar el punto A03, para permitir una mayor participación de marcas, de acuerdo al siguiente enunciado:

A03: CAPACIDAD MÍNIMA DE 100 KG CÓMO MÍNIMO, DE CAPACIDAD POR CICLO, RELACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: a03

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 38

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores se ampliará la especificación A03 aceptando una capacidad mínima de 100 kg, con relación de carga de acuerdo a la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A03. CAPACIDAD MÍNIMA DE 100 KG CÓMO MÍNIMO, DE CAPACIDAD POR CICLO, RELACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A03:

CAPACIDAD MÍNIMA DE 100 KG CÓMO MÍNIMO, DE CAPACIDAD POR CICLO, RELACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

**Observación: Nro. 43**

**Consulta/Observación:**

En el mercado actual, muchos fabricantes de lavadoras y secadoras trabajan con puertas fabricadas en su totalidad con vidrio resistente a alta temperatura. Este tipo de puertas no solo resisten al altas temperaturas sino tambien son resistentes a golpes por lo cual son ideales para trabajan en entornos hospitalarios ya que son resistentes a la corrosión y permiten una fácil limpieza y desinfección.  
Pedimos al Comité Evaluador considerar ampliar el punto A07, para permitir una mayor participación de marcas, de acuerdo al siguiente enunciado:

A07: PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA USADA POR EL

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** cap3    **Literal:** a07    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la revisión técnica, SE AACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de permitir una mayor participación de postores se ampliará la especificación A07 aceptando cómo mínimo una puerta fabricada en acero inoxidable o de calidad similar. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A07. PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA USADA POR EL FABRICANTE, CON VISOR DE CRISTAL DE VIDRIO TEMPLADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

A07: PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA USADA POR EL FABRICANTE, CON VISOR DE CRISTAL DE VIDRIO TEMPLADO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

**Consulta:** Nro. 44

**Consulta/Observación:**

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A10.

Es sabido que además del variador de velocidad existen otros mecanismos para poder controlar la velocidad de giro del tambor. ¿Permitirá el Comité trabajar con otro mecanismo el cual ofrece un control de velocidad igual de eficiente que variador de velocidad?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** cap 3    **Literal:** a10    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la revisión técnica, SE ACLARA que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que el sistema de control de velocidad del tambor puede ser controlado por un sistema similar con el mismo resultado. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A10. CON SISTEMA QUE PERMITA CAMBIAR LA VELOCIDAD DEL TAMBOR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

A10:

CON SISTEMA QUE PERMITA CAMBIAR LA VELOCIDAD DEL TAMBOR

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:  
Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A11.  
A que se refiere el comité al solicitar el término "doble eje lateral" en la especificación A11

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a11

Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que el término "doble eje lateral" hace referencia a que el tambor interno, donde se colocan las prendas, puede estar soportado o accionado por dos ejes paralelos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A13.  
Se consulta al Comité Evaluador si aceptará una tecnología similar al tambor flotante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a13 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que además del tambor tipo flotante existen otras tecnología los cuales brindan ventajas similares al tambor tipo flotante por lo que se modificará la especificación A13.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

En el mercado actual, existen varias marcas las cuales para brindar un mejor sistema de amortiguamiento durante la etapa de centrifugado utilizan amortiguadores mecánicos los cuales son conocidos por ofrecer mayor resistencia y bajo coste. Adicionalmente a eso, la capacidad de centrifugado de la lavadora depende directamente de la tecnología de cada fabricante. Consideremos que para el caso del centrifugado (para las lavadoras) un alto centrifugado no significa una mejora para la lavadora ya que el nivel de centrifugado depende del tipo de amortiguamiento que se use (depende de cada marca).

Por temas de seguridad para el equipo y el operador, es recomendable considerar que la lavadora debería contar con sistema de anclaje a suelo a fin de garantizar un mejor sistema de amortiguación.

Pedimos al Comité Evaluador considerar ampliar el punto A14, para permitir una mayor participación de marcas, de acuerdo al siguiente enunciado:

"SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. CON SISTEMA DE ANCLAJE AL SUELO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a14 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que aparte del sistema de amortiguación hidráulica existen otras tecnologías la cuales utilizan el anclaje en el suelo y que brindan la estabilidad para asegurar un óptimo centrifugado, se ampliará la especificación aceptando que el sistema de amortiguación dependa de la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A14. CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN CONTRUIDO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A14:

CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN CONTRUIDO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A18.  
A que se refiere el comité al solicitar el término "centrado de puerta mediante dispositivo" en la especificación A18

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a18 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que el término "centrado de puerta mediante dispositivo" solicita que al finalizar el proceso de lavado, la puerta del tambor y la puerta del tambor queden centrados para permitir el retiro de la carga lavada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A19.  
A que se refiere el comité al solicitar el término "controlar la amplitud máxima del movimiento del tambor" en la especificación A18

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a19 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que el término "controlar la amplitud máxima del movimiento del tambor" se refiere a que la lavadora debe poder mantener estable el tambor cuando este se encuentre en su máxima velocidad de centrifugado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A20.

Quando mencionan "interruptor general esté en posición de encendido" ¿se refiere a que la llave que está en el tablero eléctrico esté activado?

¿Cuándo indican pulsador para puesta en marcha", se refiere a que se debe presionar un solo boton? ¿el boton debe ser físico o puede ser virtual (pantalla táctil)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a20 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que el sistema de encendido depende directamente de la tecnología de cada fabricante, se ampliará la especificación A20 permitiendo que la activación de la máquina se realice de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A21.

¿El sistema de correspondencia entre la puerta del tambor y la puerta de la lavadora también puede ser mecánico?

Así mismo, se pide definir la funciones que deberá realizar cómo mínimo el panel de mando uicado en el lado sucio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a21 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que las funciones mínimas que se aceptarán del panel de mando será que permita la programación de los parámetros de lavado cómo mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A22.

¿El sistema de correspondencia entre la puerta del tambor y la puerta de la lavadora también puede ser mecánico?

Así mismo, se pide definir la funciones que deberá realizar cómo mínimo el panel de mando uicado en el lado limpio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a220 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que el pulsador de posición de puerta permitirá centrar las puertas del tambor y de la lavadora de manera manual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A26.

¿A que se refiere el Comité Evaluador cuando solicita estanqueidad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a26 Página: 3800

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que la estanqueidad solicitada en la especificación hace referencia a la capacidad del equipo para garantizar un sellado completo y evitar cualquier fuga de agua

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:  
Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A29.  
¿A que se refiere el Comité Evaluador cuando solicita "tapa de acero inoxidable para los productos"?  
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a29 Página: 38  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
De la revisión técnica, SE ACLARA que la "tapa de acero inoxidable" hace referencia a que el lado de la cuba o cubeta debe estar fabricado en acero inoxidable para asegurar una adecuada y segura carga y descarga de la ropa a lavar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A39.

¿A que se refiere el Comité Evaluador cuando solicita "el mensaje ERROR DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMADOR"?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a39 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que el error de comunicación del programador hace referencia a un error de comunicación entre los sistemas de la lavadora, el cual tiene otro nombre en otras marcas, se modificará la especificación A39 considerándolo opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A40

¿Se solicita al comité evaluador aclarar la especificación A40?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a40 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que la especificación A40 solicita que una alarma que se active cuando freno de seguridad no permita iniciar un proceso de lavado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A41

¿Se solicita al comité evaluador aclarar la especificación A41?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a41 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que la alarma solicitada en la especificación A41 se refiere a la necesidad de que la lavadora alerte en caso haya problemas con el ingreso de agua a la lavadora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A42  
¿Se solicita al comité evaluador aclarar la especificación A42?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a42 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que la especificación A41 ya solicita una alarma en caso haya problemas con la entrada de agua, se modificará la especificación A42 considerándolo como opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A44

¿Se solicita al comité evaluador aclarar la especificación A44?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a44 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que la alarma solicitada en la especificación A44 se refiere a la necesidad de que la lavadora alerte en caso el sistema encargado de la rotación del tambor presente una falla

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:28:29

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A46 ¿Se solicita al comité evaluador aclarar la especificación A46 ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a46 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que el tipo de sensor de temperatura depende de la tecnología de fabricación de cada marca por lo que se considerará la especificación A46 cómo opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:37:02

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

En el mercado actual, la mayoría de secadoras ofrecen capacidad de carga de 70 kg cómo capacidad estandar. Así mismo, la relación de carga depende directamente de la tecnología de cada fabricante por lo cual solicitar un relación de carga puede restringir la participación de otros postores. Así también, vale indicar que la relación de carga solicitada no es la más óptima ya que una relación menor es mejor que la solicitada inicialmente ya que ofrece mayor eficiencia en el lavado, entre otras ventajas adicionales.

Pedimos al Comité Evaluador considerar ampliar el punto A02, para permitir una mayor participación de marcas, de acuerdo al siguiente enunciado:

A02: CAPACIDAD: DE 70 KG/CARGA DE ROPA SECA; CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL.RELACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a02 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que la capacidad de carga y la relación de carga directamente de acuerdo a la tecnología del fabricante. Por lo que se modificará de la siguiente manera:

A02. CAPACIDAD: DE 80 KG DE CARGA DE ROPA; CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL.RELACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A02:

CAPACIDAD: DE 80 KG DE CARGA DE ROPA; CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL.RELACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:37:02

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A16.

¿Puede aceptar el comité un rango diferente al solicitado en la especificación A16 a fin de promover una mayor participación de marcas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a16 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que a fin promover una mayor participación de postores y entendiendo que el rango de velocidad de giro del tambor depende directamente de la tecnología de cada fabricante por lo que se ampliará la especificación A16 permitiendo que la velocidad de giro del tambor dependa directamente de la tecnología de cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:37:02

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A17.

¿Puede aceptar el comité un rango diferente al solicitado en la especificación A17 a fin de promover una mayor participación de marcas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a17 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que a fin de no restringir la participación de otros postores y entendiendo que el diámetro del tambor depende directamente de la tecnología de cada fabricante por lo que se ampliará la especificación A17

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:37:02

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A18.

¿Puede aceptar el comité un rango diferente al solicitado en la especificación A18 a fin de promover una mayor participación de marcas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a18 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que la profundidad del tambor depende de la tecnología de cada fabricante por lo que se ampliará la especificación A18

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:37:02

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A19.

¿Puede aceptar el comité un rango diferente al solicitado en la especificación A19 a fin de promover una mayor participación de marcas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a19 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que a fin de promover una mayor participación de otros postores y entendiendo el diámetro del puerto de descarga del vapor depende de la tecnología de cada fabricante por lo que se ampliará la especificación A19

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:37:02

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A21.

¿Puede aceptar el comité una potencia menor para el motor de extracción? El motor al que se refieren es el motor de ventilación, cierto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 36 Literal: a21 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que también se aceptará la potencia del motor de ventilación en sustitución de la potencia del motor de extracción

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:37:02

**Consulta:** Nro. 67

**Consulta/Observación:**

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A25.

¿Puede aceptar el comité una pantalla de mayor tamaño solicitado en la especificación A25 a fin de promover una mayor participación de marcas?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** cap3    **Literal:** a25    **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la revisión técnica, SE ACLARA que para garantizar una adecuada visualización de los parámetros así cómo de los controles de programación lo cual mejorará el manejo por parte del operador, se mejorará la especificación A25 considerando una pantalla no menor a 6 pulgadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:37:02

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A26.

Permitá el comité presentar la opción de creación de programas de secado como sustento para la especificación A26?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a26 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que también se aceptará como sustento de la especificación A26 que la secadora tenga la opción para crear programas de secado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:37:02

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:  
Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A27.  
Permitira acreditar la especificación A27 con otros mensajes similares a los solicitados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a27 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
De la revisión técnica, SE ACLARA que a fin de permitir una mayor participación de postores y entendiendo que la distribución de los indicadores visuales depende de la tecnología de cada fabricante por lo que se ampliará la especificación A27

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:37:02

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A29.  
Aceptará otro tipo de protección que evite el sobrecalentamiento del motor

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a29 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que también se aceptará otro tipo de protección eléctrica como sustento de la especificación A29

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:37:02

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:  
Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A30.  
Aceptará otro tipo de sistema de variación de velocidad para acreditar la especificación A30

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a30 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que el sistema de protección de velocidad del tambor depende de la configuración adoptada por cada fabricante, se considerará la especificación A30 cómo opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:37:02

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente consulta al Comité Evaluador referente a la especificación A31.  
En caso se use una pantalla táctil, se pulsador de arranque y parada puede ser un boton ubicada en la pantalla táctil?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap3 Literal: a31 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que el botón de arranque y parada también pueden ser táctiles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 73

Consulta/Observación:

"Especificación A02

Observamos que la especificación A02 solicita una lavadora con capacidad mínima de 100 kg. A fin de promover una mayor pluralidad de postores, solicitamos a la Entidad permita ampliar la especificación A02 aceptando secadoras de capacidad de 80 kg (según el título del ítem) o mayor.

La especificación A02 debería modificarse del siguiente modo:

""CAPACIDAD: DE 80 KG/CARGA DE ROPA SECA; CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL""

Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores lo cual promoverá la competencia y mejora de precios ya que postores implican una mayor competencia, lo que tiende a reducir los precios ofrecidos. Al tener varias opciones, el comprador puede seleccionar una propuesta con un costo más ajustado y competitivo."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A02 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que una capacidad de carga no menor a 80 kg puede cubrir la demanda del centro de salud. Por lo que se modificará de la siguiente manera:

A02. CAPACIDAD: DE 80 KG DE CARGA DE ROPA; CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL.RELACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A02:

CAPACIDAD: DE 80 KG DE CARGA DE ROPA; CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL.RELACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 74

Consulta/Observación:

"Especificación A03

Observamos que la especificación A03 solicita que la estructura de soporte de la lavadora cumpla una norma específica. Sin embargo, otras marcas trabajan con otras normativas con lo cual se asegura que la secadora sea fabricada siguiente altos estándares de calidad.

Se pide a la Entidad considerar ampliar la especificación A03 indicando otras normas a cumplir en lugar de la norma ASTM-36."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A03 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de permitir una mayor participación de postores y entendiendo que además de la norma ASTM-36 existen otras normal cómo por ejemplo, la certificación europea (CE) las cuales exigen el cumplimiento de estándares para asegurar la calidad del producto. Por lo que se modificará de la siguiente manera:

A03.ESTRUCTURA DE SOPORTE METÁLICO DE NORMAS ASTM-36 O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A03: ESTRUCTURA DE SOPORTE METÁLICO DE NORMAS ASTM-36 O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 75

Consulta/Observación:

"Especificación A04.

Observamos que la especificación A04 solicita un sistema de transmisión específica. Por vigencia tecnológica, existen sistema de transmisión mejores a lo solicitado en la especificaición A04 por lo cual recomendamos a la Entidad ampliar la especificación A04 del siguiente modo:

""TRANSMISIÓN MECÁNICA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A04 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de permitir una mayor participación de postores y entendiendo además de la transmisión con rotación de doble sentido, existen otros sistemas de transmisión (transmisión directa o transmisión por engranajes reductores entre otros) los cuales brindarán un adecuado control del tambor así como el giro del mismo. Por lo que se modificará de la siguiente manera:

A04. TRANSMISIÓN MECÁNICA EXTRA PESADA CON ROTACIÓN DE DOBLE SENTIDO MEDIANTE POLEAS, FAJAS TRAPEZOIDALES O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A04: TRANSMISIÓN MECÁNICA EXTRA PESADA CON ROTACIÓN DE DOBLE SENTIDO MEDIANTE POLEAS, FAJAS TRAPEZOIDALES O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 76

Consulta/Observación:

"Especificación A05

Observamos que la especificación A05 solicita un tipo de tambor específico lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que el espesor del tambor depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos considerar la especificación A05 como opcional o en su defecto reformularla"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A05 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que para promover una mayor participación de postores y entendiendo que el espesor del tambor así como el diseño de las perforaciones depende de la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificará de la siguiente manera:

A05. TAMBOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON PERFORACIONES QUE PERMITA UN ALTO FLUJO DE AIRE A TRAVES DEL TAMBOR ROTATIVO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A05:

TAMBOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON PERFORACIONES QUE PERMITA UN ALTO FLUJO DE AIRE A TRAVES DEL TAMBOR ROTATIVO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 77

Consulta/Observación:

"Especificación A07

Observamos que la especificación A07 solicita el calentamiento de agua utilizando vapor de la red a traves de válvula solenoide. Es importante considerar que la forma de suministro del vapor no depende del lavador por lo cual no debería considerarse en la especificación.

A fin de no complicar el sustento de las especificaciones técnica, recomendamos suprimir el término observado quedando la especificación A07 del siguiente modo:

""CALENTAMIENTO: CON VAPOR DE AGUA""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A07 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que la válvula que controla el ingreso del vapor depende del tipo de tecnología elegida por el fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A07. CALENTAMIENTO: CON VAPOR DE AGUA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A07. CALENTAMIENTO: CON VAPOR DE AGUA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

**Observación: Nro. 78**

**Consulta/Observación:**

"Especificación A08

Observamos que la especificación A08 solicita un sistema de calentamiento específico lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que el sistema de calentamiento depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos considerar la especificación A08 como opcional o en su defecto reformularla"

**Acápite de las bases : Sección: Anexos      Numeral: CAP 3      Literal: A08      Página: 36**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que el sistema de calentamiento a vapor depende directamente de la tecnología de cada fabricante por lo que otras marcas utilizan un sistema diferente de calentamiento sin que esto genere una desventaja tecnológica por lo que se considerará la especificación A08 como opcional. Por lo que se modificará de la siguiente manera:

A08. SISTEMA DE CALENTAMIENTO A VAPOR MEDIANTE INTERCAMBIADORES DE CALOR FABRICADO EN TUBO DE COBRE DE 5/8 PSI (OPCIONAL)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

A08:

SISTEMA DE CALENTAMIENTO A VAPOR MEDIANTE INTERCAMBIADORES DE CALOR FABRICADO EN TUBO DE COBRE DE 5/8 PSI (OPCIONAL)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 79

Consulta/Observación:

"Especificación A10  
Observamos que la especificación A10 solicita un bastidor con acabados especificos lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que el diseño de los bastidores depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos reformular la especificacion A10 "

Acápite de las bases :Sección: Especifico      Numeral: CAP 3      Literal: A10      Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin promover una mayor participación de postores y entendiendo que el diseño y material con el que se fabrican los bastidores depende de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A10. BASTIDOR INTERIOR DE ACERO TRATADO PINTADO CON RESINA DE POLIESTER CON ACABADO TEXTURIZADO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A10:  
  
BASTIDOR INTERIOR DE ACERO TRATADO PINTADO CON RESINA DE POLIESTER CON ACABADO TEXTURIZADO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 80

Consulta/Observación:

"Especificación A11

Observamos que la especificación A11 solicita un bastidor con acabados especificos lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que el diseño de los bastidores depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos reformular la especificacion A11"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A11 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, NO SE ACOGE. Se precisa que a fin de asegurar que el bastidor de la lavadora esté fabricado con un materia, resistente a la corrosión y humedad, lo mínimo que se aceptará es que el postor cumpla lo solicitado en la especificación A11.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 81

Consulta/Observación:

"Especificación A12  
Observamos que la especificación A12 solicita un valor específico de la presión lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que el valor de la presión de calentamiento depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos reformular la especificacion A12"

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: CAP 3Literal: A12Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que el valor de la presión de entrada de vapor depende de la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A12. CALENTAMIENTO DE VAPOR: 100 PSI O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A12:  
  
CALENTAMIENTO DE VAPOR: 100 PSI O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 82

Consulta/Observación:

"Especificación A16

Observamos que la especificación A16 solicita un rango de velocidad de giro específico lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que el rango de velocidad de giro depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos reformular la especificacion A16"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A16 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin promover una mayor participación de postores y entendiendo que el rango de velocidad de giro del tambor depende directamente de la tecnología de cada fabricante por lo que se ampliará la especificación A16 permitiendo que la velocidad de giro del tambor dependa directamente de la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A16. VELOCIDAD DE GIRO: DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A16:

VELOCIDAD DE GIRO: DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 83

Consulta/Observación:

"Especificación A17

Observamos que la especificación A17 solicita un rango de diámetro de tambor específico lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que el rango de diámetro de tambor depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos reformular la especificacion A17"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A17 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de no restringir la participación de otros postores y entendiendo que el diámetro del tambor depende directamente de la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A17. DIÁMETRO DEL TAMBOR: 1160 mm CÓMO MÍNIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A17:

DIÁMETRO DEL TAMBOR: 1160 mm CÓMO MÍNIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

**Observación: Nro. 84**

**Consulta/Observación:**

"Especificación A18  
Observamos que la especificación A18 solicita un rango de profundidad de tambor específico lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que el rango de profundidad de tambor depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos reformular la especificacion A18"

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP 3    **Literal:** A18    **Página:** 36  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que la profundidad del tambor depende de la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A18. PROFUNDIDAD DEL TAMBOR: 1140 mm CÓMO MÍNIMO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

A18:

PROFUNDIDAD DEL TAMBOR: 1140 mm CÓMO MÍNIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 85

Consulta/Observación:

"Especificación A19

Observamos que la especificación A19 solicita un rango de diámetro de descarga específico lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que el rango de diámetro de descarga de tambor depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos reformular la especificacion A19"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A19 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de otros postores y entendiendo el diámetro del puerto de descarga del vapor depende de la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A19. DIÁMETRO DE DESCARGA DE VAPOR: DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A19:

DIÁMETRO DE DESCARGA DE VAPOR: DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

**Observación: Nro. 86**

**Consulta/Observación:**

"Especificación A21

Observamos que la especificación A21 solicita una potencia específico para el motor de extrator (ventilador) lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que el rango de diámetro de descarga de tambor depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos reformular la especificacion A21"

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A21 Página: 36**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que el dimensionamiento de la potencia del motor de extracción o ventilación, depende directamente de la tecnología de cada fabricante.Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A21. POTENCIA DEL MOTOR DEL EXTRACTOR O VENTILADOR: DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

A21:

POTENCIA DEL MOTOR DEL EXTRACTOR O VENTILADOR: DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

**Observación: Nro. 87**  
**Consulta/Observación:**  
"Especificación A22  
Observamos que la especificación A21 solicita un diametro de puerta específico lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que el diámetro de puerta depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos reformular la especificacion A21"

Acápite de las bases :Sección: Especifico      Numeral: CAP 3      Literal: A22      Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que el diámetro de la puerta depende directamente de la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A22. PUERTA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
A22:

PUERTA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INSDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 88

Consulta/Observación:

"Especificación A24

Observamos que la especificación A24 solicita un tipo de puerta específico lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que el tipo de puerta depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos reformular la especificacion A24"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A24 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que el material de la bisagra y la manija depende directamente de la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A24. PUERTAS CON BISAGRAS Y CON MANIJA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A24:

PUERTAS CON BISAGRAS Y CON MANIJA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 89

Consulta/Observación:

"Especificación A25

Observamos que la especificación A25 solicita un tamaño de pantalla específico lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que el tamaño de pantalla depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos reformular la especificacion A25"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A25 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que para garantizar una adecuada visualización de los parámetros así cómo de los controles de progrqmación lo cual mejorará el manejo por parte del operador, se mejorará la especificación A25 considerando una pantalla no menor a 6 pulgadas. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A25. PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO DIGITAL DE 6": CON PANTALLA Y MENU DE NAVEGACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A25:

PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO DIGITAL DE 6": CON PANTALLA Y MENU DE NAVEGACIÓN

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 90

Consulta/Observación:

"Especificación A26

Observamos que la especificación A26 solicita tipos de secados específicos para distintos materiale lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que el tipo de secado depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos reformular la especificacion A26"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A26 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de permitir una mayor participación de postores y entendiendo que la nomenclatura de los programas de secado dependen directamente de la configuración que realiza cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A26. PANEL DE CONTROL PROGRAMABLE, QUE PERMITA LA PROGRAMACIÓN DE TEMPERATURA, TIEMPOS, Y VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL TAMBOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A26:

PANEL DE CONTROL PROGRAMABLE, QUE PERMITA LA PROGRAMACIÓN DE TEMPERATURA, TIEMPOS, Y VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL TAMBOR

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

**Observación: Nro. 91**  
**Consulta/Observación:**  
"Especificación A27  
Observamos que la especificación A27 solicita señales visuales específicos lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que el nombre de los mensajes de alarmar depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos reformular la especificacion A26"

Acápite de las bases :Sección: Especifico      Numeral: CAP 3      Literal: A27      Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de permitir una mayor participación de postores y entendiendo que la distribución de los indicadores visuales depende de la tecnología de cada fabricante. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A27. SEÑALES VISUALES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
A27:

SEÑALES VISUALES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 92

Consulta/Observación:

"Especificación A29

Observamos que la especificación A29 solicita un tipo de tablero específico lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que ademas del tablero de protección eléctrica existen otros sistemas de protección más eficientes por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos reformular la especificacion A29"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A29 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que los sistemas de protección eléctrica depende directamente de cada fabricante por lo que a fin de evitar restricciones se considerará la especificación A29 cómo opcional. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A29. PROTECCIÓN ELÉCTRICA: DEBERA CONTAR CON UN TABLERO ELÉCTRICO DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA POR SOBRECARGA DEL MOTOR PRINCIPAL, CON VENTILACIÓN CLIMATIZADA A TODOS LOS COMPONENTES CÓMO MÍNIMO (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A29:

PROTECCIÓN ELÉCTRICA: DEBERA CONTAR CON UN TABLERO ELÉCTRICO DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA POR SOBRECARGA DEL MOTOR PRINCIPAL, CON VENTILACIÓN CLIMATIZADA A TODOS LOS COMPONENTES CÓMO MÍNIMO (OPCIONAL)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2604589 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS AC

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:41:18

Observación: Nro. 93

Consulta/Observación:

"Especificación A30

Observamos que la especificación A30 solicita un sistema de vación de velocidad específico específico lo cual atenta contra el principio de pluralidad de postores. Se debe entender que los sistemas de variación de velocidad depende de cada tecnología por lo que a fin de no restringir la participación de otros postores recomendamos reformular la especificacion A30"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: A30 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que el sistema de protección de velocidad del tambor depende de la configuración adoptada por cada fabricante, se considerará la especificación A30 cómo opcional. Por lo que se modificara de la siguiente manera:

A30. PROTECCIÓN ELECTRONICA: SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD CON VARIADOR DE FRECUENCIA DE 2 HP CÓMO MÍNIMO (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A30:

PROTECCIÓN ELECTRONICA: SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD CON VARIADOR DE FRECUENCIA DE 2 HP CÓMO MÍNIMO (OPCIONAL)