

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código : 20603327374

Fecha de envío : 12/12/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES ASEFER E.I.R.L.

Hora de envío : 06:40:18

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la página 27 de las bases, solicitan en la sección ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO, lo siguiente:

No mayor a 04 (Cuatro) años sustentado con certificado de manufactura.

Indicamos que los postores al asegurar el buen funcionamiento del equipo mediante declaraciones juradas y documentación técnica, puesto que el postor se encuentra obligado a entregar un equipo que cumpla con los requerimientos mínimos, así como el buen funcionamiento del mismo.

Solicitamos a la entidad aceptar equipos cuya antigüedad sea menor a 5 años de fabricación acreditar con carta manufacturada, para permitir una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: CAP III

Literal: V

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA : precisa que según lo detallado en la consulta sobre ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO SERA MODIFICADA

COMO SIGUE: No menor a 05 (cinco) años sustentado con certificado de manufactura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de la siguiente descripción: ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO : No menor a 05 (cinco) años sustentado con certificado de manufactura

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20603327374	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASEFER E.I.R.L.	Hora de envío :	06:40:18

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la página 33 de las bases, solicitan en el ítem 18 FOSFATASA ALCALINA AUTOMATIZADA, lo siguiente:
Metodología: Cinético ¿ paranitrofenil fosfato
Indicamos que existen metodologías cinéticas que emplean diversos sustratos como el AMP (2-amino-2-metil-1-propanol), el cual está recomendado para la detección de fosfatasa alcalina de acuerdo al IFCC (International Federation of Clinical Chemistry)
Solicitamos a la entidad ampliar la metodología a lo siguiente: Cinético ¿ paranitrofenil fosfato y/o AMP (2-amino-2-metil-1-propanol), con el fin de permitir una mayor participación de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: VII Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA. Se incluirá para el ítem 18; metodología: Cinético - paranitrofenil fosfato y/o AMP (2-amino-2-metil-1-propanol)
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se incluirá en las bases integradas con la siguiente descripción : ítem 18 FOSFATASA ALCALINA AUTOMATIZADA; metodología: Cinético - paranitrofenil fosfato y/o AMP (2-amino-2-metil-1-propanol)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20603327374	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASEFER E.I.R.L.	Hora de envío :	06:40:18

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la página 36 de las bases, solicitan en el ítem 31 TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA lo siguiente:

Linealidad: No menor a 4100 U/L

En el mercado hay reactivos de bioquímica cuya linealidad es de hasta 3900 U/L, lo que permite la correcta detección de la prueba en el equipo bioquímico.

Solicitamos a la entidad aceptar en Linealidad lo siguiente: No menor a 3900 U/L, con el fin de permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** VII **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA y precisa que según lo detallado en la consulta sobre LINEALIDAD DEL ÍTEM 31 TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) SERA MODIFICADA COMO SIGUE: Linealidad: No menor a 3900 U/L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas con la siguiente descripción: LINEALIDAD DEL ÍTEM 31 TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) : Linealidad: No menor a 3900 U/L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan analizador automatizado de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Con 30 o más posiciones para emergencia

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un analizador con la siguiente característica:

¿ Con 11 a más posiciones para emergencia y/o con la capacidad de asignar cualquier posición del rotor de muestra para el procesamiento de emergencias y/o de acuerdo a cada fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACION Y RESPUESTA DEL AREA USUARIA ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, debido a que el laboratorio atiende pacientes de rutina y emergencia, por ello se necesita la mayor cantidad de posiciones de muestras disponibles para procesar muestras urgentes y cumplir con los tiempos de entrega de resultados , precisa que según lo detallado en la consulta sobre ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPO AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA, NO SE ACEPTARA 11 A MAS POSICIONES PARA MUESTRAS DE EMERGENCIA, PERO SERA MODIFICADA COMO SIGUE: CARACTERISTICAS: Con 30 o mas posiciones para emergencia y/o con la capacidad de asignar cualquier posición de muestra para el procesamiento de emergencias

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: Especificaciones mínimas EQUIPO AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA, CARACTERISTICAS: Con 30 o mas posiciones para emergencia y/o con la capacidad de asignar cualquier posición de muestra para el procesamiento de emergencias

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan analizador automatizado de bioquímica con la siguiente característica:

¿ 14 o más longitudes de onda entre 340nm ¿ 800nm

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un analizador con la siguiente característica:

¿ 12 o más longitudes de onda entre 340nm ¿ 800nm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA. Y precisa que según lo detallado en la consulta sobre ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPO AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA, en características sera modificado como sigue: CARACTERISTICAS: 12 o mas longitudes de onda entre 340nm - 800nm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción:ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPO AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA, CARACTERISTICAS: 12 o mas longitudes de onda entre 340nm - 800nm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan analizador automatizado de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Uso de cubeta permanente de vidrio

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un analizador con la siguiente característica:

¿ Uso de cubeta permanente de vidrio o de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases, para atender de acuerdo a lo solicitado por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

- ¿ Albumina:
- o Estabilidad a bordo en el equipo de 40 días a mas
 - o Linealidad no menor a 9 g/dl

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas
- o Linealidad no menor a 6 g/dl

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases, de acuerdo a lo solicitado por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Amilasa:
o Linealidad no menor a 3300 U/L

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

o Linealidad no menor a 1500 U/L

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases, esto en marco a lo solicitado por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Calcio:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 30 días a mas
- o Linealidad no menor a 24 mg/dl

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas
- o Linealidad no menor a 15 mg/dl

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA, el area usuaria aclara que para evitar reprocesos y con ello perdida de reactivos y demoras en los resultados para la entidad se solicita que la linealidad sea de 24 mg/dL para el item CALCIO, teniendo en consideracion que el laboratorio atiende emergencias y pacientes de rutina, según lo detallado en la consulta sobre el item 06 CALCIO, SERA MODIFICADA

COMO SIGUE: Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas. Linealidad no menor a 24 mg/dL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: item 06 CALCIO TOTAL, PARA LA DETERMINACION DE CALCIO TOTAL EN EMPAQUE DE 100 DETERMNACIONES O MAS. Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas. Linealidad no menor a 24 mg/dl

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Colesterol total:
o Estabilidad a bordo en el equipo de 30 días a mas

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

o Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA, debido a que el ítem COLESTEROL TOTAL es considerado una prueba de alta rotación para pacientes de rutina. Se modificara para el ítem 10 COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO
COMO SIGUE: Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCLUIRA EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DESCRIPCION: ítem 10 COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO, presentación Reactivo líquido listo para usar para la determinación de colesterol total empaque de 100 det. o mas, Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Colesterol LDL:
o Linealidad no menor a 800 mg/dl

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

o Linealidad no menor a 773 mg/dl

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA. Se modificara para el ítem 09 COLESTEROL LDL DIRECTO AUTOMATIZADO
COMO SIGUE: Linealidad: no menor a 773 mg/dL, a solicitud del area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: ítem 09 COLESTEROL LDL DIRECTO AUTOMATIZADO: Linealidad: no menor a 773 mg/dL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

- ¿ Creatinina:
- o Estabilidad a bordo en el equipo de 30 días a mas
 - o Linealidad no menor a 40 mg/dl en suero y plasma, no menor a 400 mg/dl en orina

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas
- o Linealidad no menor a 79.3 mg/dl

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA, PRECISA QUE SEGÚN LO DETALLADO EN LA CONSULTA SOBRE EL ITEM 13, CREATININA CINETICA SERIA MODIFICARA COMO SIGUE: ESTABILIDAD A BORDO: EN EL EQUIPO DE 28 DIAS A MAS. LINEALIDAD NO MENOR A 40 MG/DL EN SUERO Y PLASMA, NOM ENOR A 400 MG/DL EN ORINA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripcion: item 13: CERATININA CINETICA , PRESENTACION REACTIVO LIQUIDO LISTO PARA UISAR PARA LA DET, DE CREATININA EN EMPAQUE DE 100 DET. O MAS. ESTABILIDAD A BORDO EN EL EQUIPO DE 28 DIAS A MAS. LINEALIDAD NO MENOR A 40 MG./DL EN SUERO Y PLASMA , NO MENOR A 400 MG/DL EN ORINA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

- ¿ Creatina quinasa CK-MB:
- o Estabilidad a bordo en el equipo de 42 días a mas
 - o Linealidad no menor a 1000 U/L

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 30 días a mas
- o Linealidad no menor a 600 U/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases en el marco de lo requerido por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Deshidrogenasa Láctica:
o Linealidad no menor a 4,500 U/L

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

o Linealidad no menor a 1,000 U/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases, esto en el marco de lo requerido por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Fosfatasa alcalina:
o Linealidad no menor a 2,200 U/L

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

o Linealidad no menor a 800 U/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases, en marco de lo requerido por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Glucosa:
o Muestra biológica: Suero, plasma, orina y LCR

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

o Muestra biológica: Suero, plasma, OPCIONAL: orina y LCR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases, en marco de lo solicitado por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

- ¿ Hemoglobina glicosilada:
- o Estabilidad a bordo en el equipo de 50 días a más

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 14 días a más

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases, en marco de lo establecido por el area usuaria en el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

- ¿ Proteinas totales:
- o Estabilidad a bordo en el equipo de 30 dias a mas
 - o Linealidad no menor a 18 g/dl

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 28 dias a mas
- o Linealidad no menor a 12 g/dl

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA, el area usuaria aclara que para evitar reprocesos y con ello perdida de reactivos y demoras en los resultados para la entidad se solicita que la linealidad sea de 18 mg/dL para el item PROTEINAS TOTALES, teniendo en consideracion que el laboratorio atiende emergencias y pacientes de rutina,precisa que según lo detallado en la consulta sobre el item 29 PROTEINAS TOTALES AUTOMATIZADAS, SERA MODIFICADA COMO SIGUE: Estabilidad a bordo en el equipo de 28 dias a mas. Linealidad no menor a 18 mg/dl

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: item 29 PROTEINAS TOTALES AUTOMATIZADAS, REACTIVO LIQUIDO LISTO PARA UUSAR PARA LA DET. DE PROTEINAS TOIT LES DE 100 DET O MAS. Estabilidad a bordo en el equipo de 28 dias a mas. Linealidad no menor a 18 mg/dl.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Proteínas en orina y LCR:
o Estabilidad a bordo en el equipo de 40 días a mas

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

o Estabilidad a bordo en el equipo de 30 días a mas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA. Y se modificara para el ítem 28 PROTEINAS EN ORINA Y LCR
COMO SIGUE: Estabilidad a bordo en el equipo de 30 días a mas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: ítem 28 PROTEINAS EN ORINA Y LCR, REACTIVO LIQUIDO LISTO PARA USAR PARA LA DET. DE PROTEINAS EN ORINA Y LCR EN EMPAQUE DE 100 DET O MAS. Estabilidad a bordo en el equipo de 30 días a mas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

- ¿ Proteína C Reactiva turbidimetrico:
- o Estabilidad a bordo en el equipo de 60 días a mas
 - o Linealidad no menor a 32 mg/dl

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 30 días a mas
- o Linealidad no menor a 150 mg/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases, en marco de lo requerido por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Lipasa:
o Linealidad no menor a 1200 U/L

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

o Linealidad no menor a 250 U/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases, en marco de lo establecido por el area usuaria en el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

- ¿ Transaminasa Glutámica oxalacetica (TGO):
- o Estabilidad a bordo en el equipo de 30 días a mas
 - o Linealidad no menor a 4,100 U/L

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas
- o Linealidad no menor a 800 U/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN RESPUESTA Y EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA, precisa que según lo detallado en la consulta sobre el item 31 TRANSAMINASA GLUTAMIICA OXALACETICA (TGO) SERA MODIFICADA COMO SIGUE: Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas. Linealidad no menor a 3900 U/L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: item 31 TRANSAMINASA GLUTAMIICA OXALACETICA (TGO), PRESENTACION REACTIVO LIQUIDO LISTO PARA USAR PARA LA DET. TRANSAMINASA GLUTAMIICA OXALACETICA (TGO) EN EMPAQUE DE 100 DET O MAS: Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas. Linealidad no menor a 3900 U/L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Transaminasa Glutámica pirúvica (TGP):
o Estabilidad a bordo en el equipo de 30 días a mas
o Linealidad no menor a 4,100 U/L

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

o Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas
o Linealidad no menor a 1,000 U/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y EN RESPUESTA DEL AREA USUARIA ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA, precisa que según lo detallado en la consulta sobre el item 32 TRANSAMINASA GLUTAMIICA PIRUVICA (TGP) CINETICA SERA MODIFICADA

COMO SIGUE: Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas. Linealidad no menor a 4100 U/L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: item 32 TRANSAMINASA GLUTAMIICA PIRUVICA CINETICA (TGP), PRESENTACION REACTIVO LIQUIDO LISTO PARA USAR PARA LA DET. TRANSAMINASA GLUTAMIICA PIRUVICA (TGP) EN EMPAQUE DE 100 DET O MAS: Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas. Linealidad no menor a 4100 U/L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Triglicéridos:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 42 días a mas
- o Linealidad no menor a 1,400 mg/dl

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 21 días a mas
- o Linealidad no menor a 1,106 mg/dl

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. De acuerdo al estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases, en marco a lo requerido por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Urea:

o Estabilidad a bordo en el equipo de 25 dias a mas

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

o Estabilidad a bordo en el equipo de 21 dias a mas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA. Se modificara para el ítem 35 PUREA CINETICA AUTOMATIZADA

COMO SIGUE: Estabilidad a bordo en el equipo de 21 dias a mas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: ítem 35 UREA CINETICA AUTOMATIZADA, PRESENTACION REACTIVO LIQUIDO LISTO PARA USAR LA DET, DE UREA Y/O UREA NITROGENADA EN EMPAQUE DE 100 DET O MAS . Estabilidad a bordo en el equipo de 21 dias a mas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Fosforo:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 60 días a mas
- o Linealidad no menor a 25 mg/dl en suero y plasma, no menor a 185 mg/dl en orina

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas
- o Linealidad no menor a 12.3 mg/dl

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y EN RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. De acuerdo al estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases, en marco de lo requerido por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Fosforo:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 60 días a mas
- o Linealidad no menor a 25 mg/dl en suero y plasma, no menor a 185 mg/dl en orina

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas
- o Linealidad no menor a 12.3 mg/dl

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y EN RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases, en marco a lo requerido por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

- ¿ Creatina quinasa total:
- o Linealidad no menor a 4,267 U/L

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Linealidad no menor a 1,000 U/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y EN RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases, en marco a lo requerido por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

- ¿ Gamma glutamil transpeptidasa:
- o Linealidad no menor a 9,200 U/L

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Linealidad no menor a 650 U/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y EN RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases, en marco a lo requerido por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

- ¿ Magnesio:
- o Estabilidad a bordo en el equipo de 30 días a mas
 - o Linealidad no menor a 9.5 mg/dl en suero y plasma, no menor a 26.4 mg/dl en orina

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 10 días a mas
- o Linealidad no menor a 4.16 mg/dl

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases en marco a lo establecido en el requerimiento del area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

- ¿ Microalbuminuria:
- o Linealidad no menor a 500 mg/dl

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Linealidad no menor a 300 mg/dl

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases en marco a lo establecido en el requerimiento del area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

- ¿ Transferrina:
- o Estabilidad a bordo en el equipo de 57 días a mas
 - o Linealidad no menor a 500 mg/dl

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

- o Estabilidad a bordo en el equipo de 28 días a mas
- o Linealidad no menor a 450 mg/dl

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACION Y EN RESPUESTA DEL AREA USUARIA ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA, precisa que según lo detallado en la consulta sobre el item 33 TRANSFERRINA SERA MODIFICADA COMO SIGUE: Estabilidad a bordo en el equipo de 57 días a mas. Linealidad no menor a 450 mg/dL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: item 33 TRANSFERRINA: Linealidad no menor a 450 mg/dL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:27:38

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan reactivo de bioquímica con la siguiente característica:

¿ Kit de electrolitos séricos: sodio, potasio y cloro:
o Linealidad: Sodio no menor a 200 mmol/L. Potasio no menor a 10 mmol/L

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de un reactivo con la siguiente característica:

o Linealidad: Sodio no menor a 147 mmol/L. Potasio no menor a 8 mmol/L

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases en marco a lo establecido en el requerimiento del area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código : 20601224250

Nombre o Razón social : SIGMALAB S.A.C.

Fecha de envío : 12/12/2023

Hora de envío : 18:06:52

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria acoja la consulta con la finalidad de obtener una pluralidad de marcas y postores solicitar como mínimo 5 posiciones para emergencia

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPI III Literal: 5.1 - b **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases en marco a lo establecido en el requerimiento del area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código : 20601224250

Nombre o Razón social : SIGMALAB S.A.C.

Fecha de envío : 12/12/2023

Hora de envío : 18:06:52

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria acoja la consulta con la finalidad de obtener una pluralidad de marcas y postores , considere como opcional cubetas de vidrio y el uso de cubetas plásticas y/o cubetas de cuarzo

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPI III Literal: 5.1 - h **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA NO ACEPTA LA CONSULTA. Debido a que en el estudio de mercado realizado y conforme al resumen ejecutivo, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con el requerimiento. El participante debe acogerse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases en marco a lo establecido en el requerimiento del area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:26:40

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 20 de las presentes bases, en el subíndice i) CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL PRODUCTO (Protocolo de Análisis, perteneciente al índice 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del capítulo II. Del procedimiento de selección, solicitan lo siguiente:

Es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de control de calidad del laboratorio fabricante, en el que señala los análisis realizados en todos los componentes.

Al respecto, indicamos que existen entidades que consideran dentro del documento ¿Certificado de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análisis)¿ una validación emitida por un tercero y/o empresa distinta al fabricante a solicitud del propio fabricante del producto, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos sin afectar la calidad del reactivo y/o del resultado obtenido a partir del análisis de la prueba.

Solicitamos a la entidad permitir presentar certificados de protocolo de análisis del producto terminado en el formato propio de un tercero y/o empresa distinta al fabricante a solicitud del propio fabricante del producto, siendo este tercero quien emitirá el documento solicitado (Certificado de Análisis del Producto Terminado), con el fin de permitir una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: j Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y EN RESPUESTA DEL AREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA. Para el indice i) CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO se aceptara CERTIFICADO DE ANALISIS del producto terminado en el formato propio del fabricante o dueño de marca y/o de un tercero siempre y cuando cumpla con los requerimientos solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: i) CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO (PROTOCOLO DE ANALISIS) CERTIFICADO DE ANALISIS del producto terminado en el formato propio del fabricante o dueño de marca y/o de un tercero siempre y cuando cumpla con los requerimientos solicitados.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:26:40

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 25 de las presentes bases, en el subíndice ACCESORIOS DEL EQUIPO, perteneciente al numeral V. Características y Condiciones de los bienes a contratar, solicitan lo siguiente:

Proporcionar control de calidad externo para mínimo del 700/o de pruebas ofertadas, incluyendo programas de evaluación y capacitación por el periodo que dure el contrato.

Al respecto, creemos que existe un error tipográfico en la cantidad de pruebas ofertadas, debiendo ser para mínimo el 70% de pruebas ofertadas incluyendo programas de evaluación y capacitación por el periodo que dure el contrato.

Solicitamos a la entidad corregir el error tipográfico con el fin de evitar errores e incongruencias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap III **Literal:** a **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y EN RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA, ACEPTA LA OBSERVACION. Para ACCESORIOS DEL EQUIPO se corrige el error de redacción involuntario. COMO SIGUE: Proporcionar control de calidad externo para mínimo del 70 % de pruebas ofertadas, incluyendo programas de evaluación y capacitación por el periodo que dure el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: ACCESORIOS DEL EQUIPO. Proporcionar control de calidad externo para mínimo del 70 % de pruebas ofertadas, incluyendo programas de evaluación y capacitación por el periodo que dure el contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:26:40

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 25 de las presentes bases, en el subíndice ANTIGUEDAD DEL EQUIPO, perteneciente al numeral V. Características y Condiciones de los bienes a contratar, solicitan lo siguiente:
No mayor a 04 (Cuatro) años sustentado con certificado de manufactura.
Solicitamos a la entidad aceptar equipos cuya antigüedad sea menor a 6 años de fabricación acreditar con carta manufacturada emitida por el fabricante o DUA. Esto con el fin de permitir una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII Literal: A Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACION Y RESPUESTA DEL AREA USUARIA ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA, precisa que según lo detallado en la consulta sobre ANTIGUEDAD DEL EQUIPO SERA MODIFICADA
COMO SIGUE: No menor a 05 (cinco) años sustentado con certificado de manufactura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: ANTIGUEDAD DEL EQUIPO : No menor a 05 (cinco) años sustentado con certificado de manufactura

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:26:40

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 28 de las presentes bases, en el ítem 01 ACIDO URICO, perteneciente al numeral VII. Características técnicas de los reactivos, solicitan lo siguiente:

Metodología: Uricas

Al respecto, indicamos que existe un error tipográfico a nivel de la metodología, debiendo tener por metodología: Uricasa, el cual es una enzima que permite generar reacciones para la detección de ácido úrico.

Solicitamos a la entidad corregir el error tipográfico con el fin de evitar errores e incongruencias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII Literal: A Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y EN RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA, ACEPTA LA CONSULTA. Para ÍTEM 01 ACIDO URICO se corrige el error de redacción involuntario. COMO SIGUE: metodología: Uricasa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en ítem y se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: ÍTEM 01 ACIDO URICO: metodología: Uricasa

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:26:40

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 29 de las presentes bases, en el ítem 04 BILIRRUBINAS DIRECTA, perteneciente al numeral VII. Características técnicas de los reactivos, solicitan lo siguiente:

Metodología: Reacción Diazzo

Al respecto, indicamos que existe un error tipográfico a nivel de la metodología, debiendo tener por metodología: Reacción Diazo, el cual permite la detección de bilirrubina directa.

Solicitamos a la entidad corregir el error tipográfico con el fin de evitar errores e incongruencias.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAPIII **Literal:** A **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA, ACEPTA LA CONSULTA. Para ÍTEM 04 BILIRRUBINAS DIRECTA se corregirá el error de redacción involuntario. COMO SIGUE: metodología: Reaccion diazo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: ÍTEM 04 BILIRRUBINAS DIRECTA: metodología: Reaccion diazo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:26:40

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 29 de las presentes bases, en el ítem 06 CALCIO, perteneciente al numeral VII. Características técnicas de los reactivos, solicitan lo siguiente:

Metodología: Colorimétrica (Arsenazo ID)

Al respecto, indicamos que existe un error tipográfico a nivel de la metodología, debiendo tener por metodología: Arsenazo III, el cual permite la detección de calcio en suero, plasma y orina.

Solicitamos a la entidad corregir el error tipográfico con el fin de evitar errores e incongruencias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: A **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y EN RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA, ACEPTA LA OBSERVACION. Para ÍTEM 06 CALCIO se corrige el error de redacción involuntario. COMO SIGUE: metodología: COLORIMETRICA (ARSENAZO III)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: a ÍTEM 06 CALCIO: metodología: COLORIMETRICA (ARSENAZO III)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:26:40

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 30 de las presentes bases, en el ítem 12 CREATINA QUINASA TOTAL X 100 determinaciones, perteneciente al numeral VII. Características técnicas de los reactivos, solicitan lo siguiente:

Presentación: Reactivo líquido para la determinación de creatina quinasa total en empaque de 100 determinaciones o más.

Al respecto, entendemos que la entidad aceptará la entrega de una presentación de reactivo de más de 100 determinaciones.

Solicitamos aclarar si nuestra interpretación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** A **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACION Y EN RESPUESTA DEL AREA USUARIA ACLARAN QUE ES CORRECTO SU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:26:40

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 32 de las presentes bases, en el ítem 20 GAMA GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT) X 100 determinaciones, perteneciente al numeral VII. Características técnicas de los reactivos, solicitan lo siguiente:

Presentación: Reactivo líquido para la determinación de GAMA GLUTAMIL TRANSFERASA en empaque de 100 determinaciones o más.

Al respecto, entendemos que la entidad aceptará la entrega de una presentación de reactivo de más de 100 determinaciones.

Solicitamos aclarar si nuestra interpretación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: A **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACION Y EN RESPUESTA DEL AREA USUARIA ACLARAN QUE ES CORRECTO SU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:26:40

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 33 de las presentes bases, en el ítem 20 PROTEINAS EN ORINA Y LCR X 100 determinaciones, perteneciente al numeral VII. Características técnicas de los reactivos, solicitan lo siguiente:
Presentación: Reactivo líquido para la determinación de PROTEINAS EN ORINA Y LCR en empaque de 100 determinaciones o más.
Al respecto, entendemos que la entidad aceptará la entrega de una presentación de reactivo de más de 100 determinaciones.
Solicitamos aclarar si nuestra interpretación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII Literal: A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACION Y EN RESPUESTA DEL AREA USUARIA ACLARAN QUE ES CORRECTO SU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:26:40

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 33 de las presentes bases, en el ítem 24 MAGNESIO, perteneciente al numeral VII. Características técnicas de los reactivos, solicitan lo siguiente:

Linealidad: No menor a 9.5 mg/dl en suero y plasma, no menor a 26.4 mg/dl en orina

Al respecto indicamos que existen fabricantes cuya linealidad indicada para el reactivo de magnesio es hasta 26 mg/dl, sin perjudicar el adecuado procesamiento de las muestras en orina.

Solicitamos a la entidad aceptar dentro de Linealidad lo siguiente: No menor a 9.5 mg/dl en suero y plasma, no menor a 26 mg/dl en orina, con el fin de permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAPIII **Literal:** A **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y EN RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA. Se modificara para el ítem 24 MAGNESIO

COMO SIGUE: Linealidad:No menor a 9.5 mg/dl en suero y plasma, no menor a 26 mg/dl en orina

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: ítem 24 MAGNESIO

Linealidad:No menor a 9.5 mg/dl en suero y plasma, no menor a 26 mg/dl en orina

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 12/12/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 20:26:40

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 35 de las presentes bases, en el ítem 07,26,30 KIT DE ELECTROLITOS SERICOS: SODIO, POTASIO, CLORO (Na, Cl, K)

Presentación: Kit completo de Electrolitos y Soluciones que permitan la determinación de Na, K, Cl simultánea o aleatoria en celda incorporada a autoanalizador bioquímico.

Asimismo, en la página 14 en el numeral 1.2 Objeto de la convocatoria detallan ítem 07,26,30 CLORO X 500 DETERMINACIONES, POTASIO X 500 DETERMINACIONES Y SODIO X 500 DETERMINACIONES respectivamente que los 3 ítems son por 500 determinaciones.

Al respecto, entendemos que la entidad aceptará la entrega de una presentación de reactivo de 500 a más determinaciones.

Solicitamos aclarar si nuestra interpretación es correcta.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III

Literal: A

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACION Y EN RESPUESTA DEL AREA USUARIA ACLARAN QUE ES CORRECTO SU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE ANATOMINA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:26:40

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

De acuerdo a la página 34 de las presentes bases, en el ítem 35 UREA CINETICA AUTOMATIZADA Presentación: Reactivo líquido listo para usar para la determinación de Urea en empaque de 100 determinaciones o más, Al respecto indicamos que algunos fabricantes basados en el diseño y manufactura de insumos de Bioquímica, miden a través de sus plataformas, el analito de Urea Nitrogenada teniendo como ventaja que puedan reportar tanto urea como urea nitrogenada a partir del mismo reactivo, a su vez es importante mencionar que hay un pronunciamiento de otro entidad nacional prestadora del servicio salud siendo esta EsSalud, quien en su informe 378-56DNCDEM-CEABE-ESSALUD 2018 indica a la letra lo siguiente: ¿El inserto técnico del Reactivo ofertado UREA NITROGENADA, describe procedimientos enzimáticos, determinando finalmente la concentración de UREA en la muestra, que es para lo que se requiere dicha prueba, por lo que CUMPLE.¿ Por lo antes descrito, solicitamos al comité especial aceptar el Reactivo de UREA NITROGENADA para el dosaje de UREA.

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: CAPIII Literal: A **Página: 34**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN Y EN RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA. Se modificara para el ítem 35 UREA CINETICA AUTOMATIZADA COMO SIGUE:PRESENTACION: Reactivo líquido listo para usar para la determinación de Urea y/o Urea nitrogenada en empaque de 100 determinaciones o más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas de acuerdo a la siguiente descripción: Ítem 35 UREA CINETICA AUTOMATIZADA, PRESENTACION REACTIVO LIQUIDO LISTO PARA USAR PARA LA DET, DE UREA Y/O UREA NITROGENADA EN EMPAQUE DE 100 DET O MAS . Estabilidad a bordo en el equipo de 21 días a mas.