

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TANQUES DE EVAPORACION TIPO - A

Ruc/código : 20612715999

Nombre o Razón social : BUILDTECH S.A.C.

Fecha de envío : 26/08/2024

Hora de envío : 08:59:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Página 29, Anexo 1, Tanque de evaporación tipo A: Material del Tanque

Observación: El material solicitado es plancha de fierro con 2 mm de espesor. Sin embargo, hemos identificado que este material tiende a pandearse durante el proceso de galvanizado por inmersión en caliente, lo que podría comprometer la integridad estructural del tanque. En vista de esto, solicitamos respetuosamente que se amplíen las especificaciones técnicas para permitir la oferta de materiales alternativos, como acero inoxidable, que garantizarían una mayor durabilidad y resistencia al proceso de galvanizado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante BUILDTECH S.A.C. se aclara que el material solicitado es plancha de fierro galvanizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TANQUES DE EVAPORACION TIPO - A

Ruc/código :	20612715999	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	BUILDTECH S.A.C.	Hora de envío :	08:59:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Página 29, Anexo 1, Tanque de evaporación tipo A: Espesor del Material

Observación: El espesor de 2 mm especificado para el tanque es susceptible de deformarse (pandeo) durante el galvanizado por inmersión en caliente. Con el fin de asegurar la robustez y longevidad del producto final, solicitamos se considere la posibilidad de ofrecer espesores superiores, como 3 mm o más, para evitar este problema y garantizar un tanque de mayor calidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante BUILDTECH S.A.C. se aclara que con el fin una mayor participación y pluralidad de postores, se amplía el espesor de la plancha de fierro de 2 mm a 3 mm o su equivalente en pulgadas. ¿ Material: Plancha de fierro de 2 mm a 3 mm de espesor o su equivalente en pulgadas, (...).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ANEXO N°011. TANQUE DE EVAPORACION TANQUE DE EVAPORACION TIPO "A" ¿ Material: Plancha de fierro de 2 mm a 3 mm de espesor o su equivalente en pulgadas, (...).

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TANQUES DE EVAPORACION TIPO - A

Ruc/código :	20612715999	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	BUILDTECH S.A.C.	Hora de envío :	08:59:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Página 29, Anexo 1, Tanque de evaporación tipo A: Muestras de Componentes

Consulta: ¿Es posible que durante el proceso de fabricación se solicite la presentación de muestras de los componentes del tanque? Esto permitiría validar la calidad de los materiales y procesos antes de la producción en serie, asegurando que el producto final cumpla con los estándares exigidos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante BUILDTECH S.A.C. se aclara, que en las bases, CAPITULO III , REQUERIMIENTO, 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANEXO N°01, 1. TANQUE DE EVAPORACION, TANQUE DE EVAPORACION TIPO "A¿ Se indica lo siguiente:¿ El proveedor coordinará con el área usuaria, antes de la fabricación, sobre las dimensiones, material y detalles de los planos referenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TANQUES DE EVAPORACION TIPO - A

Ruc/código :	20612715999	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	BUILDTECH S.A.C.	Hora de envío :	08:59:14

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Página 29, Anexo 1, Tanque de evaporación tipo A: Diseño del Vaso Tranquilizador

Observación: Actualmente se solicita que el vaso tranquilizador se fabrique en dos piezas unidas mediante soldadura líquida. Considerando la posibilidad de reducir puntos de falla y mejorar la integridad estructural del componente, solicitamos se contemple como segunda opción la posibilidad de ofrecer un diseño de una sola pieza sin soldadura.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante BUILDTECH S.A.C. se aclara que con el fin una mayor participación y pluralidad de postores, se acepta la solicitud en la cual como segunda opción se contempla el diseño de una sola pieza sin soldadura. Considerando respetar las características técnicas contempladas en las EETT como material, espesor y dimensiones.- Material (...)- Vaso tranquilizador: Fabricado tanto la base como la parte cilíndrica (...) o diseño de una sola pieza sin soldadura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ANEXO N°011. TANQUE DE EVAPORACION TANQUE DE EVAPORACION TIPO "A"¿ Material: (...)- Vaso tranquilizador: Fabricado tanto la base como la parte cilíndrica (...) o diseño de una sola pieza sin soldadura.

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TANQUES DE EVAPORACION TIPO - A

Ruc/código :	20612715999	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	BUILDTECH S.A.C.	Hora de envío :	08:59:14

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Pagina 35

Numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

5. Ampliación de la Experiencia Requerida:

Observación: Solicitamos amablemente la ampliación del criterio de experiencia para incluir el suministro de bienes similares, tales como estaciones hidrometeorológicas en general. Esto se debe a que dichos bienes tienen una estrecha similitud con los equipos a contratar, dado que ambos se encuentran dentro de la categoría de instrumentos hidrometeorológicos según la Organización Mundial de Meteorología. Ambos cumplen funciones de monitoreo dentro del campo de la hidrometeorología.

Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores calificados, fomentando la competitividad del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: - Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante BUILDTECH S.A.C. se aclara que con el fin una mayor participación y pluralidad de postores, se amplía la experiencia del postor, incluyéndose el inciso k) Estaciones hidrometeorológicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

28. REQUISITOS DE CALIFICACIONEXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECILAIIDADa) Tanque de evaporación (¿)k) Estaciones hidrometeorológicas.

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TANQUES DE EVAPORACION TIPO - A

Ruc/código :	20374019865	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	BIENES DE HUMBERTO VASQUEZ SA	Hora de envío :	17:26:10

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

plazo de entrega del bien: en la bases del proceso solicitan que la entrega es de sesenta (60) días calendarios. solicitamos amablemente al comité especial que amplíen el plazo de entrega a NOVENTA (90) días calendarios

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante BIENES DE HUMBERTO VASQUEZ SA se aclara, que la presente contratación con la indagación de mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores, así como, el cumplimiento del plazo de ejecución de 60 días calendarios y cumplimiento de las EETT. En ese sentido, el presente comité reafirma que el plazo de entrega será conforme a lo solicitado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TANQUES DE EVAPORACION TIPO - A

Ruc/código :	20506374333	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	EDU REPRESENTACIONES E.I.R.L	Hora de envío :	23:05:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿ El postor que declare en Anexo N° 1 tener la condición de micro empresa y acredite una experiencia de 42,343.75 soles, o con un monto ligeramente mayor es un monto suficiente para aprobar el requisito de calificación de experiencia?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante EDU REPRESENTACIONES E.I.R.L. El comité de selección aclara, que el presente requisito es aplicable siempre y cuando que el postor declare en Anexo N° 1 y tener la condición de micro empresa y acredite la experiencia en facturacion igual o mayor a lo solicitado en las presentes bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null