

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 28/08/2023

Hora de envío : 14:21:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

III CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA

En las características técnicas se debe de solicitar el rango de medición de prueba, como es conocido esta prueba es una prueba diagnóstica y de seguimiento a pacientes diabéticos por consiguiente que el comité especial debería solicitar que el rango de la prueba tenga un valor entre 4 ¿ 16% lo cual nos permitiría tener una mejor exactitud de los resultados. El comité especial podrá aceptar nuestra solicitud

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, De acuerdo a lo solicitado por el área usuaria:

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso: Diseñado para la determinación o concentración cuantitativa in vitro de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c). (...) y el participante solicita el rango de la prueba tenga un valor entre 4 ¿ 16%, por lo que NO SE ACEPTA la consulta por que afectan la pluralidad de postores, así el postor debe ceñirse a las Bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20556662887 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | ALYTECH MEDIC S.A.C. | Hora de envío : | 14:21:40 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

III CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA

En las características técnicas se debe de solicitar que el postor ganador adicionalmente a los controles internos de I y II niveles debe de entregar un kit de referencia en este caso de HPLC con su respectivo equipo, el cual debería ser instalado en un centro referencial para así poder hacer las pruebas cuando exista en algún caso estas incongruencias en los resultados y poder llevar un control más exacto. El comité especial podrá aceptar nuestra solicitud

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria solicita en III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Uso: Diseñado para la determinación o concentración cuantitativa in vitro de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c). (...) y el participante solicita adicionalmente un kit de referencia en este caso de HPLC con su respectivo equipo, por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta de manera (opcional).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- De manera Opcional kit de referencia en este caso de HPLC con su respectivo equipo.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20556662887 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | ALYTECH MEDIC S.A.C. | Hora de envío : | 14:21:40 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

VIII PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO SECCION EN USO.

En las bases se solicita que el equipo almacene hasta 10, 000 registros, lo cual quita la posibilidad de postular a equipos con una mayor capacidad de almacenamiento, el comité especial aceptara equipos con una almacenamiento de 50, 000 pruebas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las Especificaciones técnicas del equipo a presentar usuario solicita VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO:

El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características:

- Almacenamiento interno de hasta 10,000 registros, y el participante solicita almacenamiento interno 50, 000 pruebas por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta por los que se aceptara
- Almacenamiento interno 10,000 a más registros y con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:

VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO:

El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características:

- Almacenamiento interno 10,000 a más registros.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20556662887 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | ALYTECH MEDIC S.A.C. | Hora de envío : | 14:21:40 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

VIII PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO SECCION EN USO.

En las bases se solicita que el equipo almacene hasta 10, 000 registros, lo cual quita la posibilidad de poostular a equipos con una mayor capacidad de almacenamiento, el comité especial aceptara equipos con una almacenamiento de 50, 000 pruebas

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las Especificaciones técnicas del equipo a presentar VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO:

El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características:

- Almacenamiento interno de hasta 10,000 registros, y el participante solicita almacenamiento interno 50, 000 pruebas por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta por los que se aceptara
- Almacenamiento interno 10,000 a más registros y con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:

VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO:

El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características:

- Almacenamiento interno 10,000 a más registros.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20556662887 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | ALYTECH MEDIC S.A.C. | Hora de envío : | 14:21:40 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

VIII PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO SECCION EN USO.

En las bases se solicita que el equipo tenga una producción y rapidez de correr hasta 100 pruebas al día, en el caso de la metodología solicitada esta es una especificación dirigida a una marca en especial por lo cual el comité debería retirarla de las bases.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las Especificaciones técnicas del equipo VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO:

El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características:

- Productividad y rapidez deberá correr hasta 100 pruebas al día, y el participante solicita que se retire por lo que SE ACEPTA la consulta y se ELIMINARA (Productividad y rapidez deberá correr hasta 100 pruebas al día) con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 28/08/2023

Hora de envío : 14:21:40

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

VIII PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO SECCION EN USO.

En las bases se solicita que el equipo de resultado en tan solo 6 pasos, esta es una característica propia de una marca con lo cual se sesga la participación de otros postores por consiguiente el comité deberá de retirar la especificación técnica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria solicita en Especificaciones técnicas del equipo VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO:

El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características:

- Resultados en tan solo 6 pasos y el participante solicita retirar por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta por lo que se aceptará Resultados en un máximo de 6 pasos con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:

VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO:

- Pantalla LCD táctil que permite visualizar y seleccionar las opciones deseadas, además de ser ligera y práctica.
- Almacenamiento interno 10,000 a más registros .
- Contar con almacenamiento interno
- Contar con una impresora térmica para obtener los resultados de las pruebas.
- se suprime (Productividad y rapidez deberá correr hasta 100 pruebas al día),
- Cuenta con una batería de litio de gran capacidad y carga rápida.
- Resultados en un máximo de 6 pasos.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20556662887 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | ALYTECH MEDIC S.A.C. | Hora de envío : | 14:21:40 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

VIII PRESTACIONES ACCESORIAS
a) EQUIPAMIENTO SECCION EN USO.

Se puede incluir en las bases que el postor ganador entregue junto al kit de HPLC que servirán para correr pruebas que sean dudosas, el postor debe de colocar en el laboratorio asignando un equipo de HPLC para estas pruebas. El comité podrá aceptar este pedido

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria solicita en III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Uso: Diseñado para la determinación o concentración cuantitativa in vitro de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c). (...) y el participante solicita adicionalmente un kit de referencia en este caso de HPLC con su respectivo equipo, por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta de manera (opcional).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:
III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- De manera Opcional kit de referencia en este caso de HPLC con su respectivo equipo.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20290631689

Fecha de envío : 28/08/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA FABHET SRL

Hora de envío : 16:27:45

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

FECHA DE VENCIMIENTO O VIGENCIA DEL PRODUCTO:

La Vigencia del producto debe ser mayor a 12 meses a partir de la fecha de su internamiento, así como las entregas sucesivas.

¿Se aceptará "Carta de Compromiso de Canje" si la vigencia del producto es mayor de 6 meses y menor de 12 meses?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo solicitado por el área usuaria

Fecha de vencimiento o Vigencia del Producto:

La vigencia del producto debe ser Mayor de 12 meses a partir de la fecha de su internamiento, así como para las entregas sucesivas, en caso de no cumplir adjuntar carta de compromiso de canje, según (ANEXO B), y el participante solicita "Carta de Compromiso de Canje" si la vigencia del producto es mayor de 6 meses y menor de 12 meses por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta y se Se precisa que los productos a internarse no deben tener una vigencia menor de 6 meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:

Fecha de vencimiento o Vigencia del Producto:

La vigencia del producto debe ser Mayor de 12 meses a partir de la fecha de su internamiento, así como para las entregas sucesivas, en caso de no cumplir adjuntar carta de compromiso de canje, según (ANEXO B). Se precisa que los productos a internarse no deben tener una vigencia menor de 6 meses.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20290631689 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | IMPORTADORA FABHET SRL | Hora de envío : | 16:27:45 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

EQUIPAMIENTO EN CESION EN USO

CARACTERISTICAS:

Se indica que cuente con una batería de litio de gran capacidad y carga rápida.

¿Se aceptará que el equipo no cuente con batería recargable pero si con conexión a corriente de 220 voltios?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VIII Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Conforme a lo solicitado por el área usuaria en las Especificaciones técnicas del equipo

VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:

- Cuenta con una batería de litio de gran capacidad y carga rápida. y el participante solicita con conexión a corriente de 220 voltios por lo que NO SE ACEPTA la consulta, la batería de litio es para que cubra algun problema electrico en el laboratorio del EESS, el estudio de mercado evidencia pluralidad, por lo que el participante debe ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20290631689 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | IMPORTADORA FABHET SRL | Hora de envío : | 16:27:45 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

EQUIPAMIENTO EN CESION EN USO

CARACTERISTICAS:

Se indica "idioma español"

¿Se aceptará idioma Inglés? en las capacitaciones se indicarán los procedimientos de tal manera que no sería una dificultad de interpretación en el trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VIII Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - En las Especificaciones técnicas del equipo

VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:

- Idiomas: español, SE EXPLICA que los insertos donde indique el procedimiento del reactivo deberá estar es español y el postor debe ceñirse a las Bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20290631689 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | IMPORTADORA FABHET SRL | Hora de envío : | 16:27:45 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL
Dice: ¿PARA LOS EQUIPOS EN CESION EN DE USO: Con Lector de Código de Barra¿

¿Se aceptará también en lugar del Lector de Código de Barra, presentar Lector de RFID?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IX Literal: F Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo solicitado por el área usuaria en las Especificaciones técnicas del equipo:
IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL
PARA LOS EQUIPOS EN CESIÓN DE USO: Con lector de código de barra, y el participante solicita que se acepte también Lector de RFID por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta y se aceptara lector de código de barra y/o Lector RFID, la tecnología RFID aporta una serie de ventajas significativas con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:
IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL
PARA LOS EQUIPOS EN CESIÓN DE USO: Con lector de código de barra y/o Lector RFID, Software y hardware para el manejo de datos del equipo, Dimensiones, volumen de muestra, fecha de fabricación.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20290631689 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | IMPORTADORA FABHET SRL | Hora de envío : | 16:27:45 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Primera Entrega: La entrega se realizará hasta los 10 días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Debido a la cantidad de pruebas solicitadas solicitamos lo siguiente:

¿Se podría aceptar el plazo de entrega de 30 días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de compra para la primera entrega?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: . Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - El área usuaria solicita

PLAZO DE ENTREGA:

Primera entrega:

La entrega se realizará hasta los diez (10) días calendario, a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Segunda entrega:

La segunda entrega se realizará hasta los sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la primera y única orden de compra, y el participante solicita el plazo de entrega de 30 días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de compra para la primera entrega por lo que NO SE ACEPTA la consulta, puesto que la necesidad de la Entidad es para atención en el mas breve plazo (10 días), asimismo en la indagación de mercado hubo pluralidad de postores que cumplen con los plazos de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20290631689 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | IMPORTADORA FABHET SRL | Hora de envío : | 16:27:45 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

LUGAR DE ENTREGA:

El lugar de la entrega de los bienes, se realizará en el almacén Especializado de Medicamentos ubicado en Jr. Huascarán Nro. 512 ¿ La Victoria, en el horario de Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 horas, previa coordinación con el responsable de Almacén de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

Entendemos que los reactivos serán entregados en el almacén Especializado de Medicamentos ubicado en Jr. Huascarán Nro. 512 ¿ La Victoria.

¿Los equipos serán entregados en la misma dirección junto con los reactivos en el almacén Especializado de Medicamentos ubicado en Jr. Huascarán Nro. 512 ¿ La Victoria?...De no ser así, por favor indicar donde se realizará la entrega de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: X Literal: . Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo solicitado por el área usuaria en la entrega de los equipos: Página 23 V. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION

Los equipos deberán de instalarse en el servicio de laboratorio de los establecimientos de salud, elegidos por la oficina de apoyo al diagnóstico y laboratorio de salud pública hasta los diez (10) días calendarios contados desde el día de emitida la orden de compra, Respecto a su consulta SE ACLARA que Los equipos deberán de instalarse en el servicio de laboratorio de los establecimientos de salud, y/o en el servicio logística del Establecimiento de Salud, por error de tipeo se consideró almacén por lo que se procederá a suprimir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:

V. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION

Los equipos deberán de instalarse en el servicio de laboratorio de los establecimientos de salud, elegidos por la oficina de apoyo al diagnóstico y laboratorio de salud pública hasta los diez (10) días calendarios contados desde el día de emitida la orden de compra, La entrega del equipo en cesión de uso será previa coordinación con el responsable del Servicio de Laboratorio y/o el servicio logística del Establecimiento de Salud, para el registro del Equipo y la entrega de la respectiva documentación.(...) Según anexo N° 1

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20290631689

Fecha de envío : 28/08/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA FABHET SRL

Hora de envío : 16:27:45

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION.

Se entiende que los 51 equipos deberán ser instalados en 51 establecimientos de Salud y considerando la importante cantidad de kits y equipos a entregar, siendo difícil para cualquier empresa contar con un numero de 51 equipos disponibles en sus almacenes, es necesario se otorgue un tiempo mayor con la finalidad de realizar la importación. Consideramos que el plazo de 10 días calendario a partir de recibida la orden de compra es muy corto, por tanto, el plazo de entrega debe ser no mayor a 45 días, lo cual permitirá mayor presencia de postores y una mejor competencia de precios

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: V

Literal: .

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación, el participante solicita el plazo de entrega debe ser no mayor a 45 días se DETALLA puesto que la necesidad de la Entidad es para atención en el mas breve plazo (10 días), asimismo en la indagación de mercado hubo pluralidad de postores que cumplen con los plazos de entrega, por lo que el participante debe ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20603350651

Fecha de envío : 28/08/2023

Nombre o Razón social : JERICORP DIAGNOSTIC S.A.C.

Hora de envío : 17:54:26

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con respecto al equipamiento en cesión de uso , características, solicitan que cuente con una batería de litio de gran capacidad y carga rápida, con el fin de aumentar la pluralidad de marcas y postores consultamos si puede ser opcional¿?

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 8 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Conforme a lo solicitado por el área usuaria en las Especificaciones técnicas del equipo

VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:

- Cuenta con una batería de litio de gran capacidad y carga rápida. y el participante solicita que sea opcional por lo que NO SE ACEPTA la consulta, debido que la bateria de litio es para que cubra algun problema electrico en el laboratorio del EESS, el estudio de mercado evidencia pluralidad, por lo que el participante debe ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20603350651 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | JERICORP DIAGNOSTIC S.A.C. | Hora de envío : | 17:54:26 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto al tiempo de entrega, al ser una cantidad grande de equipos, el cual se debe considerar los plazos de importación, tiempo de fabricación, desaduanaje, revisión técnica de los equipos , solicitamos por favor considerar poder expandir el tiempo de la primera entrega a 30 días y la segunda entrega en 90 días una vez recepcionada la orden de compra.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - El área usuaria solicita

PLAZO DE ENTREGA:

Primera entrega:

La entrega se realizará hasta los diez (10) días calendario, a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Segunda entrega:

La segunda entrega se realizará hasta los sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la primera y única orden de compra, y el participante solicita poder expandir el tiempo de la primera entrega a 30 días y la segunda entrega en 90 días una vez recepcionada la orden de compra por lo que NO SE ACEPTA la consulta, puesto que la necesidad de la Entidad es para atención en el mas breve plazo (10 dias), asimismo en la indagación de mercado hubo pluralidad de postores que cumplen con los plazos de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20603350651 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | JERICORP DIAGNOSTIC S.A.C. | Hora de envío : | 17:54:26 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del postor por favor especificar se se debe considerar en bienes similares a REACTIVOS DE LABORATORIO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Conforme a lo solicitado por el área usuaria:
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se consideran bienes similares a los siguientes: REACTIVO DE LABORATORIO, REACTIVO DE BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA) SE DETALLA que la experiencia del postor se considerará bienes similares a reactivos de laboratorio, se refiere a los Reactivos de Laboratorio en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUIMTIA S.A.

Fecha de envío : 28/08/2023

Hora de envío : 19:05:27

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el Capitulo III, punto 3.1 Especificaciones Tecnicas. Del producto de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) solicitan en metodología: Inmunoensayo de Inmunofluorescencia, dado que el gold estándar para dicha metodología es el HPLC se solicita a la entidad poder considerar HPLC como metodología adicional. Lo cual permita a la entidad tener una metodología gold estándar y tener una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo solicitado por el área usuaria:

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Metodología: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) y el participante solicita con metodología es el HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta y se agregará en la Metodología: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Metodología: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento).

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUIMTIA S.A.

Fecha de envío : 28/08/2023

Hora de envío : 19:05:27

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el Capítulo III, punto 3.1 Especificaciones Técnicas. En el punto VIII Prestaciones de accesorios. En equipamiento en cesión de uso, solicitan para uso de prueba de Inmunofluorescencia. Debido a que el gold standard es la HPLC se solicita a la entidad poder considerar dicha metodología. Lo cual permita mayor participación y una mejor oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo solicitado por el área usuaria VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:

- Para uso de prueba de inmunofluorescencia y el participante solicita con metodología HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta por lo que se aceptara Metodología: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:

VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:

- Para uso de prueba de inmunofluorescencia y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento).

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20110200201 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | QUIMTIA S.A. | Hora de envío : | 19:05:27 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

3. En el Capítulo III, punto 3.1 Especificaciones Tecnicas. En el punto VIII Prestaciones de accesorios. En equipamiento en cesión de uso, solicitan peso no mayor a 4kg. Se solcitan a la entidad puede considerar peso no mayor o igual a 50Kg. Lo cual permita tener mayor participación de postores y una mejor oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases se solicita: VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:

- Peso: no mayor de 4.0 kg y el participante solicita puede considerar peso no mayor o igual a 50Kg por lo que NO SE ACEPTA la consulta, por el espacio limitado en los laboratorios de los Establecimientos de Salud por lo que el participante debe ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20110200201 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | QUIMTIA S.A. | Hora de envío : | 19:05:27 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 de la pagina 15 de bases se establece que el plazo para la primera entrega debe realizarse a los diez (10) días calendarios contados a partir de la notificación de la orden de compra; al respecto debemos señalar que considerando los tiempos de importación, desaduanaje, transporte, los factores climáticos y/o ambientales, la propia coyuntura de los rebrotes de COVID-19; y sobre todo la cantidad de equipos que solicitan; entre otros factores más, esto puede superar los días mencionados en el presente requerimiento; lo cual limita la participación a solo aquellos postores que tengan los bienes y/o equipos ya en stock o peor aún que se tenga que importar los bienes con anterioridad sin tener la certeza de ser adjudicados con la buena pro para poder cumplir con el plazo de entrega señalado o lo que es peor, que solo el proveedor actual pueda participar de este procedimiento pues ya tiene la plataforma instalada; en tal sentido, solicitamos gentilmente se amplíe este plazo de la primera entrega a 50 (cincuenta) días calendarios como máximo para la primera entrega, así como la implementación del equipo, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - El área usuaria solicita
PLAZO DE ENTREGA:
Primera entrega:
La entrega se realizará hasta los diez (10) días calendario, a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.
Segunda entrega:
La segunda entrega se realizará hasta los sesenta (60) días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificada la primera y única orden de compra, y el participante solicita amplíe el plazo de la primera entrega a 50 (cincuenta) días calendarios como máximo para la primera entrega por lo que NO SE ACEPTA la consulta, puesto que la necesidad de la Entidad es para atención en el mas breve plazo (10 dias), asimismo en la indagación de mercado hubo pluralidad de postores que cumplen con los plazos de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20110200201 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | QUINTIA S.A. | Hora de envío : | 19:05:27 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Respecto al literal j), teniendo en cuenta que no todas las especificaciones técnicas podrían estar contenidas en la folletería/manual de instrucciones de Uso o Inserto, debemos indicar que en diversos Pronunciamientos del OSCE señala que los folletos, insertos, manuales de instrucciones de uso, catálogos elaborados por el fabricante no necesariamente contienen todas las especificaciones de los bienes fabricados, limitándose muchas veces solo a las características que el fabricante busca resaltar; por lo tanto, resultaría razonable permitir que las características no contempladas en los referidos documentos puedan ser acreditadas con documentos elaborados por el fabricante, conforme lo establece en el Pronunciamiento N°466-2012/DSU; del mismo modo, mediante Resolución N° 2034-2018-TCE-S1, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha señalado que: no es posible acreditar la totalidad de especificaciones técnicas del bien ofertado con hojas técnicas, catálogos, brochures y manuales de fabricante, ello atendiendo a que la información requerida por las entidades no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad.

Por todo lo mencionado, solicitamos gentilmente aceptar la presentación de catálogos, folletería, manual de instrucciones de uso, inserto, brochure, fichas técnicas, Certificados de Análisis, carta y/o cualquier documento emitido por el fabricante con la finalidad de complementar y/o acreditar alguna especificación técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria solicita literal j) Copia simple de insertos, catálogos y/o documentación técnica, emitida por el fabricante, se aceptará catálogos o manuales o folletos o instructivos o brochures o insertos u otros documentos técnicos emitidos por el fabricante para sustentar determinadas características, y el participante solicita la presentación de catálogos, folletería, manual de instrucciones de uso, inserto, brochure, fichas técnicas, Certificados de Análisis, carta y/o cualquier documento emitido por el fabricante, por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta, se procede a incluir

Adicionalmente se aceptará documentación técnica complementaria emitida por el fabricante del producto para acreditar las especificaciones no evidenciadas expresamente en los catálogos o manuales o folletos o instructivos o brochures o insertos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:

j) Copia simple de insertos, catálogos y/o documentación técnica, emitida por el fabricante

Adicionalmente se aceptará documentación técnica complementaria emitida por el fabricante del producto para acreditar las especificaciones no evidenciadas expresamente en los catálogos o manuales o folletos o instructivos o brochures o insertos.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20110200201 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | QUIMTIA S.A. | Hora de envío : | 19:05:27 |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Respecto al ANEXO B, compromiso de canje por vencimiento, entendemos que es aplicable única y exclusivamente en caso el proveedor entregue bienes cuyo vencimiento al solicitado en las bases, es decir, menor a 12 meses, ¿podría indicar si es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo solicitado por el área usuaria
Fecha de vencimiento o Vigencia del Producto:
La vigencia del producto debe ser Mayor de 12 meses a partir de la fecha de su internamiento, así como para las entregas sucesivas, en caso de no cumplir adjuntar carta de compromiso de canje, según (ANEXO B), y el participante solicita "Carta de Compromiso de Canje" menor a 12 meses, por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta y se precisa que los productos a internarse no deben tener una vigencia menor de 6 meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:
Fecha de vencimiento o Vigencia del Producto:
La vigencia del producto debe ser Mayor de 12 meses a partir de la fecha de su internamiento, así como para las entregas sucesivas, en caso de no cumplir adjuntar carta de compromiso de canje, según (ANEXO B)). Se precisa que los productos a internarse no deben tener una vigencia menor de 6 meses

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUINTIA S.A.

Fecha de envío : 28/08/2023

Hora de envío : 19:05:27

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Respecto al ANEXO B, compromiso de canje por vencimiento (pág 30), vemos un espacio en blanco en el cual se debe colocar el plazo de entrega para el canje, entendemos que en dicho campo se debe colocar un plazo mínimo de 30 días. ¿es correcta nuestra apreciación?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, en el caso ANEXO B
Carta de Compromiso de Canje y/o reposición por Vencimiento es de acuerdo al Proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20110200201 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | QUIMTIA S.A. | Hora de envío : | 19:13:45 |

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Respecto al literal j), se menciona que para el equipo se debe acredita la fecha de fabricación, teniendo en cuenta que este documento es emitido por el fabricante una vez se le compra los equipos, solicitar acreditar la fecha de fabricación de 51 instrumentos resultaría desproporcionado, atentando contra el principio de concurrencia y lo que es peor aun, favoreciendo al actual proveedor pues es el unico que tiene los 51 equipos ya instalados y con sus respectivos certificados de fabricación, dicho esto, observamos esta sección de las bases y solicitamos que la acreditación de la fecha de fabricación sea con una declaración jurada del postor.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2.2.1. **Literal:** j **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo solicitado por el área usuaria en literal j) Copia simple de insertos, catálogos y/o documentación técnica, emitida por el fabricante, (¿) PARA LOS EQUIPOS EN CESIÓN DE USO: fecha de fabricación y el participante solicita la acreditación de la fecha de fabricación sea con una declaración jurada del postor por lo que SE ACOGE la observación j) Copia simple de insertos, catálogos y/o documentación técnica, emitida por el fabricante, (¿) PARA LOS EQUIPOS EN CESIÓN DE USO: fecha de fabricación (con Declaración Jurada)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se incorporará el siguiente párrafo:
j) Copia simple de insertos, catálogos y/o documentación técnica, emitida por el fabricante, (¿) PARA LOS EQUIPOS EN CESIÓN DE USO: (fecha de fabricación con Declaración Jurada)

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 28/08/2023

Hora de envío : 19:37:22

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO

DICE:

Metodología: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA)

Esta metodología no es la única para determinar la hemoglobina glicosilada (HbA1c), ni tampoco es la mas recomendada por su baja sensibilidad, existen diversas metodologías, sin embargo, requerir esta única metodología limita la participacion de los diferentes postores y marcas, vulnerando los principios de igualdad de trato y competencia del articulo 2 de la ley de contratación con el estado.

Solicitamos amablemente al comité y en coordinación con el área usuaria AMPLIAR la metodología, siendo inmunofluorescencia y/o ¿Afinidad al boronato¿ para asi NO IMPEDIR la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo solicitado por el área usuaria:

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Metodologías: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y el participante solicita con metodología Afinidad al boronato por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta por lo que se aceptará Metodologías: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y/o Afinidad al boronato con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se incorporará el siguiente párrafo:

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Metodologías: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y/o Afinidad al boronato

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20537139120 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DELTALAB PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:37:22 |

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRESTACIONES ACCESORIAS
DICE:

a) EQUIPAMIENTO EN CESION DE USO:
El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características:
-Pantalla LCD táctil que permite visualizar y seleccionar las opciones deseadas, además de ser ligera y práctica.
Hacer requerimientos de este tipo apunta directamente a marcas conocidas de modelos específicos, no todos los equipos que cumplan la función de determinación de HbA1c tienen pantalla táctil en sus características, y esta característica NO LIMITA el hecho de que puedan entregar resultados de calidad, siendo estas innecesarias alejando de su función principal.
solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria colocar esta característica como opcional, para así no impedir la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - El área usuaria solicita
VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS
EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:
El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características:
- Pantalla LCD táctil que permite visualizar y seleccionar las opciones deseadas, además de ser ligera y práctica y el participante solicita opcional Pantalla LCD táctil el estudio de mercado evidencia pluralidad de marcas que cumplen con los plazos de entrega, por lo que el participante debe ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20537139120 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DELTALAB PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:37:22 |

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRESTACIONES ACCESORIAS
DICE:

a) EQUIPAMIENTO EN CESION DE USO:
El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características:
características

- Almacenamiento interno de hasta 10, 000 registros
Para el requerimiento de 51 equipos para 51 establecimientos, siendo 51, 000 determinaciones en total, se estima que cada establecimiento correria 1000 determinaciones al año, lo cual hace innecesario, que se posea una memoria de 10000 resultados, esto estaría violando el principio de equidad y libertad de concurrencia, del artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado.

Ante ello, solicitamos amablemente al comité y en coordinación con el área usuaria aceptar ¿AMPLIAR¿ el requerimiento a ¿hasta 7,000 registros¿ como almacenamiento para NO IMPEDIR la participación de los postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se PUNTUALIZA que el área usuaria solicita:
VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS
a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:
El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características:
- Almacenamiento interno 10,000 a más registros, y el participante solicita ampliar el almacenamiento hasta 7,000 registros por lo que NO SE ACEPTA la consulta, por que afectan la pluralidad de postores, y asi promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20537139120 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DELTALAB PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:37:22 |

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS
PAGINA 24
DICE:

a) EQUIPAMIENTO EN CESION DE USO:
El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características:

características

- Para uso de prueba de inmunofluorescencia

Se repite el requerimiento del método para la determinación de la Hemoglobina Glicosilada.
Solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria AMPLIAR el requerimiento, a para uso de prueba de inmunofluorescencia y/o afinidad al boronato o extinción de fluorescencia, para NO IMPEDIR la participación de los postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo solicitado por el área usuaria VIII.
PRESTACIONES ACCESORIAS
a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:
- Para uso de prueba de inmunofluorescencia y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y el participante solicita con metodología afinidad al boronato por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta por lo que se aceptará Metodologías: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y/o afinidad al boronato con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:
PRESTACIONES ACCESORIAS
a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:
- Para uso de prueba de inmunofluorescencia y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y/o afinidad al boronato.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20155695901 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | SISTEMAS ANALITICOS SRL | Hora de envío : | 20:15:25 |

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

Metodología: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA)

SUSTENTO:

Actualmente los equipos de análisis rápido vienen mejorando su performance, con la finalidad de garantizar resultados en menor tiempo y manipulación preanalítica, es por ello que nuestra tecnología de análisis de HbA1c trabaja, con un sistema totalmente automatizado de afinidad al boronato para la determinación de hemoglobina A1c en sangre humana completa.

CONSULTA:

El comité aceptara también la metodología afinidad por el boronato, para la determinación de HbA1c.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo solicitado por el área usuaria:

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Metodologías: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y el participante solicita con metodología Afinidad al boronato por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta por lo que se aceptará Metodologías: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y/o Afinidad al boronato con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Metodologías: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y/o Afinidad al boronato

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20155695901 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | SISTEMAS ANALITICOS SRL | Hora de envío : | 20:15:25 |

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

PAG. 23

SOLICITAN:

Muestra: Sangre anticoagulada EDTA, HEPARINA o CITRATO

SUSTENTO:

Cabe resaltar que los equipos solicitados son para ser usados en laboratorios de los Centros de Salud del nivel I-1 de la DIRIS LIMA CENTRO, en los cuales, el procesamiento de la pruebas cuenta con una alta demanda y es de reducido espacio, es por ello que nuestro reconocido equipo AFINION-ABBOTT, busca reducir procesos preanalíticos y costos adicionales (Tubos con anticoagulantes, agujas, capuchones, centrífuga, etc.) para realizar las pruebas de HbA1c, contando con un equipo que cuenta con la capacidad de trabajar con muestras de sangre capilar y sangre con anticoagulantes.

CONSULTA:

El comité especial aceptara y solicitaría equipo que trabajen: ¿Muestra: Sangre capilar, anticoagulada con EDTA, HEPARINA o CITRATO¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Según lo solicitado por el área usuaria III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Muestras: Sangre con anticoagulante EDTA, HEPARINA o CITRATO.

Y el participante solicita en muestras Sangre capilar por lo que NO SE ACEPTA la consulta, Para Aclarar Las prueba de HbA1c no son dirigidas a una población diferenciada, sino que lo hace a una población general que se le realizara diferentes exámenes de laboratorio; el uso de esta metodología propuesta retrasaría la toma de muestra de los paciente ya que se tendría que esperar la realización de la prueba HbA1c para realizar otra toma de muestra a otro paciente, por lo que el participante debe ceñirse a las bases administrativas..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20155695901 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | SISTEMAS ANALITICOS SRL | Hora de envío : | 20:15:25 |

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

PAG. 23

SOLICITAN:

Precauciones: Deben establecerse para evitar las interferencias.

SUSTENTO:

Actualmente en el mercado existen diversos equipos, algunos no muy confiables, y que establecen previos procesos de pretratamiento a la muestra, para realizar el análisis en el equipo, es así que este pre tratamiento demandaría una interferencia en el resultado (de no ser adecuadamente ejecutado), llevando así a un error y/o falta de confiabilidad de los resultados emitidos por el equipo, es en ese marco que la tecnología del reconocido equipo AFINION-ABBOTT, nos ofrece reducir al mínimo las interferencias, trabajando con muestras pre tratamientos de muestras.

CONSULTA:

El comité especial aceptara y aclararía en relación a precauciones, solicitando ¿Precauciones: Deben establecerse sin PRETRATAMIENTO DE LA MUESTRA, CONTROL Y REACTIVO, para evitar las interferencias¿

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Según lo solicitado por el área usuaria III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Precauciones: Deben establecerse para evitar las interferencias SE DETALLA no se garantiza la calidad de los resultados cuando se modifican los procedimientos y pasos establecidos por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20155695901 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | SISTEMAS ANALITICOS SRL | Hora de envío : | 20:15:25 |

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

Controles: Deben incluir controles internos niveles I y II.

SUSTENTO:

Para garantizar la calidad de resultados emitidos por el equipo, se debe procesar los controles de manera periódica es por ello que se sugiere solicitar de manera precisa la cantidad de controles que vaya usar cada uno de los 56 equipos, y que estos controles sean listos para usar sin necesidad de reconstruir para evitar contaminación e interferencias en los resultados de control de calidad.

CONSULTA:

El comité especial podrá aclarar y/o precisar que cantidad de controles solicitará por equipo y que estos sean listos para usar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria solicita III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Controles: Deben incluir controles internos niveles I y II, y el participante solicita que se precise la cantidad, por lo que SE ACEPTA PARACIALMENTE la consulta y se procederá agregar lo siguiente:

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Controles: Deben incluir controles internos niveles I y II, y serán abastecidos de forma quincenal a los 51 EESS a partir de la instalación del equipo hasta la culminación de los reactivos solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Controles: Deben incluir controles internos niveles I y II. La entrega de los controles serán abastecidos a los 51 EESS de forma quincenal desde que se instala el equipo hasta la culminación de los reactivos.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 28/08/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 20:15:25

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

Certificación: El Kit de reactivo debe estar certificado por el programa nacional de estandarización de Glicohemoglobina (NGSP) o (IFCC) para lo cual debe presentar copia del certificado vigente para suscripción del contrato (OPCIONAL)

SUSTENTO:

Es recomendable trabajar con equipos certificados por los entes reguladoras, para que así se garantice los resultados emitidos por el equipo y la calidad del mismo. En ese marco es que sugerimos solicitar estas certificaciones de manera obligatoria e incluso considerando las certificaciones de la FDA.

CONSULTA:

El comité especial podrá solicitar: ¿Certificación: El Kit de reactivo debe estar certificado por el programa nacional de estandarización de Glicohemoglobina (NGSP) o (IFCC) para lo cual debe presentar copia del certificado vigente para suscripción del contrato (OBLIGATORIO)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Conforme a lo solicitado por el área usuaria III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Otras Características:

Certificación: El kit de reactivo debe estar certificado por el Programa Nacional de Estandarización de Glicohemoglobina (NGSP) o (IFCC) para lo cual debe presentar copia del certificado vigente para la suscripción del contrato (OPCIONAL), por lo que NO SE ACEPTA la consulta, debido que se evidenció pluralidad en el estudio de mercado con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20155695901 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | SISTEMAS ANALITICOS SRL | Hora de envío : | 20:15:25 |

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

PAG. 24

SOLICITAN:

Cuenta con una batería de litio de gran capacidad y carga rápida.

SUSTENTO:

Los equipos que cuentan con carga rápida y con batería de litio son equipos para uso en campo de mano, de reducido tamaño y con poca durabilidad, es por ello que se recomienda trabajar con que equipos de mesa compacto, automatizado y con consumo de energía 110/220 V y 50/60 Hz.

CONSULTA:

El comité especial podrá solicitar: ¿Almacenamiento Cuenta con una batería de litio de gran capacidad y carga rápida (OPCIONAL)¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Conforme a lo solicitado por el área usuaria en las Especificaciones técnicas del equipo

VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:

- Cuenta con una batería de litio de gran capacidad y carga rápida. y el participante solicita que sea opcional por lo que NO SE ACEPTA la consulta, la batería de litio es para que cubra algun problema electrico en el laboratorio del EESS, el estudio de mercado evidencia pluralidad, por lo que el participante debe ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 28/08/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 20:15:25

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

PAG. 24

SOLICITAN:

Impresora: impresora térmica.

SUSTENTO:

Para obtener un equipo con mayores prestaciones y versátil, que ayuden a compartir los resultados por diversos canales, es recomendable solicitar un equipo que pueda conectarse a un sistema LIS, impresora, PC y/o descargar los resultados a una memoria, mediante una entrada USB

CONSULTA:

El comité especial podrá solicitar: ¿Impresora: impresora térmica y otros canales de transmisión de resultados¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo solicitado por el área usuaria VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:

El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características: - Impresora: Impresora térmica, y el participante solicita que se considere otros canales de transmisión de resultados por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta por lo que se aceptará - Impresora: Impresora térmica y opcionalmente otros canales de transmisión de resultados con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo: VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:

El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características:

- Impresora: Impresora térmica, y opcionalmente otros canales de transmisión de resultados.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20491854058 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICS TEST S.A.C. | Hora de envío : | 20:16:46 |

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se solicita en Metodología: Inmunoensayo de Fluorescencia (FIA).

Se solicita al comité y al área usuaria, tengan a bien incluir la metodología : Enzimática Colorimétrica, en virtud de los principios de Transparencia y Libre concurrencia , principio de Vigencia Tecnológica y principio de Competencia, Eficacia y Eficiencia, Principios que rigen la ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo solicitado por el área usuaria:

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Metodologías: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y el participante solicita con metodología Enzimática Colorimétrica por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta por lo que se aceptará Metodologías: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y/o Afinidad al boronato y/o Enzimática Colorimétrica con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo: III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Metodologías: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y/o Afinidad al boronato y/o Enzimática Colorimétrica.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20491854058 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICS TEST S.A.C. | Hora de envío : | 20:16:46 |

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se solicita en Controles: Deben incluir controles internos niveles I y II

Se entiende que se debe entregar controles de calidad para los 51 laboratorios de los centros de salud (51 kits de control de calidad para cada centro usuario), entregas mensuales o bimensuales (de acuerdo a la metodología analítica de control de calidad del área usuaria) de control donde se tendrán instalados los 51 equipos de hemoglobina glicosilada, donde el usuario procesaran dichos controles internos en cada centro independientemente, La no entrega de los controles internos supondrá el incumplimiento y penalidad correspondiente

Solicitamos al Comité de Selección indicar si nuestra apreciación es correcta, en virtud de los principios de Transparencia y Libre concurrencia, principio de Vigencia Tecnológica y principio de Competencia, Eficacia y Eficiencia, Principios que rigen la ley de contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria solicita III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Controles: Deben incluir controles internos niveles I y II, y el participante solicita que se precise la cantidad, por lo que SE ACLARA los controles seran abastecidos a los 51 EESS de forma quincenal desde que se instala el equipo hasta la culminacion de los reactivos solicitados con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20491854058 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICS TEST S.A.C. | Hora de envío : | 20:16:46 |

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se solicita en Controles: Deben incluir controles internos niveles I y II.

Observamos las bases, en el sentido que los controles de calidad internos de niveles I y II a entregar deben tener las ¿instrucciones de uso¿ con validez para el modelo de equipo a ofertar, aclarando que los controles de calidad internos deben ser de la misma marca que el reactivo y del equipo ofertado, propio del fabricante, dicha información, las instrucciones de uso deberán ser incluidas en la propuesta técnica del postor, esto en virtud que dicho documento asegura la trazabilidad y calidad de producto en aras de la emisión de resultados confiables para el paciente y médico tratante. en virtud de los principios de Transparencia y Libre concurrencia, principio de Vigencia Tecnológica y principio de Competencia, Eficacia y Eficiencia, Principios que rigen la ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo solicitado por el área usuaria: Controles: Deben incluir controles internos niveles I y II, y el participante solicita que deben tener las ¿instrucciones de uso¿ con validez para el modelo de equipo a ofertar, los controles de calidad internos deben ser de la misma marca que el reactivo y del equipo ofertado, propio del fabricante, por lo que SE ACOGE PARCIALMENTE la observacion, se aceptará Controles: Deben incluir controles internos niveles I y II que deben ser de la misma marca del reactivo con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo: Controles: Deben incluir controles internos niveles I y II que deben ser de la misma marca del reactivo.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20491854058 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICS TEST S.A.C. | Hora de envío : | 20:16:46 |

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se solicita en Otras características : Certificación: El kit de reactivo debe estar certificado por el programa nacional de Estandarización de glicohemoglobina (NGSP) o (IFCC) para lo cual debe presentar copia del certificado vigente para la suscripción del contrato (Opcional).

Observamos las bases, en el sentido que estos documentos (NGPS) y (IFCC) deben ser presentados de manera obligatoria y que no sea de presentación Opcional y deberá formar parte de la oferta técnica del postor, debido a que estos Organismos regulan el Cumplimiento de la Estandarización de uso de la hemoglobina A1c para el manejo de pacientes diabéticos, de esta manera se asegura un resultado seguro y confiable. en virtud de los principios de Transparencia y Libre concurrencia, principio de Vigencia Tecnológica y principio de Competencia, Eficacia y Eficiencia, Principios que rigen la ley de contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA Conforme a lo solicitado por el área usuaria III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Otras Características:

Certificación: El kit de reactivo debe estar certificado por el Programa Nacional de Estandarización de Glicohemoglobina (NGSP) o (IFCC) para lo cual debe presentar copia del certificado vigente para la suscripción del contrato (OPCIONAL), debido que se evidenció pluralidad en el estudio de mercado con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20491854058 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICS TEST S.A.C. | Hora de envío : | 20:16:46 |

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Se solicita en Otras características : Certificación: El kit de reactivo debe estar certificado por el programa nacional de Estandarización de glicohemoglobina (NGSP) o (IFCC) para lo cual debe presentar copia del certificado vigente para la suscripción del contrato (Opcional).

Entendiendo y conociendo que estos organismos (IFCC) emisores de los certificados con una calificación del producto, se entiende q el Coeficiente de Variación (CV) No debería ser mayor al 3% por la metodología solicitada, el cual debe asegurar la imprecisión del producto No afecte la Precisión de un resultado analítico. Solicitamos al Comité de Selección indicar si nuestra apreciación es correcta, en virtud de los principios de Transparencia y Libre concurrencia, principio de Vigencia Tecnológica y principio de Competencia, Eficacia y Eficiencia, Principios que rigen la ley de contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Conforme a lo solicitado por el área usuaria III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Otras Características:

Certificación: El kit de reactivo debe estar certificado por el Programa Nacional de Estandarización de Glicohemoglobina (NGSP) o (IFCC) para lo cual debe presentar copia del certificado vigente para la suscripción del contrato (OPCIONAL), SE DETALLA que se evidenciado pluralidad en el estudio de mercado y así la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20491854058 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICS TEST S.A.C. | Hora de envío : | 20:16:46 |

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Se solicita en Otras características: Certificación: El kit de reactivo debe estar certificado por el programa nacional de Estandarización de glicohemoglobina (NGSP) o (IFCC) para lo cual debe presentar copia del certificado vigente para la suscripción del contrato (Opcional).

Se entiende que el área usuaria realizara la Verificación de métodos (laboratorio principal designado por la entidad) y que el material controles y test suficientes serán entregados por el postor ganador , sin costo adicional para la entidad. Y que los resultados deberán ser igual o menor de acuerdo a los datos hallados y validados por el propio fabricante, los resultado No satisfactorios supondrá el incumplimiento de lo solicitado, se solicitara se incluya en la oferta del postor una declaración jurada de cumplimiento y ejecución de este protocolo de la CLSI. Solicitamos al Comité de Selección indicar si nuestra apreciación es correcta, en virtud de los principios de Transparencia y Libre concurrencia, principio de Vigencia Tecnológica y principio de Competencia, Eficacia y Eficiencia, Principios que rigen la ley de contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo solicitado por el área usuaria III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Otras Características:

Certificación: El kit de reactivo debe estar certificado por el Programa Nacional de Estandarización de Glicohemoglobina (NGSP) o (IFCC) para lo cual debe presentar copia del certificado vigente para la suscripción del contrato (OPCIONAL), y el participante solicita incluya en la oferta del postor una declaración jurada de cumplimiento y ejecución de este protocolo de la CLSI por lo que se SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta, y opcional protocolo de la CLSI con declaracion jurada con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Otras Características:

Certificación: El kit de reactivo debe estar certificado por el Programa Nacional de Estandarización de Glicohemoglobina (NGSP) o (IFCC) para lo cual debe presentar copia del certificado vigente para la suscripción del contrato (OPCIONAL) y opcionalmente protocolo de la CLSI con declaración jurada.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20491854058 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICS TEST S.A.C. | Hora de envío : | 20:16:46 |

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

VIII. Prestaciones Accesorias. A) Equipamiento en cesión de uso: Características :
-Almacenamiento interno de hasta 10,000 registros.

Solicitamos al comité de selección tengan a bien indicar que el almacenamiento interno de cada equipo sea de 5,000 a más registros, considerando que en promedio cada centro de salud procesara 1,000 pruebas al año aproximadamente. en virtud de los principios de Transparencia y Libre concurrencia, principios de razonabilidad, principio de Vigencia Tecnológica y principio de Competencia, Eficacia y Eficiencia, Principios que rigen la ley de contrataciones del Estado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se PUNTUALIZA que el área usuaria solicita:
VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS
a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:
El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características:
- Almacenamiento interno 10,000 a más registros, y el participante solicita que el almacenamiento 5,000 a más registros por lo que NO SE ACEPTA la consulta por que afectan la pluralidad de postores, y asi promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20491854058 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICS TEST S.A.C. | Hora de envío : | 20:16:46 |

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

VIII. Prestaciones Accesorias. A) Equipamiento en cesión de uso: Características:
-Cuenta con una batería de litio de gran capacidad y carga rápida.

Solicitamos al comité de selección tengan a bien indicar que esta característica: Cuenta con una batería de litio de gran capacidad y carga rápida, quede como (Opcional) ya que solo una marca la cumpliría, esto en virtud de los principios de Transparencia y Libre concurrencia, principios de razonabilidad, principio de Vigencia Tecnológica y principio de Competencia, Eficacia y Eficiencia, Principios que rigen la ley de contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Conforme a lo solicitado por el área usuaria en las Especificaciones técnicas del equipo
VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS
a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:
- Cuenta con una batería de litio de gran capacidad y carga rápida. y el participante solicita que sea opcional por lo que NO SE ACEPTA la consulta, la batería de litio es para que cubra algun problema electrico en el laboratorio del EESS, el estudio de mercado evidencia pluralidad, por lo que el participante debe ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20491854058

Fecha de envío : 28/08/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICS TEST S.A.C.

Hora de envío : 20:16:46

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

VIII. Prestaciones Accesorias. A) Equipamiento en cesión de uso: Características:

-Para uso de prueba de inmunofluorescencia.

Solicitamos al comité de selección tengan a bien incluir también a esta característica: Para uso de prueba de inmunofluorescencia, también se le incluya: Para uso de prueba enzimática colorimétrica, esto en virtud de los principios de Transparencia y Libre concurrencia, principios de razonabilidad, principio de Vigencia Tecnológica y principio de Competencia, Eficacia y Eficiencia, Principios que rigen la ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo solicitado por el área usuaria VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO:

El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características:

- Para uso de prueba de inmunofluorescencia y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y/o afinidad al boronato y el participante solicita metodología enzimática colorimétrica por lo que SE ACEPTA la consulta, por lo que se aceptará para uso de prueba de inmunofluorescencia y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y/o afinidad al boronato y/o enzimática colorimétrica con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:

VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO:

- para uso de prueba de inmunofluorescencia y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y/o afinidad al boronato y/o enzimática colorimétrica.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20491854058 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICS TEST S.A.C. | Hora de envío : | 20:16:46 |

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

B. Experiencia del postor en la especialidad:
- Se considera bienes similares a los siguientes Reactivo de Laboratorio, reactivo de bioquímica y Hematología.

Solicitamos al comité de selección tengan a bien aclarar que Reactivos de laboratorio se refiere a reactivos de todas las áreas del laboratorio clínico, bioquímica, orinas, gases arteriales y electrolitos, hemoglobina glicosilada, Hematología, reactivos de pruebas moleculares, esto en virtud de los principios de Transparencia y Libre concurrencia, principios de razonabilidad, principio de Vigencia Tecnológica y principio de Competencia, Eficacia y Eficiencia, Principios que rigen la ley de contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Conforme a lo solicitado por el área usuaria:
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se consideran bienes similares a los siguientes: REACTIVO DE LABORATORIO, REACTIVO DE BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA) SE DETALLA que la experiencia del postor se considerara bienes similares a reactivos de laboratorio, se refiere a todas las areas de reactivos de uso en el laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20491854058 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICS TEST S.A.C. | Hora de envío : | 20:16:46 |

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Capitulo IV Factores de Evaluación
Sobre las Especificaciones técnicas del Cap. III, VIII. Prestaciones Accesorias. A) Equipamiento en cesión de uso: Resultados en tan solo 6 pasos.

Sobre este requerimiento, solicitamos al comité de selección tengan a bien considerar mejora a las especificaciones técnicas, mejora tecnológica y otorgarle puntaje a :
- Que el procedimiento, sea menor de 6 pasos , sin medición volumétrica de reactivo o muestra.
.....Puntaje puntos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:
VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS
EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:
- Resultados en un máximo de 6 pasos, con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20491854058 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICS TEST S.A.C. | Hora de envío : | 20:16:46 |

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Capitulo IV Factores de Evaluación
Sobre las Especificaciones técnicas del Cap. III, VIII. Prestaciones Accesorias. A) Equipamiento en cesión de uso:
Resultados en tan solo 6 pasos.

Esto debido y sustentado en que las mediciones volumétricas que se puedan realizar tanto de muestra como de reactivos van a arrastrar errores aleatorios humanos de pipeteo que pueden finalmente perjudicar la precisión de la prueba.

De conformidad con la opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, constituye una mejora, todo aquello que agregue un valor adicional al parámetro mínimo establecido en las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda, mejorando su calidad o las condiciones de su entrega o prestación, sin generar un costo adicional a la entidad.

Sobre este requerimiento, solicitamos al comité de selección tengan a bien considerar mejora a las especificaciones técnicas, mejora tecnológica y otorgarle puntaje a :
- Que el procedimiento, sea menor de 6 pasos , sin medición volumétrica de reactivo o muestra.
.....Puntaje puntos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 1 Página: 36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA El área usuaria solicita en Especificaciones técnicas del equipo VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS
a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:
El contratista deberá entregar en cesión de uso CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPOS de HEMOGLOBINA GLICOSILADA, con las siguientes características:
- Resultados en un máximo de 6 pasos, con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20491854058 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICS TEST S.A.C. | Hora de envío : | 20:16:46 |

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Capitulo IV Factores de Evaluación
Sobre las Especificaciones técnicas del Cap. III, VIII. Prestaciones Accesorias. A) Equipamiento en cesión de uso:
Características:

Sobre este requerimiento en características no se precisa medios o herramientas que aseguren la buena performance del equipo solicitado en cesión de uso, solicitamos al comité de selección tengan a bien considerar mejora a las especificaciones técnicas, mejora tecnológica y otorgarle puntaje a los equipos que presenten:
- Que los equipos presenten una o dos formas de Verificación de los componentes internos del equipo involucrados en la Lectura y medición.
Puntajexx puntos.

Esto asegura que el equipo a usarse se encuentre en condiciones operativas fiables y que permitan previa al análisis de las muestras de los pacientes, conocer y verificar el optimo estado del analizador, visto en pantalla del propio equipo, verificaciones automáticas que puede realizar el mismo usuario, todo esto redundaría en resultados confiables para pacientes y médicos tratantes.

De conformidad con la opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, constituye una mejora, todo aquello que agregue un valor adicional al parámetro mínimo establecido en las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda, mejorando su calidad o las condiciones de su entrega o prestación, sin generar un costo adicional a la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 1 Página: 36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - El área usuaria solicita Cap. III, VIII. Prestaciones Accesorias. A) Equipamiento en cesión de uso:
Características: serán evaluadas literal f) Copia simple de insertos, catálogos y/o documentación técnica, emitida por el fabricante,
se aceptará catálogos o manuales o folletos o instructivos o brochures o insertos u otros documentos técnicos, Certificados de Análisis, carta y/o cualquier documento emitido por el fabricante para sustentar determinadas características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20491854058 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICS TEST S.A.C. | Hora de envío : | 20:16:46 |

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Cap III, 3.1 Especificaciones técnicas

X. Lugar y Plazo de Ejecución:

Plazo de entrega: Primera entrega: La entrega se realizará hasta los diez (10) días calendarios, a partir del día siguiente de notificada la orden de compra

Se solicita al comité de selección, tengan a bien aceptar que el plazo de la primera entrega pueda quedar hasta los treinta (30) días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de compra, debido a que se trata de una inversión de 51 equipos de hemoglobina glicosilada nuevos sin uso, los cuales no necesariamente los tenemos en stock disponibles, en tal razón se solicita ampliar los plazos de entrega, en virtud de los principios de Pluralidad de postores, Transparencia y Libre concurrencia, principio de economía, principio de Competencia, Eficacia y Eficiencia, Principios que rigen la ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - El área usuaria solicita

PLAZO DE ENTREGA:

Primera entrega:

La entrega se realizará hasta los diez (10) días calendario, a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Segunda entrega:

La segunda entrega se realizará hasta los sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la primera y única orden de compra, y el participante solicita hasta los treinta (30) días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de compra, por lo que NO SE ACEPTA la consulta, puesto que la necesidad de la Entidad es para atención en el más breve plazo (10 días), asimismo en la indagación de mercado hubo pluralidad de postores que cumplen con los plazos de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604404291 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C. | Hora de envío : | 20:32:56 |

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

Metodología: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA)

SUSTENTO:

Para poder promocionar la pluralidad de postores y marcar podrá aceptar otras metodologías como la metodología afinidad por el boronato.

CONSULTA:

El comité especial solicita: Metodología: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) o afinidad por el boronato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - El área usuaria solicita III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Metodologías: Inmunoensayo de fluorescencia (FIA) y/o HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y/o Afinidad al boronato y/o Enzimática Colorimétrica con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604404291 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C. | Hora de envío : | 20:32:56 |

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

Muestra: Sangre anticoagulada EDTA, HEPARINA o CITRATO

SUSTENTO y CONSULTA:

Con la finalidad de ofertar equipos con vigencia tecnológica, se consulta a comité especial precisar que solicite un equipo que trabaje con Muestra: Sangre capilar y anticoagulada con EDTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Según lo solicitado por el área usuaria III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Muestras: Sangre con anticoagulante EDTA, HEPARINA o CITRATO.

Y el participante solicita en muestras Sangre capilar por lo que NO SE ACEPTA la consulta, Para Aclarar Las prueba de HbA1c no son dirigidas a una población diferenciada, sino que lo hace a una población general que se le realizara diferentes exámenes de laboratorio; el uso de esta metodología propuesta retrasaría la toma de muestra de los paciente ya que se tendría que esperar la realización de la prueba HbA1c para realizar otra toma de muestra a otro paciente, por lo que el participante debe ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604404291 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C. | Hora de envío : | 20:32:56 |

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

Precauciones: Deben establecerse para evitar las interferencias.

SUSTENTO y CONSULTA:

Con la finalidad de que el equipo emita resultados confiables al diagnóstico médico, el comité especial podría solicitar un equipo con: ¿Precauciones: Deben establecerse para evitar las interferencias, solo reactivos listos para el uso.¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Según lo solicitado por el área usuaria III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Precauciones: Deben establecerse para evitar las interferencias SE DETALLA no se garantiza la calidad de los resultados cuando se modifican los procedimientos y pasos establecidos por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604404291 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C. | Hora de envío : | 20:32:56 |

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

Controles: Deben incluir controles internos niveles I y II.

SUSTENTO Y CONSULTA:

Se recomienda pasar controles al menos una vez al mes a los equipos de rápido diagnósticos que viene calibrados de fábrica. Es por ello que se recomienda solicitar al menos 06 kits de controles por equipo. El comité especial podría precisar y solicitar ¿Controles: Deben incluir al menos 06 kits de controles internos niveles I y II por equipo¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA El área usuaria solicita III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Controles: Deben incluir controles internos niveles I y II, y el participante solicita que se precise la cantidad, por lo que SE ACLARA los controles serán abastecidos a los 51 EESS de forma quincenal desde que se instala el equipo hasta la culminación de los reactivos solicitados con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604404291 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C. | Hora de envío : | 20:32:56 |

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
Productividad y rapidez deberá correr hasta 100 pruebas al día,
SUSTENTO y CONSULTA:
Con la finalidad de generar mayor pluralidad de postores y sustento técnico por parte de los postores, el comité especial tendrá a bien solicitar: ¿Productividad y rapidez deberá correr hasta 100 pruebas al día, o con duración de análisis menor a 3.5 minutos.¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con ocasión de la integración de Bases se SE SUPRIME el siguiente párrafo:
- Productividad y rapidez deberá correr hasta 100 pruebas al día , que se encuentra dentro de las características en a) EQUIPAMIENTO EN CESIÓN DE USO, por lo que NO SE ACEPTA la consulta, referente a lo mencionado "Productividad y rapidez deberá correr hasta 100 pruebas al día, o con duración de análisis menor a 3.5 minutos" esto con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20600488504

Fecha de envío : 28/08/2023

Nombre o Razón social : ONCOLOGY BODY CARE S.A.C.

Hora de envío : 22:20:41

Observación: Nro. 56

Consulta/Observación:

solicitan experiencia como postor (pag 35) inclusive en productos diferentes a los de la convocatoria (hematología, bioquímica). Sin embargo, luego de haberla presentado no otorgan puntaje en la etapa de evaluación (pag 36). Solicitamos que también se evalúe con puntaje la experiencia, puesto que a mayor experiencia, mayor calidad de servicio garantizada al usuario final.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV

Literal: A

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Conforme a lo solicitado por el área usuaria:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: REACTIVO DE LABORATORIO, REACTIVO DE BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA) SE DETALLA que la experiencia del postor se considerara bienes similares a reactivos de laboratorio, se refiere a todas las áreas de reactivos de uso en el laboratorio. NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600488504 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | ONCOLOGY BODY CARE S.A.C. | Hora de envío : | 22:20:41 |

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

en la parte que solicitan acreditar experiencia del postor, se está considerando a nuestro parecer de manera equivocada experiencia en provisión de productos totalmente distintos a los de la convocatoria tales como son bioquímica y hematología. Solicitamos que en experiencia se considere sólo y únicamente experiencia en provisión de productos de inmunofluorescencia, puesto que el objeto del proceso es provision de reactivos/pruebas de inmunofluorescencia, que son totalmente distintos a hematología y bioquímica, con lo que la Entidad podrá asegurarse que efectivamente el postor que postule tenga real experiencia en inmunofluorescencia y que no esté acreditando otra experiencia distinta en este proceso específico.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.5 **Literal:** B **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Conforme a lo solicitado por el área usuaria:
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se consideran bienes similares a los siguientes: REACTIVO DE LABORATORIO, REACTIVO DE BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA) SE DETALLA que la experiencia del postor se considerara bienes similares a reactivos de laboratorio, se refiere a todas las áreas de reactivos de uso en el laboratorio. NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600488504 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | ONCOLOGY BODY CARE S.A.C. | Hora de envío : | 22:20:41 |

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

en las especificaciones técnicas no se señala el tipo o la forma en que se cargarán las respectivas curvas de calibración al analizador. en el mercado existen tres tipos: a) la más confiable que es mediante código QR que queda grabado en la memoria, b) mediante tarjeta magnética que no queda grabada en la memoria y que si se pierde no se pueden usar los tests, c) mediante chip que tampoco se graba en la memoria, y que es muy facil que se pierda o que se malogre. Recomendamos que se considere la opción más confiable que es la de "carga de curva de calibración mediante código QR a la memoria del analizador" y descartar el uso de chip o tarjeta magnéticas

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** VIII **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE la observación por lo que se aceptará opcionalmente curvas de calibración código QR, tarjeta magnética, chip con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo: III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Otras Características:

opcionalmente curvas de calibración (código QR, tarjeta magnética, chip).

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20600488504

Fecha de envío : 28/08/2023

Nombre o Razón social : ONCOLOGY BODY CARE S.A.C.

Hora de envío : 22:20:41

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

En el mercado existen marcas que requieren el uso de incubadora necesariamente, en cambio existen también marcas cuyo reactivo es tan estable y confiable que no requiere del uso de incubadora. Nuestra sugerencia es ser más explícitos si requieren que se use o que no se use incubadora, dado que la incorporación de este dispositivo va a incrementar el número de pasos que se necesite para la aplicación de pruebas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: VIII

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación, por el mejor manejo en el espacio, así como por el espacio disponible en los laboratorios de los EESS con la finalidad de promover la mayor participación de postores por lo que el participante debe ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20600488504

Fecha de envío : 28/08/2023

Nombre o Razón social : ONCOLOGY BODY CARE S.A.C.

Hora de envío : 22:20:41

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

en las especificaciones no se señala la cantidad de meses por las que se proporcionarán los analizadores de inmunoensayo en calidad de cesión de uso. Solicitamos se precise la cantidad de meses por la que se brindarán los analizadores en cesión de uso.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VIII **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación V. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION, por lo que se agregará el siguiente párrafo:

- El tiempo de los equipos en cesión de uso en los 51 EESS, será desde la instalación del equipo hasta que culmine los reactivos de Hemoglobina Glicosilada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se agregará el siguiente párrafo:

V. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION

- El tiempo de los equipos en cesión de uso en los 51 EESS, será desde la instalación del equipo hasta que culmine los reactivos de Hemoglobina Glicosilada..

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600488504 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | ONCOLOGY BODY CARE S.A.C. | Hora de envío : | 22:20:41 |

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

en características técnicas, estamos muy de acuerdo con que se solicite certificado de la NGSP-USA pues es garantía de calidad, sin embargo, más adelante no se solicita como requisito de admisión de oferta. Solicitamos (recomendamos) que se incorpore como requisito e inclusive como factor de evaluación la presentación de dicho certificado (copia simple) como garantía de calidad del fabricante y producto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Conforme a lo solicitado por el área usuaria III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Otras Características:

Certificación: El kit de reactivo debe estar certificado por el Programa Nacional de Estandarización de Glicohemoglobina (NGSP) o (IFCC) para lo cual debe presentar copia del certificado vigente para la suscripción del contrato (OPCIONAL), y el participante solicita que se incorpore como requisito e inclusive como factor de evaluación por lo que NO SE ACOGE la observación, debido que se evidenciado pluralidad en el estudio de mercado con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600488504 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | ONCOLOGY BODY CARE S.A.C. | Hora de envío : | 22:20:41 |

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

Se habla de ¿plazo para perfeccionamiento de contrato¿ (pag 21, numeral 2.4) pero no se detalla plazos ni requisitos para ¿generación de orden de compra¿ que luego es solicitada en pag 26, item X) para el internamiento. Se solicita consistenciar la redacción de las bases puesto que no está claro si para internar los bienes se requiere de Contrato o de Orden de Compra, o ambos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** X **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - El área usuaria solicita

La recepción de los bienes, estará a cargo del jefe de almacén o del personal que sea designado y debe:

- Cotejar las cantidades que se indican en la Orden de Compra con las cantidades presentadas por el proveedor en el Almacén;
- Determinar si hay daños por ruptura u otros haciendo las observaciones correspondientes; y
- Firmar y sellar la documentación que sea necesaria si está conforme.

El plazo de entrega del bien, será en un plazo máximo de 10 días calendario, el cual será contabilizado a partir del día siguiente de recepcionada la orden de compra.

PLAZO DE ENTREGA:

Primera entrega:

La entrega se realizará hasta los diez (10) días calendario, a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Segunda entrega:

La segunda entrega se realizará hasta los sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la primera y única orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600488504 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | ONCOLOGY BODY CARE S.A.C. | Hora de envío : | 22:20:41 |

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

En el caso de la cesión de uso de los analizadores, qué garantías ofrece el Estado ante accidentes, incendios, robo, deterioro por uso inapropiado, o cualquier otro que reduzca su vida útil.

Solicitamos se modifiquen las bases para generar responsabilidad de la Entidad ante cualquier accidente, incendio, robo, deterioro por uso inapropiado o cualquier otro que reduzca la vida útil de los analizadores (que serán de propiedad del postor/proveedor) y que se brinde al postor/proveedor la capacidad de inspeccionar de manera inopinada y aleatoria su correcto uso.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** VIII **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, la observación el ingreso es registrado por almacén del EESS donde se señala V. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION (¿) almacén del Establecimiento de Salud para el registro del Equipo y la entrega de la respectiva documentación del proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20600488504

Fecha de envío : 28/08/2023

Nombre o Razón social : ONCOLOGY BODY CARE S.A.C.

Hora de envío : 22:20:41

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

En Habilitación se mencionan requisitos relacionados a Insumos Químicos Fiscalizados. Se solicita el retiro de dicha mencion pues no está relacionado de ninguna manera con el objeto de la convocatoria y mas bien genera confusión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: A

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE a la consulta, ya que los ejemplos que indica la osce en las bases se puede suprimir

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600488504 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | ONCOLOGY BODY CARE S.A.C. | Hora de envío : | 22:20:41 |

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

En el contrato hay una cláusula no numerada que menciona ¿prestaciones accesorias¿ (pag 38), pero estas prestaciones accesorias están definidas en la pag 24 (analizadores de inmunoensayo). Se solicita precisar de manera más explícita en el modelo de contrato las características de las prestaciones accesorias para evitar confusiones

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap V **Literal:** contrato **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara , que la proforma de contrato es un modelo establecido en las bases integradas y la descripción de contrato se da en la etapa final, de acuerdo a las especificaciones técnicas y de acuerdo a la normativa, en el caso de prestaciones accesorias se redactará en el momento de la contratación de manera específica. por ese motivo para evitar confusión se suprimirá lo redactado en la cláusula.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20600488504

Fecha de envío : 28/08/2023

Nombre o Razón social : ONCOLOGY BODY CARE S.A.C.

Hora de envío : 22:20:41

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

Esta cláusula debe reflejar en su redacción la entrega parcial de mercadería, a 10 días y 60 días calendario de recibida la orden de compra o firmado el contrato. Solicitamos se modifique la redacción para que corresponda al proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap V

Literal: contrato

Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara , que la proforma de contrato es un modelo establecido en las bases integradas y la descripción de contrato se da en la etapa final, de acuerdo a las especificaciones técnicas y de acuerdo a la normativa, en el caso de los plazos de entrega del bien se redactará en el momento de la contratación de manera específica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600488504 | Fecha de envío : | 28/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | ONCOLOGY BODY CARE S.A.C. | Hora de envío : | 22:20:41 |

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

Solicitamos que el contrato sea explícito sobre los plazos y condiciones sobre las que se brindarán los 51 analizadores en comodato, dado que estos permanecerán de propiedad del postor/proveedor.

Solicitamos se incluya por lo menos: plazo de cesión en uso, garantías ofrecidas por la Entidad contratante ante robos, siniestros, deterioro por uso inapropiado, o cualquier otro que reduzca su vida útil,

Solicitamos además se brinde capacidad al postor/proveedor de inspeccionar de manera inopinada y aleatoria su correcto uso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap V Literal: contrato Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - El área usuaria solicita: PLAZO DE ENTREGA:

Primera entrega: La entrega se realizará hasta los diez (10) días calendario, a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Segunda entrega: La segunda entrega se realizará hasta los sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la primera y única orden de compra, y el participante solicita hasta los treinta (30) días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

SE DETALLA V. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION

- El tiempo los equipos en cesión de uso en los 51 EESS será desde la instalación del equipo al EESS hasta que culmine los reactivos Hemoglobina Glicosilada.

SE PRECISA, la observación el ingreso es registrado por almacén del EESS donde se señala V. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION (¿) almacén del Establecimiento de Salud para el registro del Equipo y la entrega de la respectiva documentación del proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20602007970

Nombre o Razón social : LC BIOCORP S.A.C.

Fecha de envío : 28/08/2023

Hora de envío : 23:05:36

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

En las bases, dentro de las especificaciones técnicas del equipo solicitan que cuente con un peso no mayor de 4 kg, al respecto solicitamos se considere opcional esta característica, ya que el peso no influye en el procesamiento de las muestras, asu vez que en múltiples resoluciones del osce se prohíbe solicitar estas característica, porque vulneran la libre competencia, y pudiendo causar una nulidad de las bases, solicitamos se pueda. Considerar. Esta característica como. Opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3. 1 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases se solicita: VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO:

- Peso: no mayor de 4.0 kg y el participante solicita que sea opcional por lo que NO SE ACOGE, por el espacio limitado en los laboratorios de los EESS por lo que el participante debe ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20602007970

Nombre o Razón social : LC BIOCOP S.A.C.

Fecha de envío : 28/08/2023

Hora de envío : 23:05:36

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:

En las bases solicitan que el equipo cuente con una batería de litio y de carga rápida, al respecto debemos observar estas característica pues esto se usa para cuando los equipos seran transportados fuera de la entidad, pero eso solo puede darse cuando los equipos son de la entidad, pues en el camino o uso fuera del. Lugar de instalación el. Proveedor no es responsable. Por algún daño o. Perdida causada a los equipos, por tanto esta necesidad también puede cubrirse con una ups que cumple la misma función que la batería de litio y mejorándolo y así permitir una mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Conforme a lo solicitado por el área usuaria en las Especificaciones técnicas del equipo

VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO:

- Cuenta con una batería de litio de gran capacidad y carga rápida. y el participante menciona los equipos serán transportados fuera de la entidad, por lo que NO SE ACOGE la observación, la batería de litio es para que cubra algún problema eléctrico en el laboratorio del EESS, el estudio de mercado evidencia pluralidad, por lo que el participante debe ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null