

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMEDICO "PERFORADOR A BATERIA PARA TRAUMATOLOGÍA" PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION "CREACION DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO" CON CUI N. 2300016.

Ruc/código : 20101281702

Nombre o Razón social : BASCAT Y CIA S.A.C.

Fecha de envío : 22/10/2024

Hora de envío : 14:48:26

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

A03-ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y/O GAS (SEGÚN SEA EL CASO SE INCLUYE LA BATERÍA)  
SOLICITAMOS AL COMITÉ CONFIRMAR SI LA BATERÍA DEBERÁ SER ESTERILIZABLE.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE.

Se aclara la consulta del participante y al respecto se informa que IETSI, ha determinado los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, por lo que el equipo ofertado tiene que cumplir con los Requerimientos Técnicos Mínimos solicitados en la ficha técnica, los mismos que han sido considerados en el estudio de mercado.

Por lo tanto se confirma que la bateria tiene que ser esterilizable en autoclave y/o a gas segun sea el caso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null