

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-HD-HVCA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRITURADOR DEL SERVICIO DE CASA FUERZA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

Ruc/código :	20603196067	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	MANUFACTURAS & PROYECTOS INDUSTRIALES Y CIVILES S.A.C. - MANU PROYSAC	Hora de envío :	23:21:54

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Sres. Comité de Selección: En: 5.2 ACTIVIDADES A REALIZAR:", mencionan todas las actividades que se deben de realizar en todos sus sistemas: sistemas mecánicos, sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, sistemas de vapor, etc..., pero en el SISTEMA NEUMÁTICO no se especifica de qué tipo de suministro proviene el aire, es decir, si el aire proviene de un motor compresor adicionado al equipo o proviene del aire industrial que proviene desde casa fuerza. Se solicita al comité de selección mencionar el tipo de suministro de aire que tiene este equipo y agregar en el sistema neumático otro guion en la cual se mencionen los trabajo a realizar, si fuese el caso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Al respecto de la OBSERVACION presentada, el comité de selección del presente procedimiento de selección, después de la revisión y previo pronunciamiento del área usuaria manifiesta y aclara lo siguiente:

El aire proviene de un motor compresor adicionado al equipo.  
Mantenimiento preventivo: (cambio de aceite, orrines, sellos, rodajes, anillos).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura :AS-SM-24-2024-HD-HVCA/CS-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRITURADOR DEL SERVICIO DE CASA FUERZA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Ruc/código :	20603196067	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	MANUFACTURAS & PROYECTOS INDUSTRIALES Y CIVILES S.A.C. - MANU PROYSAC	Hora de envío :	23:21:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sres. Comité de Selección: Este equipo está compuesto y/o conformado por diferentes sistemas de la ingeniería, tales como: sistema de vapor, sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos,sistemas neumáticos, etc., por lo tanto es considerado como un equipo ELECTROMECHANICO, pero mencionan solo como similares a equipos autoclave con triturador para el tratamiento de residuos sólidos biocontaminados, Se consulta al comité de selección si es posible también conciderar y agregar como SIMILARES A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, ya que de esta forma habrán más participantes para este proceso y no genera suspicacias y favoritismo solo a un sector.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA

Al respecto de la consulta presentada, el comité de selección del presente procedimiento de selección, después de la revisión y previo pronunciamiento del área usuaria manifiesta y aclara lo siguiente:

Que el equipo es electromecánico, el postor tiene que ser conocedor de autoclave con triturador para tratamiento de residuos sólidos biocontaminados - hospitalarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null